



SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W LĘBORKU

e-mail: sekretariat@szpital-lebork.com.pl, www.szpital-lebork.com.pl

84-300 LĘBORK, UL. JULIANA WĘGRZYNOWICZA 13, TEL. 59 86 35 202, FAX 59 86 33 173, DYREKCJA TEL. 59 8635 325



ZP.261.46.1.2020

Lębork, dn. 31.06.2020 r.

**Uczestnicy postępowania
ZP-PN/23/20**

dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup sterylizatora parowego oraz myjni endoskopowej dla SPS ZOZ w Lęborku. Znak sprawy: ZP-PN/23/20.

Komisja przetargowa Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku w odpowiedzi na otrzymane pytania dot. w/w postępowania wyjaśnia:

Dotyczy części 1 – Sterylizator

1. Czy zamawiający wymaga dotykowego ekranu dotykowego o przekątnej minimum 7 cali po obu stronach urządzenia czy tylko po załadowniczej a po rozładowniczej wystarczą diody ledowe i przyciski?

Zgodnie z zapisami SIWZ (Załącznik nr 4a pkt. 7) Zamawiający wymaga, aby sterylizator posiadał ekran dotykowy i menu w języku polskim. Zamawiający dopuszcza ekran dotykowy po obu stronach urządzenia oraz dopuszcza po stronie rozładowniczej tylko diody ledowe i przyciski. Zamawiający nie określa minimalnej wielkości ekranu.

2. Czy zamawiający dopuści urządzenie bez rusztu pod spodem urządzenia?

Zamawiający dopuści urządzenie bez rusztu pod spodem urządzenia, jeżeli posiada ono inne rozwiązanie technologiczne.

3. Czy zamawiający wymaga dla równomiernego rozkładu temperatury w komorze i we wsadzie pełnego płaszcza grzewczego?

Zamawiający nie wymaga, dopuszcza.

4. Czy zamawiający wymaga połączeń klamrowych i całego orurowania ze stali nierdzewnej?

Zamawiający nie wymaga, dopuszcza.

5. Czy zamawiający wymaga polerowania komory wewnątrz i drzwi do poziomu lustrzanego odbicia?

Zamawiający nie wymaga, dopuszcza.

Dotyczy Zadania nr 2 – Myjnia endoskopowa

6. Pytanie do opisu przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 4B (zadanie 2 – pytanie ogólne). Czy Zamawiający wymaga, aby myjnia-dezynfektor spełniała również wymagania ogólne normy EN ISO 15883-1 dla wszystkich myjni-dezynfektorów stosowanych w obszarze medycznym?

Zamawiający wymaga, aby urządzenie do mycia i dezynfekcji endoskopów spełniało wymagania ogólne normy EN ISO 15883-1 dla myjni-dezynfektorów stosowanych w obszarze medycznym.

7. Pytanie do opisu przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 4B – (zadanie 2, pkt 3) Prosimy o potwierdzenie, że pod pojęciem automatycznego procesu mycia i dezynfekcji Zamawiający ma na myśli myjnię, która zgodnie z wymaganiami ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Załącznik nr 5 Szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia pracowni badań endoskopowych), zapewnia proces technologicznie powtarzalny. Czyli m.in. samodzielnie pobiera odpowiednią dawkę koncentratu bezpośrednio z podłączonego kanistra, bez potrzeby przelewania preparatów do zbiornika, tak aby wyeliminować ryzyko popełnienia błędów oraz narażenia personelu na ekspozycję zrażającymi środkami chemicznymi.

Zamawiający wymaga, aby urządzenie do mycia i dezynfekcji endoskopów spełniało wymagania określone w Załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2019 r. poz. 595).

8. Pytanie do opisu przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 4B – (zadanie 2, pkt 9). Czy Zamawiający wymaga by urządzenie posiadało zabezpieczenie, uniemożliwiające przeprowadzenie cyklu w momencie, w którym przyłączy do testu szczelności nie zostało podłączone? Tylko takie rozwiązanie gwarantuje, że test szczelności będzie wykonywany podczas każdego cyklu, co daje gwarancję, że nie dojdzie do uszkodzenia endoskopu?

Zamawiający nie wymaga, dopuszcza.

9. Pytanie do opisu przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 4B – (zadanie 2, pkt 10). Czy Zamawiający wymaga by myjnia umożliwiała identyfikację personelu, endoskopów oraz pacjentów za pomocą systemu kodów kreskowych wprowadzanych do pamięci myjni za pomocą skanera?

**Zamawiający wymaga, aby myjnia umożliwiała identyfikację endoskopu.
Zamawiający dopuszcza myjnię posiadającą identyfikację personelu, endoskopów oraz pacjentów za pomocą systemu kodów kreskowych wprowadzanych do pamięci myjni za pomocą skanera.**

10. Pytanie do opisu przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 4B – (zadanie 2, pkt 15). Czy Zamawiający wymaga, aby każdy kanał endoskopu był niezależnie podłączany i zasilany niezależną pompą, co jest rozwiązaniem najbardziej zalecanym w normie EN ISO 15883-4? Z uwagi na różnice w średnicach kanałów endoskopu, tylko takie rozwiązanie pozwala na w pełni bezpieczne i skuteczne procesowanie endoskopu.

Zamawiający nie wymaga, dopuszcza.

11. Pytanie do opisu przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 4B – (zadanie 2, pkt 16). Prosimy o odstąpienie od wymogu możliwości dowolnego zaprogramowania poszczególnych etapów procesu mycia i dezynfekcji. Taki zapis jest z sprzecznym z wymaganiami ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Załącznik nr 5 Szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia pracowni badań endoskopowych) gdzie jest wyraźne wskazanie, że myjnia ma zapewniać powtarzalny proces mycia i dezynfekcji. Dodatkowo norma PN-EN ISO 15883-4, określa, że wartość każdej zmiennej procesu, która wpływa na skuteczność cyklu, powinna być wstępnie ustalona, a regulacja powinna wymagać użycia kodu, klucza lub narzędzia. Możliwość dowolnej ingerencji użytkownika w ustawienia cyklu mogą w konsekwencji doprowadzić do uszkodzenia endoskopu, myjni, jak również mogą skutkować nieskutecznym procesem dezynfekcji.

W pkt. 16 Załącznika nr 4B do SIWZ nie ma mowy o możliwości dowolnego zaprogramowania poszczególnych etapów procesu mycia i dezynfekcji. Zamawiający pod pojęciem „Możliwość zaprogramowania min 2 różnych programów, w tym jeden nie dłuższy niż 22 minuty” rozumie, że urządzenie powinno posiadać minimum dwa różne programy pracy, w tym jeden nie dłuższy niż 22 minuty.

12. Pytanie do opisu przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 4B – (zadanie 2, pkt 17, 18, 22). Prosimy o odstąpienie od wymogu zbiornika na detergent, wodę i alkohol i możliwość jego usunięcia za pomocą zaworu bezpieczeństwa. Konieczność przelewania preparatów z kanistrów do zbiorników jest rozwiązaniem niestosowanym u większości producentów w pełni automatycznych myjni-dezynfektorów, gdzie urządzenie samodzielnie pobiera odpowiednią dawkę koncentratu w dany etap procesu. Szczególnie bezzasadny jest wymóg zbiornika na koncentrat dezynfekcyjny. Powszechnie wiadomo, że nie jest zalecane przelewanie silnie skoncentrowanych płynów, z uwagi na duże zagrożenie dla personelu i nie tylko.

Zamawiający odstępuje od wymogu zawartego w punkcie 17, 18 i 22 Załącznika nr 4B do SIWZ.

13. Pytanie do opisu przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 4B – (zadanie 2, pkt 17, 18, 22). Prosimy o odstąpienie od wymogu zbiornika na dezynfektant. Konieczność przelewania preparatów z kanistrów do zbiorników jest rozwiązaniem charakterystycznym dla półautomatycznych myjni-dezynfektorów. Powszechnie wiadomo, że nie jest zalecane przelewanie silnie skoncentrowanych płynów, z uwagi na duże zagrożenie dla personelu. Przelewanie preparatów wiąże się również z ryzykiem popełnienia błędów w trakcie uzupełniania zbiornika nieodpowiednim preparatem, co może spowodować nieodwracalne uszkodzenia endoskopu i myjni.

Zamawiający odstępuje od wymogu zawartego w punkcie 17, 18 i 22 Załącznika nr 4B do SIWZ.

14. Pytanie do opisu przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 4B – (zadanie 2, pkt 19). Czy Zamawiający dopuści uzdatnianie wody przy pomocy systemu filtracji membranowej? Jest to najbardziej skuteczny sposób, który w przeciwieństwie do promieni UV nie ma żadnego wpływu na materiały, z których zbudowany jest endoskop.

Zamawiający dopuści uzdatnianie wody przy pomocy systemu filtracji membranowej.

15. Pytanie do opisu przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 4B – (zadanie 2, pkt 20). Czy Zamawiający wymaga, aby dno komory było karbowane, a komora posiadała dodatkową przestrzeń np. w postaci tuby do umieszczania sondy endoskopu? Rozwiązania gdzie cały

endoskop jest zwijany i układany w obrębie komory powodują duże naprężenia co skutkuje skracaniem żywotności endoskopu, oraz stwarzają miejsca styku, a więc miejsca o utrudnionej penetracji dla środków myjących i dezynfekcyjnych.

Zamawiający nie wymaga, dopuszcza.

16. Pytanie do opisu przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 4B – (zadanie 2, pkt 25). Uprzejmie prosimy o podanie nazwy producentów oraz modeli posiadanych przez Zamawiającego endoskopów. Informacja ta jest niezbędna do prawidłowego przygotowania wyceny przetargowej.

Posiadane przez Zamawiającego endoskopy są produkcji firmy Olympus. Modele: gastroskopy: GIF H170, kolonoskopy: CFH 170L, CFQ 165L; duodenoskopy: TJF 145.

17. Pytanie do opisu przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 4B – (zadanie 2, pytanie ogólne). Czy Zamawiający wymaga, aby Każda komora zawierała minimum 6 przyłączy umożliwiających podłączenie każdego kanału endoskopu osobno?

Zamawiający nie wymaga, dopuszcza.

18. Pytanie do opisu przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 4B – (zadanie 2, pytanie ogólne). Czy Zamawiający wymaga by myjnia posiadała objętość pojemnościową wewnątrz urządzenia do przechowywania kanistrów ze środkami dezynfekcyjnymi. Jest to rozwiązanie powszechnie stosowane w myjniach przeciwdziałające rozlewaniu się środków.

Zamawiający nie wymaga, dopuszcza.

19. Pytanie do opisu przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 4B – (zadanie 2, pytanie ogólne). Czy Zamawiający wymaga by myjnia posiadała sygnalizację świetlną, informującą użytkownika o statusie pracy urządzenia bez potrzeby podchodzenia do myjni poprzez np. pasek LED lub obręcz wokół przycisków do otwierania komór myjni?

Zamawiający nie wymaga, dopuszcza.

20. Pytanie do opisu przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 4B – (zadanie 2, pytanie ogólne). Czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie z wymaganiami normy EN ISO 15883-4, myjnia zgłaszała ewentualną niedrożność kanału, ale też dodatkowo pozwalała zidentyfikować zablokowany kanał?

Zamawiający nie wymaga, dopuszcza.

21. Pytanie do opisu przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 4B – (zadanie 2, pytanie ogólne). Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga urządzenia, które posiada miejsce na kanistry ze środkami chemicznymi i przez określenie w pełni automatycznego urządzenia rozumie urządzenie, które również samodzielnie pobiera odpowiednią dawkę koncentratu bezpośrednio z podłączonego kanistra. Bez konieczności przelewania koncentratów z kanistra do zbiornika myjni, co niesie ze sobą ryzyko popełnienia błędu, jak również ekspozycji na środek chemiczny.

Zgodnie z SIWZ i udzielonymi wyjaśnieniami.

22. Dot. SIWZ rozdział II punkt 3: Dostawa sprzętu nastąpi bezpośrednio do miejsca jego użytkowania, transportem na koszt i ryzyko Wykonawcy w godzinach 8:00– 13:00, od poniedziałku do piątku, z usługą wniesienia. Prosimy o potwierdzenie, że możliwy będzie transport sterylizatora wózkami paletowymi z miejsca rozładunku do miejsca docelowego (brak progów, stopni, schodów) oraz czy otwory drzwiowe są o szerokości minimum 1000 mm. W

przypadku transportu pionowego czy jest dostępna winda o wymiarach minimum 1000 x 1200 x 2000 mm (szer x gł x wys.) o udźwigu min. 1000 kg.

Sterylizatornia zlokalizowana jest na parterze. Możliwy będzie transport sterylizatora wózkiem paletowym z miejsca rozładunku do miejsca docelowego (brak progów, stopni, schodów). Otwory drzwiowe są o szerokości minimum 1000 mm. Zamawiający nie dysponuje wózkiem paletowym.

23. Dot. SIWZ rozdział 1A punkt 4 podpunkt 8 oraz dot. załącznika nr 3 do SIWZ: wzoru umowy § 3 punkt 7. Czas naprawy gwarancyjnej do 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia uszkodzenia przez użytkownika - pracownika Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że na czas naprawy trwającej dłużej niż 5 dni roboczych Wykonawca dostarczy Zamawiającemu urządzenie zastępcze o parametrach nie gorszych niż oferowane. Sprzęt zastępczy powinien być kompletny, gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi), oznakowany, posiadający niezbędne instrukcje, paszporty techniczne, gwarancje i dokumentację w języku polskim, udostępniony dla Zamawiającego bezpłatnie. **Prosimy o modyfikację tych zapisów na:** Czas naprawy gwarancyjnej do 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia uszkodzenia przez użytkownika - pracownika Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że na czas naprawy trwającej dłużej niż 5 dni roboczych Wykonawca dostarczy Zamawiającemu część zastępczą o parametrach nie gorszych niż oferowane. Część zastępcza powinna być kompletna, gotowa do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi), oznakowana, posiadająca niezbędne instrukcje, paszporty techniczne, gwarancje i dokumentację w języku polskim, udostępniona dla Zamawiającego bezpłatnie. *Uzasadnienie: sterylizator jest urządzeniem produkowanym na konkretne zamówienie klienta – żaden wykonawca nie posiada sprzętu zastępczego, a tym samym nie jest możliwe wyprodukowanie i dostarczenie sterylizatora zastępczego w tak krótkim czasie. Ponadto pojawi się problem, gdzie tak duży sterylizator zamontować, natomiast do jego uruchomienia będzie niezbędne dopuszczenie przez UDT co może potrwać do 1 miesiąca. Eksploatowanie urządzenia bez odpowiedniego wniosku oraz rejestracji i decyzji wydanej przez inspektora UDT jest prawnie zabronione.*

Zamawiający modyfikuje zapisy Rozdziału 1A punkt 4 podpunkt 8 SIWZ oraz § 3 ust. 1 punkt 7 wzoru umowy poprzez zastąpienie słowa „uszkodzenia” słowem „usterki”. Dodatkowo dla Zadania nr 1 Zamawiający modyfikuje zapisy Rozdziału 1A punkt 4 podpunkt 8 SIWZ oraz § 3 ust. 1 punkt 7 wzoru umowy w następujący sposób: „Czas naprawy gwarancyjnej do 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia usterki przez użytkownika – pracownika Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że na czas naprawy trwającej dłużej niż 5 dni roboczych Wykonawca zapewni Zamawiającemu bezpłatnie część zastępczą umożliwiającą użytkowanie przedmiotu umowy zgodne z jego przeznaczeniem.”

24. Dot. SIWZ rozdział 1A punkt 5: Dotyczy Zadania nr 1: Oferta powinna obejmować również adaptację pomieszczenia (dopasowanie ścianki międzystrefowej do urządzenia) i dostosowanie istniejących instalacji zasilających urządzenie (wodno–kanalizacyjnych, sprężonego powietrza i elektrycznych), demontaż starego urządzenia i przetransportowanie go do magazynu Zamawiającego. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca instalacji urządzenia wraz z określeniem warunków przyłączenia do mediów oraz niezbędnej przebudowy przegród budowlanych. Maksymalny czas realizacji prac dostosowawczych wynosi 2 tygodnie. Wykonawca zobowiązany będzie do uzgodnienia terminu prac z Działem Technicznym Zamawiającego, co najmniej 5 dni roboczych przed rozpoczęciem prac. **Prosimy o potwierdzenie**, że droga transportowa do miejsca składowania demontowanego sterylizatora jest na jednym poziomie umożliwiającym transport wózkiem paletowym, w występujące otwory (np. drzwi) są na tyle szerokie, że nie wymagają demontażu.
Zamawiający potwierdza.

25. Dot. załącznika nr 3 do SIWZ: wzoru umowy § 6 punkt 4 podpunkt 2: w przypadku, gdy wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający będzie miał uprawnienie do żądania usunięcia wad w wyznaczonym przez siebie terminie, a w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę tego terminu będzie uprawniony do ich usunięcia przez inny autoryzowany podmiot na koszt i ryzyko Wykonawcy. **Prosimy o modyfikację tego zapisu na:** w przypadku, gdy wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający będzie miał uprawnienie do żądania usunięcia wad w uzgodnionym terminie, a w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę tego terminu będzie uprawniony do ich usunięcia przez inny autoryzowany podmiot na koszt i ryzyko Wykonawcy. *Uzasadnienie: terminy usunięcia wad uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu muszą być znane i uzgodnione przez dwie strony, ponieważ wiąże się to z konsekwencjami finansowymi dla wykonawcy (obciążenie za naprawę przez inny podmiot na koszt wykonawcy).*

Zamawiający modyfikuje zapis § 6 ust. 4 pkt. 2 wzoru umowy w następujący sposób: „w przypadku, gdy wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający będzie miał uprawnienie do żądania usunięcia wad w wyznaczonym przez siebie terminie, nie krótszym niż 5 dni roboczych, a w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę tego terminu będzie uprawniony do ich usunięcia przez inny autoryzowany podmiot na koszt i ryzyko Wykonawcy.”

26. Dot. załącznika nr 4A do SIWZ: szczegółowy opis przedmiotu zamówienia parametry wymagalne lp.2: Możliwość automatycznego startu / stopu sterylizatora. **Prosimy o wykreślenie tego parametru.** *Uzasadnienie: zgodnie z ustawą o Dozorze Technicznym z 1961 roku, z nowelizacją z latach 1990 -1991 r. urządzenia ciśnieniowe jakimi są sterylizatory parowe oraz wytwornice pary bezwzględnie muszą być eksploatowane pod nadzorem uprawnionego personelu.*

Zapis w SIWZ „Możliwość automatycznego startu / stopu sterylizatora” nie sugeruje, że urządzenie będzie eksploatowane bez nadzoru uprawnionego personelu. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Dotyczy Zadania nr 1 – Sterylizator parowy przelotowy na 4 jednostki sterylizacyjne (4STE)

27. Czy Zamawiający wymaga konstrukcji płaszcza pełnego, co jest rozwiązaniem nowocześniejszym pozwalającym na szybsze, niż w przypadku płaszcza żebrowanego, nagrzewanie komory sterylizatora?

Zamawiający nie wymaga, dopuszcza.

28. Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowany sterylizator był wyposażony w połączenia kłamrowe, co jest połączeniem znacznie bardziej higienicznym niż połączenie gwintowane?

Zamawiający nie wymaga, dopuszcza.

29. Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowany sterylizator posiadał dwa osobne wloty pary – do komory oraz do płaszcza? Rozwiązanie takie zapewnia znacznie lepsze parametry sterylizacji niż wspólny wlot/wloty do płaszcza i komory?

Zamawiający nie wymaga, dopuszcza.

30. Czy Zamawiający wymaga, aby zawory procesowe sterowane pneumatycznie były wykonane ze stali kwasoodpornej a wewnętrzna instalacja pary wodnej posiadała przyłącza klamrowe do szybkiego demontażu bez użycia narzędzi?

Zamawiający nie wymaga, dopuszcza.

31. Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowany sterylizator był wyposażony w manometry na panelu czołowym umieszczone również po stronie rozładowniczej?

Zamawiający nie wymaga, dopuszcza.

32. Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowany sterylizator był wyposażony w umieszczone na panelu czołowym manometry pokazujące ciśnienie w komorze, wytwornicy pary oraz płaszczu?

Zamawiający nie wymaga, dopuszcza.

Pytania do umowy

33. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany w § 3 ust. 1 pkt 7 umowy poprzez zastąpienie słowa „uszkodzenia” słowem „usterki” (jak w pkt 6)?

Zamawiający modyfikuje zapisy Rozdziału 1A punkt 4 podpunkt 8 SIWZ oraz § 3 ust. 1 punkt 7 wzoru umowy poprzez zastąpienie słowa „uszkodzenia” słowem „usterki”. Dodatkowo dla Zadania nr 1 Zamawiający modyfikuje zapisy Rozdziału 1A punkt 4 podpunkt 8 SIWZ oraz § 3 ust. 1 punkt 7 wzoru umowy w następujący sposób: „Czas naprawy gwarancyjnej do 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia usterki przez użytkownika – pracownika Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że na czas naprawy trwającej dłużej niż 5 dni roboczych Wykonawca zapewni Zamawiającemu bezpłatnie część zastępczą umożliwiającą użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.”

34. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany w § 6 ust. 4 pkt 2 umowy poprzez nadanie mu brzmienia: „2) w przypadku, gdy wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający będzie miał uprawnienie do żądania usunięcia wad w wyznaczonym przez siebie terminie, nie krótszym niż 5 dni, a w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę tego terminu będzie uprawniony do ich usunięcia przez inny autoryzowany podmiot na koszt i ryzyko Wykonawcy.”

Zamawiający modyfikuje zapis § 6 ust. 4 pkt. 2 wzoru umowy w następujący sposób: „w przypadku, gdy wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający będzie miał uprawnienie do żądania usunięcia wad w wyznaczonym przez siebie terminie, nie krótszym niż 5 dni roboczych, a w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę tego terminu będzie uprawniony do ich usunięcia przez inny autoryzowany podmiot na koszt i ryzyko Wykonawcy.”

35. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dodania w § 7 ustępów 6 i 7 o treści: „6. Żadna ze stron umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy spowodowane przez okoliczności nie wynikające z winy danej strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako siła wyższa. 7. Dla celów umowy „siła wyższa” oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą stron oraz nie wiążące się z zawinionym działaniem stron, którego strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powódzie, epidemie, akty administracji państwowej itp.”



Zamawiający nie dopuszcza. Przedmiotem umowy nie są dostawy sukcesywne, lecz dostawa jednorazowa w konkretnym, oznaczonym, znanym obu stronom terminie. Ponadto strony są świadome obowiązującego na terenie Polski stanu epidemii oraz znane im są obostrzenia z tym związane.

Dotyczy pakietu 1:

36. Czy zamawiający dopuści rozwiązanie równoważne do systemu degazacji- automatyczny spust kondensatu z wytwornicy pary, rozwiązanie to zapobiega gromadzeniu się gazów niekondensowalnych w wytwornicy pary i eliminuje konieczność stosowania systemu degazacji.


Zamawiający nie wymaga, dopuszcza.

37. Czy zamawiający wymaga aby wszystkie hasła do urządzenia w tym hasła serwisowo-programowe, były stałe nie podlegające automatycznym cyklicznym zmianom, które wymagałyby udostępnienia aktualnego hasła przez producenta?

Zamawiający nie wymaga, dopuszcza.

Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia dokonanych zmian w treści oferty. W razie zaferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowany, a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień treści SIWZ czy w przypadku modyfikacji SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest do zaznaczenia źródła tej zmiany (data odpowiedzi lub modyfikacji i ewentualnie nr pytania).

Z poważaniem
Sekretarz Komisji Przetargowej

Z-CA KIEROWNIKA
działu Analiz/Projektów i Zamówień Publicznych
SPS Z02 w Lęborku

mgr Eliza Kruk