



Uczestnicy postępowania ZP-PN/48/14

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego (resuscytatory ambu, aparaty do pomiaru ciśnienia krwi, maski twarzowe, laryngoskopy, kardiolografy) do Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku jako Zamawiający w odpowiedzi na otrzymane zapytania do SIWZ dot. w/w postępowania wyjaśnia:

Pytanie nr 1- dotyczy zadania nr 5 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiolograf zapewniający oczekiwany zakres FHR z dokładnością pomiaru 1 bpm?

- **Zamawiający informuje, że dopuszcza kardiolograf zapewniający oczekiwany zakres FHR z dokładnością pomiaru 1 bpm i spełniający wszystkie pozostałe parametry wymienione w Załączniku nr 6. W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokonał zmian w Załączniku nr 6 zadanie nr 5 poz. 3. Zmieniony załącznik został umieszczony na stronie Zamawiającego.**

Pytanie nr 2- dotyczy zadania nr 5 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiolograf posiadający natężenie emitowanej fali na poziomie $<20\text{mW/cm}^2$?

- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie nr 3- dotyczy zadania nr 5 poz. 15

Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiolograf bez 3-stopniowego wskaźnika jakości odbieranego sygnału?

- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie nr 4- dotyczy zapisów w zadaniu nr 5

Czy Zamawiający zawierając w zestawieniu parametrów opcje TAK/NIE ma na myśli możliwość wyboru tych punktów jako parametrów opcjonalnych?

- **Zamawiający informuje, że opcja TAK lub NIE w kolumnie „WYMAGANE PARAMETRY” oznacza dowolność wyboru. Wybór jednej lub drugiej opcji stanowi spełnienie parametru, ale tylko w przypadku gdy dany parametr posiada opcję wyboru.**

Pytanie nr 5- dotyczy zadania nr 1

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy resuscytator silikonowy dla dorosłych, renomowanej firmy GE, z całkowitą objętością worka 1500 ml, objętością oddechową 1350/800 ml (Podczas ściskania worka oburącz/ jedną ręką), o wymiarach (długość x średnica) – 320 mm x 135 mm i objętości rezerwuaru tlenu 2500 ml, ze złączem wydechowym (do podłączenia zaworu PEEP) – 25 mm z wielokrotną możliwością sterylizacji wszystkich elementów w autoklawie w temp. 134 st. C, a rezerwuaru tlenu tlenkiem etylenu, przy spełnianiu pozostałych wymaganych parametrów technicznych?

- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie nr 6- dotyczy zadania nr 4

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy laryngoskop w standardzie Green Light, renomowanej firmy GE, o następujących parametrach technicznych:

Laryngoskop światłowodowy długość standardowa

Głęboko żłobiona rękojeść trwałe, nieślizgający się w dłoni uchwyt.

Źródło światła - dioda elektroluminescencyjna typu LED, wystarczającą na ok.. 50 000 godzin pracy, nie zmieniające natężenia światła w miarę zużywania baterii

Rączka laryngoskopu zasilana bateriami typu AA

Dezynfekcja parowa w autoklawie w temp. 134 st. C

W zestawie z łyżkami jednorazowego użytku plastikowymi lub metalowymi

Proksymalny koniec pręta świetlnego każdej łyżki laryngoskopu jest pokryty specjalną powłoką antyrefleksyjną, ułatwiającą wizualizację.

- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie nr 7- dotyczy rozdz. I ust. 6 lit. a SIWZ, „formularz oferty”, §4 ust. 2 pkt 1 projektu umowy

Prosimy o sprecyzowanie zapisu dotyczącego udzielonej gwarancji oraz przeglądów na następujący:

„Wykonawca udziela pełnej gwarancji na oferowany sprzęt medyczny minimum 24 miesiące od dnia dokonania odbioru końcowego”, z wyjątkiem części eksploatacyjnych, akcesoriów i materiałów zużywalnych (jedno i wielorazowych), które Zamawiający nabywa sukcesywnie na własny koszt. W okresie obowiązywania gwarancji Wykonawca zapewni dostępność nabywanych każdorazowo przez Zamawiającego na własny koszt, części eksploatacyjnych, akcesoriów i materiałów zużywalnych.”

- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie nr 8- dotyczy rozdz. II SIWZ, „formularz oferty”, §2 projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji do 4 tygodni od podpisania umowy.

W przypadku autoryzowanych dealerów sprzętu w terminie dostawy uwzględnić należy czas importu i produkcji w przypadku urządzeń wykonywanych na Zamówienia.

- **Zamawiający informuje, że wydłuża termin realizacji zamówienia do 4 tygodni od podpisania umowy. W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokonał zmian w SIWZ. Zmieniona SIWZ została umieszczona na stronie Zamawiającego.**

Pytanie nr 9- dotyczy projektu umowy §5 ust. 4

Wnosimy o wykreślenie niniejszego zapisu lub jego zmianę tak by otrzymał on treść: *„Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią jakichkolwiek swoich wierzytelności wynikających z niniejszej umowy (zakaz cesji), chyba że na powyższe wyrazi zgodę Szpital Uniwersytecki w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Nieuiszczenie przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty będzie traktowane, jak wyrażenie przez Zamawiającego zgody na cesję wierzytelności.”*

- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapis projektu umowy §5 ust. 4**

Pytanie nr 10- dotyczy rozdz. I ust. 6 SIWZ, „formularz oferty”, §4 projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu naprawy do 7 dni i do 14 dni jeżeli naprawa będzie wymagać sprowadzenia części zamiennych z zagranicy.

Należy zwrócić uwagę, iż na czynności serwisowe składają się: dojazd serwisu, diagnoza usterki, naprawa lub wymiana części. W przypadku każdej z usterek, termin wymagany przez zamawiającego jest niemożliwy do dotrzymania. Ponadto w przypadku braku części w magazynie, lub też elementów potrzebnych w celu dokonania naprawy urządzenia zachodzi konieczność sprowadzenia ich spoza granic Polski.

- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie nr 11- dotyczy rozdz. I ust. 6 lit. c SIWZ, „formularz oferty”, §4 ust. 2 pkt 3 projektu umowy

Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie czasu reakcji serwisu do 48 godzin od momentu zgłoszenia przez użytkownika – pracownika Zamawiającego, w dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Wymagany minimalny termin na reakcję jest wyjątkowo krótki, co może powodować w sytuacjach wyjątkowych jego przekraczanie. Urealnienie tego wymogu pozwoliłoby wykonawcom racjonalnie zaplanować działania serwisowe, co prowadziłoby do zwiększenia efektywności samej naprawy urządzeń i znacząco wpłynęłoby na obniżenie ostatecznej ceny oferowanego urządzenia. Ponadto należy mieć na uwadze, że przedmiotem umowy są bardzo zróżnicowane urządzenia specjalistyczne o wysokim stopniu zaawansowania technologicznego, wobec czego ich naprawa i przygotowanie się do niej w czasie tak krótkim, jak proponowany przez Zamawiającego, może okazać się praktycznie niemożliwe.

- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie nr 12- dotyczy rozdz. I ust. 6 lit. d SIWZ, „formularz oferty”, §4 ust. 2 pkt 4 projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rezygnację z konieczności dostarczenia sprzętu zastępczego w przypadku naprawy wydłużającej się ponad wyznaczony termin?

Obowiązek taki ciążyący na wykonawcy powoduje, iż zobowiązany jest on do posiadania na stanie dodatkowego egzemplarza sprzętu będącego przedmiotem umowy a jego koszty uwzględnić w cenie oferty. Rezygnacja z tego zapisu pozwoli wykonawcy przedstawić ofertę najkorzystniejszą pod względem finansowym.

- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie nr 13- dotyczy rozdz. VI SIWZ

Zwracamy się o wyjaśnienie czy nie doszło do pomyłki w określeniu wysokości wadium wymaganego do wniesienia dla zadania nr 5, które wydaje się iż przekracza znacznie wartość potencjalnej oferty? Prosimy o dokonanie zmiany lub potwierdzenie, że wartość jest prawidłowa.

- **Zamawiający informuje, że nie wymaga wniesienia wadium. Informacja o tym znajduje się w rozdziale VI SIWZ.**

Pytanie nr 14- dotyczy zadania nr 5 poz. 2

Czy Zamawiający uzna za wystarczające zaoferowanie głowic ultradźwiękowych Cardio, wodoszczelnych tj. z możliwością zanurzenia w płynie o częstotliwości pracy niższej niż wymagane tj. 1MHz, co pozostaje bez wpływu na jakość sygnału i ma związek z metodą detekcji? Czy szpital może udzielić informacji, czy posiada wannę porodową i czy kardiograf będzie używany do monitoringu w trakcie porodu w wodzie?

- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**
- **Zamawiający informuje również, że nie posiada wanny porodowej i obecnie kardiograf nie będzie używany do monitoringu w trakcie porodu w wodzie.**

Pytanie nr 15- dotyczy zadania nr 5 poz. 3

Czy w związku z faktem iż kardiograf monitoruje głównie ilość uderzeń serca na minutę, stąd skrót „bpm”(beats per minute), Zamawiający uzna za wystarczającą dokładność mierzenia ilości uderzeń z dokładnością do 1 uderzenia w zakresie od 50 do 210, gdyż trudno sobie wyobrazić pół uderzenia, a tym bardziej 0,25 uderzenia- bez znaczenia w jakim zakresie? Dokładność ilości uderzeń musi mieć wartość całkowitą np.: +/- 1 lub +/- 2 itd. Czy Zamawiający może udzielić informacji czy posiada oddział patologii ciąży lub ewentualnie jakie jest przeznaczenie użytkownika dla nowo zakupionych kardiografów tj. czy będą na przykład używane na salach porodowych przy łózkach, czy raczej w przychodni itp.?

- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ odnośnie zakresu FHR natomiast dopuszcza dokładność ± 1 bpm. W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokonał zmian w Załączniku nr 6 zadanie nr 5 poz. 3. Zmieniony załącznik został umieszczony na stronie Zamawiającego.**

- Zamawiający informuje również, że posiada Oddział Patologii Ciąży a zakupione kardiokografy będą używane na sali porodowej oraz na Oddziale Patologii Ciąży.

Pytanie nr 16- dotyczy zadania nr 5 poz. 5

Czy w związku z wymogiem zawartym w punkcie 5 SIWZ, dotyczącym natężenia fali ultradźwiękowej, Zamawiający uzna za wystarczające określenie natężenia na poziomie mniejszym lub równym $0,6 \text{ mW/cm}^2$ co w istocie oddaje wartość graniczną parametru?

- Zamawiający informuje, że dopuszcza natężenie emitowanej fali ultradźwiękowej mniejsze lub równe $0,6 \text{ mW/cm}^2$. W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokonał zmian w Załączniku nr 6 zadanie nr 5 poz. 5. Zmieniony załącznik został umieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 17- dotyczy zadania nr 5 poz. 17

Czy w związku iż matryca(ekran dotykowy) TFT jest odmianą matrycy LCD, Zamawiający dopuści pochylany ekran dotykowy o wysokim kontraście LCD TFT o przekątnej 7" umożliwiający podgląd numerycznych monitorowanych parametrów, ich wykresów oraz odczyt komunikatu aparatu?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 18- dotyczy zadania nr 1 poz. 2

Czy Zamawiający resuscytator z maską silikonową nr 5 z otwartym mankietem?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 19- dotyczy zadania nr 1 poz. 4, 5 i 7

Prosimy o dopuszczenie resuscytatora o objętości 1800ml, objętości oddechowej 1060ml oraz rezerwuaru o pojemności 2700ml.

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 20- dotyczy zadania nr 1 poz. 11

Prosimy o dopuszczenie resuscytatora z zaworem ograniczającym ciśnienie wentylacji do 60 cm H₂O.

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 21- dotyczy zadania nr 1 poz. 9

Prosimy o dopuszczenie resuscytatora z możliwością zamocowania zaworu PEEP za pomocą dodatkowej złączki.

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 22- dotyczy rozdz. I ust. 6 lit. j, „formularz oferty”, §4 ust. 2 pkt 10 projektu umowy

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu przeszkolenia personelu w zakresie obsługi resuscytatorów. Resuscytator to łatwy w obsłudze, nieskomplikowany produkt z którego obsługą wykwalifikowany personel medyczny nie powinien mieć najmniejszych problemów w oparciu o wcześniejsze zapoznanie się z instrukcją obsługi (w jęz. polskim) dostarczoną wraz z dostawą przedmiotu zamówienia. Obowiązek przeprowadzenia szkolenia wpłynie jedynie na nieuzasadniony wzrost ceny.

- Zamawiający informuje, że odstępuje od wymogu przeszkolenia personelu w zakresie obsługi resuscytatorów. W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokonał zmiany w SIWZ. Zmieniona SIWZ została umieszczona na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 23- dotyczy zadania nr 4 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści laryngoskop Macintosh w zestawie z czterema łyżkami o rozmiarach:

1) 9,2 cm, 2) 10 cm, 3) 13 cm, 4) 15,5 cm?

- Zamawiający informuje, że dopuszcza laryngoskop Macintosh w zestawie z czterema łyżkami o rozmiarach: 1) 9,2 cm, 2) 10 cm, 3) 13 cm, 4) 15,5 cm. W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokonał zmian w Załączniku nr 6 zadanie nr 4 poz. 1. Zmieniony załącznik został umieszczony na stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 24- dotyczy zadania nr 4 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści łyżki wykonane ze stali nierdzewnej i magnetycznej o wysokiej trwałości?

- **Zamawiający informuje, że dopuszcza łyżki wykonane ze stali nierdzewnej i magnetycznej o wysokiej trwałości. W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokonał zmian w Załączniku nr 6 zadanie nr 4 poz. 6. Zmieniony załącznik został umieszczony na stronie Zamawiającego.**

Z poważaniem

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku
lekarz Andrzej Sapiński