



SPSZOZ/1559/2014

Łębork, dn. 13.08.2014r.

### Uczestnicy postępowania

ZP-PN/68/14

Dot. przetargu nieograniczonego na dostawę łóżek szpitalnych i szafek przyłóżkowych do SPS ZOZ w Łęborku. Znak sprawy ZP-PN/68/14.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęborku jako Zamawiający w odpowiedzi na otrzymane zapytania do SIWZ dot. w/w postępowania wyjaśnia:

#### Dotyczy Zadania nr 1 – łóżka szpitalne

1. Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne o całkowitej długości 2160? Wymiar proponowanego łóżka różni się od wymaganego zaledwie o 30 mm i nie będzie miał wpływu na eksploatację i komfort pacjenta.
  - Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.
2. Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne o wymiarach leża 850x2000 mm? Różnica wymiarów proponowanego od wymaganego w SIWZ różni się nieznacznie i nie będzie miała wpływu na komfort pacjenta.
  - Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.
3. Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne z wysokością leża od podłogi wynoszącą 500 mm? Proponowana przez nas wysokość jest bezpieczniejsza dla pacjentów ponieważ jest mniejsze ryzyko upadku podczas schodzenia z łóżka oraz większy komfort przy wchodzeniu na łóżko.
  - Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.
4. Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne z regulowanym segmentem uda w zakresie od 0 do 36°? Proponowane przez nas łóżko oraz proponowane parametry są zgodne z normami określającymi w/w parametry.
  - Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.
5. Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne, które posiada regulację oparcia pleców oraz uda za pomocą 2 osobnych sprężyn gazowych umieszczonych w miejscu łatwego dostępu dla pacjenta?
  - Zamawiający informuje, że dopuszcza łóżko szpitalne, które posiada regulację oparcia pleców oraz uda za pomocą 2 osobnych sprężyn gazowych umieszczonych w miejscu łatwego dostępu dla pacjenta.
6. Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne ze szczytami chromowanymi wypełnionymi płytą HPL bez możliwości wyjęcia wypełnienia szczytu, z możliwością wyjęcia szczytów bez użycia narzędzi?
  - Zamawiający informuje, że dopuszcza łóżko szpitalne ze szczytami chromowanymi wypełnionymi płytą HPL bez możliwości wyjęcia wypełnienia szczytu, z możliwością wyjęcia szczytów bez użycia narzędzi.
7. Czy zapis w SIWZ mówiący o konieczności wykazania należytego doświadczenia dotyczy również producentów łóżek, którzy działają na rynku od 14 lat?
  - Zamawiający informuje, że zapisy SIWZ mówiące o konieczności wykazania należytego doświadczenia dotyczą każdego Wykonawcy składającego ofertę w/w postępowaniu przetargowym.

3/10/14

8. Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej 2150 mm?
- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.
9. Czy Zamawiający dopuści łóżko o wysokości leża od podłoża 400 mm?
- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.
10. Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionym profilowanymi, metalowymi, lakierowanymi lamelami – w kształcie spłaszczonej, odwróconej litery C, z krawędziami zaokrąglonymi do dołu, rozmieszczonymi w leżu stosownie do nacisku ciała pacjenta. Leże umożliwiające przeprowadzenie reanimacji, dające dobre wsparcie dla materaca, łatwe w dezynfekcji, odporne na rozwój mikroorganizmów, bezpieczne dla pacjenta?
- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.
11. Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją oparcia pleców i ud wykonywanymi za pomocą dwóch osobnych dźwigni umieszczonych obok siebie? Takie rozwiązanie jest korzystniejsze dla leżącego pacjenta, który nie musi zastanawiać się jak przechylić tylko jedną dźwignię, by uzyskać np. pozycję siedzącą. Nasze dźwignie są czytelnie oznaczone i zwiększają komfort leżącego pacjenta. Pragniemy dodać, iż regulacja oparcia pleców i ud za pomocą jednej dźwigni jest stosowana wyłącznie w łóżkach z firmy STOLTER i FORMED. Odpowiedź negatywna może spowodować posądzenie Zamawiającego o nieefektywne zarządzanie pieniędzmi publicznymi w związku z ograniczeniem liczby Oferentów w tym zadaniu.
- Zamawiający informuje, że dopuszcza łóżko z regulacją oparcia pleców i ud wykonaną za pomocą dwóch osobnych dźwigni umieszczonych obok siebie.
12. Czy Zamawiający dopuści łóżko ze szczytami wykonanymi ze stali lakierowanej proszkowo, wypełnionymi płytą HPL?
- Zamawiający informuje, że dopuszcza łóżko ze szczytami wykonanymi ze stali lakierowanej proszkowo wypełnionymi płytą HPL.
13. Czy Zamawiający dopuści łóżko ze szczytami wykonanymi ze stali nierdzewnej satynowanej, wypełnionymi płytą HPL?
- Zamawiający informuje, że dopuszcza łóżko ze szczytami wykonanymi ze stali nierdzewnej satynowej wypełnionymi płytą HPL.
14. Czy Zamawiający dopuści łóżko ze szczytami wypełnionymi płytą HPL o grubości 6 mm?
- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.
15. Czy Zamawiający dopuści łóżko ze szczytami bez wyjmowanego wypełnienia? Wyjmowane są całe szczyty z ramy leża.
- Zamawiający informuje, że dopuszcza łóżko ze szczytami bez wyjmowanego wypełnienia. Wyjmowane całe szczyty z ramy leża
16. Czy Zamawiający dopuści łóżko bez listew odbojowych? Krążki odbojowe w narożach łóżka doskonale chronią całe łóżko przed uszkodzeniami mechanicznymi.
- Zamawiający informuje, że dopuszcza łóżko bez listew odbojowych, wyposażone w krążki odbojowe w narożach łóżka.
17. Czy Zamawiający dopuści łóżko z listwami odbojowymi umieszczonymi na ramie leża na całej jej długości zamiast na barierkach bocznych?
- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.
18. Czy Zamawiający dopuści łóżko z metalowymi uchwytami materaca umieszczonymi na ramie leża w taki sposób, że nie narażają pacjenta na urazy?
- Zamawiający informuje, że dopuszcza łóżko z metalowymi uchwytami materaca umieszczonymi na ramie leża w taki sposób, że nie narażają pacjenta na urazy.
19. Czy Zamawiający dopuści łóżko bez kątomierzów? Parametr zbędny podwyższający cenę łóżka.
- Zamawiający informuje, że dopuszcza łóżko bez kątomierzów.

*kw 9*

20. Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją segmentu oparcia uda w zakresie 0-40°?
- Zamawiający informuje, że dopuszcza łóżko z regulacją segmentu oparcia uda w zakresie 0-40°.
21. Czy Zamawiający dopuści łóżka z regulacją oparcia pleców i uda dokonywana za pomocą dwóch niezależnych dźwigni czytelnie oznaczanych umieszczonych pod ramą leża w miejscu łatwego dostępu dla leżącego pacjenta?
- Zamawiający informuje, że dopuszcza łóżka z regulacją oparcia pleców i uda dokonywaną za pomocą dwóch niezależnych dźwigni czytelnie oznaczanych umieszczonych pod ramą leża w miejscu łatwego dostępu dla leżącego pacjenta.
22. Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami bez listew odbojowych?
- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.
23. Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami z listwą odbojową na jednym szczeblu barierki?
- Zamawiający informuje, że dopuszcza łóżko z barierkami z listwą odbojową na jednym szczeblu barierki.
24. Czy Zamawiający dopuści łóżko z metalowymi uchwytami materaca dostosowanymi do szerokości materaca usytuowane w miejscu nie narażającym na powstawanie urazów kończyn bez kątomierzy?
- Zamawiający informuje, że dopuszcza łóżko z metalowymi uchwytami materaca dostosowanymi do szerokości materaca, usytuowane w miejscu nie narażającym na powstawanie urazów kończy, bez kątomierzy.
25. Czy Zamawiający dopuści łóżko z wieszakiem kroplówki i wysięgnikiem z uchwytem do ręki z możliwością zabezpieczenia przed wypadnięciem za pomocą blokady z pręta?
- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.
26. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w uchwyty do woreczków urologicznych metalowe chromowane?
- Zamawiający informuje, że dopuszcza łóżko wyposażone w uchwyty do woreczków urologicznych, metalowe, chromowane.
27. Czy Zamawiający dopuści łóżko z półką na pościel wysuwaną za pomocą mechanizmu suwnego nie wystająca poza obrys ramy łóżka?
- Zamawiający informuje, że dopuszcza łóżko z półką na pościel wysuwaną za pomocą mechanizmu suwnego, nie wystająca poza obrys ramy łóżka.
28. Czy Zamawiający dopuszcza łóżko o szerokości całkowitej wraz z zamontowanymi barierkami 1060 mm? Parametr ten nieznacznie różni się od oczekiwanego.
- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.
29. Czy Zamawiający dopuszcza łóżko o wymiarach leża 860 x 2000? Jest to standaryzowane leże do stosowania standardowych materacy piankowych.
- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.
30. Czy Zamawiający dopuszcza łóżko z regulacją segmentu oparcia pleców oraz uda wykonywaną za pomocą 2 dźwigni (jedna dźwignia do regulacji segmentu pleców a druga do regulacji segmentu uda) umieszczone pod ramą leża w miejscu łatwo dostępnym dla pacjenta? Rozwiązanie takie jest bardzo ergonomiczne i zapobiega pomyłkom, jakie mają miejsce przy zastosowaniu jednej dźwigni.
- Zamawiający informuje, że dopuszcza łóżko z regulacją segmentu oparcia pleców oraz uda wykonaną za pomocą 2 dźwigni (jedna dźwignia do regulacji segmentu pleców a druga do regulacji segmentu uda) umieszczone pod ramą leża w miejscu łatwo dostępnym dla pacjenta.

31. Czy Zamawiający dopuszcza łóżko ze szczytami tworzywowymi, łatwo odejmowanymi wypełnionymi wklejka z płyty HPL odporna na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV; bez możliwości wyjmowania wypełnienia?
- Zamawiający informuje, że dopuszcza łóżko ze szczytami tworzywowymi, łatwo odejmowanymi wypełnionymi wkleją z płyty HPL odporną na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV; bez możliwości wyjmowania wypełnienia.
32. Czy w rozumieniu punktu 10 Zamawiający dopuszcza szczyt wyposażony w tworzywową tabliczkę imienną montowaną na górnej powierzchni szczytu?
- Zamawiający informuje, że dopuszcza szczyt wyposażony w tworzywową tabliczkę imienną montowaną na górnej powierzchni szczytu.
33. Czy Zamawiający dopuszcza łóżko wyposażone w metalowe lakierowane proszkowo uchwyty materaca, które nie powodują urazów kończyn?
- Zamawiający informuje, że dopuszcza łóżko wyposażone w metalowe lakierowane proszkowo uchwyty materaca, które nie powodują urazów kończyn.
34. Czy Zamawiający dopuszcza uchwyty niewyposażone w kątomierze po dwóch stronach przy segmencie wezglowia?
- Zamawiający informuje, że dopuszcza uchwyty niewyposażone w kątomierze po dwóch stronach przy segmencie wezglowia.
35. Czy Zamawiający dopuszcza wysięgnik z uchwytem do ręki bez mechanizmu śrubowego – z rozwiązaniem wykluczającym ryzyko wypadnięcia wysięgnika?
- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.
36. Czy Zamawiający dopuszcza łóżko niewyposażone w półkę do odkładania pościeli?
- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.
37. Czy Zamawiający dopuszcza łóżko bez centralnej blokady kół?
- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.
38. Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego łóżko wyposażone w uchwyty do materaca wykonane ze stali pokrytej lakierem proszkowym? Według wiedzy i doświadczenia Wykonawcy nie powinno się łączyć elementów stalowych z elementami tworzywowymi. Zaproponowane przez Wykonawcę rozwiązanie zapewni Zamawiającemu dostarczenie najwyższej klasy łóżek szpitalnych.
- Zamawiający informuje, że dopuszcza łóżko wyposażone w uchwyty do materaca wykonane ze stali pokrytej lakierem proszkowym.
39. Czy Zamawiający dopuści do postępowania łóżko szpitalne wyposażone w uchwyty do materaca bez kątomierza.
- Zamawiający informuje, że dopuszcza łóżko szpitalne wyposażone w uchwyty do materaca bez kątomierza.
40. Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne o długości całkowitej 2140 mm? Oferowana długość różni się tylko o 10 mm od tolerancji wskazanej przez Zamawiającego.
- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.
41. Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne o szerokości całkowitej wraz z zamontowanymi barierkami 980 mm? Oferowana szerokość jest szerokością całkowitą łóżka, niezależnie od tego czy barierki są zamontowane (barierki nie poszerzają szerokości) i będzie funkcjonalna podczas codziennego korzystania z łóżka.
- Zamawiający informuje, że dopuszcza łóżko szpitalne o szerokości całkowitej wraz z zamontowanymi barierkami 980 mm.
42. Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne posiadające leże o wymiarach 850x1950 mm? Oferowany wymiar będzie praktyczny i wynika z wymiarów całkowitych łóżka.
- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

43. Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne posiadające wysokość leża regulowaną hydraulicznie za pomocą pompy nożnej w zakresie od 540 do 850 mm? Oferowany parametr jest znacznie lepszy, niż wskazany przez Zamawiającego, ponadto zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego leże będzie można ustawić na wysokości 550 mm.
- Zamawiający informuje, że dopuszcza łóżko szpitalne posiadające wysokość leża regulowaną hydraulicznie za pomocą pompy nożnej w zakresie od 540 do 850 mm.
44. Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne, którego segmenty leża wypełnione są płytami metalowymi o konstrukcji zapewniającej stały dopływ powietrza do dolnej części materaca? Oferowane rozwiązanie jest lepsze, niż wskazane przez Zamawiającego, ułatwia dezynfekcję oraz utrzymanie w czystości.
- Zamawiający informuje, że dopuszcza łóżko szpitalne, którego segmenty leża wypełnione są płytami metalowymi o konstrukcji zapewniającej stały dopływ powietrza do dolnej części materaca.
45. Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne posiadające regulację segmentu oparcia uda w zakresie 0 - 35° (+/- 5°)? Proponowany zakres jest w zupełności wystarczający, aby w pełni osiągnąć standardowe pozycje ułożenia pacjenta.
- Zamawiający informuje, że dopuszcza łóżko szpitalne posiadające regulację segmentu oparcia uda w zakresie granicznym 0-40°.
46. Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne, którego regulację segmentu oparcia pleców oraz uda wykonywane są za pomocą dwóch, niezależnych dźwigni, umieszczonych pod ramą leża, w miejscu łatwego dostępu dla leżącego pacjenta? Oferowane rozwiązanie będzie wygodne, ponadto dwie niezależne dźwignie minimalizują pomyłkowe ich użycie i ułatwiają wybranie odpowiedniej dźwigni dla żądanej funkcji (regulacja pleców / segmentu nóg).
- Zamawiający informuje, że dopuszcza łóżko szpitalne, którego regulację segmentu oparcia pleców oraz uda wykonane są za pomocą dwóch niezależnych dźwigni, umieszczonych pod ramą leża, w miejscu łatwego dostępu dla leżącego pacjenta.
47. Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne wyposażone w nowoczesne szczyty wykonane z tworzywa ABS, odpornego na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV, łatwo odcinane bez użycia narzędzi, dodatkowo szczyt wyposażony w tworzywową tabliczkę imienną? Oferowane parametry wynikają jedynie z rozwiązań stosowanych przez danego producenta i nie mają wpływu na walory funkcjonalno – użytkowe łóżka.
- Zamawiający informuje, że dopuszcza łóżko szpitalne wyposażone w nowoczesne szczyty wykonane z tworzywa ABS, odpornego na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV, łatwo odcinane bez użycia narzędzi, dodatkowo szczyt wyposażony w tworzywową tabliczkę imienną.
48. Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne posiadające tworzywowe listwy odbojowe umieszczone na barierkach na całej ich długości, chroniące łóżko przed uderzeniami i zarysowaniami, umieszczone na górnym szczeblu barierki? Oferowane rozwiązanie nie ma wpływu na walory funkcjonalno – użytkowe łóżka i wynika z przemyślanych rozwiązań danego producenta.
- Zamawiający informuje, że dopuszcza łóżko szpitalne posiadające tworzywowe listwy odbojowe umieszczone na barierkach na całej ich długości, chroniące łóżko przed uderzeniami i zarysowaniami, umieszczone na górnym szczeblu barierki.
49. Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne wyposażone w metalowe uchwyty materaca przy min. dwóch segmentach leża, dostosowane do szerokości materaca, zapobiegające powstawaniu urazów kończyn, bez kątomierzy? Oferowane rozwiązanie nie ma wpływu na walory funkcjonalno – użytkowe łóżek i w pełni sprostą oczekiwaniom użytkowników podczas codziennych procedur medycznych.
- Zamawiający informuje, że dopuszcza łóżko szpitalne wyposażone w metalowe uchwyty materaca przy min. dwóch segmentach leża, dostosowane do szerokości materaca, zapobiegające powstawaniu urazów kończyn, bez kątomierzy.

50. Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne posiadające w narożnikach leża od strony wezglowia tuleje do mocowania wieszaka kroplówki oraz miejsce do mocowania wysięgnika z uchwytem do ręki w centralnym punkcie szczytu łóżka od jego zewnętrznej strony, z możliwością zabezpieczenia przed wypadnięciem mechanizmem bez użycia narzędzi? Takie rozwiązanie jest znacznie lepsze niż wskazane przez Zamawiającego i pozwoli na korzystanie jednocześnie z wieszaka kroplówki w tulejach z dowolnej strony wezglowia oraz wysięgnika bez konieczności wyjmowania i przekładania go na inną stronę.
- Zamawiający informuje, że dopuszcza łóżko szpitalne posiadające w narożnikach leża od strony wezglowia tuleje do mocowania wieszaka kroplówki oraz miejsce do mocowania wysięgnika z uchwytem do ręki w centralnym punkcie szczytu łóżka od jego zewnętrznej strony, z możliwością zabezpieczenia przed wypadnięciem mechanizmem bez użycia narzędzi.
51. Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne wyposażone w metalowe uchwyty umożliwiające zawieszenie uchwytów np. na woreczki urologiczne, min. 2 przy łóżku? Oferowane rozwiązanie jest tożsame ze wskazanym przez Zamawiającego.
- Zamawiający informuje, że dopuszcza łóżko szpitalne wyposażone w metalowe uchwyty umożliwiające zawieszenie uchwytów np. na woreczki urologiczne, min. 2 przy łóżku.
52. Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne wyposażone w chromowaną półkę do odkładania pościeli wysuwaną spod leża, nie wystającą poza obrys ramy łóżka? Oferowane rozwiązanie jest tożsame ze wskazanym przez Zamawiającego.
- Zamawiający informuje, że dopuszcza łóżko szpitalne wyposażone w chromowaną półkę do odkładania pościeli wysuwaną spod leża, nie wystającą poza obrys ramy łóżka.
53. Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne, którego podstawa oparta jest na pantografie, posiada min. 4 punkty podparcia (bez konieczności wzmocnienia poprzeczkami łączącymi nogi), podstawa jezdna wyposażona w 4 koła o średnicy min. 125 mm z centralną blokadą kół oraz blokadą kierunkową? Oferowany parametr wynika jedynie z rozwiązań konstrukcyjnych stosowanych przez danego producenta.
- Zamawiający informuje, że dopuszcza łóżko szpitalne, którego podstawa oparta jest na pantografie, posiada min. 4 punkty podparcia (bez konieczności wzmocnienia poprzeczkami łączącymi nogi), podstawa jezdna wyposażona w 4 koła o średnicy min. 125 mm z centralną blokadą kół oraz blokadą kierunkową.
54. Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne z możliwością wyboru kolorów szczytów min. 5 kolorów oraz ramą łóżka w kolorze białym?
- Zamawiający informuje, że dopuszcza łóżko szpitalne z możliwością wyboru kolorów szczytów min. 5 kolorów oraz ramą łóżka w kolorze białym.
55. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne o długości całkowitej wynoszącej 2180 mm?
- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.
56. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne posiadające szerokość całkowitą wraz z zamontowanymi poręczami bocznymi oraz bez nich wynoszącą 960 mm? W oferowanych łóżkach poręcze boczne nie zwiększają szerokości łóżek gdyż najbardziej skrajnym elementem są krążki odbojowe chroniące łóżka oraz ściany przed otarciem?
- Zamawiający informuje, że dopuszcza do zaoferowania łóżka szpitalne posiadające szerokość całkowitą wraz z zamontowanymi poręczami bocznymi oraz bez nich wynoszącą 960 mm.
57. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne posiadające leże o wymiarach 2000x850 mm?
- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.
58. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne bez możliwości wydłużenia leża?
- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

59. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne posiadające leże na wysokości 500 mm?
- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**
60. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z regulacją segmentu oparcia uda w zakresie od 0 do 40 stopni?
- **Zamawiający informuje, że dopuszcza łóżko szpitalne z regulacją segmentu oparcia uda w zakresie granicznym 0-40°.**
61. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne z regulacją segmentu oparcia pleców oraz uda wykonywaną za pomocą dwóch osobnych dźwigni umieszczonych pod ramą leża w miejscu łatwego dostępu dla leżącego pacjenta? Oferowane rozwiązanie jest korzystniejsze od wymaganego, gdyż zapewnia precyzyjny wybór właściwej regulacji i zapobiega omyłkowym regulacjom.
- **Zamawiający informuje, że dopuszcza do zaoferowania łóżka szpitalne z regulacją segmentu oparcia pleców oraz uda wykonywaną za pomocą dwóch osobnych dźwigni umieszczonych pod ramą leża w miejscu łatwego dostępu dla leżącego pacjenta.**
62. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w szczyty wykonane ze stali nierdzewnej polerowanej odporne na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV, wypełnione płytą HPL z możliwością wyboru koloru?
- **Zamawiający informuje, że dopuszcza do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w szczyty wykonane ze stali nierdzewnej polerowanej odporne na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV, wypełnione płytą HPL z możliwością wyboru koloru.**
63. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w szczyty, wypełnione płytą HPL o grubości 6 mm?
- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**
64. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w szczyty z wypełnieniem mocowanym na stałe?
- **Zamawiający informuje, że dopuszcza do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w szczyty z wypełnieniem mocowanym na stałe.**
65. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w szczyty z tabliczką imienną montowaną do wypełnienia szczytu?
- **Zamawiający informuje, że dopuszcza do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w szczyty z tabliczką imienną montowaną do wypełnienia szczytu.**
66. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne posiadające elastyczne listwy odbojowe umieszczone na barierkach na całej ich długości na jednym ze szczebli?
- **Zamawiający informuje, że dopuszcza do zaoferowania łóżka szpitalne posiadające elastyczne listwy odbojowe umieszczone na barierkach na całej ich długości na jednym ze szczebli.**
67. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne wyposażone w metalowe uchwyty trzymające materac dostosowane do szerokości materaca (bez możliwości zmiany ich położenia) nie zagrażające powstawaniu urazów?
- **Zamawiający informuje, że dopuszcza do zaoferowania łóżko szpitalne wyposażone w metalowe uchwyty trzymające materac dostosowane do szerokości materaca (bez możliwości zmiany ich położenia) nie zagrażające powstawaniu urazów.**
68. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne wyposażone w uchwyty trzymające materac bez kątomierzy?
- **Zamawiający informuje, że dopuszcza do zaoferowania łóżko szpitalne wyposażone w uchwyty trzymające materac bez kątomierzy.**

3 Kula

69. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne wyposażone w metalowe uchwyty umożliwiające zawieszenie np. worków urologicznych?

- **Zamawiający informuje, że dopuszcza do zaoferowania łóżko szpitalne wyposażone w metalowe uchwyty umożliwiające zawieszenie np. worków urologicznych.**

70. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne wyposażone w półkę do odkładania pościeli wysuwaną na prowadnicach suwnych?

- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

71. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne w półkę do odkładania pościeli wystającą w niewielkim stopniu poza ramę leża, jednak nie wykraczającą poza zewnętrzny obrys łóżka, stanowiący przez krążki odbojowe?

- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

72. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z wzmocnioną ramą, której dopuszczalne obciążenie wynosi 230 kg bez poprzeczek łączących nogi łóżka, które przy takiej konstrukcji łóżka są elementem zbędnym?

- **Zamawiający informuje, że dopuszcza do zaoferowania łóżko szpitalne z wzmocnioną ramą, której dopuszczalne obciążenie wynosi 230 kg bez poprzeczek łączących nogi łóżka.**

#### **Dotyczy Zadania nr 2 – szafki przyłóżkowe**

73. Czy w ramach aktualnie obowiązującego opisu Zamawiający dopuści rozwiązanie lepsze, polegające na zaoferowaniu dwustronnej szafki z blatem bocznym, bez konieczności jego uciążliwego przekładania o poniższych parametrach?

- 1) Szafka przyłóżkowa dwustronna z możliwością postawienia po lewej i prawej stronie łóżka z blatem bocznym posiadającym regulację wysokości i pochylenia.
- **Zamawiający informuje, że dopuszcza szafkę przyłóżkową z dwustronną z możliwością postawienia po lewej i prawej stronie łóżka z blatem bocznym posiadającym regulację wysokości i pochylenia.**
- 2) Konstrukcja szafki wykonana z blachy ocynkowanej, pokrytej lakierem proszkowym odpornym na uszkodzenie mechaniczne, chemiczne i promieniowanie UV.
- **Zamawiający informuje, że dopuszcza konstrukcję szafki wykonaną z blachy ocynkowanej, pokrytej lakierem proszkowym odpornym na uszkodzenie mechaniczne, chemiczne i promieniowanie UV.**
- 3) Szafka wyposażona w jedną szufladę pod blatem oraz półkę zamykaną drzwiczkami, pomiędzy znajduje się otwarta półka.
- **Zamawiający informuje, że dopuszcza szafkę wyposażoną w jedną szufladę pod blatem oraz półkę zamykaną drzwiczkami, pomiędzy znajduje się otwarta półka.**
- 4) Czola szuflad i drzwiczki oraz blaty wykonane z płyty dekoracyjnej UNILAM, z możliwością wyboru koloru.
- **Zamawiający informuje, że dopuszcza czola szuflad i drzwiczki oraz blaty wykonane z płyty dekoracyjnej UNILAM, z możliwością wyboru koloru.**
- 5) Szuflada szafki wysuwana na prowadnicach ślizgowych, z wyjmowanym wkładem tworzywowym.
- **Zamawiający informuje, że dopuszcza szufladę szafki wysuwaną na prowadnicach ślizgowych, z wyjmowanym wkładem tworzywowym.**
- 6) Blat zabezpieczony galeryjką chroniący przed upadkiem rzeczy pacjenta.
- **Zamawiający informuje, że dopuszcza blat zabezpieczony galeryjką chroniący przed upadkiem rzeczy pacjenta.**



- 7) Regulacja blatu bocznego za pomocą sprężyny gazowej, z regulacją wysokości, kąta pochylenia, usytuowanej w metalowej osłonie, składany do boku szafki
  - **Zamawiający informuje, że dopuszcza regulację blatu bocznego za pomocą sprężyny gazowej, z regulacją wysokości, kąta pochylenia, usytuowanej w metalowej osłonie, składany do boku szafki.**
    - 8) *Boczna część szafki wyposażona w stalowy reling umożliwiający zawieszenie ręcznika.*
  - **Zamawiający informuje, że dopuszcza boczną część szafki wyposażoną w stalowy reling umożliwiający zawieszenie ręcznika.**
    - 9) *Cztery podwójne koła równomiernie umieszczone w każdym narożniku o średnicy 75mm*
  - **Zamawiający informuje, że dopuszcza cztery podwójne koła równomiernie umieszczone w każdym narożniku o średnicy 75 mm.**
    - 10) *Szafka przystosowana do mycia i dezynfekcji.*
  - **Zamawiający informuje, że dopuszcza szafkę przystosowaną do mycia i dezynfekcji.**
    - 11) *Wymiary szafki szer. 515 mm, gł. 500 mm, wys. 865 mm.*
  - **Zamawiający informuje, że dopuszcza wymiar dotyczący wysokości, w pozostałych parametrach Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**
    - 12) *Blat boczny z regulacją wysokości 720-1080mm.,*
  - **Zamawiający informuje, że dopuszcza blat boczny z regulacją wysokości 720-1080 mm**
    - 13) *Szerokość przy rozłożonym blacie 1112 mm.*
  - **Zamawiający informuje, że dopuszcza szerokość przy rozłożonym blacie 1122 mm.**
    - 14) *Czoła szuflad wyposażone w uchwyt stalowy?*
  - **Zamawiający informuje, że dopuszcza czoła szuflad wyposażone w uchwyt stalowy.**
74. *Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową posiadającą w tylnej części blatu reling ze stali nierdzewnej posiadający metalowy haczyk na ręczniki bez tworzywowego uchwytu na szklanke?*
- **Zamawiający informuje, że dopuszcza do zaoferowania szafkę przyłóżkową posiadającą w tylnej części blatu reling ze stali nierdzewnej posiadający metalowy haczyk na ręczniki bez tworzywowego uchwytu na szklanke.**
75. *Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową z szufladą górną i dolną wyposażoną w odejmowany tworzywowy wkład ułatwiający dezynfekcję z podziałem na 2 części?*
- **Zamawiający informuje, że dopuszcza do zaoferowania szafkę przyłóżkową z szufladą górną i dolną wyposażoną w odejmowany tworzywowy wkład ułatwiający dezynfekcję z podziałem na 2 części.**
76. *Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową posiadającą głębokość 445 mm?*
- **Zamawiający informuje, że dopuszcza do zaoferowania szafkę przyłóżkową posiadającą głębokość 445 mm.**
77. *Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową posiadającą pod dolną szufladą metalową półkę na rzeczy podręczne pacjenta z dostępem tylko od frontu?*
- **Zamawiający informuje, że dopuszcza do zaoferowania szafkę przyłóżkową posiadającą pod dolną szufladą metalową półkę na rzeczy podręczne pacjenta z dostępem tylko od frontu.**
78. *Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową z blatem bocznym z mechanizmem unoszenia oraz zwalniania blatu w postaci przycisku umieszczonego w górnej części kolumny blatu bocznego na jego wysokości, nie wymuszając w ten sposób pochylania się celem rozłożeni lub umieszczenia blatu bocznego?*

- Zamawiający informuje, że dopuszcza do zaoferowania szafkę przyłóżkową z blatem bocznym z mechanizmem unoszenia oraz zwalniania blatu w postaci przycisku umieszczonego w górnej części kolumny blatu bocznego na jego wysokości, nie wymuszając w ten sposób pochylania się celem rozłożenia lub uniesienia blatu bocznego.
79. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową w której wspornik blatu bocznego osłonięty jest prostokątną osłoną wykonaną z aluminium bez zabezpieczeń relingiem w kształcie litery C?
- Zamawiający informuje, że dopuszcza do zaoferowania szafkę przyłóżkową w której wspornik blatu bocznego osłonięty jest prostokątną osłoną wykonaną z aluminium bez zabezpieczeń relingiem w kształcie litery C.
80. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową z blatem bocznym z możliwością jego rozłożenia na każdej wysokości bez konieczności odsuwania szafki od łóżka bez konieczności obrotu blatu o kąt 180 stopni – rozkładanie blatu bocznego rozpoczyna się poprzez odchylenie górnej krawędzi blatu na zewnątrz (blat z uchwytem wyciętym w blacie, nie wystający poza jego obrys) oraz wyciągnięcie blatu w górę i odchylenie do poziomu?
- Zamawiający informuje, że dopuszcza do zaoferowania szafkę przyłóżkową z blatem bocznym z możliwością jego rozłożenia na każdej wysokości bez konieczności odsuwania szafki od łóżka bez konieczności obrotu blatu o kąt 180 stopni – rozkładanie blatu bocznego rozpoczyna się poprzez odchylenie górnej krawędzi blatu na zewnątrz (blat z uchwytem wyciętym w blacie, nie wystający poza jego obrys) oraz wyciągnięcie blatu w górę i odchylenie do poziomu
81. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową z kółkami o średnicy 50 mm?
- Zamawiający informuje, że dopuszcza do zaoferowania szafkę przyłóżkową z kółkami o średnicy 50 mm.
82. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową bardzo stabilną posiadającą w podstawie 4 koła bez dodatkowego piątego koła pod blatem bocznym?
- Zamawiający informuje, że dopuszcza do zaoferowania szafkę przyłóżkową bardzo stabilną posiadającą w podstawie 4 koła bez dodatkowego piątego koła pod blatem bocznym.

Zamawiający informuje, że w związku z odpowiedziami na pytania, na stronie Zamawiającego zamieszczono zmieniony załącznik nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia .

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Leboroku

lek. Andrzej Sapiński