



SPSZOZ/190/2015

Lębork, dn. 19.01.2015r.

### Uczestnicy postępowania

ZP-PN/02/15

Dot. przetargu nieograniczonego na dostawy odczynników do Pracowni Patomorfologii SPS ZOZ w Lęborku. Znak sprawy ZP-PN/02/15.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku jako Zamawiający w odpowiedzi na otrzymane zapytania do SIWZ dot. w/w postępowania wyjaśnia:

#### Dot. Zadania nr 3, poz. 1

1. Czy Zamawiający oczekuje parafinę w opakowaniach 10 kg?

- Zamawiający informuje, że oczekuje parafiny w opakowaniach 10 kg

#### Dot. Zadania nr 4, poz. 2

2. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści wycenę i możliwość zakupu przykrywek metalowych po 1 szt. w ilości 120 szt.? Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia Zamawiający oczekuje 4 op. po 25 szt., co jest sprzeczne z wymaganym zapotrzebowaniem 120szt. (4 x 25 szt. = 100 szt. ≠ 120szt.)

- Zamawiający informuje, że dopuszcza wycenę i możliwość zakupu przykrywek metalowych po 1 szt. w ilości 120 szt. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmienił opis przedmiotu zamówienia dot. ilości opakowań na następujący: „5 x 25 szt. (1 op. - 25 szt.)” Zmieniony Arkusz asortymentowo-cenowy – Załącznik nr 5 został umieszczony na stronie Zamawiającego.

#### Dot. Zadania nr 6, poz. 1

3. Prosimy o wyrażenie zgody na hematoksylinę wg Harrisa z dodatkiem etanolu (3-5%) zamiast metanolu, bez szkodliwych związków rtęci, nie zakwaszoną, za to z dodatkiem jodanu sodu i siarczanu glinu?

- Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na hematoksylinę wg Harrisa z dodatkiem etanolu (3-5%) zamiast metanolu, bez szkodliwych związków rtęci, nie zakwaszoną, z dodatkiem jodanu sodu i siarczanu glinu.

#### Dot. Zadania nr 6, poz. 4

4. Czy Zamawiający dopuści EA50 zamiast EA36?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

#### Dot. Zadania nr 6, poz. 4

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odczynnik EA36 w opakowaniach mniejszych niż 1L z zachowaniem odpowiedniego przeliczenia wymaganego zapotrzebowania?

- Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na odczynnik EA36 w opakowaniach mniejszych niż 1L z zachowaniem odpowiedniego przeliczenia wymaganego zapotrzebowania.

Z-ca DYREKTORA ds. FINANSOWYCH  
Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku

mgr Anetta Barna-Feszak