



SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W ŁĘBORKU



e-mail: sekretariat@szpital-lebork.com.pl, www.szpital-lebork.com.pl

84-300 ŁĘBORK, UL. JULIANA WĘGRZYNOWICZA 13, TEL. 59 86 35 202, FAX 59 86 33 173, DYREKCYJA TEL. 59 8635 325

Łębork, dn. 18.02.2015r.

SPSZOZI/441/2015

Uczestnicy postępowania ZP-PN/07/15

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługi serwisu sprzętu medycznego w SPS ZOZ w Łęborku.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęborku jako Zamawiający w odpowiedzi na otrzymane zapytania do SIWZ dot. w/w postępowania wyjaśnia:

Pytanie nr 1

Prosimy o wykreślenie z projektu umowy par.1. pkt. 8 o treści:

„Na wniosek Zamawiającego Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia każdorazowo faktury zakupu części zamiennych”.

„Uzasadnienie: Jako jedyny autoryzowany przedstawiciel w Polsce firm Aesculap AG – Tuttlingen – Niemcy oraz BBRAUN Melsungen – Niemcy w zakresie serwisowania i dystrybucji części do w/w urządzeń jesteśmy zobligowani do zachowania w tajemnicy warunków umowy z dostawcą. Ponadto informujemy, że dostawy do naszej firmy są realizowane w większych przesyłkach zawierających różny asortyment części zamiennych. Na całą przesyłkę wystawiana jest jedna faktura. Może się okazać że części do danej naprawy/ konserwacji są zawarte na kilku różnych fakturach zawierających po kilkadziesiąt pozycji, dlatego też realizacja w/w wymagania jest praktycznie niemożliwa z przyczyn technicznych. Jednocześnie zapewniamy, że ceny sprzedaży oryginalnych części zamiennych w naszym serwisie nie są wyższe od sugerowanych przez w/w producentów sprzętu medycznego.

- Zamawiający informuje, że podtrzyma zapisy SIWZ.

Pytanie nr 2

Dotyczy pakietu 10 Wiertarka Aesculap Chifa

Prosimy o wyszczególnienie wszystkich elementów wchodzących w skład poz.1 „Wiertarka elektr. Aesculap ELAN-E GA820w 3245” (np. wałek giętki, końcówki robocze itp.) wraz z podaniem ich numerów katalogowych określających typ danego urządzenia i numerów seryjnych.

Znajomość elementów zestawu jest niezbędna do sporządzenia oferty cenowej, natomiast znajomość numerów seryjnych jest niezbędna do prawidłowej obsługi serwisowej urządzeń.

- Zamawiający informuje, że w skład zadania nr 10 poz. 1 wchodzi:

Lp.	Produkt SAP	Nr seryjny	Grupa produktów
1	GA172	5983	MACRO WAŁ GIĘTKI 2,1M
2	GA139	2539	STEROWANIE NOŻNE DO DISSEKTOMIA NADSKÓR.
3	GB210	5447	MACRO-LINE WIERTARKA PISTOLET. BIEG P/L
4	GB102R	4162	MACRO-LINE UCHW. WIERTN. DO GB103R-GB108R
5	GA156	11348	MACRO WAŁ GIĘTKI 1,6M
6	GB125R	7402	MACRO-LINE UCHWYT PIŁY STRZAŁK. B. BRZESZ.
7	GB210	3454	MACRO-LINE WIERTARKA PISTOLET. BIEG P/L
8	GB121R	2534	MACRO-LINE UCHW. KĄTOWY Z OPRAWEK HARRIS
9	INSTRUMENTY	BRAK	INSTRUMENTY
10	GA172	5985	MACRO WAŁ GIĘTKI 2,1M

Pytanie nr 3

Dotyczy pakietu 10 Wiertarka Aesculap Chifa

Prosimy o wyszczególnienie wszystkich elementów wchodzących w skład poz.2 „Zestaw Acculan 3Ti” (np. ładowarka, akumulatory, końcówki robocze itp.) wraz z podaniem ich numerów katalogowych określających typ danego urządzenia i numerów seryjnych.

Znajomość elementów zestawu jest niezbędna do sporządzenia oferty cenowej, natomiast znajomość numerów seryjnych jest niezbędna do prawidłowej obsługi serwisowej urządzeń.

- **Zamawiający informuje, że w skład zadania nr 10 poz. 2 wchodzi:**

Lp.	Produkt SAP	Grupa produktów
1	GA672	WIERTARKA
2	GA673	PIŁA
3	673	AKUMULATORY (3 SZT.)
4	GB638	KOŃCÓWKA
5	GB643	KOŃCÓWKA
6	GA677	ŁADOWARKA

Pytanie nr 4

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8 ust. 3:

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę za zawinioną przez siebie zwłokę w wykonaniu usługi w wysokości 0,2 % wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu umowy – za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu umowy.

- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie nr 5

Pytanie 1 do pakietu nr 16

Czy Zamawiający dopuści wykonawce, który posiada uprawnienia wykonywania przeglądów w przedmiotowej aparaturze zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz certyfikatami ze szkoleń dot. świadczenia usług serwisowych przedmiotowej aparatury medycznej, odbytych u niezależnej niemieckiej firmy specjalizującej się w tego typu szkoleniach i seminariach?

- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie nr 6

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie czy zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu wykonawców nie będących autoryzowanym przedstawicielem producenta w zakresie serwisu sprzętu wymienionego w SIWZ ?

- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie nr 7

Prosimy o wyjaśnienie następujących kwestii: Zadanie 1 – Jaki jest producent wskazanych parowników?

- **Zamawiający informuje, że producentem wymienionych parowników jest firma Drager.**

Pytanie nr 8

Mam pytanie dotyczące sformułowania załącznika nr 1 (formularz oferty) do SIWZ, pakiet 21 - testy specjalistyczne aparatury RTG.

Zadanie nr 21

1. na przeglądy okresowe zł netto, co stanowi wartość brutto słownie:, w tym podatek VAT zł
2. na naprawy sprzętuzł/roboczogodzina netto, co stanowi wartość brutto:, słownie , w tym podatek VAT zł
3. na wydawanie orzeczeń (ekspertyz technicznych) zł/szt. netto, co stanowi wartość brutto:, słownie, w tym podatek VAT zł

Testy specjalistyczne nie są przeglądem technicznym aparatu RTG, nie wiążą się z jego naprawą, usługa zawiera w sobie wydanie i dostarczenie do Placówki sprawozdania z testów specjalistycznych. Co Zamawiający ma na myśli? Czego oczekuje (pkt. 1, 2 i 3) w przypadku pakietu 21?

- **Zamawiający informuje, że błędnie wprowadził zapis w takiej postaci, w związku z tym dokonuje zmiany w SIWZ. Zmieniona SIWZ została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.**

Z poważaniem

p.o. D Y R E K T O R A
Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku

Lidia Kodłubańska