



SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W ŁĘBORKU



e-mail: sekretariat@szpital-lebork.com.pl, www.szpital-lebork.com.pl

84-300 ŁĘBORK, UL. JULIANA WĘGRZYNOWICZA 13, TEL. 59 86 35 202, FAX 59 86 33 173, DYREKCJA TEL. 59 8635 325

SPSZOZ/640/2015

Łębork, dn. 24.03.2015r.

### Uczestnicy postępowania

#### ZP-PN/09/15

Dot. przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę sprzętu medycznego dla Bloku Operacyjnego SPS ZOZ w Łęborku. Znak sprawy ZP-PN/09/15.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęborku jako Zamawiający w odpowiedzi na otrzymane zapytania do SIWZ dot. w/w postępowania wyjaśnia:

#### Dot. Zadania nr 2

1. Prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający wymaga ostrzy jednorazowego czy wielorazowego użytku?.

- Zamawiający informuje, że wymaga ostrzy wielorazowego użytku, z uwzględnieniem kompatybilności ze sprzętem posiadanym przez Zamawiającego.

#### Dot. Zadania nr 5

2. Pkt 2 – Czy Zamawiający dopuszcza oferowanie elektrody odbiorczej 4-kanalowej naklejanej spiralnie na całej długości na rurkę intubacyjną rozm. 7-9mm, wymiary elektrody 37x37 mm (powierzchnia 1369 mm<sup>2</sup>) równomiernie obejmujące rurkę na całym obwodzie w miejscu styku z fałdami głosowymi, w komplecie nieinwazyjna naklejana elektroda neutralna (referencyjna), produkt sterylny jednorazowy. Opakowanie zbiorcze zawiera 10 sterylnych sztuk?

- Zamawiający informuje, że dopuszcza do zaoferowania elektrody odbiorczej o przedstawionych wyżej parametrach.

3. Pkt 3 - Czy zamawiający dopuszcza oferowanie elektrody odbiorczej 4-kanalowej naklejanej spiralnie na całej długości na rurkę intubacyjną rozm. 7-9mm, wymiary elektrody 37x37 mm (powierzchnia 1369 mm<sup>2</sup>) równomiernie obejmujące rurkę na całym obwodzie w miejscu styku z fałdami głosowymi, w komplecie nieinwazyjna naklejana elektroda neutralna (referencyjna), produkt sterylny jednorazowy. Opakowanie zbiorcze zawiera 10 sterylnych sztuk?

Uzasadnienie:

Proponowana elektroda zapewnia brak rotacji w obwodzie, co skutkuje pewniejszym odbiorem.

- Zamawiający informuje, że dopuszcza do zaoferowania elektrody odbiorczej o przedstawionych wyżej parametrach.

#### Dot. projektu umowy

4. Czy w § 6 ust. 1, 2 Zamawiający wyrazi zgodę na ustalenie terminu płatności za fakturę liczonego od daty wystawienia faktury oraz dokonania modyfikacji zapisów wzoru umowy w § 5 ust. 2 poprzez wprowadzenie następującego zapisu: Za datę dokonania płatności uznaje się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy.

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

5. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8 ust. 1.

1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

1) za zwłokę w wykonaniu zamówienia w wysokości 0,1% wartości brutto niezrealizowanego zamówienia za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanego zamówienia.

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

*z powiesieniem*

p.o. D Y R E K T O R A  
Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęborku

*Lidia Kodłubańska*

*[Handwritten mark]*