



SAMODZIELNY PUBLICZNY
SPECJALISTYCZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W LĘBORKU



e-mail: sekretariat@szpital-lebork.com.pl, www.szpital-lebork.com.pl

84-300 LĘBORK, UL. JULIANA WĘGRZYNOWICZA 13, TEL. 59 86 35 202, FAX 59 86 33 173, DYREKCYJA TEL. 59 8635 325

SPSZOZ/1498/2015

Lębork, dn. 05.08.2015 r.

Uczestnicy postępowania

ZP-PN/47/15

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup i sukcesywna dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku do Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku.
Znak sprawy ZP-PN/47/15**

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku jako Zamawiający w odpowiedzi na otrzymane zapytania do SIWZ dot. w/w postępowania wyjaśnia:

Pytanie nr 1 dotyczy Zadania nr 1 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści koperty szare w rozmiarze 35x35 cm?

- **Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie nr 2 dotyczy Zadania nr 5 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści ramię C o następujących parametrach:

- Foliowa
- Przezroczysta
- Trzy częściowa: część górna i dolna (ściągana gumką); 2 taśmy przyklepne
- Produkt posiada na opakowaniu informację o dacie ważności i nr serii w postaci 2 naklejek typu TAG do wklejenia w dokumentacji pacjenta.
- Wyrób jest bezpiecznie pakowany do transportu i magazynowania w opakowaniu typu papier-foolia.
- **Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie nr 3 dotyczy Zadania nr 5 pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści osłonę na nogę w rozmiarze 30x60 cm, lub 35x120 cm?

- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie nr 4 dotyczy Zadania nr 5 pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści osłonę na nogę w rozmiarze 70x120 cm?

- **Zamawiający informuje, iż dopuszcza do zaoferowania osłonę na nogę w rozmiarze 70x120 cm, spełniającą pozostałe wymagania.**

Pytanie nr 5 dotyczy Zadania nr 11

Czy w zakresie Zadania nr 11 w kol. „jm” nie zaszła oczywista omyłka pisarska a Zamawiający miał na myśli opakowania a` 10 szt.?

- **Zamawiający informuje, że nie zaszła oczywista omyłka pisarska i wymaga ilości wskazanych w Arkuszu asortymentowo-cenowym – Załącznik nr 5**

Pytanie nr 6 dotyczy Zadania nr 5 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłony na ramię C-jedno częściowej o rozmiarze 1030 x 2300 mm z przyklepcami. Osłona jest kompatybilna z aparatami typu : SIRE MOBIL COMPACT; ARCADIS typ VARIC prod. SIEMENS; BV PULSERA prod. PHILIPS MEDICAL SYSTEM NEDERLAND B.V.

- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie nr 7 dotyczy Zadania nr 9 poz. 4

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zadania Nr 9 w pozycji nr 4:

Jednorazowego układu oddechowego CPAP Infant Flow z podgrzewanym ramieniem wdechowym przystosowany do nawilżacza Fischer Paykel model MR850. układ oddechowy (**średnica 10 mm na całości układu zarówno generator jak i układ oddechowy, rura karbowana**).

Odcinek wdechowy jednorazowego użytku, podgrzewany, posiadający spiralną grzałkę w drenie na linii wdechowej, kolor niebieski o długości 140-150 cm, Ø wew. 10 mm, zakończony z jednej strony końcówką na komorę nawilżacza Ø wew. 22 mm zespoloną z portem do czujnika temperatury o średnicy 7,6 mm z wycięciem pozycjonującym oraz gniazdem podgrzewania węża w kształcie koniczynki (do MR850) z drugiej strony końcówką rozłączną dwudrożną łączącą dopływ gazów oddechowych i linie pomiaru ciśnienia proxymalnego z generatorem.

W odległości ok. 40 cm od tej końcówki wmontowane złącze typu T do pomiaru temperatury gazów oddechowych za pomocą czujnika o średnicy 7,6 mm.

Odcinek pomiarowy do proxymalnego pomiaru ciśnienia w drogach oddechowych zakończony końcówką cylindryczno-stożkową

Odcinek łączący nawilżacz z respiratorem, mm z odejściem Luer-lock do prowadzenia pomiarów

Generator umożliwiający podłączenie noworodka do układu oddechowego, linia wydechowa połączona z generatorem poprzez **przegub obrotowy**, mocowany do czapki za pomocą tasiemki.

Końcówka donosowa łącząca generator z noworodkiem, 3 szt. w komplecie w różnych rozmiarach.

- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie nr 8 dotyczy Zadania nr 8 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do oceny szczoteczki jednorazowe do czyszczenia kanałów endoskopowych o wymiarach: długość szczotki 200cm, max. długość kanału endoskopu 160 cm, średnica kanału endoskopu 2.1-4.5 mm, w miejsce szczotki o długości 160 cm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

- **Zamawiający informuje, że dopuszcza ww. szczotki.**

Pytanie nr 9 dotyczy Zadania nr 8 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do oceny szczoteczki jednorazowe do czyszczenia kanałów endoskopowych o wymiarach: długość szczotki 260cm, max. długość kanału endoskopu 240 cm, średnica kanału endoskopu 2.1-4.5 mm, w miejsce szczotki o długości 260 cm i średnicy 2.7-4.6, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

- **Zamawiający informuje, że dopuszcza ww. szczotki.**

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora ds. Finansowych
Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łoborku

Krzysztof Rebkowicz