



SAMODZIELNY PUBLICZNY
SPECJALISTYCZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W LĘBORKU



e-mail: sekretariat@szpital-lebork.com.pl, www.szpital-lebork.com.pl

84-300 LĘBORK, UL. JULIANA WĘGRZYNOWICZA 13, TEL. 59 86 35 202, FAX 59 86 33 173, DYREKCJA TEL. 59 8635 325

SPSZOZ/1529 /2015

Lębork, dn. 10.08.2015 r.

Uczestnicy postępowania

ZP-PN/52/15

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników do barwień immunohistochemicznych wraz z dzierżawą aparatu do Pracowni Patomorfologii do Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku. Znak sprawy ZP-PN/52/15

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku jako Zamawiający w odpowiedzi na otrzymane zapytania do SIWZ dot. w/w postępowania wyjaśnia:

Pytanie nr 1 dotyczy SIWZ Rozdział I, pkt 12 oraz projektu umowy §6 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na: "Zamawiający wymaga aby wszystkie przeciwciała i materiały kontrolne pochodziły od jednego producenta lub przeciwciała pochodzące od dwóch producentów pakowane były w opakowania kompatybilne z dzierżawionym aparatem i nie wymagają dodatkowych czynności przygotowujących do użycia jak rozcieńczanie, przelewanie etc."?

- Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zmianę zapisu na: „Zamawiający wymaga aby wszystkie przeciwciała i materiały kontrolne pochodziły od jednego producenta lub przeciwciała pochodzące od dwóch producentów pakowane były w opakowania kompatybilne z dzierżawionym aparatem i nie wymagają dodatkowych czynności przygotowujących do użycia jak rozcieńczanie, przelewanie etc.”.
- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokonał zmian w SIWZ rozdział I, pkt. 12 oraz w projekcie umowy §6 ust. 3. Zmieniona SIWZ została umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie nr 2 dotyczy SIWZ Rozdział I, pkt 16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na: "Minimalny termin płatności za dostawę odczynników wymagany przez Zamawiającego to 30 dni od daty wystawienia faktury"?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 3 dotyczy SIWZ Rozdział I, pkt 17

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na: "Zamawiający będzie płacił Wykonawcy miesięczny czynsz za dzierżawę aparatu w terminie 30 dni od wystawienia faktury"?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 4 dotyczy załącznik nr 5 do SIWZ – arkusz asortymentowo-cenowy – pkt 2

Czy Zamawiający oczekuje dostawy klonu RP2/18 przeciwciała CD45?

- Zamawiający informuje, iż oczekuje dostawy klonu RP2/18 przeciwciała CD45.

Pytanie nr 5 dotyczy załącznik nr 5 do SIWZ – arkusz asortymentowo-cenowy – pkt 15

Czy Zamawiający oczekuje dostawy klonu 4C4.9 przeciwciała S-100?

- Zamawiający informuje, iż oczekuje dostawy klonu 4C4.9 przeciwciała S-100.

Pytanie nr 6 załącznik nr 5 do SIWZ – arkusz asortymentowo-cenowy – pkt 16

Czy Zamawiający oczekuje dostawy klonu V9 przeciwciała Vimentyna?

- Zamawiający informuje, iż oczekuje dostawy klonu V9 przeciwciała Vimentyna.

Pytanie nr 7 dotyczy załącznik nr 5 do SIWZ – arkusz asortymentowo-cenowy – pkt 30

Czy Zamawiający oczekuje dostawy klonu 124 przeciwciała bcl-2?

- Zamawiający informuje, iż oczekuje dostawy klonu 124 przeciwciała bcl-2.

Pytanie nr 8 dotyczy załącznik nr 5 do SIWZ – arkusz asortymentowo-cenowy – pkt 33

Czy Zamawiający oczekuje dostawy klonu SP17 przeciwciała kalcytonina?

- Zamawiający informuje, iż oczekuje dostawy klonu SP17 przeciwciała kalcytonina.

Pytanie nr 9 dotyczy projektu umowy

Par. 4 ust. 1 i par. 5 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 10 dotyczy projektu umowy

Par. 5 ust. 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia umownego?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 11 dotyczy projektu umowy

Par. 6 ust. 5 pkt 1) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę „bezpłatny przegląd” na „przeгляд w ramach czynszu dzierżawnego”?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 12 dotyczy projektu umowy

Par. 6 ust. 5 pkt 2) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę „nieodpłatnej naprawy” na „naprawy w ramach czynszu dzierżawnego”?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 13 dotyczy projektu umowy

Par. 6 ust. 5 pkt 2) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie zdania „Zamawiający zastrzega, że czynność ta nie może być powierzona podwykonawcom”?

Uzasadnienie:

Powyższe zastrzeżenie nie jest zgodne z art. 36a ust. 2 pkt 2) Prawa zamówień publicznych, gdyż zgodnie z przywołanym przepisem Zamawiający może zastrzec obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę jedynie prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia na dostawy. Usługi serwisowe nie są ani rozmieszczeniem ani instalacją, a zatem należy zmodyfikować niniejszego postanowienie zgodnie z żądaniem Wykonawcy.

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 14 dotyczy projektu umowy

Par. 6 ust. 5 pkt 5) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę „nieodpłatny serwis” na „serwis w ramach czynszu dzierżawnego”?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 15 dotyczy projektu umowy

Par. 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 16 dotyczy projektu umowy

Par. 9 Prosimy o dodanie zapisu o brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.”

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 17 dotyczy projektu umowy

Par. 10 ust. 2 pkt 1) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie dotychczasowego zapisu brzmieniem:
„W przypadku zmiany przepisów prawa podatkowego w okresie obowiązywania umowy, w szczególności zmiany stawek podatku VAT, od dnia obowiązywania nowej stawki do cen netto objętych umową doliczany będzie podatek VAT według nowej stawki. Zmiana, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga aneksu.”

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Z poważaniem


D Y R E K T O R
Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęborku
Lidia Kodłubańska