



SAMODZIELNY PUBLICZNY
SPECJALISTYCZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W ŁĘBORKU



e-mail: sekretariat@szpital-lebork.com.pl, www.szpital-lebork.com.pl

84-300 ŁĘBORK, UL. JULIANA WĘGRZYNOWICZA 13, TEL. 59 86 35 202, FAX 59 86 33 173, DYREKCYJA TEL. 59 8635 325

SPSZOZ/1667/2015

Łębork, dn. 25.08.2015r.

Uczestnicy postępowania

ZP-PN/53/15

Dot. przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę sprzętu medycznego dla Działu Fizjoterapii do SPS ZOZ w Łęborku. Znak sprawy ZP-PN/53/15.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęborku jako Zamawiający w odpowiedzi na otrzymane zapytania do SIWZ dot. w/w postępowania wyjaśnia:

Pytanie nr 1 dotyczy SIWZ rozdz. II pkt. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na realizację zamówienia w terminie do 6 tygodni od dnia podpisania umowy? Proponowany termin realizacji zamówienia będzie zgodny ze standardowym cyklem produkcji, co pozwoli Wykonawcy należycie zrealizować przedmiot umowy. Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na zaproponowany termin realizacji prosimy o informację o ile Zamawiający ma możliwość jego wydłużenia.

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 2 dotyczy załącznika nr 6 zadania nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści stół do rehabilitacji o parametrach równie funkcjonalnych jak wskazane przez Zamawiającego? Długość: 193 cm

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 3 dotyczy załącznika nr 6 zadania nr 2 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści stół do rehabilitacji o parametrach równie funkcjonalnych jak wskazane przez Zamawiającego? Szerokość: 61 cm

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 4 dotyczy załącznika nr 6 zadania nr 2 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści stół do rehabilitacji o parametrach równie funkcjonalnych jak wskazane przez Zamawiającego? Wysokość: od 46 cm do 85 cm

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 5 dotyczy załącznika nr 6 zadania nr 2 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści stół do rehabilitacji o parametrach równie funkcjonalnych jak wskazane przez Zamawiającego? Regulacja kąta nachylenia zagłówek: od -30° do +90°

- Zamawiający informuje, że dopuszcza do zaferowania stół do rehabilitacji z regulacją kąta nachylenia zagłówek: od -30° do +90°.
- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający zmienił zapis w załączniku nr 6 zadanie nr 2 poz. 4 do SIWZ. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie nr 6 dotyczy załącznika nr 6 zadania nr 2 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści stół do rehabilitacji o parametrach równie funkcjonalnych jak wskazane przez Zamawiającego? Regulacja kąta nachylenia podnóża: od -45° do +15°

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 7 dotyczy załącznika nr 6 zadania nr 2 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści stół do rehabilitacji o parametrach równie funkcjonalnych jak wskazane przez Zamawiającego? Dopuszczalne obciążenie przy regulacji elekt. 228 kg

- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie nr 8 dotyczy załącznika nr 6 zadania nr 2 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści stół do rehabilitacji o parametrach równie funkcjonalnych jak wskazane przez Zamawiającego? Waga: 78 kg

- **Zamawiający informuje, że dopuszcza do zaferowania stół do rehabilitacji posiadający wyżej podaną wagę.**
- **W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający zmienił zapis w załączniku nr 6 zadanie nr 2 poz. 7 do SIWZ. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.**

Pytanie nr 9 dotyczy załącznika nr 6 zadania nr 2 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści stół do rehabilitacji o parametrach równie funkcjonalnych jak wskazane przez Zamawiającego? Stół trzyczęściowy (leżysko główne, część pod nogi, zagłówek z otworem na twarz).

- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie nr 10 dotyczy załącznika nr 6 zadania nr 2 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści stół do rehabilitacji o parametrach równie funkcjonalnych jak wskazane przez Zamawiającego? Stabilna konstrukcja – wytrzymała rama ze stali – odporna na obicia i zarysowania.

- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie nr 11 dotyczy załącznika nr 6 zadania nr 2 poz. 10

Czy Zamawiający dopuści stół do rehabilitacji o parametrach równie funkcjonalnych jak wskazane przez Zamawiającego? Tapicerka odporna na działanie środków dezynfekujących, wykonana z atestowanych materiałów umożliwiających łatwe utrzymanie w czystości.

- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie nr 12 dotyczy załącznika nr 6 zadania nr 2 poz. 11

Czy Zamawiający dopuści stół do rehabilitacji o parametrach równie funkcjonalnych jak wskazane przez Zamawiającego? Elektryczna regulacja wysokości za pomocą pilota ręcznego.

- **Zamawiający informuje, że dopuszcza do zaferowania stół do rehabilitacji z elektryczną regulacją wysokości za pomocą pilota ręcznego.**
- **W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający zmienił zapis w załączniku nr 6 zadanie nr 2 poz. 11 do SIWZ. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.**

Pytanie nr 13 dotyczy załącznika nr 6 zadania nr 2 poz. 12

Czy Zamawiający dopuści stół do rehabilitacji o parametrach równie funkcjonalnych jak wskazane przez Zamawiającego? Regulowany kąt zagłówka (ręcznie za pomocą sprężyny gazowej).

- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie nr 14 dotyczy załącznika nr 6 zadania nr 2 poz. 13

Czy Zamawiający dopuści stół do rehabilitacji o parametrach równie funkcjonalnych jak wskazane przez Zamawiającego? Zmiany ustawień nożnej części leżyska za pomocą sprężyny gazowej.

- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie nr 15 dotyczy załącznika nr 6 zadania nr 2 poz. 14

Czy Zamawiający dopuści stół do rehabilitacji o parametrach równie funkcjonalnych jak wskazane przez Zamawiającego? Pilot ręczny.

- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie nr 16 dotyczy załącznika nr 6 zadania nr 2 poz. 16

Czy Zamawiający dopuści stół do rehabilitacji o parametrach równie funkcjonalnych jak wskazane przez Zamawiającego? Podstawa wyposażona w dwie stopki oraz dwa kółka.

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ, a tym samym wymaga aby stół do rehabilitacji posiadał w podstawie wysuwane cztery kółka.
- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dodał zapis w załączniku nr 6 zadanie nr 2 poz. 16 do SIWZ. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie nr 17 dotyczy załącznika nr 6 zadania nr 2 poz. 18

Czy Zamawiający dopuści stół do rehabilitacji o parametrach równie funkcjonalnych jak wskazane przez Zamawiającego? Możliwość wyboru koloru tapicerki.

- Zamawiający informuje, iż wymaga stołu do rehabilitacji z możliwością wyboru koloru tapicerki.
- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający zmienił zapis w załączniku nr 6 zadanie nr 2 poz. 18 do SIWZ. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie nr 18 dotyczy załącznika nr 6 zadania nr 2 poz. 19

Czy Zamawiający dopuści stół do rehabilitacji o parametrach równie funkcjonalnych jak wskazane przez Zamawiającego? Gwarancja 48 miesięcy.

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 19 dotyczy załącznika nr 6 zadania nr 2 poz. 20

Czy Zamawiający dopuści stół do rehabilitacji o parametrach równie funkcjonalnych jak wskazane przez Zamawiającego? Wykonawca dostarczy zalecenia instalacyjne do w/w urządzenia.

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 20 dotyczy załącznika nr 6 zadania nr 2 poz. 3

Czy zamawiający dopuści regulację wysokości stołu do rehabilitacji od 51 cm do 99 cm?

- Zamawiający informuje, że dopuszcza do zaoferowania regulację wysokości stołu do rehabilitacji od 51 cm do 99 cm.
- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający zmienił zapis w załączniku nr 6 zadanie nr 2 poz. 3 do SIWZ. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie nr 21 dotyczy załącznika nr 6 zadania nr 2 poz. 4

Czy zamawiający dopuści regulację kąta nachylenia zagłówka od -70° do $+40^{\circ}$?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 22 dotyczy załącznika nr 6 zadania nr 2 poz. 7

Czy zamawiający dopuści stół do rehabilitacji o wadze do 110 kg?

- Zamawiający informuje, że dopuszcza do zaoferowania stół do rehabilitacji o wadze do 110 kg.
- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający zmienił zapis w załączniku nr 6 zadanie nr 2 poz. 7 do SIWZ. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie nr 23 dotyczy załącznika nr 6 zadania nr 2 poz. 17

Czy zamawiający wymaga regulację wysokości stołu do rehabilitacji za pomocą ramy wokół stołu czy pilota ręcznego?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ, a tym samym wymaga aby regulacja wysokości stołu do rehabilitacji odbywała się za pomocą ramy wokół stołu.

Pytanie nr 24 dotyczy załącznika nr 6 zadania nr 2 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści stół z regulacją wysokości od 49-105cm?

- Zamawiający informuje, że dopuszcza do zaoferowania stół z regulacją wysokości od 49-105cm.

- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający zmienił zapis w załączniku nr 6 zadanie nr 2 poz. 3 do SIWZ. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie nr 25 dotyczy załącznika nr 6 zadania nr 2 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści stół z regulacją nachylenia zagłówka od -85 do +35 stopni?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 26 dotyczy załącznika nr 6 zadania nr 2 poz. 15

Czy Zamawiający dopuści stół rehabilitacyjny bez podnoszenia części środkowej? Takie rozwiązanie nie jest już stosowane w nowoczesnych stołach i nie jest wymagane przy stosowaniu terapii.

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 27 dotyczy załącznika nr 6 zadania nr 2 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołów rehabilitacyjnych posiadających parametry - szerokość: w przedziale od 61cm do 70 cm lub od 65cm do 80cm?

- Zamawiający informuje, że dopuszcza do zaoferowania stół rehabilitacyjny posiadający szerokość w podanych wyżej przedziałach.
- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający zmienił zapis w załączniku nr 6 zadanie nr 2 poz. 2 do SIWZ. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie nr 28 dotyczy załącznika nr 6 zadania nr 2 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołów rehabilitacyjnych posiadających parametry - wysokość: od 40 cm do 105 cm lub od 48cm do 100cm?

- Zamawiający informuje, że dopuszcza do zaoferowania stół rehabilitacyjny posiadający wysokość w podanych wyżej przedziałach.
- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający zmienił zapis w załączniku nr 6 zadanie nr 2 poz. 3 do SIWZ. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie nr 29 dotyczy załącznika nr 6 zadania nr 2 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołów rehabilitacyjnych posiadających parametry - regulacja kąta nachylenia zagłówka: od -60 ° do 45 ° lub od -70 ° do 40 °?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 30 dotyczy załącznika nr 6 zadania nr 2 poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołów rehabilitacyjnych posiadających parametry - regulacja kąta nachylenia podnóża: od 0° do 80° lub od 0° do 80°?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 31 dotyczy załącznika nr 6 zadania nr 2 poz. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołów rehabilitacyjnych posiadających parametry - dopuszczalne obciążenie przy regulacji elekt. min.: 150 kg lub 160 kg ?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 32 dotyczy załącznika nr 6 zadania nr 2 poz. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołów rehabilitacyjnych posiadających parametry - waga: do 80 kg lub 98 kg ?

- Zamawiający informuje, że dopuszcza do zaoferowania stół rehabilitacyjny posiadający wyżej podane wagi.
- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający zmienił zapis w załączniku nr 6 zadanie nr 2 poz. 7 do SIWZ. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie nr 33 dotyczy załącznika nr 6 zadania nr 2 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści stół do rehabilitacji z regulacją wysokości w zakresie 480mm – 920mm?

- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie nr 34 dotyczy załącznika nr 6 zadania nr 2 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści stół do rehabilitacji z regulacją podglówka w zakresie +30° do -44°?

- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie nr 35 dotyczy załącznika nr 6 zadania nr 2 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści stół do rehabilitacji z regulacją sekcji nóg w zakresie 0-84°?

- **Zamawiający informuje, że dopuszcza do zaoferowania stół do rehabilitacji z regulacją sekcji nóg w zakresie 0-84°.**
- **W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający zmienił zapis w załączniku nr 6 zadanie nr 2 poz. 5 do SIWZ. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.**

Pytanie nr 36 dotyczy załącznika nr 6 zadania nr 2 poz. 10

Czy Zamawiający dopuści stół do rehabilitacji, którego tapicerka odporna jest na działanie środków dezynfekujących, wykonana z nie atestowanych materiałów umożliwiających łatwe utrzymanie w czystości?

- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie nr 37 dotyczy załącznika nr 6 zadania nr 2 poz. 11

Czy Zamawiający dopuści stół do rehabilitacji, w którym regulacja wysokości odbywa się za pomocą ramy w podstawie bez konieczności użycia pilota przewodowego?

- **Zamawiający informuje, że dopuszcza do zaoferowania stół do rehabilitacji w którym regulacja wysokości odbywa się za pomocą ramy w podstawie bez konieczności użycia pilota przewodowego.**

Pytanie nr 38 dotyczy załącznika nr 6 zadania nr 2 poz. 15

Czy Zamawiający dopuści stół do rehabilitacji ze stałą częścią środkową?

- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łobzoku
Lidia Kodubańska