



SAMODZIELNY PUBLICZNY  
SPECJALISTYCZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W LĘBORKU



e-mail: sekretariat@szpital-lebork.com.pl, www.szpital-lebork.com.pl

84-300 LĘBORK, UL. JULIANA WĘGRZYNOWICZA 13, TEL. 59 86 35 202, FAX 59 86 33 173, DYREKCJA TEL. 59 8635 325

SPSZOZ/1668 /2015

Lębork, dn. 25.08.2015r.

## Uczestnicy postępowania

### ZP-PN/51/15

Dot. przetargu nieograniczonego na dostawy środków dezynfekcyjnych do SPS ZOZ w Lęborku. Znak sprawy ZP-PN/51/15.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku jako Zamawiający w odpowiedzi na otrzymane zapytania do SIWZ dot. w/w postępowania wyjaśnia:

#### **Pytanie nr 1 dotyczy załącznika nr 5 zadania nr 10**

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 10 preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni na bazie czwartorzędowych związków amoniowych i biguanidu o działaniu bakteriobójczym, MRSA, grzybobójczym 0,25% - 5 min, prątkobójczym 1% - 15 min, wirusobójczym (Rotawirusy i wszystkie wirusy otoczkowe w tym HBV /HIV/ HCV/ BVDV/ Vaccinia/Ebola, Coronawirus) 0,25% - 15 min w opakowaniach = 5l z odpowiednim przeliczeniem ilości (tj. 204 opakowania = 5l)?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

#### **Pytanie nr 2 dotyczy załącznika nr 5 zadania nr 7**

Czy Zamawiający dopuści od oceny preparat o spektrum działania B, F, V, w stężeniu 1 % w czasie 15 min., z możliwością rozszerzenia o Tbc w stężeniu 1% w czasie 30 min.? Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

- Zamawiający informuje, że dopuszcza do zaoferowania preparat o w/w parametrach.

#### **Pytanie nr 3 dotyczy załącznika nr 5 zadania nr 1 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu w postaci płynnego koncentratu opartego na bazie czwartorzędowych zw. amoniowych, pochodnych guanidyny i pochodnych alkoholowych /fenoksypropanol/ z substancjami chroniącymi przed korozją, bez zawartości substancji utleniających o przyjemnym zapachu, osiągającego spektrum działania B, Tbc, F, V (HBV, HCV, HIV i Vaccinia, Papowa SV 40 ) w stężeniu 2% i czasie w 15 min, oraz Adeno w stężeniu 2% i czasie 60 min.?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

#### **Pytanie nr 4 dotyczy załącznika nr 5 zadania nr 3 poz. 1**

Czy Zamawiający wymaga aby preparat był zarejestrowany jako wyrób medyczny? Czy zamawiający dopuści preparat, na bazie mieszaniny trzech czwartorzędowych zw. amoniowych , konfekcjonowany w opakowaniach a' 200 sztuk o gramaturze 20g/m<sup>2</sup> ?

- Zamawiający informuje, iż wymaga aby preparat był zarejestrowany jako wyrób medyczny.
- Zamawiający informuje, że dopuszcza do zaoferowania preparat, na bazie mieszaniny trzech czwartorzędowych zw. amoniowych , konfekcjonowany w opakowaniach a' 200 sztuk o gramaturze 20g/m<sup>2</sup> z jednoczesnym przeliczeniem ogólnej ilości opakowań, tak by końcowa ilość odpowiadała ilości wymaganej przez Zamawiającego.
- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dodał zapis w załączniku nr 5 zadanie nr 3 w miejscu o nazwie: „UWAGA”. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

**Pytanie nr 5 dotyczy załącznika nr 5 zadania nr 8 poz. 1**

Czy zamawiający dopuści do oceny preparat zawierający w składzie 5-15% niejonowe związki powierzchniowo czynne, enzymy, glikole konserwujące, inhibitory korozji, substancje zwiększające rozpuszczalność?

- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 6 dotyczy załącznika nr 5 zadania nr 9 poz. 1**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści preparat do manualnego mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, endoskopów oraz oprzyrządowania anestetycznego o bardzo dobrych właściwościach myjących i dezynfekcyjnych, złożony z kompleksu enzymatycznego i QAV, o spektrum działania potwierdzonym badaniami wydanymi przez akredytowane laboratoria na: B, F(C. albicans), w 0.5 % w 5 min, B -EN 14561, F (C.albicans)- 14562, V ( BVDV, Vaccinia) w stężeniu 0.5 % w 15 min, z możliwością stosowania w myjkach ultradźwiękowych. Preparat podczas dezynfekcji nie wytwarza osadów, nie powoduje korozji dezynfekowanych wyrobów.

- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 7 dotyczy załącznika nr 5 zadania nr 10 poz. 1**

Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny preparatu spełniają zapisy SIWZ wykazującego znacznie szersze spektrum działania wobec B, Tbc (M.Avium M.Terrae), F, V (HIV,HBV,HCV) w czasie 15 minut przy stężeniu 0,25%. Posiadających oświadczenie producenta o bezpiecznym stosowaniu na oddziałach dziecięcych i neonatologicznych.

- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 8 dotyczy załącznika nr 5 zadania nr 5 poz. 1**

Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny preparatu do mycia higienicznego i chirurgicznego rąk oraz ciała i włosów pacjenta na bazie diglukonian chlorheksydyny o szerokim spektrum mikrobójczym wobec MRSA oraz Cl. Difficile w czasie do 1 minuty.

- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 9 dotyczy załącznika nr 5 zadania nr 3 poz. 1**

Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny bezalkoholowych chusteczek dezynfekcyjnych o wymiarach 13x18 w tubach po 100szt i spektrum działania B(również MRSA i VRE), F, V (BVDV, HBC, HCV, HIV, Norowirus) w czasie do 5 minut z możliwością poszerzenia o pełne działanie prątkobójcze, grzybobójcze (Aspergillus Niger) oraz Spory. Dodatkowo powierzchnia przetarta chusteczką zachowuje właściwości bakteriobójcze ponad 24 godzin. Chcemy zaznaczyć, iż chusteczki posiadają badania wykonane zgodnie z zharmonizowaną normą zbiorczą PN-EN 14885 (obszar medyczny) w warunkach brudnych, co pozwala stosować je na powierzchniach wysokiego ryzyka. Dodatkowo chusteczki posiadają bardzo ładny zapach oraz nie pozostawiają smug na dezynfekowanych powierzchniach.

- **Zamawiający informuje, że dopuszcza do zaferowania preparat o w/w parametrach.**

**Pytanie nr 10 dotyczy załącznika nr 5 zadania nr 3 poz. 1**

Czy w zadaniu nr 3 Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności bezalkoholowe chusteczki do dezynfekcji głowic USG oraz szybkiej dezynfekcji małych powierzchni metodą przecierania nie zawierające alkoholi, fenoli, aldehydów o spektrum B (w tym MRSA), F, V (HIV, HBV, HCV, Rota, Vaccina) w czasie do 1 minuty. Papowa w czasie do 2 minut., w opakowaniu flow-pack, posiadające pozytywną opinię producentów ultrasonografów takich jak: Philips, Shimadzu, SonoAce, Aloka, GE Healthcare, Toshiba i Siemen, wykonane z poliestru o gramaturze 50g/m2?

- **Zamawiający informuje, że dopuszcza do zaferowania preparat o w/w parametrach.**
- **W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dodał zapis w załączniku nr 5 zadanie nr 3 w miejscu o nazwie: „UWAGA”. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.**

**Pytanie nr 11 dotyczy załącznika nr 5 zadania nr 8 poz. 1 i 2**

Czy nie zaszła omyłka pisarska w modelu posiadanej przez Zamawiającego myjni? W formularzu podano symbol EDT-3, a powinno być ETD-3 (tak jak w komentarzu pod formularzem).

- **Zamawiający informuje, iż poprawił omyłkę pisarską.**
- **W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający zmienił zapis w załączniku nr 5 zadanie nr 8 poz. 1 i 2 do SIWZ. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.**

**Pytanie nr 12 dotyczy załącznika nr 5 zadania nr 8 poz. 1 i 2**

Czy ze względu na fakt, że posiadana przez Zamawiającego myjnia ETD-3 automatycznie dozuje zarówno preparat do mycia jak i do dezynfekcji, Zamawiający zrezygnuje z konieczności podania ilości i ceny 1 litra roboczego i wyrazi zgodę na podanie zarówno ilości jak i ceny 1 litra koncentratu?

- **Zamawiający informuje, iż dopuszcza podanie zarówno ilości jak i ceny 1 litra koncentratu.**

**Pytanie nr 13 dotyczy załącznika nr 5 zadania nr 8 poz. 2**

Czy z uwagi na fakt, iż niepodzielne opakowanie handlowe producenta zawiera 15 litrów preparatu do dezynfekcji dedykowanego do myjni Olympus ETD-3 (3 kanistry po 5 litrów), Zamawiający wyrazi zgodę na zaokrąglenie wymaganej ilości w dół do 18 opakowań 5-cio litrowych lub w górę do 21 opakowań 5-cio litrowych?

- **Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zaoferowanie w/w preparatu z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań zaokrąglonych w górę.**

**Pytanie nr 14 dotyczy projektu umowy § 2 ust. 7**

Prosimy Zamawiającego o wykreślenie zapisu w całości lub jego stosowną modyfikację, ponieważ umowa dotyczy postępowania, w którym jest 10 zadań (a zapis dotyczy zadań 13 – 19)

- **Zamawiający informuje, że zmodyfikował zapis znajdujący się w §2 ust. 7.**
- **W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający zmienił zapis w projekcie umowy w §2 ust. 7 SIWZ. Zmieniona Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.**

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Leżorku  
*Lidia Kościubańska*