



SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W LĘBORKU



e-mail: sekretariat@szpital-lebork.com.pl, www.szpital-lebork.com.pl

84-300 LĘBORK, UL. JULIANA WĘGRZYNOWICZA 13, TEL. 59 86 35 202, FAX 59 86 33 173, DYREKCJA TEL. 59 8635 325

SPSZOZ/2015 /2015

Lębork, dn. 07.10.2015r.

Uczestnicy postępowania

ZP-PN/54/15

Dot. przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów szewnych, siatek chirurgicznych, materiałów zespalających do SPS ZOZ w Lęborku.
Znak sprawy ZP-PN/54/15.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku jako Zamawiający w odpowiedzi na otrzymane zapytania do SIWZ dot. w/w postępowania wyjaśnia:

1. *Dotyczy Zadania nr 1, poz. 1 - Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz.1 i nić o długości 90cm przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu bez zmian?*
 - **Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zaoferowanie w poz.1 i nić o długości 90cm przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu bez zmian.**
2. *Dotyczy Zadania nr 1, poz. 2 - Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz.2 igłę o długości 30mm przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu bez zmian?*
 - **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**
3. *Dotyczy Zadania nr 1, poz. 3b - Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz.3b igłę o długości 26mm przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu bez zmian?*
 - **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**
4. *Dotyczy Zadania nr 1, poz. 3b - Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz.3b igłę o długości 36mm przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu bez zmian?*
 - **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**
5. *Dotyczy Zadania nr 1, poz. 3b - Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz.3b nić o długości 90cm przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu bez zmian?*
 - **Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zaoferowanie w poz.3b nić o długości 90cm przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu bez zmian.**
6. *Dotyczy Zadania nr 1, poz. 5 - Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz.5 igłę o długości 18mm przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu bez zmian?*
 - **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**
7. *Dotyczy Zadania nr 1, poz. 6 - Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz.6 igłę o długości 30mm przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu bez zmian?*
 - **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**
8. *Dotyczy Zadania nr 1, poz. 6 - Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz.6 nić o długości 75cm przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu bez zmian?*
 - **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

9. *Dotyczy Zadania nr 1, poz. 7 - Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz.7 igłę o długości 26mm bez opisu "tapercut" przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu bez zmian? W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji do osobnego zadania. Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych cen.*
- **Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zaoferowanie w poz. 7 igłę bez opisu "tapercut" przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu bez zmian (w tym długości).**
10. *Dotyczy Zadania nr 1, poz. 7 - Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz.7 igłę o długości 48mm bez opisu "tapercut" przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu bez zmian? W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji do osobnego zadania. Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych cen.*
- **Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zaoferowanie w poz. 7 igłę bez opisu "tapercut" przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu bez zmian (w tym długości).**
11. *Dotyczy Zadania nr 1, poz. 8 - Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz.8 igłę o długości 26mm przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu bez zmian? W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji do osobnego zadania. Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych cen.*
- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**
12. *Dotyczy Zadania nr 1, 7, 9 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu do umowy: „Zamawiający zobowiązuje się, że zamówi przedmiot umowy w ilości odpowiadającej minimum 80% wartości umowy netto”.*
- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**
13. *Dotyczy Zadania nr 1, 7, 9 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 zł”? Prośbę motywujemy to tym, że dla zamówień poniżej 150zł koszty transportu na które składają się m.in.: koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych i faktury, koszty dostarczenia towaru przez przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.*
- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**
14. *Dotyczy Zadania nr 1, poz. 8a - Czy Zamawiający dopuści szwy o grubości 2/0 z igłą o długości 40mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?*
- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**
15. *Dotyczy Zadania nr 1, poz. 8a - Czy Zamawiający dopuści szwy z igłą o dł. 37mm?*
- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**
16. *Dotyczy Zadania nr 1, poz. 8a - Czy Zamawiający dopuści szwy wchłaniane w czasie 60-90 dni, polifilamentne o czasie podtrzymywania tkankowego ok. 70% po 2 tygodniach, o grubości 2/0?*
- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**
17. *Dotyczy Zadania nr 1, poz. 8a - W przypadku negatywnych odpowiedzi zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji z pakietu nr 1 i utworzenie z niej odrębnego zadania.*
- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**
18. *Dotyczy Zadania nr 2, poz. 1-2 - Czy Zamawiający dopuści szwy wchłaniane w czasie 60-90 dni, polifilamentne o czasie podtrzymywania tkankowego ok. 70% po 2 tygodniach?*
- **Zamawiający informuje, że dopuści szwy wchłaniane w czasie 60-90 dni, polifilamentne o czasie podtrzymywania tkankowego ok. 70% po 2 tygodniach.**
19. *Dotyczy Zadania nr 2, poz. 1a - Czy Zamawiający dopuści szwy z igłą o dł. 36mm?*
- **Zamawiający informuje, że dopuszcza szwy z igłą o dł. 36 mm.**
20. *Dotyczy Zadania nr 2, poz. 2a - Czy Zamawiający dopuści szwy z igłą o dł. 32mm?*
- **Zamawiający informuje, że dopuszcza szwy z igłą o dł. 32 mm.**

21. *Dotyczy Zadania nr 3 - Czy Zamawiający dopuści w w/w zadaniu szwy wchłaniające ok. 42 dni, syntetyczne, plecione, wytwarzane z kwasu glikolowego, powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, o profilu podtrzymywania tkankowego ok. 50% po 8 – 11 dniach?*
- **Zamawiający informuje, że dopuszcza szwy wchłaniające ok. 42 dni, syntetyczne, plecione, wytwarzane z kwasu glikolowego, powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, o profilu podtrzymywania tkankowego ok. 50% po 8–11 dniach.**
22. *Dotyczy Zadania nr 3, poz. 5a - Czy Zamawiający dopuszcza w zadaniu nr 3 w poz. 5a igłę 30 mm oraz nić o długości 90 cm, przy pozostawieniu pozostałych parametrów bez zmian?*
- **Zamawiający informuje, że dopuszcza w zadaniu nr 3 w poz. 5a igłę 30 mm oraz nić o długości 90 cm, przy pozostawieniu pozostałych parametrów bez zmian.**
23. *Dotyczy Zadania nr 3, poz. 7a - Czy Zamawiający dopuszcza w zadaniu nr 3 w poz. 7a igłę 26 mm oraz nić o długości 90 cm, przy pozostawieniu pozostałych parametrów bez zmian?*
- **Zamawiający informuje, że dopuszcza w zadaniu nr 3 w poz. 7a igłę 26 mm oraz nić o długości 90 cm, przy pozostawieniu pozostałych parametrów bez zmian.**
24. *Dotyczy Zadania nr 4, poz. 6 - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji igłę odwrótnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem. Igła ta jest szczególnie polecana do operacji plastycznych ze względu na bardzo ostre ostrze a jednocześnie minimalną traumatyzację tkanki.*
- **Zamawiający informuje, że dopuszcza w w/w pozycji igłę odwrótnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem**
25. *Zadanie nr 6, poz. 1a - Czy Zamawiający dopuści szwy o grubości 1? W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji z pakietu 6 i utworzenie z niej odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania a Zamawiającemu uzyskanie korzystniejszej oferty.*
- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**
26. *Zadanie nr 6, poz. 4a - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły o trzech bokach tnących najnowszej generacji typu ENOVA wykonanej ze stali 300 lecz bez opisu „igła kosmetyczna”? Jest to igła najnowocześniejszego typu, która charakteryzuje się pamięcią odkształceń i wytrzymałością. Igła ta służy do działań chirurgicznych w obszarze tkanek skórnych – w szczególności do szycia podwójki i skóry, a także jako szew zabezpieczający „przez wszystkie warstwy”. Dzięki specjalnej konstrukcji ostrza z wydłużonym czubkiem, wklucie igły jest znacznie łatwiejsze i nie pozostawia śladów przekucia tkanki skórnej. Stosowanie tego typu igły zalecane jest w chirurgii kosmetycznej.
W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji z pakietu 6 i utworzenie z niej odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania a Zamawiającemu uzyskanie korzystniejszej oferty.*
- **Zamawiający informuje, że wyrazi zgodę na zaoferowanie igły o trzech bokach tnących najnowszej generacji typu ENOVA wykonanej ze stali 300 lecz bez opisu „igła kosmetyczna”.**
27. *Dotyczy Zadania nr 6, poz. 1a - Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Zadaniu nr 6 poz. 1a również na grubość nici „1”, pozostałe parametry bez zmian?*
- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**
28. *Dotyczy Zadania nr 6, poz. 1a - Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Zadaniu nr 6 na wyłączenie/wykreślenie pozycji 1a? UZASADNIENIE: Wyłączenie/wykreślenie powyższej pozycji pozwoli na złożenie ważnej oferty większej liczbie Oferentów a co za tym idzie Zamawiający może uzyskać znacznie niższą cenę na zapotrzebowany materiał szewny.*
- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**
29. *Dotyczy Zadania nr 6, poz. 4a - Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Zadaniu nr 6 poz. 4a również na igłę najnowszej generacji typu ENOVA wykonaną ze stali 300 lecz bez opisu katalogowego „igła kosmetyczna”, pozostałe parametry bez zmian?*
- **Zamawiający informuje, że dopuszcza igłę typu ENOVA wykonaną ze stali 300, bez opisu katalogowego „igła kosmetyczna”. Pozostałe parametry bez zmian.**

30. Dotyczy Zadania nr 6, poz. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów do szycia skóry z igłą odwrotnie tnącą przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnie z opisem w SIWZ.
- **Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zaoferowanie szwów do szycia skóry z igłą odwrotnie tnącą przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnie z opisem w SIWZ**
31. Dotyczy Zadania nr 6, poz. 3b - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów do szycia skóry z nicią koloru czarnego lub niebieskiego z zachowaniem pozostałych parametrów zgodnie z opisem w SIWZ.
- **Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zaoferowanie szwów do szycia skóry z nicią koloru czarnego lub niebieskiego z zachowaniem pozostałych parametrów zgodnie z opisem w SIWZ.**
32. Dotyczy Zadania nr 6, poz. 4 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów do szycia skóry z igłą odwrotnie tnącą przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnie z opisem w SIWZ.
- **Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zaoferowanie szwów do szycia skóry z igłą odwrotnie tnącą przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnie z opisem w SIWZ.**
33. Dotyczy Zadania nr 6, poz. 4c - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów do szycia z nicią koloru czarnego przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnie z opisem w SIWZ.
- **Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zaoferowanie szwów do szycia z nicią koloru czarnego przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnie z opisem w SIWZ.**
34. Zadanie nr 7, poz. 1a - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły o dł. 39mm o trzech bokach tnących najnowszej generacji typu ENOVA wykonanej ze stali 300 lecz bez opisu „igła kosmetyczna dwustronnie wklęsła”? Jest to igła najnowocześniejszego typu, która charakteryzuje się pamięcią odkształceń i wytrzymałością. Igła ta służy do działań chirurgicznych w obszarze tkanek skórnych – w szczególności do szycia podwójki i skóry, a także jako szew zabezpieczający „przez wszystkie warstwy”. Dzięki specjalnej konstrukcji ostrza z wydłużonym czubkiem, wklucie igły jest znacznie łatwiejsze i nie pozostawia śladów przekłucia tkanki skórnej. Stosowanie tego typu igły zalecane jest w chirurgii kosmetycznej.
- **Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zaoferowanie igły o dł. 39mm o trzech bokach tnących najnowszej generacji typu ENOVA wykonanej ze stali 300 lecz bez opisu „igła kosmetyczna dwustronnie wklęsła”**
35. Dotyczy Zadania nr 7, poz. 1a - Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Zadaniu nr 7 poz.1a również na igłę o długości 39mm, o trzech bokach tnących, najnowszej generacji typu ENOVA wykonaną ze stali 300 lecz bez opisu katalogowego „igła kosmetyczna”, pozostałe parametry bez zmian? UZASADNIENIE do Pytania 3 i 4: Są to najnowocześniejsze igły typu ENOVA, wykonane z najlepszej jakości stali 300, która charakteryzuje się pamięcią odkształceń i wytrzymałością. Dzięki specjalnej konstrukcji ostrza z wydłużonym czubkiem, wklucie igły jest znacznie łatwiejsze i nie pozostawia śladów przekłucia tkanki skórnej. Tego typu igły mogą być i są stosowane zarówno w standardowych zabiegach chirurgicznych, jak i w chirurgii kosmetycznej.
- **Zamawiający informuje, że dopuszcza igłę o długości 39 mm, o trzech bokach tnących, najnowszej generacji typu ENOVA wykonaną ze stali 300 lecz bez opisu katalogowego „igła kosmetyczna”, pozostałe parametry bez zmian.**
36. Dotyczy Zadania nr 7, poz. 1 - Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz.1 igłę kosmetyczną bez opisu katalogowego "dwustronnie wklęsła" przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu bez zmian?
- **Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zaoferowanie w poz. 1 igłę kosmetyczną bez opisu katalogowego "dwustronnie wklęsła" przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu bez zmian.**
37. Zadanie nr 9, poz. 1a - Czy Zamawiający dopuści szwy o dł. 75cm z igłą o dł. 37mm?
- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**
38. Dotyczy Zadania nr 9, poz. 1a - Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Zadaniu nr 9 poz.1a również na igłę o długości 37mm z nicią 75cm, pozostałe parametry bez zmian?
- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**
39. Dotyczy Zadania nr 9, poz. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów do szycia skóry z igłą odwrotnie tnącą 3/8 koła przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnie z opisem w SIWZ.

- **Zamawiający informuje, że wyrażą zgodę na zaoferowanie szwów do szycia skóry z igłą odwrotnie tnącą 3/8 koła przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnie z opisem w SIWZ.**
40. Dotyczy Zadania nr 9, poz. 1 - Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz.1 igłę o długości 45mm przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu bez zmian?
- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**
41. Dotyczy Zadania nr 10, poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji igłę o długości 25 mm?
- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**
42. Dotyczy Zadania nr 10, poz. 5 - Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego Pakietu np. 10a. Przychylenie się do naszej prośby zwiększy konkurencyjność ofert złożonych w tym Pakiecie.
- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**
43. Dotyczy Zadania nr 14, poz. 1 - Czy Zamawiający w zadaniu nr 14 poz. 1 wymaga zaoferowania wosku kostnego o składzie: wosk pszczeli, parafina i palmitynian izopropylu? Pozostałe parametry produktu zgodne z SIWZ.
Uzasadnienie: na rynku można spotkać wosk dwuskładnikowy bez palmitynianu izopropylu, który jest twardy i kruszy się co może skutkować koniecznością dłuższego rozgrzewania wosku w dłoniach aby stał się plastyczny i gotowy do użycia.
- **Zamawiający informuje, że dopuszcza wosk kostny o składzie: wosk pszczeli, parafina i palmitynian izopropylu. Pozostałe parametry produktu zgodne z SIWZ.**
44. Dotyczy Zadania nr 16 - Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji w w/w zadaniu dopuści szwy syntetyczne, monofilamentowe, wchłaniające się w okresie 90-120 dni, składające się z kopolimeru kwasu glikolowego i kaprolaktonu, o czasie podtrzymywania ok. 4 tygodni (po 7 dniach ok. 70%, po 14 dniach ok. 40%, po 21 dniach ok. 15%, po 28 dniach ok. 5%)?
- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**
45. Dotyczy Zadania nr 16, poz. 5 - Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji igłę o długości 50 mm?
- **Zamawiający informuje, że dopuszcza w w/w pozycji igłę o długości 50 mm.**
46. Dotyczy Zadania nr 16, poz. 6 - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji igłę odwrotnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem i długości nici 75 cm. Igła ta jest szczególnie polecana do operacji plastycznych ze względu na bardzo ostre ostrze a jednocześnie minimalną traumatyzację tkanki.
- **Zamawiający informuje, że dopuszcza w w/w pozycji igłę odwrotnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem i długości nici 75 cm.**
47. Dotyczy Zadania nr 16, poz. 7a - Czy Zamawiający dopuszcza w zadaniu 16 w pozycji 7a szew o długości 240 cm pętla przy pozostawieniu pozostałych parametrów bez zmian?
- **Zamawiający informuje, że dopuszcza w zadaniu 16 w pozycji 7a szew o długości 240 cm pętla przy pozostawieniu pozostałych parametrów bez zmian.**
48. Dotyczy Zadania nr 17, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania materiał szewny, którego podtrzymanie tkankowe wynosi 75% po 14 dniach oraz którego długość wynosi 53 cm? Pozostałe parametry bez zmian.
- **Zamawiający informuje, że dopuszcza do zaoferowania materiał szewny, którego podtrzymanie tkankowe wynosi 75% po 14 dniach oraz którego długość wynosi 53 cm. Pozostałe parametry bez zmian.**
49. Dotyczy Zadania nr 20, poz. 6 - Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji igłę o długości 57 mm?
- **Zamawiający informuje, że dopuszcza w w/w pozycji igłę o długości 57 mm.**
50. Dotyczy Zadania nr 21 - Czy Zamawiający dopuszcza w zadaniu 21 Instrument jednorazowego użytku do mocowania siatek przepuklinowych z 30 tytanowymi wkrętami , wysokość aktywna 3,8mm , średnica aplikatora 5mm, długość 35,5cm, urządzenie posiadające wskaźnik ostatniej zszywki?
- **Zamawiający informuje, że dopuszcza w zadaniu 21 Instrument jednorazowego użytku do mocowania siatek przepuklinowych z 30 tytanowymi wkrętami , wysokość aktywna**

3,8mm , średnica aplikatora 5mm, długość 35,5cm, urządzenie posiadające wskaźnik ostatniej zszywki.

51. *Dotyczy Zadania nr 22 - Czy Zamawiający dopuszcza w zadaniu 22 Makroporowatą, monofilamentową, siatkę polipropylenową do plastyki przepuklin brzysznych i pachwinowych, przezierną, wielkość porów 2,0 mm x 2,4 mm, gramatura 46 g/m².*
- **Zamawiający informuje, że dopuszcza w zadaniu 22 Makroporowatą, monofilamentową, siatkę polipropylenową do plastyki przepuklin brzysznych i pachwinowych, przezierną, wielkość porów 2,0 mm x 2,4 mm, gramatura 46 g/m².**
52. *Dotyczy Zadania nr 22, poz. 2 - Czy Zamawiający dopuszcza w zadaniu 22 w poz. 2 siatkę o wym. 15 x 10 cm?*
- **Zamawiający informuje, że dopuszcza w zadaniu 22 w poz. 2 siatkę o wym. 15 x 10 cm?**
53. *Dotyczy Zadania nr 22, poz. 5 - Czy Zamawiający dopuszcza w zadaniu 22 w poz. 5 siatkę o wym. 20 x 20 cm?*
- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**
54. *Dotyczy Zadania nr 22, poz. 1-6 - Czy Zamawiający odstąpi od wymogu utworzenia depozytu siatek przepuklinowych? Są to specjalistyczne produkty bardzo często używane i znajdują się w ciągłej sprzedaży.*
- **Zamawiający informuje, że odstępuje od wymogu utworzenia depozytu siatek przepuklinowych w Zadaniu nr 22.**
55. *Dotyczy Zadania nr 23 - Wnosimy o odstąpienie od depozytowego charakteru dostaw i modyfikację zapisów SIWZ z przyczyn nie wskazania ilości wyrobów medycznych, które mają się znajdować w depozycie w siedzibie Zamawiającego.*
W przypadku nie wyrażenia zgody prosimy o podanie:
- *jakie ilości wyrobów medycznych ma zawierać depozyt?*
 - *na jakich przesłankach Zamawiający określa wysokość depozytu w siedzibie Zamawiającego?*
 - **Zamawiający informuje, że depozyt ma zawierać po 2 szt. asortymentu, oraz że wysokość depozytu jest podyktowana względami ekonomicznymi.**
56. *Dotyczy Zadania nr 23 - Czy Zamawiający zobowiązuje się do wykorzystywania wyrobów wchodzących w skład depozytu w siedzibie Zamawiającego, wg dat przydatności do użycia, tj. wykorzystywania w pierwszej kolejności wyrobów posiadających najkrótszy termin przydatności do użycia?*
- **Zamawiający informuje, że zobowiązuje się do wykorzystywania wyrobów wchodzących w skład depozytu w siedzibie Zamawiającego, wg dat przydatności do użycia, tj. wykorzystywania w pierwszej kolejności wyrobów posiadających najkrótszy termin przydatności do użycia.**
57. *Dotyczy Zadania nr 23 – Czy Zamawiający dopuszcza w zadaniu 23 Makroporowatą, monofilamentową, siatkę polipropylenową do plastyki przepuklin brzysznych i pachwinowych, przezierną, wielkość porów 2,0 mm x 2,4 mm, gramatura 46 g/m².*
- **Zamawiający informuje, że dopuszcza w zadaniu 23 Makroporowatą, monofilamentową, siatkę polipropylenową do plastyki przepuklin brzysznych i pachwinowych, przezierną, wielkość porów 2,0 mm x 2,4 mm, gramatura 46 g/m²**
58. *Dotyczy Zadania nr 23, poz. 1 - Czy Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie siatki chirurgicznej monofilamentowej, polipropylenowe makroporowate do zaopatrywania przepuklin pachwinowych, brzusznych o parametrach: grubości 0,50 mm, wielkości porów 0,70mm i gramaturze 57g/m²? Rozmiar 10 x 15 cm.*
- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**
59. *Dotyczy Zadania nr 23, poz. 2 - Czy Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie siatki chirurgicznej monofilamentowej, polipropylenowe makroporowate do zaopatrywania przepuklin pachwinowych, brzusznych o parametrach: grubości 0,50 mm, wielkości porów 0,70mm i gramaturze 57g/m²? Rozmiar 30 x 30 cm.*
- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

60. Dotyczy Zadania nr 23 - Czy Zamawiający dopuści siatki chirurgiczne z przędzy monofilamentowej, polipropylenowe makroporowate do zaopatrywania przepuklin pachwinowych i brzusznych o podanych parametrach:
- wielkość porów 3,3 mm²
 - dziana, grubość 0,75 mm (+/- 10%)
 - masa powierzchniowa 80 g/m² (+; -)10%.
- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**
61. Dotyczy Zadania nr 23, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści siatki chirurgiczne w rozmiarze 10x16cm pakowane pojedynczo?
- **Zamawiający informuje, że dopuszcza siatki chirurgiczne w rozmiarze 10x16cm pakowane pojedynczo.**
62. Dotyczy Zadania nr 23 - Prosimy o odstąpienie od wymogu utworzenia depozytu w zakresie zadania nr 23 z uwagi na fakt, że operacje implantacji siatek przepuklinowych są zabiegami planowymi, a nie ratującymi życie.
- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**
63. Dotyczy Zadania nr 27 zapisu pod arkuszem asortymentowo-cenowym:
Czy Zamawiający mógłby doprecyzować, iż depozyt implantów dotyczyć będzie tylko asortymentu płyt blokowanych, gwoździ śródszpikowych i zestawów DSB/DSK oraz elementów blokujących do wskazanych? Pozostałe implanty tzw. drobne tj. wkręty, mikrowkręty, podkładki, druty Kirschnera, do wiązania odłamów, gwoździe Endera, Rusha, grotty Steinmanna, płytki zwykłe (proste i kształtowe) – będą zrealizowane na podstawie bieżących zamówień składanych sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego? Implanty drobne z uwagi na ich gabaryty zwyczajowo nie są przewidziane do depozytów z uwagi na trudności z ich rozliczeniem po przeprowadzonym zabiegu. Rozliczenie bowiem depozytu polega na dokładnym podaniu nr katalogowego oraz serii zużytych w czasie zabiegu implantów, to zaś w warunkach sali operacyjnej jest niełatwe do zrealizowania.
- **Zamawiający informuje, że dodał w Zadaniu nr 27 poniższy doprecyzowujący zapis:
„Depozyt dotyczyć będzie płyt blokowanych, gwoździ śródszpikowych i zestawów DSB/DSK oraz elementów blokujących do wskazanych.**

Dotyczy zapisów SIWZ.

64. Dotyczy projektu umowy § 5 ust. 1 - Czy Zamawiający w § 5 ustęp 1 projektu umowy zastąpi słowa „wartości brutto niezrealizowanego zamówienia” słowami „wartości brutto towaru niedostarczonego w wyznaczonym terminie”?
- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**
65. Dotyczy projektu umowy - Czy Zamawiający doda do projektu umowy następujące postanowienie: „W przypadku ustawowych zmian stawek podatku VAT, wartość netto nie ulega zmianie, a zmieni się cena jednostkowa brutto”?
- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**
66. Dotyczy projektu umowy §2 ust. 4 - Czy Zamawiający dookreśli w §2 ust 4 lub w drodze pisemnej w zw. z §6, iż na składanych zamówieniach/protokołach zużycia zamiast danych osobowych pacjenta w postaci imienia i nazwiska oraz nr PESEL będzie wskazany nr karty choroby lub inny odpowiedni numer nadany przez Szpital? Zastąpienie danych osobowych innymi danymi spowoduje ułatwienie realizacji umowy oraz zwiększenie ochrony przekazanych informacji.
- **Zamawiający informuje, że dodał w projekcie umowy §2 ust. 4 zapis: „W przypadku wyrobów oddanych w depozyt, podstawą realizacji - uzupełnienia depozytu o wykorzystany do zabiegu operacyjnego wyrób będzie przesłany do Wykonawcy protokół zużycia, ze wskazanym odpowiednim numerem nadanym przez SPS ZOZ w Lęborku”**
67. Dotyczy treści umowy w Par. 5 ust. 1 ppkt 3 - Czy Zamawiający zgadza się, aby kara za odstąpienie od umowy określona w par. 5 ust. 1 ppkt 3) wynosiła 5% niezrealizowanej wartości brutto zamówienia ?
- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

68. Dotyczy treści umowy - Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto?
- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.
69. Dotyczy treści umowy - Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?
- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.
70. Dotyczy Zadania nr 27 projekt umowy §2 ust. 4 - W związku z faktem, iż w umowie nie zostały doprecyzowane zapisy dotyczące depozytu, o którym mowa pod arkuszem asortymentowo-cenowym w zadaniu 27, czy Zamawiający mógłby doprecyzować w §2 ust. 4 mówiącym o realizacji zamówienia, iż w przypadku wyrobów oddanych w depozyt, podstawą realizacji - uzupełnienia depozytu o wykorzystany do zabiegu operacyjnego wyrób będzie przesłany do Wykonawcy protokół zużycia?
- Zamawiający informuje, że dodał w projekcie umowy §2 ust. 4 zapis: „W przypadku wyrobów oddanych w depozyt, podstawą realizacji - uzupełnienia depozytu o wykorzystany do zabiegu operacyjnego wyrób będzie przesłany do Wykonawcy protokół zużycia, ze wskazanym odpowiednim numerem nadanym przez SPS ZOZ w Lęborku”
71. Dotyczy Zadania nr 27 projekt umowy §3 ust. 2 - W związku z faktem, iż w umowie nie zostały doprecyzowane zapisy dotyczące depozytu, o którym mowa pod arkuszem asortymentowo-cenowym w zadaniu 27, czy Zamawiający mógłby doprecyzować w §3 ust. 2 (oraz SIWZ rozdz. I – Informacje i wymagania dodatkowe pkt. 2 – podstawą wystawienia faktury VAT w przypadku wyrobów oddanych w depozyt będzie protokół zużycia dokumentujący zakup?
- Zamawiający informuje, że dodał w §3 ust. 2 projektu umowy oraz SIWZ rozdz. I – Informacje i wymagania dodatkowe pkt. 2, zapis: „W przypadku wyrobów oddanych w depozyt podstawą wystawienia faktury VAT będzie protokół zużycia dokumentujący zakup.”
72. Dotyczy Zadania nr 27 - W związku z faktem, iż w umowie nie zostały doprecyzowane zapisy dotyczące depozytu, o którym mowa pod arkuszem asortymentowo-cenowym w zadaniu 27, czy Zamawiający mógłby uwzględnić zapis, iż własność nad wyrobem przechodzi na Zamawiającego w momencie pobrania towaru z depozytu/jego zużycia?
- Zamawiający informuje, że w § 2 ust. 5 projektu umowy dodał zapis: „Własność nad wyrobem przechodzi na Zamawiającego w momencie pobrania towaru z depozytu/jego zużycia.”
73. Dotyczy Wzoru umowy § 2 ust. 1- termin realizacji umowy - W związku z rozbieżnościami prosimy Zamawiającego o podanie terminu realizacji zamówienia.
- Zamawiający informuje, że podaje poniżej termin realizacji zamówienia:
Wymagany termin realizacji zamówienia:
 - 1) Zadania 1-20 – materiały szewne – 24 miesiące od dnia podpisania umowy.
 - 2) Zadania 21-26 – siatki chirurgiczne – 24 miesiące od dnia podpisania umowy.
 - 3) Zadanie 27 – materiały zespalające – 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
74. Dotyczy Wzoru umowy § 2 ust. 4 - Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od możliwości składania zamówień telefonicznie. W rozmowie telefonicznej trudno jest zweryfikować osobę dzwoniącą co do jej upoważnienia do składania zamówień w imieniu placówki. Pisemne złożenie zamówienia jest również dokumentem łatwiejszym do zweryfikowania w przypadku spraw spornych lub reklamacji.
- Zamawiający informuje, że zmienił treść § 2 pkt 4 wzoru umowy na następujący:
„Realizacja każdego zamówienia złożonego faksem lub telefonicznie potwierdzone faksem nastąpi w terminie maksymalnie dni roboczych (od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) od momentu zgłoszenia dokonanej przez Zamawiającego i potwierdzenia tego terminu przez Wykonawcę.
75. Dotyczy Wzoru umowy § 5 ust. 2 - Zwracamy się do Zamawiającego o rozszerzenie zapisu o treść: z zastrzeżeniem ceny rażąco wysokiej, niekorespondującej z aktualnymi cenami rynkowymi
- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

76. Dotyczy Wzoru umowy § 3 ust. 3

Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy w § 3 ust. 3 poprzez wprowadzenie następującego zapisu: Za datę dokonania płatności uznaję się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy

- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

77. Dotyczy Wzoru umowy § 5 ust. 1 - Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 5 ust. 1 Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

- 1) za zwłokę w wykonaniu zamówienia w wysokości 0,1% wartości brutto niezrealizowanego zamówienia za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanego zamówienia
- 2) za odmowę dostarczenia zamówionego towaru w wysokości 5% wartości brutto niezrealizowanego zamówienia, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania zakupu u innego dostawcy i ewentualną różnicą cen obciąża Wykonawcę
- 3) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% niezrealizowanej części wartości brutto zamówienia.

- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

78. Dotyczy Paragraf 5 ust. 1 ppkt. 2 Prosimy o wykreślenie zapisu:

(...)

- 2) za odmowę dostarczenia zamówionego towaru w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanego zamówienia, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania zakupu u innego dostawcy i ewentualną różnicą cen obciąża Wykonawcę

(...)

- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

79. Dotyczy Formularza Oferty - Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż uzna za wystarczające załączenie w formularzu ofertowym i cenowym tylko tych pakietów na które Wykonawca składa ofertę? Pozytywna odpowiedź ułatwi sporządzenie oferty oraz znacznie ograniczy jej objętość.

- **Zamawiający potwierdza, że uzna za wystarczające załączenie w formularzu ofertowym i cenowym tylko tych pakietów na które Wykonawca składa ofertę.**

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Leżorku
Lidia Kocubańska