



SPSZOZ/20.16/2015

Łębork, dn. 07.10.2015r.

Uczestnicy postępowania

ZP-PN/57/15

Dot. przetargu nieograniczonego na dostawę zestawów laparoskopowych, klipsów, staplerów do SPS ZOZ w Łęborku. Znak sprawy ZP-PN/57/15.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęborku jako Zamawiający w odpowiedzi na otrzymane zapytania do SIWZ dot. w/w postępowania wyjaśnia:

1. *Zadanie 4, poz. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie klipsów tytanowych średnich o wymiarach przed zamknięciem 4,8 mm i 5,6 mm po zamknięciu, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?*
 - **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**
2. *Zadanie 4, poz. 2 - Prosimy o dopuszczenie klipsów tytanowych średnio-dużych o wymiarach przed zamknięciem 7,8 mm i 9,0 mm po zamknięciu, pakowane w magazynki po 6 klipsów w magazynku i 20 magazynków w opakowaniu z odpowiednim przeliczeniem ilości?*
 - **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**
3. *Zadanie 4, poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie klipsów tytanowych dużych o wymiarach przed zamknięciem 10,7 mm i 12,3 mm po zamknięciu, pakowane w magazynki po 6 klipsów w magazynku i 20 magazynków w opakowaniu z odpowiednim przeliczeniem ilości?*
 - **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**
4. *Zadanie 4, poz. 4 – 6 - Prosimy o dopuszczenie klipsownic do zabiegów klasycznych w rozmiarach odpowiednio do klipsów średnich, średnio dużych oraz dużych o długości 28 cm.*
 - **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**
5. *Zadanie 4, poz. 7.1 - Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rezygnację z wymogu klipsownicy laparoskopowej dla klipsów średnich, na rzecz 1 szt. klipsownicy do zabiegów otwartych.*
 - **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmienił treść pkt 7 w Zadaniu nr 4. Zmieniony Arkusz asortymentowo-cenowy – Załącznik nr 5 – zmieniony, został umieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.**
6. *Zadanie 2: Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania (przy jednoczesnym, bezpłatnym, użyczeniu na czas obowiązywania umowy generatora bipolarnego dedykowanego poniższym instrumentom)*
 - w Pozycji 1 - laparoskopowego narzędzia do preparowania, uszczelniania i rozdzielania naczyń i pęczków tkankowych o długości 36 cm, średnicy trzonu 5 mm, długość szczęk 26,5 mm, długości cięcia 23,5 mm, aktywowanego ręcznie lub nożnie, z wbudowanym nożem, z przewodem, obracany trzonem, kompatybilnego z użyczonym generatorem bipolarnym (pakowane po 6 szt.),
 - w Pozycji 3 - kleszczyków do uszczelniania naczyń i pęczków tkankowych, o długości elektrody 26,5 mm, kąt rozwarcia szczęk 28 st., długości całkowitej 24 cm, z przewodem, wbudowanym nożem, aktywowanych ręcznie lub nożnie, kompatybilnych z użyczonym generatorem bipolarnym (pakowane po 6 szt.),

a także wydzieli te Pozycje do odrębnego Zadania w ramach przedmiotowej procedury?

 - **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

32

7. Czy Zamawiający dopuszcza w zadaniu nr 1: Jednorazowy zestaw laparoskopowy składający się z 6 narzędzi:

1. Jednorazowy trokar 11 mm z karbowaną kaniulą i kierunkowym metalowym ostrzem ostrzonym dwustronnie w kształcie litery „V”. Ostrze w bezpiecznej osłonie ze wskaźnikiem położenia ostrza. Trójstopniowy zawór do insuflatora umożliwiający wykonanie desuflacji bez odłączania wężyka CO2 z opisanym położeniem zaworu insuflacja/stop/desuflacja na zaworze. Całość wykonana z tworzywa. Trokar musi posiadać wbudowaną uszczelkę 5-11 mm - 1 szt.

2. Jednorazowa kaniula 11 mm, karbowana z trójstopniowym zaworem insuflacyjnym i wbudowaną uszczelką 5-11 mm kompatybilna z trokarem z pozycji 1 - 1 szt.

3. Jednorazowy trokar 5 mm z karbowaną kaniulą i kierunkowym metalowym ostrzem ostrzonym dwustronnie w kształcie litery „V”. Ostrze w bezpiecznej osłonie ze wskaźnikiem położenia ostrza. Trójstopniowy zawór do insuflatora umożliwiający wykonanie desuflacji bez odłączania wężyka CO2 z opisanym położeniem zaworu insuflacja/desuflacja na zaworze. Całość wykonana z tworzywa - 2 szt.

4. Jednorazowa igła Veressa 120mm kaliber 14G z sygnałem dźwiękowym i wizualnym określającym wejście do jamy brzusznej - 1 szt.

5. Jednorazowy system czyszczenia optyki składający się z podgrzewacza, ściereczki z mikrofibry 2 szt., wacika do trokara. System posiadający redukcję 5mm, czas pracy 5 h, czas ekspozycji optyki 5 sekund. Możliwość przymocowania do pola operacyjnego- 1 szt.

Zestaw laparoskopowy dostarczany w opisanym kartonie, który zapewnia bezpieczeństwo transportu i łatwość przechowywania. Wszystkie ww. narzędzia muszą być kompatybilne i pochodzić od jednego producenta. Każdy komponent zestawu pakowany w oddzielne sterylne opakowanie.

- **Zamawiający informuje, że dopuszcza ww. jednorazowy zestaw laparoskopowy.**

8. Dot. Zadania nr 4 poz. 2 i 3 - Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na możliwość zaoferowania klipsów konfekcjonowanych po 20 magazynków w opakowaniu. W tym wypadku oferta zawierać będzie wyliczoną ilość sztuk magazynków zgodnie z ilością określoną w SIWZ tzn. dla poz. nr 2 – 540 magazynków oraz dla poz. nr 3 - 180 magazynków.

- **Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zaoferowanie klipsów konfekcjonowanych po 20 magazynów w opakowaniu z odpowiednim przeliczeniem ilości.**

9. Dot. Zadania nr 4 poz. 4 – 6 - Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na możliwość zaoferowania klipsownic do chirurgii klasycznej o długości 28 cm jako równoważnych do wymaganych w SIWZ o długości 26,7cm.

- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

10. Dot. § 2 pkt 4 wzoru umowy - Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wykreślenie z pkt. nr 4 z projektu umowy "...zamówienia złożonego telefonicznie...". W świetle prawa, (Ustawa o dyscyplinie finansów publicznych, Kodeks Cywilny), czynność prawa, jaką jest składanie zamówień, może dokonywać jedynie Kierownik Jednostki. Zatem bez wskazania w umowie upoważnionej osoby, która będzie w jego imieniu składać zamówienie, zamówień telefonicznych może dokonać jedynie Kierownik Jednostki. W rozmowie telefonicznej trudno jest zweryfikować osobę dzwoniącą co do jej upoważnienia do składania zamówień w imieniu placówki. Pisemne złożenie zamówienia jest również dokumentem łatwiejszym do zweryfikowania w przypadku spraw spornych lub reklamacji". Dlatego prosimy o modyfikację poprzez dopisanie: „...zamówienia złożonego faxem lub telefonicznie potwierdzone faxem...”

- **Zamawiający informuje, że zmienił treść § 2 pkt 4 wzoru umowy na następujący:**
„Realizacja każdego zamówienia złożonego faksem lub telefonicznie potwierdzone faxem nastąpi w terminie **maksymalnie** dni roboczych (od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) od momentu zgłoszenia dokonanego przez Zamawiającego i potwierdzenia tego terminu przez Wykonawcę.

11. Paragraf 5 ust. 1 ppkt. 2

Prosimy o wykreślenie zapisu:

(...)

2) za odmowę dostarczenia zamówionego towaru w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanego zamówienia, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania zakupu u innego dostawcy i ewentualną różnicą cen obciąży Wykonawcę

- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

12. Dot. § 5 pkt 1.2 wzoru umowy - Paragraf 5 pkt 1.2 wzoru umowy mówi, iż: „Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 2) za odmowę dostarczenia zamówionego towaru w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanego zamówienia, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania zakupu u innego dostawcy i ewentualną różnicą cen obciąży Wykonawcę”.
Treść w/w ust. sprawia, że strony nie są równoprawne. Zamawiający wprowadzając taki zapis wydłuża sobie termin płatności dostaw bez konieczności terminowej zapłaty za dostarczony sprzęt.

Prosimy zatem Zamawiającego o zgodę na dopisanie do w/w pktu wzoru umowy zdania o następującej treści: „Sprzedawca nie ma prawa odmówić sprzedaży i realizacji dostawy zamówionej partii przedmiotu sprzedaży z powodu zwłoki Kupującego z zapłatą należności za dostawy zrealizowane wcześniej, chyba że opóźnienie w zapłacie przekroczy 30 dni.”

- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmienił treść Zadania nr 3 – zmodyfikowany „Arkusze asortymentowo-cenowy – Załącznik nr 5 – zmieniony” został umieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku

Lidia Kołtubańska