



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
SPECJALISTYCZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W ŁĘBORKU**



e-mail: sekretariat@szpital-lebork.com.pl, www.szpital-lebork.com.pl

84-300 ŁĘBORK, UL. JULIANA WĘGRZYNOWICZA 13, TEL. 59 86 35 202, FAX 59 86 33 173, DYREKCYJA TEL. 59 8635 325

SPSZOZ/1967/2015

Łębork, dn. 01.10.2015 r.

Uczestnicy postępowania

ZP-PN/55/15

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę sprzętu medycznego dla Nocnej Opieki Chorych do Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęborku.

Znak sprawy ZP-PN/55/15

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęborku jako Zamawiający w odpowiedzi na otrzymane zapytania do SIWZ dot. w/w postępowania wyjaśnia:

Pytanie nr 1 dotyczy zadania nr 1 poz. nr 1

Czy Zamawiający dopuści aparat EKG bez pomiaru poziomu nachylenia odcinka ST?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 2 dotyczy zadania nr 1 poz. nr 1 pkt. 16

Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z możliwością przesłania wyników badań pośrednio przez PC na dowolny adres e – mail lub inny aparat EKG?

- Zamawiający informuje, że dopuszcza do zaoferowania aparat EKG z możliwością przesłania wyników badań pośrednio przez PC na dowolny adres e – mail lub inny aparat EKG.
- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dodał zapis w załączniku nr 6 zadanie nr 1 poz. nr 1 pkt. 16 do SIWZ. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie nr 3 dotyczy zadania nr 1 poz. nr 1 pkt. 17

Czy Zamawiający dopuści aparat EKG bez możliwości odbioru zleceń w standardzie HL7 na wykonanie badań EKG, ani wysyłania zaakceptowanego badania do systemu zlecającego po wykonaniu zleconego badania?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 4 dotyczy zadania nr 1 poz. nr 1 pkt. 21

Czy Zamawiający dopuści aparat EKG bez możliwości wydruku wyników badań w trybie Cabrera?

- Zamawiający informuje, że dopuszcza do zaoferowania aparat EKG bez możliwości wydruku wyników badań w trybie Cabrera.

Pytanie nr 5 dotyczy SIWZ rozdz. I pkt. 6 oraz projektu umowy § 5 ust. 2 pkt. 7)

Czy dopuszcza Państwo w przypadku awarii, przystąpienie do usunięcia usterki w ciągu max. 72 godzin, od momentu zgłoszenia przez użytkownika - pracownika Zamawiającego, w dni robocze od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

- Zamawiający informuje, że dopuszcza w przypadku awarii, przystąpienie do usunięcia usterki w ciągu max. 72 godzin, od momentu zgłoszenia przez użytkownika - pracownika Zamawiającego, w dni robocze od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający zmienił zapis w SIWZ rozdz. I pkt. 6 oraz w projekcie umowy w § 5 ust. 2 pkt. 7). Zmieniona Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

Z poważaniem

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęborku

Lidia Kodłubańska