



SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W LĘBORKU



e-mail: sekretariat@szpital-lebork.com.pl, www.szpital-lebork.com.pl

84-300 LĘBORK, UL. JULIANA WĘGRZYNOWICZA 13, TEL. 59 86 35 202, FAX 59 86 33 173, DYREKCYJA TEL. 59 8635 325

SPSZOZ/2022/2015

Lębork, dn. 07.10.2015r.

### Uczestnicy postępowania

#### ZP-PN/49/15

Dot. przetargu nieograniczonego na dostawę płuczko-dezynfektorów do SPS ZOZ w Lęborku.  
Znak sprawy ZP-PN/49/15.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku jako Zamawiający w odpowiedzi na otrzymane zapytania do SIWZ dot. w/w postępowania wyjaśnia:

1. *Prosimy o przedstawienie schematu instalacji wodno-kanalizacyjnej w pomieszczeniach przewidzianych do instalacji myjni dezynfektorów do kaczek i basenów wraz z zaznaczeniem miejsca pod myjnię.*
  - **Zamawiający informuje, że ww. schematy stanowią załącznik do odpowiedzi na pytania.**
2. *Dotyczy Zadanie nr 1 poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści myjnie dezynfektory z wyświetlaniem graficznego wskaźnika postępu cyklu oraz czasu do zakończenia programu zamiast wartości A0?*
  - **Zamawiający informuje, że dopuszcza myjnie dezynfektory z wyświetlaniem graficznego wskaźnika postępu cyklu oraz czasu do zakończenia programu zamiast wartości A0.**
3. *Dotyczy Zadanie nr 1 poz. 1 - Stal nierdzewna klasy AISI 304 nie jest odpowiednia do zastosowania w warunkach podwyższonej temperatury oraz w miejscu działania środków kwasowych stosowanych w tego typu urządzeniach. Sugerujemy zmianę zapisu punktu 5 na: „Konstrukcja urządzenia oraz komora wykonane z materiałów odpornych na działanie korozji, komora mycia głęboko tłoczona, wykonana z jednego elementu. Komora wykonana ze stali kwasoodpornej, klasy minimum AISI 316”*
  - **Zamawiający informuje, że dopuszcza klasę AISI 316.**
4. *Dotyczy Zadanie nr 1 poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści urządzenia o wymiarach: szerokość 600 mm, głębokość 600 mm ?*
  - **Zamawiający informuje, że dopuszcza urządzenie o wymiarach: szerokość 600 mm, głębokość 600 mm.**
5. *Dotyczy Zadanie nr 1 poz. 2 - Stal nierdzewna klasy AISI 304 nie jest odpowiednia do zastosowania w warunkach podwyższonej temperatury oraz w miejscu działania środków kwasowych stosowanych w tego typu urządzeniach. Sugerujemy zmianę zapisu punktu 4 na: „Konstrukcja urządzenia oraz komora wykonane z materiałów odpornych na działanie korozji, komora mycia głęboko tłoczona, wykonana z jednego elementu. Komora wykonana ze stali kwasoodpornej, klasy minimum AISI 316”*
  - **Zamawiający informuje, że dopuszcza klasę AISI 316**
6. *Czy Zamawiający dopuści myjnie dezynfektory z wyświetlaniem graficznego wskaźnika postępu cyklu oraz czasu do zakończenia programu zamiast wartości A0?*
  - **Zamawiający informuje, że dopuszcza myjnie dezynfektory z wyświetlaniem graficznego wskaźnika postępu cyklu oraz czasu do zakończenia programu zamiast wartości A0.**

7. Czy Zamawiający dopuści montaż na ścianie w celu umożliwienia personelowi mycia i dezynfekcję podłogi pod urządzeniem?
- Zamawiający informuje, że dopuszcza montaż na ścianie w celu umożliwienia personelowi mycia i dezynfekcji podłogi pod urządzeniem, pod warunkiem zastosowania otwierania drzwi uchylnych za pomocą czujnika zbliżeniowego.
8. Dotyczy Zadania nr 1 poz. 1 Załącznika nr 6 do SIWZ „Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych” Tabela pkt. 16 - Wnosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia o pojemności komory: 1 kaczka +1 basen z pokrywą lub 4 kaczki w jednym cyklu.
- Pojemność urządzenia, które zamierzamy zaoferować jest rozwiązaniem powszechnym i najbardziej sprawdzonym na oddziałach szpitalnych. Duża komora mycia oraz specjalna konstrukcja stelaża uniwersalnego w myjniach, które chcemy zaoferować umożliwiała jednocześnie umieszczenie w urządzeniu naczyń najczęściej stosowanych w szpitalach w tym:
- basenu podłużnego z pokrywą + kaczki (o pojemności ok 1000 ml), lub
  - miski do mycia pacjenta + kaczki (o pojemności ok. 1000 ml) lub
  - 4 kaczek o pojemności ok. 1000 ml lub
  - nocnika dla dzieci + kaczki (o pojemności ok. 1000 ml).
- Dodatkowo informujemy, że opisany w SIWZ wymóg pojemności dla 2 kaczek i basenu z pokrywą, ograniczy Zamawiającemu możliwość mycia innych niż dedykowane dla tego właśnie stelaża przedmiotów (misek, stoły, kaczek o większej niż 800 ml pojemności, nocników).
- Zamawiający informuje, że dopuszcza do zaoferowania urządzenia o pojemności komory: 1 kaczka +1 basen z pokrywą lub 4 kaczki w jednym cyklu.
9. Dotyczy Zadania nr 1 poz. 2 Załącznika nr 6 do SIWZ „Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych” Tabela pkt. 5 - Wnosimy o dopuszczenie urządzenia o kompaktowej budowie i wysokości 150 cm.
- Proponowane przez nas rozwiązanie nieznacznie odbiega od zapisów SIWZ, a także gabarytowo nie przekroczy zakładanego w opisie przedmiotu zamówienia obrysu myjni. Dodatkowo spełnione zostaną wszystkie wymagania Zamawiającego dotyczące pojemności i funkcjonalności urządzenia.
- Zamawiający informuje, że dopuszcza urządzenie o kompaktowej budowie i wysokości 150 cm.
10. Pozycja 2. Czy zamawiający dopuści urządzenie z ręcznym zamykaniem i otwieraniem drzwi. Zastosowanie takiego rozwiązania pozwoli na zaproponowanie tańszego urządzenia oraz pozwoli obniżyć późniejsze koszty eksploatacji. Takie rozwiązanie jest zgodne z normą PN-EN 15883-1/3
- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.
11. Pozycja 5. Czy zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach szerokość 50cm głębokość 50cm wysokość 130cm. Takie rozwiązanie nieznacznie odbiega od wymagań zamawiającego zajmując przy tym mniejszą powierzchnię.
- Zamawiający informuje, że dopuszcza urządzenie o wymiarach szerokość 50cm głębokość 50cm wysokość 130cm.
12. Pozycja 7. Czy zamawiający dopuści myjnię z wyświetlaczem bez informacji o aktualnym etapie procesu i wartości A0? Myjnia pokazuje temperaturę osiąganą w komorze, inne komunikaty w języku polskim.
- Zamawiający informuje, że dopuszcza myjnię z wyświetlaczem bez informacji o aktualnym etapie procesu i wartości A0. Pozostałe parametry bez zmian.
13. Dotyczy Parametry Techniczne Zadanie 1 poz. 1 - Lp. 2 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie urządzenia, w którym informacja o typie wybranego programu sygnalizowana jest poprzez podświetlenie przycisku aktywnego programu a nie na wyświetlaczu? Takie rozwiązanie jest korzystniejsze dla Zamawiającego, gdyż personel medyczny z daleka jest w stanie zidentyfikować program, który jest uruchomiony bez konieczności podchodzenia do urządzenia.

- **Zamawiający informuje, że dopuszcza aby informacja o typie wybranego programu sygnalizowana jest poprzez podświetlenie przycisku aktywnego programu a nie na wyświetlaczu.**
14. *Dotyczy Parametry Techniczne Zadanie 1 poz. 1 - Lp. 2 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie z panelem sterującym z wyświetlaczem LCD w języku polskim na którym informacja o awarii urządzenia wyświetlana jest w postaci kodu awarii co jest zgodne z normą EN ISO 15883?*
- **Zamawiający informuje, że dopuszcza do zaoferowania urządzenie z panelem sterującym z wyświetlaczem LCD w języku polskim na którym informacja o awarii urządzenia wyświetlana jest w postaci kodu awarii co jest zgodne z normą EN ISO 15883**
15. *Dotyczy Parametry Techniczne Zadanie 1 poz. 1 - Lp. 4 - Czy Zamawiający dopuści do postępowania urządzenie z 3 programami do mycia naczyń? Taka ilość programów jest wystarczająca do codziennej pracy z urządzeniem.*
- **Zamawiający informuje, że dopuszcza urządzenie z 3 programami do mycia naczyń.**
16. *Dotyczy Parametry Techniczne Zadanie 1 poz. 1 - Lp. 10 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie urządzenia wyposażonego w automatyczne, mechaniczne schładzanie i suszenie naczyń strumieniem powietrza zgodnie z normą PN EN ISO 15883?*
- **Zamawiający informuje, że dopuszcza urządzenie wyposażone w automatyczne, mechaniczne schładzanie i suszenie naczyń strumieniem powietrza zgodnie z normą PN EN ISO 15883.**
17. *Dotyczy Parametry Techniczne Zadanie 1 poz. 1 - Lp. 15 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie urządzenia z wbudowaną pompą dozującą detergent oraz czujnikiem wskazującym poziom płynu dezynfekującego bez informacji na wyświetlaczu? Pozostałe parametry zgodne z wymaganymi.*
- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**
18. *Dotyczy Parametry Techniczne Zadanie 1 poz. 1 - Lp. 20 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania rozwiązanie równoważne wyposażone w system 12 dysz myjących o różnej intensywności : 1 dysza główna, rotacyjna sztorcowa, 4 dysze obrotowe, 7 dysz strumieniowych do naczyń (w tym do kacek szpitalnych) bez ramion obrotowych?*
- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**
19. *Dotyczy Parametry Techniczne Zadanie 1 poz. 1 - Lp. 22 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie urządzenia wyposażonego w uszczelkę labiryntową, która to jest najnowocześniejszym rozwiązaniem stosowanym w myjniach sanitarnych? Uszczelka taka wykonana jest z stali kwasoodpornej, jest odporna na uszkodzenia mechaniczne i znacząco obniża koszt eksploatacji, gdyż nie zużywa się, przez co nie ma konieczności jej wymiany. Uszczelka labiryntowa zapewnia brak przecieków pary wodnej z urządzenia podczas procesu mycia, dezynfekcji termicznej oraz suszenia co jest zgodne z wymaganiami Zamawiającego. Jest to rozwiązanie równoważne do wymaganego.*
- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**
20. *Dotyczy Parametry Techniczne Zadanie 1 poz. 2 - Lp. 5 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie urządzenia o wymiarach: szerokość: 50 cm, głębokość 45 cm, wysokość 137,5 cm, co nieznacznie odbiega od wymagań Zamawiającego?*
- **Zamawiający informuje, że dopuszcza urządzenie o wymiarach: szerokość: 50 cm, głębokość 45 cm, wysokość 137,5 cm**
21. *Dotyczy Parametry Techniczne Zadanie 1 poz. 2 - Lp. 7 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie urządzenia, w którym informacja o typie wybranego programu sygnalizowana jest poprzez podświetlenie przycisku aktywnego programu a nie na wyświetlaczu? Takie rozwiązanie jest korzystniejsze dla Zamawiającego, gdyż personel medyczny z daleka jest w stanie zidentyfikować program, który jest uruchomiony bez konieczności podchodzenia do urządzenia.*

- Zamawiający informuje, że dopuszcza aby informacja o typie wybranego programu sygnalizowana była poprzez podświetlenie przycisku aktywnego programu a nie na wyświetlaczu.
22. Dotyczy Parametry Techniczne Zadanie 1 poz. 2 - Lp. 17 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie urządzenia wyposażonego w uszczelkę labiryntową, która to jest najnowocześniejszym rozwiązaniem stosowanym w myjniach sanitarnych? Uszczelka taka wykonana jest z stali kwasoodpornej, jest odporna na uszkodzenia mechaniczne i znacząco obniża koszt eksploatacji, gdyż nie zużywa się, przez co nie ma konieczności jej wymiany. Uszczelka labiryntowa zapewnia brak przecieków pary wodnej z urządzenia podczas procesu mycia, dezynfekcji termicznej oraz suszenia co jest zgodne z wymaganiami Zamawiającego. Jest to rozwiązanie równoważne do wymaganego.
- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.
23. Dotyczy: ZADANIE nr 1 poz. 1 Załącznik nr 6: Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych. Ad. 1 Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga dostawy wraz z urządzeniami koszy wsadowych umożliwiających mycie i dezynfekcję wszystkich opisanych w p. 16 SIWZ naczyń czy też tylko kosza wymaganego w p. 3 SIWZ – 1 basen z pokrywką i 2 kaczki?
- Zamawiający informuje, że wymaga dostawy w pełni funkcjonalnych płuczko – dezynfektorów o konstrukcji i z wyposażeniem spełniającym funkcjonalność opisaną w pkt 1, oraz zgodne z pkt 16 Zestawienia parametrów techniczno-użytkowych.
24. Dotyczy: ZADANIE nr 1 poz. 1 Załącznik nr 6: Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych. Ad. 3 Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnie wyposażone w automatycznie otwieranie drzwi komory przy pomocy pedału nożnego, z zamykaniem ręcznym? Pod względem funkcjonalnym rozwiązanie takie jest tożsame z zapisami SIWZ, pozwala jednocześnie na wyeliminowanie potencjalnie awaryjnego elementu jakim jest silnik i siłownik zamykania drzwi.
- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.
25. Dotyczy: ZADANIE nr 1 poz. 1 Załącznik nr 6: Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych. Ad. 5 Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane urządzenia wykonane były w całości ze stali nierdzewnej/kwasoodpornej? Na rynku obecne są również myjnie wykonane z plastiku, co nie gwarantuje wysokiej odporności na działanie środków chemicznych oraz jest znacznie mniej wytrzymałe na uszkodzenia mechaniczne.
- Zamawiający informuje, że wymaga aby zaoferowane urządzenia wykonane były w całości ze stali nierdzewnej/kwasoodpornej.
26. Dotyczy: ZADANIE nr 1 poz. 1 Załącznik nr 6: Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych. Ad. 15 Ze względu na to, że w większości szpitali dostępna jest twarda lub bardzo twarda woda większość producentów myjni zaleca stosowanie 2 środków chemicznych – myjącego (zasadowy) oraz odkamieniającego/neutralizującego (kwasowy). Czy w Związku z tym Zamawiający wymaga by zaoferowane urządzenie było wyposażone w 2 pompy dozujące środki chemiczne?
- Zamawiający informuje, że dopuszcza do zaoferowania urządzenie wyposażone w 2 pompy dozujące środki chemiczne.
27. Dotyczy: ZADANIE nr 1 poz. 1 Załącznik nr 6: Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych. Ad. 16 Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga dostawy wraz z urządzeniami kosza na 1 basen i 2 kaczki lub kosza na 3 kaczki czy też 2 koszy (na 1 basen i 2 kaczki oraz na 3 kaczki)?
- Zamawiający informuje, że wymaga dostawy w pełni funkcjonalnych płuczko – dezynfektorów o konstrukcji i z wyposażeniem spełniającym funkcjonalność opisaną w pkt 1, oraz zgodne z pkt 16 Zestawienia parametrów techniczno-użytkowych.
28. Dotyczy: ZADANIE nr 1 poz. 2, Załącznik nr 6: Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych. Ad. 1 Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga dostawy wraz z urządzeniami koszy wsadowych umożliwiających mycie i dezynfekcję wszystkich opisanych w p. 1 SIWZ naczyń czy też tylko kosza wymaganego w p. 3 SIWZ – 1 basen z pokrywką i jedna kaczka?

- Zamawiający informuje, że myjnia ma zapewnić dezynfekcję 1 basenu z pokrywką i jednej kaczki, lub 2 kaczki bez basenu, oraz inne naczynia wymienione w Zadaniu nr 1 poz. 2 pkt 1.
29. Dotyczy: ZADANIE nr 1 poz. 2, Załącznik nr 6: Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych. Ad. 2 Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnie wyposażone w automatycznie otwieranie drzwi komory przy pomocy pedału nożnego, z zamykaniem ręcznym? Pod względem funkcjonalnym rozwiązanie takie jest tożsame z zapisami SIWZ, pozwala jednocześnie na wyeliminowanie potencjalnie awaryjnego elementu jakim jest silnik i siłownik zamykania drzwi.
- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.
30. Dotyczy: ZADANIE nr 1 poz. 2, Załącznik nr 6: Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych. Ad. 3 Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga dostawy wraz z urządzeniami kosza na 1 basen i 1 kaczkę lub kosza na 2 kaczki czy też 2 koszy (na 1 basen i 1 kaczkę oraz na 2 kaczki)?
- Zamawiający informuje, że ww. informacje określił w pkt 16 Zestawienia wymaganych parametrów techniczno-użytkowych.
31. Dotyczy: ZADANIE nr 1 poz. 2, Załącznik nr 6: Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych. Ad. 4 Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane urządzenia wykonane były w całości ze stali nierdzewnej/kwasoodpornej? Na rynku obecne są również myjnie wykonane z plastiku, co nie gwarantuje wysokiej odporności na działanie środków chemicznych oraz jest znacznie mniej wytrzymałe na uszkodzenia mechaniczne.
- Zamawiający informuje, że wymaga aby zaoferowane urządzenia wykonane były w całości ze stali nierdzewnej/kwasoodpornej.
32. Dotyczy: ZADANIE nr 1 poz. 2, Załącznik nr 6: Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych. Ad. 13 Ze względu na to, że w większości szpitali dostępna jest twarda lub bardzo twarda woda większość producentów myjni zaleca stosowanie 2 środków chemicznych – myjącego (zasadowy) oraz odkamieniającego/neutralizującego (kwasowy). Czy w Związku z tym Zamawiający wymaga by zaoferowane urządzenie było wyposażone w 2 pompy dozujące środki chemiczne?
- Zamawiający informuje, że dopuszcza do zaoferowania urządzenie wyposażone w 2 pompy dozujące środki chemiczne.
33. dot. pkt 16 zad.1 poz.1 Czy Zamawiający dopuści urządzenie, którego pojemność minimalna wynosi 1 basen + 1 kaczka lub 3 kaczki w jednym cyklu? Taka pojemność jest standardowa dla większości myjni na polskim rynku.
- Zamawiający informuje, że dopuszcza urządzenie, którego pojemność minimalna wynosi 1 basen z pokrywką + 1 kaczka lub 3 kaczki w jednym cyklu.
34. dot. pkt 2 zad.1 poz.2 i pkt 3 zad.1 poz.2 Czy Zamawiający dopuści urządzenie z ręczną obsługą? Automatyka klapy podwyższa w sposób znaczący koszt myjni a zarazem jest systemem o wiele bardziej narażonym na awarię.
- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.
35. dot. pkt 4 zad.1. poz.1 Czy Zamawiający dopuści do postępowania myjnie z 4 programami myjąco-dezynfekującymi dostępne z panelu sterującego?
- Zamawiający informuje, że dopuszcza myjnie z 4 programami myjąco-dezynfekującymi dostępnymi z panelu sterującego.
36. Czy Zamawiający wymaga aby komora oraz dysze były wykonane w całości ze stali nierdzewnej bez elementów plastikowych? Elementy plastikowe mają krótszą żywotność niż stal nierdzewna, ponieważ działa na nie wysoka temperatura.
- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.
37. dot. pkt 20 zad.1. poz.1 Czy Zamawiający dopuści do postępowania system mycia składający się z 10 dysz w tym 5 obrotowymi oraz dodatkowym dwóm ramieniom obrotowym myjącym? System

ten jest tak samo skuteczny a ze względu na to, że wszystkie dysze wykonane w całości ze stali nierdzewnej bez awaryjny.

- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

38. dot. pkt 5 zad.1. poz.2 Czy Zamawiający dopuści myjnie o wymiarach nieznacznie odbiegających od wymaganych w postępowaniu szer. 500 mm, gł. 500 mm, wys.1450 mm?

- **Zamawiający informuje, że dopuszcza myjnie o wymiarach: szer. 500 mm, gł. 500 mm, wys.1450 mm?**

#### **Dotyczy zapisów SIWZ**

39. Prosimy o wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 6 tygodni od podpisania umowy. Urządzenia tego typu produkowane są na zamówienie, aby w jak największym stopniu sprostać szczegółowym wymaganiom Użytkowników.

- **Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 6 tygodni.**

40. Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek posiadania wiedzy i doświadczenia jeżeli Wykonawca przedstawi 1 poświadczenie należycie wykonanej dostawy myjni dezynfektorów o wartości co najmniej 500 000,00 zł brutto ?

- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

41. Prosimy o wyjaśnienie sposobu płatności ratalnej. Czy Zamawiający miał na myśli 4 równe raty co 15 dni ?

- **Zamawiający informuje, że wymaga płatności dokonanej w 4 równych nieoprocentowanych ratach, po dostarczeniu faktury. Minimalny termin płatności wymagany przez Zamawiającego dla każdej z rat to 60 dni. Wymaga się 30 dniowych okresów pomiędzy wystawieniem wymagalności zapłaty dla poszczególnych rat.**

42. Rozdział I – Informacje i wymagania dodatkowe – Prosimy o wyjaśnienie terminu płatności - Zamawiający wymaga płatności w terminie min. 60 dni w 4 ratach. Czy Zamawiający ma na myśli płatność w miesięcznych równych ratach z pierwszą płatnością po 60 dniach czy 4 raty płatne w terminie do minimum 60 dni?

- **Zamawiający informuje, że wymaga płatności dokonanej w 4 równych nieoprocentowanych ratach, po dostarczeniu faktury. Minimalny termin płatności wymagany przez Zamawiającego dla każdej z rat to 60 dni. Wymaga się 30 dniowych okresów pomiędzy wystawieniem wymagalności zapłaty dla poszczególnych rat.**

43. Rozdział III - Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek posiadania wiedzy i doświadczenia gdy Wykonawca wykaże się realizacją minimum 2 zamówień na kwotę minimum 70 000,00 zł każde?

- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

44. Rozdział III - Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek posiadania wiedzy i doświadczenia gdy Wykonawca wykaże się realizacją minimum 5 zamówień na łączną kwotę minimum 120 000,00 zł?

- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

45. Z uwagi na niepodzielny przedmiot zamówienia prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że rozliczenie nastąpi w 4 ratach na podstawie jednej faktury VAT. Z uwagi na obowiązujące przepisy nie ma możliwości wystawienia kilku faktur z tytułu dostawy niepodzielnego przedmiotu zamówienia.

- **Zamawiający informuje, że wymaga płatności dokonanej w 4 równych nieoprocentowanych ratach, po dostarczeniu faktury. Minimalny termin płatności wymagany przez Zamawiającego dla każdej z rat to 60 dni. Wymaga się 30 dniowych okresów pomiędzy wystawieniem wymagalności zapłaty dla poszczególnych rat.**

46. Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisów Formularza ofertowego poprzez wykreślenie ustępu 4 oraz zmianę treści ustępu 5 na następujący: „Płatność zostanie dokonana w 4 równych nieoprocentowanych ratach z czego 1 rata płatna w terminie 60 dni od daty otrzymania faktury

wystawionej na podstawie protokołu odbioru a kolejne raty płatne do ostatniego dnia każdego kolejnego miesiąca". Jeżeli Zamawiający planuje regulować należności w innych terminach prosimy o ich podanie.

- **Zamawiający informuje, że zmienił zapisy dotyczące dokonania płatności za przedmiot zamówienia na następujący:**
  - Płatność zostanie dokonana w 4 równych nieoprocentowanych ratach, po dostarczeniu faktury.
  - Minimalny termin płatności wymagany przez Zamawiającego dla każdej z rat to 60 dni.
  - Wymaga się 30 dniowych okresów pomiędzy wystawieniem wymagalności zapłaty dla poszczególnych rat.

47. Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu §3 ustęp 2 wzoru umowy na następujący: „Cena do zapłaty za płuczek dezynfekcyjny stanowi wartość podaną przez oferenta w formularzu ofertowym i zostanie zapłacona w 4 równych nieoprocentowanych ratach z czego I rata płatna w terminie 60 dni od daty otrzymania faktury wystawionej na podstawie protokołu odbioru a kolejne raty płatne do ostatniego dnia każdego kolejnego miesiąca”

- **Zamawiający informuje, że zmienił zapisy dotyczące dokonania płatności za przedmiot zamówienia na następujący:**

Za realizację przedmiotu umowy określonego w §1 strony ustalają wynagrodzenie zgodnie ze złożoną ofertą. Ogólną wartość zamówienia netto ustala się na ..... zł, słownie zł.: ..... a brutto ..... zł, słownie zł.: .....

  1. wartość I raty netto ustala się na ..... zł. a brutto .....zł.  
słownie brutto: ..... zł.
  2. wartość II raty netto ustala się na ..... zł. a brutto .....zł.  
słownie brutto: ..... zł.
  3. wartość III raty netto ustala się na ..... zł. a brutto .....zł.  
słownie brutto: ..... zł.
  4. wartość IV raty netto ustala się na ..... zł. a brutto .....zł.  
słownie brutto: ..... zł.

48. Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od zapisu działu VIII ustęp 6 SIWZ „rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem”. Możliwość zawierania tego typu umów, w których podział obowiązków między stronami zależy wyłącznie od ich woli wynika z obowiązującej zasady swobody umów. Zgodnie z art. 353<sup>1</sup> KC strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny wg swojego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Pragniemy jednocześnie zauważyć, iż w świetle obowiązujących przepisów Wykonawcy dysponują pełną swobodą tworzenia konsorcjów w wybranej przez siebie formie prawnej, a Zamawiający nie może tej swobody w sposób nieuzasadniony ograniczać. „Zamawiający, formułując warunki dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, nie może ograniczyć swobody tworzenia konsorcjum” (orzeczenie regionalnej komisji orzekającej z 16.06.2009 r., sygn. akt 0965-DB/75/09). Dlatego też bezpodstawny jest wymóg Zamawiającego, aby tylko wiodący partner był uprawniony do wyłącznego występowania w realizacji kontraktu w imieniu Konsorcjum w zakresie rozliczeń i kontaktów z Zamawiającym.

- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

49. Z uwagi na fakt, iż zobowiązania pieniężne są traktowane jako długi oddawcze prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu §3 ustęp 4 wzoru umowy i nadanie mu treści: „Jako dzień zapłaty uważać się będzie dzień uznania rachunku Wykonawcy”

- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

50. Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu §2 ustęp 2 wzoru umowy poprzez wykreślenie słów: „oraz faktury VAT”, ponieważ faktura jest dokumentem księgowym a nie dokumentem potwierdzającym realizację przedmiotu zamówienia.

- **Zamawiający informuje, że usunął zapis „oraz faktury VAT” z §2 ustęp 2 wzoru umowy.**

51. Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu §5 ustęp 2 punkt 12) i nadanie mu treści: „Minimum 5 letni okres zagwarantowania dostępności części zamiennych oraz materiałów zużywalnych od

daty wyprodukowania ostatniego egzemplarza danego sprzętu". Pozytywna odpowiedź znacząco wpłynie na wysokość zaoferowanej ceny. Zaznaczyć należy, iż producent, zbywca bądź importer nie ma obowiązku nałożonego prawem, produkcji czy przechowywania części zamiennych przez tak długi okres czasu, jeśli w wyniku np. zastosowania nowszych technologii, wdrożenia nowego produktu, nie będzie kontynuował produkcji części zamiennych do produktów sprzed kilku lat. Koszty magazynowania części zamiennych jakie należy ponieść, aby zadośćuczynić postanowieniom umowy, są zbyt wysokie i niosą ryzyko zaniżenia kręgu potencjalnych Wykonawców i zawyżenia ceny oferty.

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

52. Z uwagi na ratalną formę płatności prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyodrębnienia w formularzu ofertowym oraz formularzu cenowym kosztu finansowania płatności ratalnej, co umożliwi Wykonawcy uwzględnienie w koszcie finansowania stawki VAT „zw.". **Pozwoli to uniknąć 8% podatku VAT od finansowania, gdyż finansowanie jako odrębna usługa zgodnie z posiadaną interpretacją podatkową Wykonawcy otrzymaną od Ministerstwa Finansów jest zwolnione z podatku VAT, będzie to bardzo korzystne dla Zamawiającego. Przykładowe zapisy:**

1) W zakresie formularza ofertowego:

(...) oferujemy wykonania przedmiotu zamówienia objętego zadaniem:

Nr 1 za wartość netto: ....., co stanowi wartość brutto: .....  
słownie: ....., w tym podatek VAT ..... zł  
w tym koszt finansowania płatności ratalnej:

- wartość netto .....zł.
- podatek VAT „zw.” zł
- wartość brutto .....zł.  
słownie :.....zł.

2) w zakresie arkusza asortymentowo – cenowego:

L P	Asortyment	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto	Nazwa producenta	Kraj pochodzenia	Oferowany model/nr katalogowy
1.	Pluczek dezynfekторы zgodne z Zestawieniem wymaganych parametrów techniczno-użytkowych - nr 1 - Załącznik nr 6	Szt.	2								
2.	Pluczek dezynfekторы zgodne z Zestawieniem wymaganych parametrów techniczno-użytkowych - nr 2 - Załącznik nr 6	Szt.	4								
3.	Koszt finansowania płatności ratalnej	usł.	1			zw			nd	nd	nd

- Zamawiający informuje, że zmienił zapisy Formularz ofertowego na następujące:

nr 1 za wartość netto: ....., co stanowi wartość brutto: .....  
słownie:.....  
w tym podatek VAT ..... zł

a) wartość I raty netto ustala się na ..... zł. a brutto .....zł.

słownie brutto: ..... zł.

b) wartość II raty netto ustala się na ..... zł. a brutto .....zł.

słownie brutto: ..... zł.

c) wartość III raty netto ustala się na ..... zł. a brutto .....zł.

słownie brutto: ..... zł.

d) wartość IV raty netto ustala się na ..... zł. a brutto .....zł.

słownie brutto: ..... zł.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z Rozdziałem XI ust. 1 Cena za przedmiot zamówienia musi zawierać: (...) koszty rozłożenia płatności na 4 równe nieoprocentowane raty.

53. Prosimy Zamawiającego o wprowadzenie do wzoru umowy zapisu: „Z chwilą podpisania przez Strony protokołu zdawczo-odbiorczego, na Zamawiającym spoczywa odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia przedmiotu zamówienia”.



- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ. Zakres odpowiedzialności w ww. zakresie określa §5 ustęp 5 projektu umowy.**
54. *Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do umowy zapisu o możliwości postawienia zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy w stan natychmiastowej wymagalności w przypadku nierealizowania zobowiązań wynikających z umowy przez Zamawiającego?*
- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**
55. *W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie nr 9, prosimy Zamawiającego o wprowadzenie do wzoru umowy poniższego zapisu:*  
*„Opóźnienie w zapłacie całości bądź części którejkolwiek raty przekraczające 30 dni skutkować będzie powstaniem po stronie Wykonawcy prawa do postawienia kwoty ceny w stan natychmiastowej wymagalności oraz żądania zapłaty całości niespłaconej ceny”*  
*Jeżeli Zamawiający zechce wprowadzić inny niż 30 dniowy termin wspomniany powyżej, prosimy o jego wskazanie.*
- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**
56. *Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zapłatę odsetek za opóźnienie w zapłacie w wysokości odsetek maksymalnych.*
- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**
57. *Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisów § 6 ustęp 1 podpunkt 2 i nadanie mu brzmienia: „za odmowę dostarczenia zamówionego towaru w wysokości 5% wartości brutto niezrealizowanego zamówienia, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania zakupu u innego dostawcy”*
- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**
58. *Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisów § 6 ustęp 1 podpunkt 3 i nadanie mu brzmienia: „z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5% niezrealizowanej wartości brutto zamówienia”*
- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**
59. *Mając na względzie równość stron umowy prosimy Zamawiającego o wprowadzenie do wzoru umowy zapisu nakładającego karę umowną na Zamawiającego za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego, w wysokości analogicznej do zapisu § 6 ustęp 1 podpunkt 3.*
- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**
60. *Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisów § 11 i nadanie mu brzmienia: „W razie powstania sporu związanego z wykonaniem niniejszej umowy, strony zwrócą się do właściwego rzeczowo sądu powszechnego wg siedziby Wykonawcy”*
- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**
61. *Prosimy Zamawiającego o udostępnienie jako załącznik do odpowiedzi bilansu/rachunku zysków i strat za ostatni rok i okres bieżący.*
- **Zamawiający informuje, że załączył do odpowiedzi ww dokumenty.**
62. *Prosimy Zamawiającego o zgodę na zabezpieczenie realizacji zobowiązań w postaci ustanowienia zastawu rejestrowego na przedmiocie zamówienia.*
- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**
63. *Prosimy o jednoznaczną odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na zwanie umowy zastawu rejestrowego na wzorze Wykonawcy?*
- **Zamawiający informuje, że zgodnie z odpowiedzią nr 62 nie wyraża zgody na zabezpieczenie realizacji zobowiązań w postaci ustanowienia zastawu rejestrowego na przedmiocie zamówienia.**
64. *Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że pokryje koszty ustanowienia zabezpieczeń.*
- **Zamawiający informuje, że warunki zakupu, dostawy oraz montażu dla przedmiotowego sprzętu zostały zawarte w SIWZ oraz projekcie umowy.**

65. Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zawarcie umowy cesji praw z polisy ubezpieczeniowej na wzorze Wykonawcy.

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

66. Prosimy o jednoznaczną odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy cesji praw z polisy na wzorze Wykonawcy?

- Zamawiający informuje, że zgodnie z odpowiedzią w pkt 65 nie wyraża zgody na zawarcie umowy cesji praw z polisy.

Zamawiający informuje, że w związku z udzielonymi odpowiedziami dokonał zmian Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz Zestawienia wymaganych parametrów techniczno-użytkowych – Załącznik nr 6. Zmieniona SIWZ wraz załącznikami została umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku

*Lidia Kodłubańska*