



SAMODZIELNY PUBLICZNY  
SPECJALISTYCZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W ŁĘBORKU



e-mail: sekretariat@szpital-lebork.com.pl, www.szpital-lebork.com.pl

84-300 ŁĘBORK, UL. JULIANA WĘGRZYNOWICZA 13, TEL. 59 86 35 202, FAX 59 86 33 173, DYREKCJA TEL. 59 8635 325

SPSZOZ/2402 /2015

Łębork, dn. 24.11.2015r.

### Uczestnicy postępowania

ZP-PN/59/15

Dot. przetargu nieograniczonego na dostawę błon RTG i odczynników, chusteczek do czyszczenia ekranów mammograficznych do SPS ZOZ w Łęborku.

Znak sprawy ZP-PN/59/15.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęborku jako Zamawiający w odpowiedzi na otrzymane zapytania do SIWZ dot. w/w postępowania wyjaśnia:

1. *Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wymaga aby filmy i odczynniki (starter, wywoływacz, utrwalacz) pochodziły od tego samego producenta, tej samej marki.*
  - **Zamawiający informuje, że wymaga aby filmy i odczynniki (starter, wywoływacz, utrwalacz) pochodziły od tego samego producenta, tej samej marki. Jednocześnie Zamawiający informuje, że jest w posiadaniu kaset KODAK MIN-R2190 screen i pracuje na odczynnikach i filmach firmy Kodak.**
2. *Prosimy Zamawiającego o odpowiedź, czy w przypadku zaoferowania innych filmów niż obecnie używane przez Zamawiającego, Zamawiający będzie wymagał optymalizacji ciemni oraz rekaliibracji aparatu mammograficznego przez autoryzowany serwis na koszt oferenta.*
  - **Zamawiający informuje, że będące na wyposażeniu Zamawiającego mammograf i ciemnia automatyczna jest skalibrowana pod filmy (typ MIN-R 2000 plus) i odczynniki firmy Kodak. W przypadku zaoferowania innych filmów niż obecnie używane przez Zamawiającego, Zamawiający będzie wymagał optymalizacji ciemni oraz rekaliibracji aparatu mammograficznego przez autoryzowany serwis na koszt oferenta.**
3. *Czy Zamawiający wymaga oświadczenia producenta zaoferowanych błon o ich kompatybilności z kasetami posiadanymi i używanymi przez Zamawiającego to jest MIN R 2 o czułości ekranu 190?*
  - **Zamawiający informuje, że wymaga oświadczenia producenta zaoferowanych błon o ich kompatybilności z kasetami posiadanymi i używanymi przez Zamawiającego to jest MIN R 2 o czułości ekranu 190.**

W związku z odpowiedziami na pytania dokonano zmian zapisów Arkusza asortymentowo-cenowy. Zmieniony – Załącznik nr 5 został umieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęborku  
*Lidia Kocubanska*