



SAMODZIELNY PUBLICZNY  
SPECJALISTYCZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W ŁĘBORKU



e-mail: sekretariat@szpital-lebork.com.pl, www.szpital-lebork.com.pl

84-300 ŁĘBORK, UL. JULIANA WĘGRZYNOWICZA 13, TEL. 59 86 35 202, FAX 59 86 33 173, DYREKCJA TEL. 59 8635 325

SPSZOZ/123 /2016

Łębork, dn. 18.01.2016 r.

### Uczestnicy postępowania ZP-PN/02/16

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup i dostawy sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku do Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęborku. Znak sprawy ZP-PN/02/16

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęborku jako Zamawiający w odpowiedzi na otrzymane zapytania do SIWZ dot. w/w postępowania wyjaśnia:

#### **Pytanie nr 1** dot. zadania nr 19

Czy Zamawiający pozycji 1 Pakietu nr 19 dopuści zaoferowanie szczotek do czyszczenia kanałów endoskopowych, jednorazowych, wykonanych z tworzywa sztucznego, posiadających dwustronnie zamontowane wyciory nie krótsze niż 40 mm:

- a. szczotki o długości 180 cm, średnica włosia 6 mm (1600 szt.)
- b. szczotki o długości 250 cm, średnica włosia 6 mm (880 szt.).

- **Zamawiający informuje, że usunął zadanie nr 19. Zmieniony arkusz asortymentowo - cenowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ oraz zmieniona SIWZ została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.**

#### **Pytanie nr 2** dot. § 6 wzoru umowy

Wnosimy o modyfikację w/w wzoru umowy na: „Zamawiający zastrzega sobie prawo natychmiastowego rozwiązania umowy bez jej wypowiedzenia w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:

- 1) trzykrotna kolejna zwłoka Wykonawcy w realizacji przedmiotu umowy, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania zobowiązania.
  - 2) trzykrotna kolejna zwłoka Wykonawcy w wykonaniu umowy, rozumiana jako okres przekraczający 7 dni od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego
  - 3) trzykrotnej kolejnej pisemnej i nieskutecznej reklamacji Zamawiającego dotyczącej jakości dostarczanych towarów, w szczególności gdy trzykrotna kolejna reklamacja złożona przez Zamawiającego będzie dotyczyła produktów z tej samej pozycji arkusza asortymentowo-cenowego stanowiącego załącznik do oferty oraz umowy.
- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

#### **Pytanie nr 3** dot. § 7 pkt. 1.2 wzoru umowy

Paragraf 5 pkt 1.2 wzoru umowy mówi, iż: „Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 2) za odmowę dostarczenia zamówionego towaru w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanego zamówienia, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania zakupu u innego dostawcy i ewentualną różnicę cen obciąży Wykonawcę”.

Treść w/w ust. sprawia, że strony nie są równoprawne. Zamawiający wprowadzając taki zapis wydłuża sobie termin płatności dostaw bez konieczności terminowej zapłaty za dostarczony sprzęt.

Prosimy zatem Zamawiającego o zgodę na dopisanie do w/w pkt-u wzoru umowy zdania o następującej treści: „Sprzedawca nie ma prawa odmówić sprzedaży i realizacji dostawy zamówionej partii przedmiotu sprzedaży z powodu zwłoki Kupującego z zapłatą należności za dostawy zrealizowane wcześniej, chyba że opóźnienie w zapłacie przekroczy 30 dni.”

- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 4** dot. zadania nr 14 poz. 9

Czy Zamawiający miał na myśli w Pakiecie Nr 14 poz. 9 szczoteczki cytologiczne do jednoczesnego pobierania wymazów z kanału szyjki macicy, tarczy i strefy transformacji, odpowiadające aktualnym wymaganiom zasadniczym dla wyrobów medycznych Ministerstwa Zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. i Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące standardu postępowania w zakresie pobierania rozmazów cytologicznych?

- **Zamawiający informuje, że nie stawia wymogów dotyczących wymagań ujętych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011r. i Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego.**

**Pytanie nr 5** dot. zadania nr 14 poz. 9 i 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu Nr 14 poz. 9 i 10? Wydzielenie w/w pozycji z pakietu umożliwi wzięcie udziału w przetargu większej liczby oferentów, a tym samym, pozytywnie wpłynie na możliwość wyłonienia przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty.

- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 6** dot. zadania nr 25

Ponieważ Zamawiający nie określił w SIWZ kluczowych parametrów dla strzykawki i ostrzy tj. wydajności strzyżenia i wysokości pozostawionych włosów prosimy o wyjaśnienie czy należy zaoferować strzyżarkę o wydajności strzyżenia powyżej 5 tys. wł/s i ostrzy pozostawiających włos nie dłuższy niż 0,25 mm?

- **Zamawiający informuje, że usunął zadanie nr 25. Zmieniony arkusz asortymentowo - cenowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ oraz zmieniona SIWZ została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.**

**Pytanie nr 7** dot. zadania nr 5

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie z zadania 5 pozycji 1 do osobnego zadania celem umożliwienia złożenia konkurencyjnej oferty.

- **Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na wydzielenie pozycji nr 1 z zadania nr 5.**
- **W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający wyłączył poz. nr 1 z zadania nr 5 i utworzył zadanie nr 5A. Zamawiający informuje, iż zmieniony arkusz asortymentowo - cenowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ oraz zmieniona SIWZ została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.**

**Pytanie nr 8** dot. zadania nr 19 poz. 1 i 2

Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności dopuści w zadaniu nr 19

**dotyczy pozycji nr 1**

szczotka do czyszczenia kanałów endoskopowych. Jednorazowe, wykonane z tworzywa sztucznego, posiadająca dwustronnie zamontowane wyciory o takiej samej sztywności włosa o długości z jednej strony 20 mm, a z drugiej strony 40 mm

-szczotka długości 230cm o średnicy włosa jedna główka 5-7 taperowana, druga główka 11 mm, minimalna średnica kanału endoskopu 2,0

szczotka do czyszczenia kanałów endoskopowych. Jednorazowe, wykonane z tworzywa sztucznego, posiadająca dwustronnie zamontowane wyciory o takiej samej sztywności włosa o długości 20 mm

-szczotka długości 180cm lub 230cm o średnicy włosa 5 mm, minimalna średnica kanału endoskopu 2,0 mm.

- **Zamawiający informuje, że usunął zadanie nr 19. Zmieniony arkusz asortymentowo - cenowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ oraz zmieniona SIWZ została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.**

## **dotyczy pozycji nr 2**

- szczotka do czyszczenia zaworów endoskopu, jednorazowego użytku, dwustronna szczotka z wyciorami o średnicy 0,5 i 1,2cm

- **Zamawiający informuje, że usunął zadanie nr 19. Zmieniony arkusz asortymentowo - cenowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ oraz zmieniona SIWZ została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.**

## **Pytanie nr 9** dot. zadania nr 14 poz. 11

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z ww. zadania pozycji nr 11 - wydzielenie pozwoli na wystartowanie większej liczbie wykonawców, a tym samym zmniejszy koszt zakupu sprzętu medycznego. Obecnie skonstruowany pakiet ogranicza konkurencję tylko i wyłącznie do jednej firmy.

- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

## **Pytanie nr 10** dot. zadania nr 2

### **Pozycja 11-13**

Czy Zamawiający dopuści cewnik urologiczny z przewodnicą wystającą na ok. 7 cm w opakowaniu bez drapowania na długość i szerokość spełniający pozostałe wymagania w SIWZ?

- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

### **Pozycja 14-22**

Czy Zamawiający dopuści cewniki urologiczne sterylizowane tlenkiem etylenu?

- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

### **Pozycja 14-22**

Czy Zamawiający dopuści cewniki urologiczne w opakowaniu folia/folia-papier?

- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

### **Pozycja 14-15**

Czy Zamawiający dopuści cewniki urologiczne z balonem 3-5ml?

- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

## **Pytanie nr 11** dot. zadania nr 11

### **Pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści koperty medyczne szare w rozmiarze 30cm x 24cm jak dotychczas dostarczane?

- **Zamawiający informuje, iż dopuszcza do zaoferowania koperty medyczne szare w rozmiarze 30cm x 24cm (+/- 1cm).**
- **W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający informuję, iż został zmieniony arkusz asortymentowo-cenowy dot. zad. 11 stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ oraz zmieniona SIWZ została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.**

## **Pytanie nr 12** dot. zadania nr 14

### **Pozycja 5**

Czy Zamawiający dopuści worek do 14 dniowej zbiórki moczu wykonany z medycznego PCV, bezlateksowy z zastawką antyrefluksyjną (bezzwrotną), z samouszczelniającym się portem do pobierania próbek, obsługiwany jedną ręką, szczelny zawór spustowy szybkiego opróżniania typu poprzecznego (T) z możliwością podwieszenia, komora kroplowa typu Pasteur'a tworząca „suchą” barierę powietrzną, dwa filtry hydrofobowe (w worku i komorze), zapobiegające zasysaniu, wyrównujące ciśnienie wewnętrzne w systemie, dren łączący zakończony uniwersalnym łącznikiem schodkowym, dren o dużej średnicy, wykonany z materiału zapobiegającego jego zaginaniu i skręcaniu, zapewniający swobodny i skuteczny odpływ moczu, na drenie klema zaciskowa typu przesuwnego oraz dodatkowa zapinka do stabilizacji drenu, dodatkowy element wzmacniający w miejscu połączenia drenu z komorą, czytelna, łatwa do odczytu skala worka, adekwatna do pomiaru diurezy, o bardzo wysokiej dokładności pomiaru co 25 ml do 100 ml i co 100 ml do 2 000 ml, zintegrowany, uniwersalny wieszak pasujący do okrągłych i kwadratowych ram łóżka, biała, tylna ścianka ułatwiająca wizualizację moczu, sterylne.

- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

### **Pozycja 10**

Czy Zamawiający dopuści szczoteczki cytologiczne bez kulki ochronnej z rękojeścią o długości 16,5 cm?

- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

### **Pozycja 12**

Czy Zamawiający dopuści podkład na stół operacyjny w rozmiarze 100cm x 225cm z wkładem chłonnym 50x205cm, marginesy wzdłuż krótszego brzegu: 10 cm, wzdłuż dłuższego brzegu: 25 cm, niesterylne, rdzeń chłonny pikowany, cześć zewnętrzna laminat nieprzemakalny, chłonność min. 3850ml ?

- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

### **Pozycja 13**

Czy Zamawiający dopuści maty podłogowe w rozmiarze 60 x 90 cm jak dotychczas dostarczane?

- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

### **Pozycja 13**

Czy Zamawiający dopuści maty podłogowe w rozmiarze 50 x 100 cm w opakowaniach a'10 szt. z odpowiednim przeliczeniem zgodne z poniższym opisem.

- opatentowana, antybakteryjna mata chirurgiczna jednorazowego użytku
- główne zalety: komfort chirurga, omaga usunąć nadmiar płynów z podłogi oraz poprawia bezpieczeństwo na Sali operacyjnej
- zaprojektowana i testowana przez chirurgów, pielęgniarki pracujące na Sali operacyjnej oraz techników
- wykorzystuje nowoczesny system antypoślizgowej formowanej pianki o rowkowanej powierzchni z kanalikiem odpływowymi na płyny
- kanaliki na płyny pomagają utrzymać suche stopy zespoły chirurgicznego oraz zredukować konieczność stałego kontrolowania płynów ustrojowych na podłodze.
- elastyczność oraz miękkość zapewniają wyjątkowy komfort w czasie długich zabiegów chirurgicznych; złagodzeni bólu stóp, nóg oraz pleców
- bezłateksowa

- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

### **Pozycja 12 i 13**

Czy Zamawiający w przypadku negatywnych odpowiedzi na powyższe pytania wydzieli w/w pozycje do oddzielnego zadania co umożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty?

- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

### **Pytanie nr 13 dot. zadania nr 15**

#### **Pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści osłonę 3 -częściową z folii polietylenowej na ramię C RTG:  
\* część górna o wym. 100 cm x 160 cm o gramaturze 65 g/m<sup>2</sup>. Posiada gumkę ściągającą umożliwiającą stabilizację osłony na urządzeniu

\* część dolna o wym. 80 cm x 150 cm o gramaturze 65 g/m<sup>2</sup>. Posiada gumkę ściągającą umożliwiającą stabilizację osłony na urządzeniu

\* 2 x taśma przylepna o wym. 3 cm x 100 cm

Produkt posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci 4 naklejek typu TAG do wklejenia w karcie pacjenta. Osłona pakowana podwójnie. Wewnętrzne opakowanie - torebka papierowa lub woreczek foliowy. Opakowanie zewnętrzne PAPIER - FOLIA. Sterylizowana radiacyjnie?

- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

#### **Pozycja 6**

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycję do oddzielnego zadania co umożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty?

- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

### **Pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści osłonę na nogę rozmiarze 30 cm x 80 cm?

- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

### **Pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści osłony na nogi o rozmiarze 70 cm x 120 cm z dwiema indywidualnie pakowanymi taśmami?

- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

### **Pozycja 6**

Czy Zamawiający dopuści taśmę typu rzep (velcro) o rozm. 2cm x 22 cm do organizowania przewodów pakowaną indywidualnie w opakowaniu zbiorczym a'100 szt?

- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

### **Pozycja 6**

Czy Zamawiający w przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie wydzieli pozycje 6 do oddzielnego zadania co umożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty?

- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

### **Pytanie nr 14** dot. zadania nr 34 poz. 3 i 4

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania elektrody silikonowe do aparatu FIRING EVO o wymiarze 60x60 woreczek gąbkowy (poz. 3)?

- **Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na dopuszczenie elektrod silikonowych do aparatu FIRING EVO o wymiarach 60x60 woreczka gąbkowego.**
- **W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający informuje, iż został zmieniony arkusz asortymentowo-cenowy dot. zad. nr 34 poz. 3 stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ oraz zmieniona SIWZ została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania elektrody silikonowe do aparatu FIRING EVO o wymiarze 60x120 woreczek gąbkowy (poz. 4)?

- **Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na dopuszczenie elektrod silikonowych do aparatu FIRING EVO o wymiarach 60x120 woreczka gąbkowego.**
- **W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający informuje, iż został zmieniony arkusz asortymentowo-cenowy dot. zad. nr 34 poz. 4 stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ oraz zmieniona SIWZ została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.**

Proszę o wyjaśnienie ile szt. elektrod Zamawiający wymaga w tych pozycjach 240, czy 260?

- **Zamawiający informuje, że wymagana ilość w zad. nr 34 poz. 3 wynosi 260 szt. oraz z poz. 4 wynosi 260 szt.**

### **Pytanie nr 15** dot. zadania nr 34 poz. 3 i 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie do odrębnego pakietu poz. 3 i 4?

- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

### **Pytanie nr 16** dot. zadania nr 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji Lp. 1. i 3. i utworzenie z nich niezależnego Zadania? Pozwoliłoby to na złożenie ofert przez większą ilość oferentów, co tym samym przyczyniłoby się do zwiększenia ich konkurencyjności.

- **Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na wydzielenie pozycji nr 1 i 3 z zadania nr 12.**
- **W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający wyłączył poz. nr 1 i 3 z zadania nr 12 i utworzył zadanie nr 12A. Zamawiający informuje, iż zmieniony arkusz asortymentowo-cenowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ oraz zmieniona SIWZ została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.**

**Pytanie nr 17** dot. zadania nr 15 poz. 2

**Pakiet nr 15 poz. 2:** Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu osłon na ramię C o następującym składzie 1x półrękaw 195x30 cm oraz 2x pokrowce 65x75 cm?

- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 18** dot. zadania nr 15 poz. 3

**Pakiet nr 15 poz. 3:** Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłony na kończynę o wym. 33x110 cm z 2 taśmami 10x50 cm?

- **Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na dopuszczenie osłon kończynowych o wym. 33x110 cm z 2 taśmami 10x50 cm .**
- **W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający informuję, iż zmienił arkusz asortymentowo-cenowy dot. zad. nr 15 poz. 3 stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ. Zmieniony załącznik nr 5 oraz zmieniona SIWZ została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.**

**Pytanie nr 19** dot. zadania nr 15 poz. 4

**Pakiet nr 15 poz. 4:** Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłon o wym. 50x110 cm?

- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 20** dot. zadania nr 15 poz. 6

**Pakiet nr 15 poz. 6:** Prosimy o wydzielenie do odrębnego pakietu. Pozwoli to na złożenie oferty konkurencyjnej cenowo większej liczbie firm.

- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Jednocześnie Zamawiający informuje, że usunął zadanie nr 19, 21, 24, 25 oraz 29. Zmieniony arkusz asortymentowo - cenowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ oraz zmieniona SIWZ została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

Z poważaniem

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego  
Zespołu Leczenia i Diagnostyki w Łębarsku  
Liańka Kozłubajska