



SAMODZIELNY PUBLICZNY  
SPECJALISTYCZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W LĘBORKU



e-mail: sekretariat@szpital-lebork.com.pl, www.szpital-lebork.com.pl

84-300 LĘBORK, UL. JULIANA WĘGRZYNOWICZA 13, TEL. 59 86 35 202, FAX 59 86 33 173, DYREKCJA TEL. 59 8635 325

SPSZOZ/347 /2016

Lębork, dn. 17.02.2016 r.

## Uczestnicy postępowania

ZP-PN/UE/04/16

Dot. przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę sprzętu medycznego dla Oddziału Geriatrycznego SPS ZOZ w Lęborku. Znak sprawy ZP-PN/UE/04/16.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku jako Zamawiający w odpowiedzi na otrzymane zapytania do SIWZ dot. w/w postępowania wyjaśnia:

### Dotyczy Zadania nr 1

1. Czy Zamawiający dopuści urządzenia z deklaracją zgodności na którym nie widnieje znak CE? Względem prawa znak CE nie jest wymagany na dokumentach produktu lecz na oznakowaniu samego produktu.
  - Zamawiający informuje, że dopuszcza urządzenia z deklaracją zgodności na której nie widnieje znak CE. Znakiem tym winien być oznakowany sam produkt.
2. Czy Zamawiający wydłuży termin realizacji zamówienia do 12 tygodni?
  - Zamawiający informuje, że wydłuża termin realizacji zamówienia:
    - a. 5 tygodni od dnia podpisania umowy – dla Zadania nr 1 cz. 3
    - b. 9 tygodni od dnia podpisania umowy – dla Zadania nr 1 cz. 1 oraz cz. 2

### Dotyczy Zadania nr 1 cz. 1

3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z regulacją do pozycji siedzącej, którego kąt odchylenia oparcia pleców dla funkcji pionizacyjnej wynosi  $0^{\circ}$  -  $85^{\circ}$ ? Jest to parametr różniący się od oczekiwanego zaledwie o  $5^{\circ}$ .
  - Zamawiający informuje, że dopuszcza do zaoferowania łóżko z regulacją do pozycji siedzącej, którego kąt odchylenia oparcia pleców dla funkcji pionizacyjnej wynosi  $0^{\circ}$  -  $85^{\circ}$ .
4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z regulacją do pozycji siedzącej którego barierka zabezpiecza pacjenta w  $\frac{3}{4}$  długości leża? Jest to parametr zgodny z obowiązującą normą i spełnia wszystkie wymogi bezpieczeństwa pacjenta.
  - Zamawiający informuje, że dopuszcza łóżko z regulacją do pozycji siedzącej którego barierka zabezpiecza pacjenta w  $\frac{3}{4}$  długości leża.
5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z regulacją do pozycji siedzącej wyposażone w dwa piloty przewodowe? Jest to parametr równoważny i nie wpływa na właściwości użytkowe łóżka. Piloty przewodowe mogą być używane zarówno przez pacjenta jak i personel. Funkcje dla personelu są standardowo zablokowane i dostępne do użytku tylko przez personel medyczny.
  - Zamawiający informuje, że dopuszcza się łóżko z regulacją do pozycji siedzącej wyposażone w dwa piloty przewodowe.

6. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z regulacją do pozycji siedzącej wyposażone w 4 antystatyczne koła o średnicy 150 mm oraz 2 koła na wysięgnikach teleskopowych o średnicy 100 mm Dające stabilność podczas używania pozycji „wyjściowej”? Jest to parametr równoważny i nie wpływający na właściwości użytkowe łóżka.
- Zamawiający informuje, że dopuszcza do zaoferowania łóżko z regulacją do pozycji siedzącej wyposażone w 4 antystatyczne koła o średnicy 150 mm oraz 2 koła na wysięgnikach teleskopowych o średnicy 100 mm dające stabilność podczas używania pozycji „wyjściowej”.
7. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z regulacją do pozycji siedzącej wyposażone w 4 jednoosiowe krążki odbojowe bez listew na całej długości.
- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.
8. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z regulacją do pozycji siedzącej, które posiada całkowitą długość wynoszącą 2280 mm?
- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.
9. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z regulacją do pozycji siedzącej, które posiada całkowitą szerokość leża wraz z barierkami wynoszącą 965 mm?
- Zamawiający informuje, że dopuści do zaoferowania łóżko z regulacją do pozycji siedzącej, które posiada całkowitą szerokość leża wraz z barierkami wynoszącą 965 mm.
10. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z regulacją do pozycji siedzącej, które posiada szerokość leża wynoszącą 800 mm?
- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.
11. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z regulacją do pozycji siedzącej, które posiada długość leża wynoszącą 2070 mm?
- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.
12. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z regulacją do pozycji siedzącej, które posiada elektryczną regulację wysokości leża w zakresie 410 – 710 mm?
- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.
13. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z regulacją do pozycji siedzącej, które posiada kąt przechyłu Trendelenburga i anty – Trendelenburga wynoszący dla każdego po 15°?
- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.
14. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z regulacją do pozycji siedzącej, które nie posiada funkcji pionizacyjnej?
- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.
15. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z regulacją do pozycji siedzącej, które posiada kąt odchylenia oparcia uda wynoszące 0° – 40°?
- Zamawiający informuje, że dopuszcza do zaoferowania łóżko z regulacją do pozycji siedzącej, które posiada kąt odchylenia oparcia uda wynoszące 0° – 40°.
16. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z regulacją do pozycji siedzącej, które nie posiada funkcji umożliwiającej stopniowe przechodzenie pacjenta od pozycji leżącej, poprzez siedzącą do pozycji stojącej, umożliwiającej także udzielenie pomocy w przejściu pacjenta na wózek?
- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

17. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z regulacją do pozycji siedzącej, które nie posiada funkcji wstawania realizowanej od strony szczytu nóg pacjenta?
- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**
18. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z regulacją do pozycji siedzącej, które nie posiada od strony nóg uchylnych uchwyty do trzymania ułatwiających wstawanie z łóżka?
- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**
19. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z regulacją do pozycji siedzącej, które posiada wysuwaną półkę na pościel? Jest to rozwiązanie korzystniejsze od wymaganego przez Zamawiającego.
- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**
20. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z regulacją do pozycji siedzącej, posiadające szczyt od strony nóg, który nie pełni funkcji stolika do posiłków?
- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**
21. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z regulacją do pozycji siedzącej, które posiada leże 4 – segmentowe z czego 3 segmenty ruchome, osadzone na dwóch kolumnach o przekroju kołowym bez funkcji wspomagania pionizacji pacjenta?
- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**
22. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z regulacją do pozycji siedzącej, którego leże wypełnione jest płytą laminatową przezierną dla promieniowania RTG?
- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**
23. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z regulacją do pozycji siedzącej, które posiada poręcze boczne lakierowane proszkowo z użyciem lakieru z nanotechnologią srebra powodującą hamowanie namnażania bakterii i wirusów, wykonane z 3 profili stalowych o średnicy 25 mm składane wzdłuż ramy leża za pomocą jednego zatrzasku, montowanymi pod ramą w specjalnych tulejach, z możliwością demontażu bez użycia narzędzi, spełniające normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52, chroniące pacjenta na 3/4 długości leża?
- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**
24. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z regulacją do pozycji siedzącej, które nie posiada systemu bocznego zabezpieczenia z możliwością łatwego odblokowania i opuszczania barierek?
- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**
25. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z regulacją do pozycji siedzącej, które nie posiada podnóżków zapewniające pacjentowi komfort siedzenia?
- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**
26. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z regulacją do pozycji siedzącej, które posiada cztery koła o średnicy 150 mm bez właściwości antystatycznych, zaopatrzone w mechanizm centralnej blokady oraz funkcją jazdy na wprost, piasty kół z tworzywowymi osłonami (widoczny tylko bieźnik)?
- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**
27. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z regulacją do pozycji siedzącej, które nie posiada dwóch dodatkowych kół na teleskopowych wysięgnikach?
- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**
28. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z regulacją do pozycji siedzącej, które posiada jednoosiowe krążki odbojowe w czterech narożnikach leża, bez listew odbojowych?
- **Zamawiający informuje, że dopuszcza do zaoferowania łóżko z regulacją do pozycji siedzącej, które posiada jednoosiowe krążki odbojowe w czterech narożnikach leża, bez listew odbojowych.**

*Handwritten signature: Z - Zuzo*

**Dotyczy Zadania nr 1 cz. 2**

29. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko na salę intensywnego nadzoru z leżem o wymiarach 2000 x 870 mm? Jest to parametr lepszy od oczekiwanego.
- Zamawiający informuje, że dopuszcza do zaoferowania łóżko na salę intensywnego nadzoru z leżem o wymiarach 2000 x 870 mm.
30. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko na salę intensywnego nadzoru którego wymiary zewnętrzne wynoszą: 2165 x 1045 mm? Jest to parametr nieznacznie różniący się od oczekiwanego i nie pływa na właściwości użytkowe łóżka.
- Zamawiający informuje, że dopuszcza do zaoferowania łóżko na salę intensywnego nadzoru którego wymiary zewnętrzne wynoszą: 2165 x 1045 mm.
31. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko na salę intensywnego nadzoru którego regulacja sekcji uda wynosi  $0^{\circ}$  -  $80^{\circ}$ ? W specyfikacji znajduje się błąd.
- Zamawiający informuje, że wymaga łóżka na salę intensywnego nadzoru którego regulacja sekcji uda wynosi  $0^{\circ}$  -  $80^{\circ}$ . Zmieniony załącznik nr 6 dla Zadania nr 1 cz. 2 został umieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.
32. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko na salę intensywnego nadzoru z możliwością przedłużania leża od strony stóp o 28 cm? Jest to parametr lepszy od oczekiwanego.
- Zamawiający informuje, że dopuszcza do zaoferowania łóżko na salę intensywnego nadzoru z możliwością przedłużania leża od strony stóp o 28 cm.
33. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko na salę intensywnego nadzoru wyposażone w uchylny szczyt od strony wezłowania, szczyty odejmowane, wykonane ze stali nierdzewnej, wypełnione laminatem? Parametr ten jest lepszy od oczekiwanego.
- Zamawiający informuje, że dopuszcza do zaoferowania łóżko na salę intensywnego nadzoru wyposażone w uchylny szczyt od strony wezłowania, szczyty odejmowane, wykonane ze stali nierdzewnej, wypełnione laminatem.
34. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko na salę intensywnego nadzoru wyposażone w cztery krążki odbojowe bez listew odbojowych?
- Zamawiający informuje, że dopuszcza do zaoferowania łóżko na salę intensywnego nadzoru wyposażone w cztery krążki odbojowe bez listew odbojowych.
35. Czy Zamawiający wymaga aby łóżko było wyposażone w zintegrowaną wagę?
- Zamawiający informuje, że wymaga aby łóżko było wyposażone w zintegrowaną wagę. Zmieniony Załącznik nr 6 został umieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.
36. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko na salę intensywnego nadzoru + materac, które posiada wymiary leża wynoszące: dłg x szer.: 840 x 2000 mm?
- Zamawiający informuje, że dopuszcza do zaoferowania łóżko na salę intensywnego nadzoru + materac, które posiada wymiary leża wynoszące: dłg x szer.: 840 x 2000 mm.
37. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko na salę intensywnego nadzoru + materac, które posiada wymiary zewnętrzne wynoszące: dłg x szer. (bez poręczy bocznych): 965 x 2280 mm; oraz dłg x szer. (z poręczami bocznymi): 970 x 2280 mm?
- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.
38. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko na salę intensywnego nadzoru + materac, które posiada regulację sekcji pleców w zakresie  $0^{\circ}$  -  $74^{\circ}$ ?
- Zamawiający informuje, że dopuszcza do zaoferowania łóżko na salę intensywnego nadzoru + materac, które posiada regulację sekcji pleców w zakresie  $0^{\circ}$  -  $74^{\circ}$ .
39. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko na salę intensywnego nadzoru + materac, które posiada regulację sekcji uda w zakresie  $0^{\circ}$  -  $45^{\circ}$ ?
- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

40. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko na salę intensywnego nadzoru + materac, które posiada następujący podział powierzchni leża: 833/ 190/ 320/ 638 mm?
- **Zamawiający informuje, że dopuszcza do zaoferowania łóżko na salę intensywnego nadzoru + materac, które posiada następujący podział powierzchni leża: 833/ 190/ 320/ 638 mm.**
41. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko na salę intensywnego nadzoru + materac, które posiada elektryczną regulację wysokości w zakresie 46,5 – 86,5 cm?
- **Zamawiający informuje, że dopuszcza do zaoferowania łóżko na salę intensywnego nadzoru + materac, które posiada elektryczną regulację wysokości w zakresie 46,5 – 86,5 cm.**
42. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko na salę intensywnego nadzoru + materac, które posiada dopuszczalne obciążenie wynoszące 250 kg?
- **Zamawiający informuje, że dopuszcza do zaoferowania łóżko na salę intensywnego nadzoru + materac, które posiada dopuszczalne obciążenie wynoszące 250 kg.**
43. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko na salę intensywnego nadzoru + materac, które posiada poręcze boczne lakierowane proszkowo z użyciem lakieru z nanotechnologią srebra powodującą hamowanie namnażania bakterii i wirusów, wykonane z 3 profili stalowych o średnicy 25 mm składane wzdłuż ramy leża za pomocą jednego zatrzasku, montowanymi pod ramą w specjalnych tulejach, z możliwością demontażu bez użycia narzędzi, spełniające normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52, chroniące pacjenta na 3/4 długości leża?
- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWIZ.**
44. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko na salę intensywnego nadzoru + materac, które posiada cztery koła o średnicy 150 mm bez właściwości antystatycznych, zaopatrzone w mechanizm centralnej blokady oraz funkcją jazdy na wprost?
- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**
45. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie zapisu w tabeli technicznej pkt. 26: „wskaźnik regulacji kąta nachylenia” czy Zamawiającemu chodzi o wskaźnik kąta nachylenia leża czy też wskaźnik kąta nachylenia oparcia pleców?
- **Zamawiający informuje, że miał na myśli wskaźnik regulacji kąta sekcji pleców.**
46. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko na salę intensywnego nadzoru + materac, które nie posiada listew odbojowych?
- **Zamawiający informuje, że dopuszcza do zaoferowania łóżko które nie posiada listew odbojowych a wyposażone w krążki odbojowe.**

### Dotyczy Zadania nr 1 cz. 3

47. Czy ze względu na wymóg oparcia pleców przeziernego dla promieni RTG Zamawiający dopuści łóżko z segmentem pleców wypełnionym płytą HPL?
- **Zamawiający informuje, że dopuszcza łóżko z segmentem pleców wypełnionym płytą HPL.**
48. Czy ze względu na specyfikę oddziału Zamawiający zrezygnuje z wymogu oparcia pleców przeziernego dla promieni RTG?
- **Zamawiający informuje, że dopuszcza do zaoferowania łóżko bez oparcia pleców przeziernego dla promieni RTG.**
49. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko o regulowanej wysokości z możliwością założenia drabinek, z wyciągnikiem oraz wieszakiem na kropłówkę + materac, które posiada długość całkowitą wynoszącą 2180 mm?
- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

50. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko o regulowanej wysokości z możliwością założenia drabinek, z wysięgnikiem oraz wieszakiem na kroplówkę + materac, które posiada regulację segmentu oparcia pleców w zakresie  $0^{\circ} - 76^{\circ}$ ?
- **Zamawiający informuje, że dopuszcza do zaoferowania łóżko o regulowanej wysokości z możliwością założenia drabinek, z wysięgnikiem oraz wieszakiem na kroplówkę + materac, które posiada regulację segmentu oparcia pleców w zakresie  $0^{\circ} - 76^{\circ}$ .**
51. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko o regulowanej wysokości z możliwością założenia drabinek, z wysięgnikiem oraz wieszakiem na kroplówkę + materac, które nie posiada autoregresji segmentu oparcia pleców?
- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**
52. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko o regulowanej wysokości z możliwością założenia drabinek, z wysięgnikiem oraz wieszakiem na kroplówkę + materac, które posiada regulację segmentu uda w zakresie  $0^{\circ} - 34^{\circ}$ ?
- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**
53. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko o regulowanej wysokości z możliwością założenia drabinek, z wysięgnikiem oraz wieszakiem na kroplówkę + materac, które posiada elektryczną regulację wysokości leża w zakresie 290 – 835 mm?
- **Zamawiający informuje, że dopuszcza do zaoferowania łóżko o regulowanej wysokości z możliwością założenia drabinek, z wysięgnikiem oraz wieszakiem na kroplówkę + materac, które posiada elektryczną regulację wysokości leża w zakresie 290 – 835 mm.**
54. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko o regulowanej wysokości z możliwością założenia drabinek, z wysięgnikiem oraz wieszakiem na kroplówkę + materac, które nie posiada funkcji CPR?
- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**
55. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko o regulowanej wysokości z możliwością założenia drabinek, z wysięgnikiem oraz wieszakiem na kroplówkę + materac, które posiada elektryczną regulację przechyłów wzdłużnych?
- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**
56. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko o regulowanej wysokości z możliwością założenia drabinek, z wysięgnikiem oraz wieszakiem na kroplówkę + materac, które posiada kąt przechyłu anty – Trendelenburga w zakresie  $0^{\circ} - 18^{\circ}$ ?
- **Zamawiający informuje, że dopuszcza do zaoferowania łóżko o regulowanej wysokości z możliwością założenia drabinek, z wysięgnikiem oraz wieszakiem na kroplówkę + materac, które posiada kąt przechyłu anty – Trendelenburga w zakresie  $0^{\circ} - 18^{\circ}$ .**
57. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko o regulowanej wysokości z możliwością założenia drabinek, z wysięgnikiem oraz wieszakiem na kroplówkę + materac, które nie jest wyposażone w uchwyty materaca dostosowujące się do jego szerokości?
- **Zamawiający informuje, że dopuszcza do zaoferowania łóżko o regulowanej wysokości z możliwością założenia drabinek, z wysięgnikiem oraz wieszakiem na kroplówkę + materac, które posiada kąt przechyłu anty – Trendelenburga w zakresie  $0^{\circ} - 18^{\circ}$ .**
58. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko o regulowanej wysokości z możliwością założenia drabinek, z wysięgnikiem oraz wieszakiem na kroplówkę + materac, które nie posiada listew odbojowych?
- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**
59. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko o regulowanej wysokości z możliwością założenia drabinek, z wysięgnikiem oraz wieszakiem na kroplówkę + materac, które posiada segmenty leża wypełnione lamelami montowanymi na stałe w kolorze leża?
- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**



60. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko o regulowanej wysokości z możliwością założenia drabinek, z wysięgnikiem oraz wieszakiem na kroplówkę + materac, które posiada koła jezdne bez obudowy tworzywowej?

- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

61. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko o regulowanej wysokości z możliwością założenia drabinek, z wysięgnikiem oraz wieszakiem na kroplówkę + materac, które wyposażone jest w totalny system hamulcowy na każdym z kółek, koła jezdne o średnicy 100 mm?

- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

62. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko o regulowanej wysokości z możliwością założenia drabinek, z wysięgnikiem oraz wieszakiem na kroplówkę + materac, które nie posiada tworzywowej osłony podwozia?

- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

63. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko o regulowanej wysokości z możliwością założenia drabinek, z wysięgnikiem oraz wieszakiem na kroplówkę + materac, które nie posiada wysuwanej półki do odkładania pościeli?

- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

64. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko o regulowanej wysokości z możliwością założenia drabinek, z wysięgnikiem oraz wieszakiem na kroplówkę + materac, które posiada oparcie pleców nie przezierne dla promieni RTG ze względu na zastosowanie w całym leżu lameli?

- **Zamawiający informuje, że dopuszcza do zaoferowania łóżko o regulowanej wysokości z możliwością założenia drabinek, z wysięgnikiem oraz wieszakiem na kroplówkę + materac, które posiada oparcie pleców nie przezierne dla promieni RTG ze względu na zastosowanie w całym leżu lameli.**

#### **Dotyczy Zadania nr 1 cz. 4**

65. Czy Zamawiający dopuści szafki przyłóżkowe o wymiarach blatu bocznego 370x550mm? Oferowany parametr nieznacznie różni się od parametru wymaganego.

- **Zamawiający informuje, że dopuszcza szafki przyłóżkowe o wymiarach blatu bocznego 370x550mm.**

66. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową wyposażoną w 2 szuflady wysuwane na prowadnicach rolkowych pomiędzy, którymi znajduje się metalowa półka na prasę a pod dolną szufladą tworzywowa półka na obuwie?

- **Zamawiający informuje, że dopuszcza szafkę przyłóżkową wyposażoną w 2 szuflady wysuwane na prowadnicach rolkowych pomiędzy, którymi znajduje się metalowa półka na prasę a pod dolną szufladą tworzywowa półka na obuwie.**

67. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową o głębokości 460 mm?

- **Zamawiający informuje, że dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową o głębokości 460 mm.**

68. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową z blatem bocznym o wymiarach: 340 x 600 mm /szerokość x długość/?

- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

69. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową ze stalowym korpusem malowanym proszkowo?

- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

70. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową, której blat górny i półka boczna wykonane są z płyty HPL, natomiast czola szuflad stalowe malowane proszkowo?

- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

71. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w szafce przyłóżkowej blaty środkowe stalowe malowane proszkowo?
- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**
72. Czy Zamawiający zamiast odejmowanego ręcznie blatu bocznego dopuści do zaoferowania dwustronną szafkę przyłóżkową z blatem bocznym? Takie działanie umożliwi dostawianie szafki do łóżka po lewej lub prawej stronie bez potrzeby/konieczności wyciągania blatu bocznego.
- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**
73. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową z chromowaną konstrukcją zespołu zmiany wysokości blatu bocznego, poruszającą się w lakierowanych proszkowo prowadnicach?
- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**
74. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową, bez uchwytu na butelkę lub szklankę?
- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

#### **Dotyczy Zadania nr 3 poz. 1**


75. Czy Zamawiający wymaga parawany teleskopowe montowane do ściany bez podstawy jezdnej?
- **Zamawiający informuje, że wymaga parawanów teleskopowych montowanych do ściany bez podstawy jezdnej. Zamawiający zmienił treść załącznik nr 6. Zmieniony załącznik został umieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.**
76. Czy Zamawiający wymaga parawan teleskopowy montowany do ściany o długości w stanie złożonym 700mm oraz w stanie rozłożonym: 2000mm?
- **Zamawiający informuje, że wymaga parawanu teleskopowego montowanego do ściany o długości w stanie złożonym 700mm oraz w stanie rozłożonym: 2000mm. Zamawiający zmienił treść załącznik nr 6. Zmieniony załącznik został umieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.**
77. Czy Zamawiający wymaga parawan teleskopowy montowany do ściany wykonany w całości ze stali kwasoodpornej?
- **Zamawiający informuje, że wymaga parawanu teleskopowego montowanego do ściany wykonanego w całości ze stali kwasoodpornej. Zamawiający zmienił treść załącznik nr 6. Zmieniony załącznik został umieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.**
78. Czy Zamawiający dopuści zasłony wykonane z materiału płóciennego z możliwością wielokrotnego prania, nie posiadające atestu o właściwościach antybakteryjnych?
- **Zamawiający informuje, że dopuszcza zasłony wykonane z materiału płóciennego z możliwością wielokrotnego prania, nie posiadające atestu o właściwościach antybakteryjnych.**
79. Czy Zamawiający przewiduje zakup dodatkowego kompletu zasłon, aby pacjenci nie pozostali pozbawieni przegród na czas prania. Proponujemy zakup w konfiguracji: 1 parawan + 2 zasłony.
- **Zamawiający informuje, że przewiduje zakup dodatkowego kompletu zasłon, w konfiguracji: 1 parawan + 2 zasłony.**
80. Czy zamawiający wymaga montażu parawanów w placówce zamawiającego?
- **Zamawiający informuje, że wymaga montażu parawanów w placówce Zamawiającego. Zamawiający zmienił treść załącznik nr 6 – dodano pkt 8 o treści: „Montaż parawanów w siedzibie Zamawiającego”. Zmieniony załącznik został umieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.**





**Dotyczy Zadania nr 4 poz. 1 – po zmianach Zadanie nr 12 poz. 1**

81. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy zamawiający z uwagi na obowiązującą zasadę uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców dopuści możliwość zaoferowania, w zakresie zadania nr 4 defibrylator o następujących parametrach technicznych i funkcjonalnych, tj.:
- Ad. 18. Zakres wzmocnienia sygnału EKG: x 0,25; x 0,5; x 1; x 2; x 4, auto
  - **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**
  - Ad. 27. Natężenie prądu stymulacji w zakresie 20-200 mA  
Pozostałe parametry zgodnie z wymaganiami zamawiającego, przedstawionymi w SIWZ.
  - **Zamawiający informuje, że dopuszcza natężenie prądu stymulacji w zakresie 20-200 mA.**
82. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy zamawiający, z uwagi na obowiązującą zasadę uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, dopuści możliwość wydzielania z pakietu nr 4 pozycji nr 1 tj. defibrylatora.
- **Zamawiający informuje, że wydzielił cz. 1 z Zadania nr 4 i utworzył osobną pozycję – Zadanie nr 12 cz. 1. Zmienione Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych – Załącznik nr 6 zostało umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.**
83. Czy Zamawiający zaakceptuje wydzielenie części 1 (defibrylator) z zadania nr 4? Dzięki takiemu rozwiązaniu Zamawiający ma szansę uzyskać wysokiej klasy sprzęt w korzystnej cenie.
- **Zamawiający informuje, że wydzielił cz. 1 z Zadania nr 4 i utworzył osobną pozycję – Zadanie nr 12 cz. 1. Zmienione Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych – Załącznik nr 6 zostało umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.**
84. – Pkt. 4– Czy Zamawiający dopuści do przetargu defibrylator z możliwością jednoczesnej obserwacji 2 krzywych dynamicznych?
- **Zamawiający informuje, że dopuszcza defibrylator z możliwością jednoczesnej obserwacji 2 krzywych dynamicznych.**
85. – Pkt. 11 – Czy Zamawiający oczekuje możliwości wyboru energii do 360J? Proponowana wartość zwiększa możliwości pracy urządzenia i jest standardem we współczesnej defibrylacji.
- **Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość wyboru energii w zakresie 2-360 J w trybie manualnym.**
86. – Pkt.15 - Czy Zamawiający oczekuje defibrylatora o masie maksymalnej 6 kg.? Z racji przenośnego charakteru urządzenia wydaje się iż jest to istotny parametr do zapewniania odpowiedniej obsługi.
- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ. Proponowana masa maksymalna 6 kg mieści się w zakresie wymaganym przez Zamawiającego.**
87. – Pkt. 19– Czy Zamawiający dopuści do przetargu defibrylator bez możliwość rozbudowy o pomiar saturacji krwi tętniczej? Możemy zaoferować defibrylator posiadający wbudowaną funkcję pomiaru saturacji krwi tętniczej.
- **Zamawiający informuje, że dopuszcza do przetargu defibrylator bez możliwość rozbudowy o pomiar saturacji krwi tętniczej a posiadający wbudowaną funkcję pomiaru saturacji krwi tętniczej.**
88. Czy Zamawiający wymaga, aby defibrylator posiadał metronom uciśnięć klatki piersiowej w zależności od grupy wiekowej pacjenta oraz wentylacji zarówno przy pacjencie zaintubowanym jak i niezaintubowanym?
- **Zamawiający informuje, że nie stawia wymogu w ww. zakresie.**

 Dr. Kuczyński

89. Czy Zamawiający wymaga, aby defibrylator posiadał możliwość rozbudowy o moduł WiFi pozwalający na przesyłanie danych do komputera, co jest zasadne w zamysle wdrożenia elektronicznej dokumentacji medycznej?
- **Zamawiający informuje, że nie stawia wymogu w ww. zakresie.**
90. Czy Zamawiający wymaga, aby defibrylator wykonywał autotest zarówno na zasilaniu sieciowym jak i akumulatorowym, bez konieczności podłączenia do sieci elektrycznej, co w praktyce uniemożliwia przeoczenie codziennego testu poprawności działania oraz pozwala na codzienną dokumentację sprawności urządzenia?
- **Zamawiający informuje, że nie stawia wymogu w ww. zakresie.**
91. Czy Zamawiający dopuści defibrylator wyposażony w kolorowy ekran monitora o przekątnej ekranu monitora 8 cali, z możliwością jednoczesnej obserwacji 2 krzywych dynamicznych EKG oraz krzywej respiracji i wyświetlaniem wartości liczbowych wszystkich monitorowanych parametrów życiowych?
- **Zamawiający informuje, że dopuszcza defibrylator wyposażony w kolorowy ekran monitora o przekątnej ekranu monitora 8 cali, z możliwością jednoczesnej obserwacji 2 krzywych dynamicznych EKG oraz krzywej respiracji i wyświetlaniem wartości liczbowych wszystkich monitorowanych parametrów życiowych.**
92. Czy Zamawiający dopuści defibrylator z zakresem wzmocnienia sygnału EKG min.: 0,25; 0,5; 1,0; 2,0 cm/mV?
- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**
93. Czy Zamawiający wydłuży termin dostawy defibrylatora do 5 tygodni od dnia podpisania umowy?
- **Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy defibrylatora do 5 tygodni od dnia podpisania umowy.**

**Dotyczy Zadania nr 4 poz. 2 – po zmianach Zadanie nr 13 poz. 1**

94. Czy Zamawiający zaakceptuje wydzielenie części 2 (kardiomonitor) z zadania nr 4? Dzięki takiemu rozwiązaniu Zamawiający ma szansę uzyskać wysokiej klasy sprzęt w korzystnej cenie.
- **Zamawiający informuje, że wydzielił cz. 2 z Zadania nr 4 i utworzył osobną pozycję – Zadanie nr 13 cz. 1. Zmienione Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych – Załącznik nr 6 zostało umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.**
95. – Pkt. 1,8 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor posiadający pamięć trendów tabelarycznych oraz graficznych z 120 godzin w rozdzielczości 1min, 5min, 10 min, 30 min, 60 min oraz pamięć z ostatniej godziny w rozdzielczości 1 lub 5 sekund z możliwością przeniesienia danych przy pomocy kart SD lub oprogramowania centrali monitorującej?
- **Zamawiający informuje, że dopuszcza do przetargu kardiomonitor posiadający pamięć trendów tabelarycznych oraz graficznych z 120 godzin w rozdzielczości 1min, 5min, 10 min, 30 min, 60 min oraz pamięć z ostatniej godziny w rozdzielczości 1 lub 5 sekund z możliwością przeniesienia danych przy pomocy kart SD lub oprogramowania centrali monitorującej.**
96. – Pkt. 2 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor o budowie kompaktowej z modułem parametrowym wbudowanym w urządzenie? Takie rozwiązanie nie wpłynie na możliwości pomiarowych kardiomonitora a jest bardziej ekonomiczne.
- **Zamawiający informuje, że dopuszcza do przetargu kardiomonitor o budowie kompaktowej z modułem parametrowym wbudowanym w urządzenie.**
97. – Pkt. 10 – Czy Zamawiający oczekuje rozwiązania polegającego na realizacji funkcji tworzenia raportów z przebiegu monitorowania do wydruku i drukowania wybranych zdarzeń poprzez stację centralnego monitorowania? Dodatkowo centrala zapewni stały podgląd monitorowanych parametrów i archiwizację przynajmniej 700 godzin zapisu full disclosure oraz 1000 godzin trendów graficznych.

- Zamawiający informuje, że dopuszcza rozwiązanie polegające na realizacji funkcji tworzenia raportów z przebiegu monitorowania do wydruku i drukowania wybranych zdarzeń poprzez stację centralnego monitorowania. Centrala zapewniająca stały podgląd monitorowanych parametrów i archiwizację przynajmniej 700 godzin zapisu full disclosure oraz 1000 godzin trendów graficznych.
98. – Pkt. 39 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor nie posiadający funkcji „stazy”? Takie rozwiązanie jest mało komfortowe dla pacjenta, gdyż powoduje ucisk mankietu na ramię pacjenta przez dłuższy czas.
- Zamawiający informuje, że dopuszcza do przetargu kardiomonitor nie posiadający funkcji „stazy”.
99. – Pkt. 45 - Czy Zamawiający oczekuje mocowania kardiomonitora na stojaku o podstawie jezdnej? Takie rozwiązanie zapewni większą mobilność urządzenia.
- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.
100. Czy Zamawiający wymaga, by monitory były połączone w sieci przewodowej typu Ethernet z Centralą wyposażoną w ekran min. 23”, klawiaturę, mysz i podtrzymanie zasilania na min. 30 min i z drukarką sieciową?
- Zamawiający informuje, że dopuszcza by monitory były połączone w sieci przewodowej typu Ethernet z Centralą wyposażoną w ekran min. 23”, klawiaturę, mysz i podtrzymanie zasilania na min. 30 min i z drukarką sieciową.
101. Czy Zamawiający wymaga, by monitory były połączone w sieci przewodowej typu Ethernet z drukarką sieciową?
- Zamawiający informuje, że dopuszcza by monitory były połączone w sieci przewodowej typu Ethernet z drukarką sieciową.
102. Czy Zamawiający wymaga, by oferowane monitory oprócz wymaganej obsługi przez przyciski i pokrętko, były obsługiwane również przez ekran dotykowy?
- Zamawiający informuje, że wymaga obsługi monitora zgodnie z zapisami pkt 3 Zestawienia wymaganych parametrów techniczno-użytkowych kardiomonitora.
103. Czy Zamawiający dopuści monitory posiadające ciągły zapis w pamięci kardiomonitora wszystkich monitorowanych wartości liczbowych z okresu 120 h i fal dynamicznych wszystkich monitorowanych parametrów z okresu 48 h „wraz z zaznaczeniem sytuacji alarmowych i wraz z zapewnieniem możliwości przeniesienia tych danych na nośnik elektroniczny, a następnie do komputera” co zapewnia zapis z okresu dłuższego niż 96 h?
- Zamawiający informuje, że dopuszcza monitory posiadające ciągły zapis w pamięci kardiomonitora wszystkich monitorowanych wartości liczbowych z okresu 120 h i fal dynamicznych wszystkich monitorowanych parametrów z okresu 48 h „wraz z zaznaczeniem sytuacji alarmowych i wraz z zapewnieniem możliwości przeniesienia tych danych na nośnik elektroniczny, a następnie do komputera” co zapewnia zapis z okresu dłuższego niż 96 h.

Dotyczy Zadania nr 4 poz. 3 – po zmianach Zadanie nr 11 poz. 1

104. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji Lp. 3. i utworzenie z niej niezależnego Zadania? Pozwoliłoby to na złożenie ofert przez większą ilość oferentów, co tym samym przyczyniłoby się do zwiększenia ich konkurencyjności.
- Zamawiający informuje, że wydzielił z Zadania nr 4 cz. 3 i utworzył osobną pozycję – Zadanie nr 11 cz. 1. Zmienione Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych – Załącznik nr 6 zostało umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.
105. Czy Zamawiający dopuści aparat EKG bez możliwości wydruku odprowadzeń w trybie Cabrera?
- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

106. Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z drukarką wbudowaną w aparat z możliwością wydruku badania EKG ale bez możliwości wydruku badania spirometrycznego?
- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.
107. Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z możliwością przesyłania wyników badań do pamięci USB (bezpośrednio z aparatu) i na skrzynkę e-mail (pośrednio przez PC z dostępem do Internetu) ale bez możliwości ich przesyłania na inny aparat EKG?
- Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami SIWZ dopuszcza aparat EKG z możliwością przesyłania wyników badań do pamięci USB (bezpośrednio z aparatu) i na skrzynkę e-mail (pośrednio przez PC z dostępem do Internetu) ale bez możliwości ich przesyłania na inny aparat EKG
108. Czy Zamawiający dopuści aparat EKG bez możliwości współpracy z systemem CardioTEKA ale współpracujący z systemem E600Win?
- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.
109. Czy Zamawiający dopuści aparat EKG nie spełniający standardu elektronicznej wymiany informacji HL7?
- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.
110. Czy Zamawiający dopuści aparat EKG bez możliwości wykonywania badania spirometrycznego?
- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.
111. Czy Zamawiający dopuści aparat EKG bez funkcji tworzenia elektronicznej dokumentacji medycznej z wykonywanych badań oraz archiwizacji badań za dany okres na zewnętrznym nośniku?
- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.
112. Czy Zamawiający dopuści aparat EKG nie współpracujący z jakimikolwiek przystawkami do badania spirometrycznego?
- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

#### Dotyczy Zadania nr 4 poz. 4

113. Czy Zamawiający dopuści resuscytator z systemem zapewnienia bezpieczeństwa podczas wentylacji w postaci dodatkowej zewnętrznej powłoki, która ogranicza ciśnienie w drogach oddechowych bez utraty objętości?
- Zamawiający informuje, że dopuszcza resuscytator z systemem zapewnienia bezpieczeństwa podczas wentylacji w postaci dodatkowej zewnętrznej powłoki, która ogranicza ciśnienie w drogach oddechowych bez utraty objętości.
114. Czy Zamawiający dopuści resuscytator bez określonej pojemności worka samorozprężalnego dostarczający oddech o objętości ok. 1300 ml?
- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

#### Dotyczy Zadania nr 5 poz. 1

115. – Pkt. 3 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu pulsoksymetr posiadający 5 poziomów regulacji jasności? Jest to wystarczająca wartość zapewniająca funkcjonalność urządzenia.
- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.
116. – Pkt. 6 – Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetr o pomiarze wartości tętna od 15 ud/min? Jest to niewielka różnica w porównaniu do zapisów specyfikacji.
- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

117. – Pkt. 14 - Czy Zamawiający oczekuje możliwości prostej rozbudowy o przesyłanie danych pomiarowych z pamięci urządzenia do dowolnego komputera? Rozwiązanie to zapewni spełnienie wymogu elektronicznego przesyłania danych w przyszłości.

- **Zamawiający informuje, że wymaga rozbudowy o przesyłanie danych pomiarowych z pamięci urządzenia do dowolnego komputera. Zamawiający zmienił zapisy pkt 14. Zmieniony Załącznik nr 6 został umieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.**

118. – Pkt. 21 - Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetr bez funkcji automatycznego wyłączenia urządzenia po 30s bezczynności? Istnieje obawa, przy takim rozwiązaniu, zbyt częstej potrzeby ponownego włączenia urządzenia, co przełoży się na żywotność akumulatora.

- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

#### **Dotyczy Zadania nr 5 poz. 2**

119. – Pkt. 3 – Czy Zamawiający dopuści ssak posiadający skuteczną wydajność ssania na poziomie 38 l/min?

- **Zamawiający informuje, że dopuszcza ssak posiadający skuteczną wydajność ssania na poziomie 38 l/min.**

120. – Pkt. 7 – Czy Zamawiający dopuści ssak oparty na wbudowanej bezolejowej, membranowej pompie próżniowej, której czas nieprzerwalnej pracy to min. 30 dni?

- **Zamawiający informuje, że dopuszcza ssak oparty na wbudowanej bezolejowej, membranowej pompie próżniowej, której czas nieprzerwalnej pracy to min. 30 dni.**

121. – Pkt. 14,15 – Czy Zamawiający oczekuje ssak posiadający uchwyty mocowane do szyny EURO podstawy jezdnej?

- **Zamawiający informuje, że dopuszcza ssak posiadający uchwyty mocowane do szyny EURO podstawy jezdnej.**

122. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji Lp. 2. i utworzenie z niej niezależnego Zadania? Pozwoliłoby to na złożenie ofert przez większą ilość oferentów, co tym samym przyczyniłoby się do zwiększenia ich konkurencyjności.

- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

#### **Dotyczy Zadania nr 7 poz. 1**

123. Zamawiający oczekuje wagi wyposażonej w miernik wagowy z podświetlanym wyświetlaczem LCD. Chcielibyśmy zwrócić uwagę na fakt, że taki typ LCD (Twisted Nematic) bez aktywnego podświetlenia nie pozwala odczytywać wyników w ciemnym pomieszczeniu pod kątem np. 75° (podobnie jak w zegarkach elektronicznych produkowanych w latach 80-90 tych). Jeżeli dioda podświetlenia LCD się przepali trudniej będzie również odczytywać wagę pacjenta. W związku z powyższym czy zamawiający dopuści zaoferowanie wagi z wyświetlaczem bez podświetlenia w technologii (Super Twisted Nematic)? Wagi oferowane z takim wyświetlaczem mają bardzo duży, jasny, nowoczesny wyświetlacz z cyframi o wielkości min. 20mm, które widoczne są nawet pod kątem 90° oraz w cieniu i nie potrzebują dodatkowego podświetlenia.

- **Zamawiający informuje, że dopuszcza zaoferowanie wagi z wyświetlaczem bez podświetlenia w technologii (Super Twisted Nematic).**

124. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie wagi zasilanej wyłącznie akumulatorowo, bez możliwości zasilania sieciowego? Proponowane urządzenie jest przemyślane do użytkowania mobilnego, więc jest niezwykle energooszczędne i na jednym zestawie baterii „paluszków” (dostarczanych w zestawie) wykonuje około 10 tys ważeń = ok 70h pracy. Rozwiązanie takie pozwala na dowolne ustawienie wagi, bez względu na dostęp do źródła zasilania elektrycznego i zapobiega „wrywaniu” wtyczki i tym samym uszkodzania elektroniki przy nieostrożnym ruszaniu wagą z miejsca jej ładowania.

- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**



125. Czy Zamawiający dopuści wagę lekarską krzeselkową o dokładności odczytu  $\pm 50 \text{ g} < 50 \text{ kg} >$   $\pm 100 \text{ g} < 150 \text{ kg} > \pm 200 \text{ g}$ ?
- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**
126. Regulowane pozycjonery wagi z przodu pozwalają w 100% unieruchomić wagę. Jest to bezpieczne rozwiązanie kiedy pacjent mający problem z pionizacją siada bezwładnie w asyście pielęgniarki. Jeżeli waga się odsunie pacjent może upaść. Czy zamawiający wymaga aby oferowana waga posiadała bezpieczne pozycjonery?
- **Zamawiający informuje, że dopuszcza aby oferowana waga posiadała bezpieczne pozycjonery.**
127. Czy zamawiający dopuści wagę z max obciążeniem 250 kg?
- **Zamawiający informuje, że dopuszcza wagę z max. obciążeniem 250 kg.**

#### Dotyczy Zadania nr 7 poz. 2

128. Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie wagi o dokładności odczytu:
- w zakresie do 150 kg: 100gr
  - w zakresie od 150 kg: 200 gr.
- Jest to standardowa i precyzyjna podziałka osobowych wag medycznych przeznaczonych do ważenia pacjentów, także w pediatrii. Dokładność odczytu do 100 g jest w praktyce stosowana nawet przez stacje dializ, które to szczególnie przywiązują wagę do bardzo dokładnego określenia masy ciała przed i po dializie. Informujemy jednocześnie, iż powyższy produkt jest legalizowany i przy obciążeniu maksymalnym do 200 kg odpowiada najprecyzyjniejszej III (trzeciej) klasie dokładności stosowanej dla wag osobowych.
- **Zamawiający informuje, że zmienił zakres pkt 2: „Dokładność odczytu: 50-100 g.” Zmieniony Załącznik nr 6 został umieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.**
129. Zamawiający oczekuje wagi wyposażonej w miernik wagowy na kolumnie z podświetlanym wyświetlaczem LCD. Chcielibyśmy zwrócić uwagę na fakt, że taki typ LCD (Twisted Nematic) bez aktywnego podświetlenia nie pozwala odczytywać wyników w ciemnym pomieszczeniu pod kątem np.  $75^\circ$  (podobnie jak w zegarkach elektronicznych produkowanych w latach 80-90 tych). Jeżeli dioda podświetlenia LCD się przepali trudniej będzie również odczytywać wagę pacjenta. W związku z powyższym czy zamawiający dopuści zaoferowanie wagi z wyświetlaczem bez podświetlenia w technologii (Super Twisted Nematic)? Wagi oferowane z takim wyświetlaczem mają bardzo duży, jasny, nowoczesny wyświetlacz z cyframi o wielkości min. 20mm, które widoczne są nawet pod kątem  $90^\circ$  oraz w cieniu i nie potrzebują dodatkowego podświetlenia.
- **Zamawiający informuje, że dopuszcza zaoferowanie wagi z wyświetlaczem bez podświetlenia w technologii (Super Twisted Nematic).**
130. Mała masa własna wagi ułatwia przenoszenie i jest bezpieczniejsza dla użytkownika. Czy Zamawiający wymaga aby masa wagi wynosiła max. 6,9 kg?
- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**
131. Zintegrowana platforma z pomostem wagi daje 100% bezpieczeństwo, że przy przypadkowym stąpieniu na róg waga nie wywróci się. Platforma luźno położona na pomości i nie przymocowana niesie za sobą ryzyko kontuzji pacjenta. W takich sytuacjach pacjent może dochodzić roszczeń od placówki a ta ponieść koszty odszkodowania. Czy Zamawiający wymaga aby oferowana waga miała zintegrowaną z pomostem, bezpieczną platformę antypoślizgową?
- **Zamawiający informuje, że dopuszcza aby oferowana waga miała zintegrowaną z pomostem, bezpieczną platformę antypoślizgową.**
132. Wmontowane kółka transportowe pozwalają na bezwysiłkowe i proste przesuwanie wagi przy np. sprzątaniu lub ważeniu pacjentów nie mogących chodzić. Czy Zamawiający wymaga aby oferowana waga miała takie kółka?
- **Zamawiający informuje, że dopuszcza do zaoferowania wagę wyposażoną w stabilne cztery nóżki.**

133. Czy zamawiający dopuści wagę z dokładnością odczytu 50/100 g ?
- **Zamawiający informuje, że zmienił zapis pkt 2 na następujący: „Dokładność odczytu: 50-100 g.”.**
134. Czy zamawiający dopuści wagę z szalką o wymiarach 319 x 289 mm ?
- **Zamawiający informuje, że dopuszcza wagę z szalką o wymiarach 319 x 289 mm.**

### **Dotyczy Zadania nr 7 poz. 3**

135. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji Lp. 3. i utworzenie z niej niezależnego Zadania? Pozwoliloby to na złożenie ofert przez większą ilość oferentów, co tym samym przyczyniłoby się do zwiększenia ich konkurencyjności.
- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**
136. Czy Zamawiający dopuści wagę łazienkową wykonaną z tworzywa z dużą odpornością na uszkodzenia mechaniczne i środki dezynfekcyjne?
- **Zamawiający informuje, że dopuszcza wagi metabolicznej wykonaną z tworzywa z dużą odpornością na uszkodzenia mechaniczne i środki dezynfekcyjne.**
137. Czy Zamawiający dopuści wagę łazienkową z funkcją ważenia oraz obliczania ilości tłuszczu ustrojowego i zawartości wody w ciele człowieka ale bez obliczania masy mięśniowej w ciele człowieka?
- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**
138. Czy Zamawiający zrezygnuje z wymagania legalizacji odnośnie wagi łazienkowej?
- **Zamawiający informuje, że wymaga wagi zarejestrowanej jako wyrób medyczny z legalizacją. Tym samym Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**
139. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania wagi łazienkowej z dużą liczbą chromowanych elektrod, która oprócz pomiaru wagi dokonuje pomiaru tłuszczu i wody w organizmie oraz automatycznie oblicza BMI, a także automatycznie rozpoznaje wcześniejszego użytkownika, jeżeli zapisane zostały jego dane: wiek, płeć, wzrost i aktywność fizyczna?
- **Zamawiający informuje, że wymaga wagi metabolicznej która oprócz pomiaru wagi dokonuje pomiaru tłuszczu i wody w organizmie oraz automatycznie oblicza BMI a także automatycznie rozpoznaje wcześniejszego użytkownika, jeżeli zostały zapisane jego dane: wiek, płeć, wzrost i aktywności fizyczna.**
140. Czy zamawiający wymaga wagi z analizatorem składu ciała (tzw. wagi metabolicznej) ?
- **Zamawiający informuje, że wymaga wagi z analizatorem składu ciała (tzw. wagi metabolicznej, zgodnie z pkt 4 Załącznika nr 6.**
141. Czy zamawiający dopuści wagę z trwałego tworzywa odpornego na uszkodzenia mechaniczne i środki dezynfekcyjne?
- **Zamawiający informuje, że dopuszcza wagę z trwałego tworzywa odpornego na uszkodzenia mechaniczne i środki dezynfekcyjne.**
142. Czy zamawiający wymaga wagi z funkcjami analizy stanu organizmu takimi jak: masa ciała, BMI, masa tkanki tłuszczowej, masa tkanki mięśniowej, całkowita zawartość wody w organizmie, wskaźnik podstawowej przemiany materii, zmineralizowana masa kości, wiek metaboliczny?
- **Zamawiający informuje, że wymaga wagi z funkcjami analizy stanu organizmu takimi jak: masa ciała, BMI, masa tkanki tłuszczowej, masa tkanki mięśniowej, całkowita zawartość wody w organizmie, wskaźnik podstawowej przemiany materii, zmineralizowana masa kości, wiek metaboliczny. Zamawiający zmienił treść pkt 5 Załącznika nr 6. Zmieniony Załącznik nr 6 został umieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.**

143. Czy zamawiający wymaga wagi z interfejsem i zintegrowaną drukarką termiczną?

- Zamawiający informuje, że wymaga wagi z interfejsem i zintegrowaną drukarką termiczną. Zamawiający dodał pkt 7 o treści: „Waga z interfejsem i zintegrowaną drukarką termiczną”. Zmieniony Załącznik nr 6 został umieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

Dotyczy Zadania nr 8 poz. 1

144. Czy zamawiający dopuści balkonik z max obciążeniem do 110 kg ?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

145. Czy zamawiający dopuści balkonik z zakresem regulacji wysokości 78 – 97 cm ?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Dotyczy Zadania nr 8 poz. 2

146. Czy zamawiający dopuści chodzik z szerokością (w górnej części) do 50 cm ?

- Zamawiający informuje, że dopuszcza chodzik z szerokością (w górnej części) do 50 cm.

Dotyczy Zadania nr 8 poz. 6

147. Czy zamawiający dopuści podnośnik o wysokości 126 cm z zakresem ramienia 88-197 cm?

- Zamawiający informuje, że dopuszcza podnośnik o wysokości 126 cm z zakresem ramienia 88-197 cm.

Dotyczy Zadania nr 8 poz. 7

148. Czy zamawiający dopuści pionizator z poduszką do podnoszenia z łóżka jako wyposażeniem?

- Zamawiający informuje, że dopuszcza pionizator z poduszką do podnoszenia z łóżka jako wyposażeniem. Zamawiający zmienił treść pkt 7 Załącznika nr 6. Zmieniony Załącznik został umieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

149. Czy zamawiający może opisać o jaką poduszkę do podnoszenia z łóżka chodzi?

- Zamawiający informuje, że wymaga siedziska z wycięciem do podnoszenia z wózka inwalidzkiego w celu ułatwionego przemieszczenia pacjenta z wózka inwalidzkiego na pionizator.

Dotyczy Zadania nr 9 poz. 1

150. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej klasy stoły rehabilitacyjnej o następujących parametrach:

Stół rehabilitacyjny 5-częściowy z elektryczną zmianą wysokości leżyska za pomocą ramy wokół stołu, wykonany z profili stalowych malowanych proszkowo. Trzysegmentowy blat pozwala na różnorodne ułożenie pacjenta w pozycji siedzącej, leżącej i półleżącej. Ustawienie podglówka oraz części tylnej do pozycji siedzącej wspomagane są sprężynami gazowymi. Pozycja Pivota regulowana elektrycznie za pomocą pilota ręcznego. Wyposażony w uchwyty do mocowania pasów stabilizacyjnych.

**DANE TECHNICZNE:**

Długość:

203cm

Wysokość (regulowana elektrycznie za pomocą ramy wokół stołu) w zakresie:

60-92cm

Szerokość:

70cm

Regulowany zagłówek sprężyną gazową w zakresie:

-80° + 45°

Regulowana część tylna do pozycji fotela:

+85°

Regulowany kąt części środkowej (Pivot):

45°

Waga:

90 kg



Maksymalne obciążenie:

**Wyposażenie:**

\*system jezdny – cztery skrętne koła

\*uchwyt na papier jednorazowy

\*podłokietniki

150 kg

- **Zamawiający informuje, że dopuszcza stół rehabilitacyjny o ww. parametrach.**

Dotyczy zapisów projektu umowy.

151. §2 pkt. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji do 9 tygodni od daty zawarcia umowy? Jeżeli nie to na jakie maksymalne wydłużenie terminu realizacji Zamawiający wyrazi zgodę?

- **Zamawiający informuje, że wydłużył termin dostawy sprzętu w poniższym zakresie:**
  - 1) 5 tygodni od dnia podpisania umowy – dla Zadania nr 1 cz. 3 oraz Zadania nr 12
  - 2) 9 tygodni od dnia podpisania umowy – dla Zadania nr 1 cz. 1 oraz cz. 2
  - 3) 4 tygodnie od dnia podpisania umowy – dla Zadania nr 1 cz. 4, Zadań nr 2-11, Zadania nr 13

152. §5 pkt. 8: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu naprawy gwarancyjnej z 3 dni do 5 dni roboczych, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, od momentu zgłoszenia uszkodzenia przez użytkownika – pracownika Zamawiającego? Jeżeli nie to na jakie maksymalne wydłużenie czasu naprawy gwarancyjnej Zamawiający wyrazi zgodę?

- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

153. §5 pkt. 12: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na jeden przegląd sprzętu na rok? Jeden przegląd gwarancyjny w ciągu trwania gwarancji jest standardowo przyjęte przez producenta i w zupełności wystarczające.

- **Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na jeden przegląd sprzętu na rok. Zmieniona SIWZ została umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.**

154. §6 pkt. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie terminu płatności z 60 na 30 dni od dnia dostarczenia poprawnie wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego? Jeżeli nie to na jakie maksymalne obniżenie terminu płatności Zamawiający wyrazi zgodę?

- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

155. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu na usunięcie usterki z 48 godzin do min. 72 godzin?

- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

156. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu naprawy gwarancyjnej do min. 14 dni, a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy do 21 dni?

- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Zamawiający informuje, że w związku z wniesionymi pytaniami przedłuża termin składania ofert do 11.03.2016 r. do godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi 11.03.2016 r. o godz. 12:30 w siedzibie Zamawiającego.**

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmieniono zapisy Zestawienia wymaganych parametrów techniczno-użytkowych – Załącznik nr 6 oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zmieniony Załącznik nr 6 oraz SIWZ zostały umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

Ponadto w wyniku odpowiedzi na pytania dokonano zmian zapisów SIWZ w Rozdziale VI – dokonano korekty wysokości wymaganego wadium dla Zadania nr 4, oraz dodano Zadanie nr 11, 12 i 13.

1. Wykonawca przystępujący do postępowania obowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:
- |                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Zadanie nr 1 – 5 000,00 zł. | Zadanie nr 8 – 400,00 zł.    |
| Zadanie nr 2 – 700,00 zł.   | Zadanie nr 9 – 200,00 zł.    |
| Zadanie nr 3 – 200,00 zł.   | Zadanie nr 10 – 100,00 zł.   |
| Zadanie nr 4 – 35,00 zł.    | Zadanie nr 11 – 200,00 zł.   |
| Zadanie nr 5 – 200,00 zł.   | Zadanie nr 12 – 700,00 zł.   |
| Zadanie nr 6 – 30,00 zł.    | Zadanie nr 13 – 1.200,00 zł. |
| Zadanie nr 7 – 100,00 zł.   |                              |
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: w pieniądzu; poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, (z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1804 z późn. zm.).
4. **Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na rachunek: 34 1240 3800 1111 0010 6434 1782 z dopiskiem „SPS ZOZ w Lęborku – wadium, sprzęt – Oddział Geriatryczny”. Wykonawca, wnoszący wadium w pieniądzu zobowiązany jest do wpłacenia go odpowiednio wcześniej, tak aby znalazło się ono na koncie Zamawiającego przed datą i godziną składania ofert.**
5. Wadium wnoszone w formie niepieniężnej powinno być wystawione na Zamawiającego i dołączone do oferty.
6. Dokument poręczenia/gwarancyjny powinien przewidywać utratę wadium na rzecz Zamawiającego w przypadkach określonych w pkt 6 i 7 poniżej, oraz zawierać w swojej treści zobowiązanie do bezwarunkowej i nieodwołalnej zapłaty na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego pełnej kwoty wadium po spełnieniu się każdego warunku określonego w pkt 7 i 8 poniżej.
7. Wykonawca traci wadium na rzecz Zamawiającego, wraz z odsetkami, w przypadku, gdy wykonawca, którego oferta została wybrana:
- 1) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie;
  - 2) nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
  - 3) zawarcie umowy będzie niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
8. Ponadto Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia dokumentów, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
9. Wadium musi zabezpieczać ofertę w całym okresie związania ofertą, który wynosi 60 dni od upływu terminu składania ofert.
10. Zamawiający zwróci wadium dla wykonawcy na zasadach określonych w art. 46 ustawy Pzp.

Z poważaniem

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego, Specjalistycznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku

Lidia Kodtubańska

Dr. Buczko