



SAMODZIELNY PUBLICZNY
SPECJALISTYCZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W LĘBORKU



e-mail: sekretariat@szpital-lebork.com.pl, www.szpital-lebork.com.pl

SPSZOZ/ 577 /2016

84-300 LĘBORK, UL. JULIANA WĘGRZYNOWICZA 13, TEL. 59 86 35 202, FAX 59 86 33 173, DYREKCYJA TEL. 59 8635 325
Lębork, dn. 18.03.2016 r.

Uczestnicy postępowania ZP-PN/12/16

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługi serwisu sprzętu medycznego w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lęborku.
Znak sprawy ZP-PN/12/16

Komisja przetargowa Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku w odpowiedzi na otrzymane zapytania do SIWZ dot. w/w postępowania wyjaśnia:

Pytanie nr 1 – dotyczy SIWZ, projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skreślenie zapisu § 1 ust. 2 bullet 1?

Obowiązek wykonywania czynności konserwacyjnych, które zgodnie z zaleceniami producenta winny być wykonywane przez profesjonalny serwis, jest już określony w § 1 ust. 2 bullet 3. Bieżąca konserwacja polegająca na wykonywaniu codziennych drobnych czynności konserwacyjnych, zgodnie z instrukcją obsługi urządzeń objętych umową należy do czynności użytkownika.

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 2 – dotyczy SIWZ, projektu umowy

Prosimy o wyjaśnienie zapisu § 1 ust. 2 bullet 5 – czy przez dokonywanie wpisów Zamawiający rozumie dokonywanie wpisów w paszporcie technicznym urządzenia. W razie odpowiedzi negatywnej, prosimy o wyjaśnienie, o jakich wpisach jest mowa w tym ustępie.

- Zamawiający informuje, że pod pojęciem dokonywanie wpisów rozumie umieszczanie takich wpisów w paszporcie techniczny urządzenia oraz w książce usterek.

Pytanie nr 3 – dotyczy SIWZ, projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu § 1 ust. 4, zdanie drugie w ten sposób, aby przyjął on brzmienie: W przypadku, gdy czas naprawy przypada na dni wolne od pracy to maksymalny czas naprawy wydłuża się o 24 godziny dni wolnych od pracy, przez co strony rozumieją dni ustawowo wolne od pracy oraz soboty.

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 4 – dotyczy SIWZ, projektu umowy

Prosimy o skreślenie zapisu § 1 ust. 8

Wynagrodzenie Wykonawcy określone jest w Umowie z Zamawiającym i stanowi element oferty. Brak jest podstaw dla Zamawiającego do żądania danych objętych zapisem- nie jest to konieczne do prawidłowego wykonania Umowy, pozostaje bez związku z nią i stanowi nadmierny obowiązek w odniesieniu do przedmiotu Umowy. Dane objęte tym zapisem stanowią informacje poufne przedsiębiorstwa Wykonawcy i stanowi tajemnicę handlową.

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 5 – dotyczy SIWZ, projektu umowy

Prosimy o wyjaśnienie zapisu § 3 ust. 1, czy przez Książkę Usterek Zamawiający rozumie paszport techniczny urządzenia?

- Zamawiający informuje, iż pod pojęciem Książka Usterek rozumie dokument znajdujący się na oddziale jednostki należący do procedury ISO. Paszport techniczny jest odrębnym dokumentem.

dm

Pytanie nr 6 – dotyczy SIWZ, projektu umowy

Prosimy o zmianę § 3 ust. 3, zdanie ostatnie w ten sposób, aby przyjął brzmienie:

Powyższa korespondencja wydłuża terminy realizacji wykonania usług o czas jej trwania.

Warunkiem podjęcia czynności naprawczych przez Wykonawcę w przypadku opisanym w w/w zapisie jest zgoda Zamawiającego na naprawę. Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia czynności po otrzymaniu zgody Zamawiającego i od tego terminu liczony jest termin naprawy.

- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie nr 7 – dotyczy SIWZ, projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia § 4 ust. 3 w ten sposób aby przyjął brzmienie:

Cena za czynności przeglądowo-konserwacyjne obejmuje koszty wszystkich niezbędnych czynności, które Wykonawca zobowiązany jest wykonać w celu wykonania tych czynności, w tym m. in. koszty dojazdów Wykonawcy.

- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie nr 8 – dotyczy SIWZ, projektu umowy

§ 5 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie do paragrafu wyrażenia „-jeżeli dotyczy”?

- **Zamawiający informuje, iż usunął zapis § 5 ust. 4 o treści: „Zamawiający wymaga wykazania na FV kosztów dojazdu jako osobnej pozycji”. Zmieniona Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.**

Pytanie nr 9 – dotyczy SIWZ, projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do § 7 ust. 1 projektu Umowy pkt. 4) w brzmieniu :

Współpracować z Wykonawcą w pozostałym zakresie koniecznym do wykonania przez niego w sposób należyty usług objętych Umową, tym udostępniać niezwłocznie wszystkie dokumenty jakie zgodnie z Umową Wykonawca ma wypełniać.

- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie nr 10 – dotyczy SIWZ, projektu umowy

§ 8 ust. 1 projektu Umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze?

- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie nr 11 – dotyczy SIWZ, projektu umowy

§ 8 ust. 1 projektu Umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wyrażenia „z przyczyn niezależnych od drugiej Strony” na „z przyczyn zawinionych przez drugą stronę”?

Zgodnie z art. 471 kodeksu cywilnego dłużnik odpowiada za nienależyte wykonanie Umowy, jeżeli wynika ono z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność. Przyczyny niezależne od Zamawiającego obejmują także okoliczności, za które dłużnik nie odpowiada.

- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie nr 12 – dotyczy SIWZ, projektu umowy

§ 8 ust. 1 projektu Umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej na 10% wartości wynagrodzenia umownego netto za niezrealizowaną część Umowy?

Obecna wysokość kary umownej przewidziana w § 8 ust. 1 wzoru umowy jest rażąco wygórowana, nieadekwatna do ewentualnych uchybień w wykonaniu umowy, co może stanowić naruszenie prawa w rozumieniu art. 5 k.c. Kara umowna, podobnie jak odszkodowanie, którego jest surogatem, nie może prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia Zamawiającego, ale jej celem jest naprawa szkody wyrządzonej. Zamawiający nie może czynić ze swojego prawa użytku sprzecznego z ego społeczno - gospodarczym przeznaczeniem. Przeznaczeniem kary umownej jest zapewnienie systemu kontraktowych zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy, ten zaś nie może prowadzić do konieczności nieuzasadnionego ponoszenia przez wykonawcę nieproporcjonalnych obciążeń.

- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie nr 13 – dotyczy SIWZ, projektu umowy

§ 8 ust. 3 - prosimy o modyfikację ww. postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości wynagrodzenia netto dot. niezrealizowanej części umowy.

- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie nr 14 – dotyczy SIWZ, projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia zapisu § 9 ust. 2 pkt. 2 aby przyjął brzmienie:

Zamawiający przewiduje zmianę treści umowy w przypadku zmiany stawki podatku VAT w okresie obowiązywania umowy. Zmiana nie wymaga aneksu do Umowy.

Zgodnie z § 8 ust. 4 projektu Umowy w razie zmiany wysokości obowiązujących stawek podatku VAT dotyczących przedmiotu umowy, w okresie obowiązywania umowy, Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia uwzględniającego aktualną (zmienioną) wysokość stawek podatku VAT

- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie nr 15 – dotyczy zad. nr 1

Czy w zadaniu 1 nie nastąpiła omyłka pisarska w nazwie analizatora ? Zamawiający wyrazi zgodę na poprawienie nazwy „cobas”?

- **Zamawiający informuje, iż poprawił nazwę analizatorów z poz. 1 i 2 zad. nr 1.**
- **W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający zmienił zapis w zad. nr 1 poz. 1 i 2 załącznika nr 5. Zmieniony załącznik nr 5 został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.**

Pytanie nr 16 – dotyczy SIWZ, projektu umowy

Czy w przypadku naprawy aparatu poza granicami Polski Zamawiający wyrazi zgodę by czas naprawy wynosił 30 dni?

- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie nr 17 – dotyczy zad. nr 12 i 13

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy przegląd respiratorów wymienionych w SIWZ (Pakiet nr 12 i 13) obejmuje również wymianę czujników tlenu? Udzielenie przez zamawiającego precyzyjnych wyjaśnień w powyższym zakresie pozostaje szczególnie istotne dla wyceny przyszłej oferty przetargowej.

- **Zamawiający informuje, iż w wyniku powielenia zadania nr 12 usunięto zadanie nr 13. Ponadto Zamawiający informuje, iż przegląd respiratorów będzie obejmował wszelkie niezbędne czynności zalecane przez producenta zgodnie z dokumentacją techniczną urządzenia.**
- **W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający usunął zad. nr 13 załącznika nr 5. Zmieniony załącznik nr 5 został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.**

Pytanie nr 18 – dotyczy zad. nr 12 i 13

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy przegląd respiratorów wymienionych w SIWZ (Pakiet nr 12 i 13) obejmuje również wymianę akumulatorów oraz pakietów serwisowych ? Udzielenie przez zamawiającego precyzyjnych wyjaśnień w powyższym zakresie pozostaje szczególnie istotne dla wyceny przyszłej oferty przetargowej.

- **Zamawiający informuje, iż w wyniku powielenia zadania nr 12 usunięto zadanie nr 13. Ponadto Zamawiający informuje, iż przegląd respiratorów będzie obejmował wszelkie niezbędne czynności zalecane przez producenta zgodnie z dokumentacją techniczną urządzenia.**
- **W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający usunął zad. nr 13 załącznika nr 5. Zmieniony załącznik nr 5 został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.**

Pytanie nr 19 – dotyczy zad. nr 12 i 13

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, kiedy (dzień, miesiąc, rok) odbył się ostatni przegląd respiratorów o których mowa w pakiecie nr 12 i 13 ?

- **Zamawiający informuje, iż ostatnie przeglądy respiratorów o których mowa w zadaniu nr 12 odbyły się dnia 15 lipca 2015r. (dot. poz. 1 i 2) oraz 19 czerwca 2015r. (dot. poz. 3).**

Pytanie nr 20 – dotyczy SIWZ, projektu umowy

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy zamawiający dopuści dłuższy czas realizacji napraw niż 72 godziny, tj. wynoszący do 7 dni ? Zwracamy uwagę, że czas naprawy wyznacza przede wszystkim zakres oraz specyfika techniczna awarii. Niejednokrotnie to właśnie te dwa aspekty wyznaczają czas trwania naprawy.

- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie nr 21 – dotyczy SIWZ, projektu umowy

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy zamawiający dopuści dłuższy czas realizacji napraw w przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy tj. wynoszący minimum 14 lub 21 dni ? Zwracamy uwagę, że czas naprawy w przypadku konieczności sprowadzenia części wymiennych z zagranicy, przy uwzględnieniu procedur celnych, trwa od 14 do 21 dni.

- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie nr 22 – dotyczy SIWZ

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, w jaki sposób należy interpretować sformułowanie „przeszkolenie w zakresie stałego nadzoru technicznego”? Czy użyte sformułowanie oznacza obowiązek dysponowania osobami posiadającymi przeszkolenie w zakresie prawidłowego serwisowania aparatury i sprzętu medycznego ? Niniejsze pytanie dotyczy opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wymaganego przez zamawiającego potencjału kadrowego.

- **Zamawiający informuje, iż warunek postawiony w rozdz. VII pkt. 1 ppkt. 3) należy interpretować jako obowiązek dysponowania osobami posiadającymi przeszkolenie w zakresie prawidłowego serwisowania aparatury i sprzętu medycznego.**

Z poważaniem
Daniel Mejna
Przewodniczący Komisji Przetargowej
Daniel Mejna