



SAMODZIELNY PUBLICZNY  
SPECJALISTYCZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W LĘBORKU



e-mail: sekretariat@szpital-lebork.com.pl, www.szpital-lebork.com.pl

84-300 LĘBORK, UL. JULIANA WĘGRZYNOWICZA 13, TEL. 59 86 35 202, FAX 59 86 33 173, DYREKCJA TEL. 59 8635 325

SPSZOZ/589/2016

Lębork, dn. 22.03.2016r.

## Uczestnicy postępowania

### ZP-PN/11/16

Dot. przetargu nieograniczonego na zakup i dostawy odczynników dla Laboratorium Mikrobiologicznego. Znak sprawy ZP-PN/11/16.

Komisja przetargowa Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku w odpowiedzi na otrzymane zapytania do SIWZ dot. w/w postępowania wyjaśnia:

1. Zadanie nr 3 SIWZ rozdz. I informacje dodatkowe pkt. 4 (umowa §2.5)

a) Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczania do pierwszej dostawy instrukcji ulotek jeżeli są one dostępne nieodpłatnie na stronie internetowej wykonawcy, której adres zostanie podany w ofercie?

- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

b) Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczania z pierwszą dostawą kart charakterystyk substancji niebezpiecznych – jeżeli zaoferowane odczynniki nie posiadają w swoim składzie substancji niebezpiecznych – w związku z tym nie są dla nich wystawiane takie karty ?

- Komisja Przetargowa informuje, że wymaga karty charakterystyki tylko dla odczynników zawierających substancje niebezpieczne. Dla pozostałego asortymentu wystarczy wspólne oświadczenie dystrybutora, że odczynniki nie zawierają substancji niebezpiecznych.

2. Załącznik nr 1 Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu w pkt. 8 na „Oświadczamy, że posiadamy / nie posiadamy\* certyfikatu ISO 9001”? Uzasadnienie: rozszerzenie 2015 jest norma która będzie obligatoryjna od 2018 w związku z tym wykonawcy mają 3 lata na wprowadzenie tej normy a do tego czasu mogą się posługiwać certyfikatami ISO z poprzednią normą.

- Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza proponowany zapis.
- W związku z udzieloną odpowiedzią Komisja Przetargowa dokona zmiany w treści Załącznika nr 1 SIWZ. Zamawiający informuje, iż zmieniona SIWZ została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

3. Zadanie nr 3 Czy Zamawiający jako wymóg potwierdzenia wymaganych przez Zamawiającego parametrów i funkcji produktów oferowanych, wymaga dołączenia do oferty ich metodyki, zawierających wszystkie niezbędne informacje – osobno zbindowane i podpisane tylko na pierwszej stronie?

- Komisja Przetargowa informuje, iż w zad. 3 jako wymóg potwierdzenia parametrów i funkcji produktów oferowanych, wymaga dołączenia do oferty ich metodyki, zawierających wszystkie niezbędne informacje.
- W związku z udzieloną odpowiedzią Komisja Przetargowa doprecyzowała arkusz asortymentowo-cenowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ dla zad. 3. Zamawiający informuje, iż zmieniona SIWZ została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

4. Zadanie nr 3 Czy w pozycji 6 Zamawiający wymaga zaoferowania testów do oznaczania karbapenemaz będących kompletnym zestawem, czyli posiadający wszystkie wymagane akcesoria i odczynniki oraz kontrolę ujemną i kontrolę zmętnienia w jednym teście?

- **Komisja Przetargowa informuje, iż w zad. 3 poz. 6 wymaga kompletnego zestawu posiadającego wszystkie wymagane akcesoria i odczynniki oraz kontrolę ujemną i kontrolę zmętnienia w jednym teście.**
- **W związku z udzieloną odpowiedzią Komisja Przetargowa doprecyzowała arkusz asortymentowo-cenowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ dla zad. 3 poz. 6. Zamawiający informuje, iż zmieniona SIWZ została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.**

5. Zadanie nr 3 Czy w pozycji 6 Zamawiający wymaga zaoferowania testu oznaczającego karbapenemazy dla pałeczek Enterobacteriaceae wraz z Acinetobacter spp.?

- **Komisja Przetargowa informuje, iż w zad. 3 poz. 6 wymaga testu oznaczającego karbapenemazy dla pałeczek Enterobacteriaceae wraz z Acinetobacter spp.**
- **W związku z udzieloną odpowiedzią Komisja Przetargowa doprecyzowała arkusz asortymentowo-cenowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ dla zad. 3 poz. 6. Zamawiający informuje, iż zmieniona SIWZ została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.**

6. Zadanie nr 3 Czy Zamawiający wymaga aby wszystkie oferowane podłoża chromogenne pochodziły od jednego producenta?

- **Komisja Przetargowa informuje, iż w zad. 3 wymaga aby wszystkie oferowane w zadaniu 3 podłoża chromogenne pochodziły od jednego producenta.**
- **W związku z udzieloną odpowiedzią Komisja Przetargowa doprecyzowała arkusz asortymentowo-cenowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ dla zad. 3 poz. 6. Zamawiający informuje, iż zmieniona SIWZ została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.**

7. §4 ust. 6 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na: „W przypadku nieterminowego regulowania płatności przez Zamawiającego Wykonawca nie może wstrzymać dostaw zamówionego asortymentu, chyba, że zaległości w płatnościach przekroczą 40 dni ponad termin płatności.”

- **Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

8. §5 ust. 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na: „W przypadku wad jakościowych przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do jego wymiany, a w przypadku braków ilościowych – uzupełnienia ilości w terminie 5 dni roboczych od otrzymania zawiadomienia na piśmie.”?

- **Komisja Przetargowa informuje, że dokona zmiany w projekcie umowy w §5 ust. 3.**
- **W związku z udzieloną odpowiedzią Komisja Przetargowa dokona zmiany w treści umowy w §5 ust. 3. Zamawiający informuje, iż zmieniona SIWZ została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.**

9. §10 ust. 1 pkt 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 5%?

- **Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

10. §10 ust. 1 pkt 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 5%?

- **Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

11. Czy w poz. 2-3 (zadanie 1) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osobnych testów do oznaczania Bordetella pertussis opłaszczonych w klasie IgG i IgG toksyną krztuścową oraz osobnych w klasie IgG opłaszczonych hemaglutyniną włókienkową? Jeżeli tak, to prosimy o podanie ilości wymaganych opakowań dla każdego testu.
- **Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**
12. Czy w poz. 3 (zadanie 1) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu do oznaczania Bordetella pertussis w klasie IgG, w którym studzienki są opłaszczone toksyną krztuścową o specyficzności 95,5%
- **Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza do oznaczania test Bordetella pertussis w klasie IgG, w którym studzienki są opłaszczone toksyną krztuścową o specyficzności 95,5%.**
  - **W związku z udzieloną odpowiedzią Komisja Przetargowa informuje, iż został zmieniony arkusz asortymentowo-cenowy dot. zad. nr 1 poz. 3 stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ oraz zmieniona SIWZ została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.**
13. Czy w poz. 1-9 (zadanie 1) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów, które nie wymagają zastosowania „ślepej próby” na płytce, co pozwoli na uniknięcie wykorzystywania dodatkowych dołków płytki.
- **Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**
14. Czy w poz. 10-12 (zadanie 1) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osobnych testów w klasie IgG, IgM, w których płytki opłaszczone są rekombinowanymi antygenami Yersinia enterocolitica i służą do oceny jakościowej z wykorzystaniem kalibratora cut-off?
- **Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**
15. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczania przy każdej dostawie odczynników z tym samym numerem serii oraz z tą samą datą ważności dla zadania nr 1? Przewidziany czas umowy – 24 miesiące – nie pozwoli na dostosowanie się do tego wymogu.
- **Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**
  - **Komisja Przetargowa informuje, iż w jednorazowej dostawie odczynniki winny być tej samej serii. Nie oznacza to jednak, że przez okres trwania całej umowy odczynniki muszą być tego samego numeru seryjnego oraz z tą samą datą ważności.**
16. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie dodatkowo komputera z monitorem ciekłokrystalicznym, aby czytnik mikroplatek mógł współpracować z drukarką?
- **Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza dodatkowy komputer z monitorem ciekłokrystalicznym, w celu współpracy czytnika mikroplatek z drukarką.**
  - **W związku z udzieloną odpowiedzią Komisja Przetargowa informuje, iż został zmieniony arkusz asortymentowo-cenowy dot. zad. nr 1 poz. 13 stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ oraz zmieniona SIWZ została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.**
17. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby czytnik:
- posiadał 8 kanałów optycznych, po jednym na każdy dołek płytki
  - nie był wyposażony w karuzelę z filtrami
  - posiadał nośnik Y, który pozwala na 8 diodową detekcją, co nie wymaga ruchu X
  - nie był wyposażony w membranowy blok klawiszy alfanumerycznych?
- **Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**
18. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby płuczka wyposażona była w butlę na płyn myjący o objętości 2,5 L, a butla na odpady miała objętość 5 L?
- **Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

19. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie płuczki z wbudowaną pompą o wymiarach 275 mm x 366 mm x 180.5 mm ?

- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

20. Dotyczy załącznika 5:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 1 testu zgodnie z załączoną metodyką ?

- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Z poważaniem

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Anna Budzyńska

04294  
KIEROWNIK  
Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej  
(Laboratorium Mikrobiologicznego)  
*mgr Anna Budzyńska*  
specjalista mikrobiologii