

Projekt współfinansowany ze środków dostępnych w ramach funduszy norweskich i funduszy EOG w perspektywie 2009-2014 w zakresie Programu Operacyjnego PL07: Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych pn. „Stworzenie ośrodka kompleksowej opieki zdrowotnej dla starzejącej się populacji poprzez utworzenie Oddziału Geriatrycznego, modernizację Działu Fizjoterapii, zakup sprzętu oraz prowadzenie działań edukacyjno-szkoleniowych dla pacjentów i personelu”

SPSZOZ/1053/2016

Lębork, dn. 27.05.2016 r.

Uczestnicy postępowania

ZP-PN/39/16

Dot. przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę sprzętu medycznego dla Oddziału Geriatrycznego SPS ZOZ w Lęborku. Znak sprawy ZP-PN/39/16.

Komisja przetargowa na podstawie art. 38 ust. 2 w odpowiedzi na otrzymane zapytania do SIWZ dot. w/w postępowania wyjaśnia:

Dotyczy Zadania nr 1.

- 1. Poz. 2 Rolki do przenoszenia pacjenta; Czy dopuszczą Państwo rolki do przenoszenia pacjenta wykonane z aluminium (boki i środek ze stali nierdzewnej, wyścielane materiałem odpornym na zniszczenie i środki dezynfekcyjne, o szerokości 330 mm – co znacząco nie wpływa na funkcjonalność rolek?. Reszta parametrów wg SIWZ.*

 - Zamawiający informuje, że dopuszcza do zaoferowania rolki do przenoszenia pacjenta o ww. parametrach.**
- 2. Poz. 7 Walki terapeutyczne różnej wielkości i kształtów- półwałek lędźwiowy; Czy dopuszczą Państwo półwałek lędźwiowy o poniższych wymiarach: Dł. 30 cm, Szer. 25 cm, Wys. 5 cm ? – podane parametry nieznacznie różnią się od wymaganych.*

 - Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**
- 3. Poz. 8 Drabinki przyłóżkowe. Czy dopuszczą Państwo drabinki przyłóżkowe o całkowitej długości ok. 290 cm ? Reszta parametrów wg SIWZ.*

 - Zamawiający informuje, że dopuszcza do zaoferowania drabinki przyłóżkowe o całkowitej długości 290 cm.**
- 4. Poz. 10 Ergometr rowerowy. Czy zrezygnują Państwo z czujników tętna które mają znajdować się w uchwytach? Reszta parametrów wg SIWZ.*
Oraz,
Czy zamiast czujników tętna znajdujących się w uchwytach dopuszczą Państwo do pomiaru tętna prócz klipsa na ucho pas na klatkę piersiową? Reszta parametrów wg SIWZ.

 - Zamawiający informuje, że dopuszcza zaoferowanie ergometru rowerowego bez czujników tętna zamontowanych w uchwytach w zamian za pas na klatkę piersiową.**
- 5. Poz. 13 Rotor rehabilitacyjny kończyn dolnych i kończyn górnych: Czy dopuszczą Państwo rotor rehabilitacyjny o poniższych parametrach:*
Wymiary:
Dł: 41 cm
Szer. 40 cm
Wys. 24 cm
Wykonany ze stali
Waga: ok. 2,3 kg
Wyposażony w mechanizm oporowy
Sprzęt wolnostojący
Wyposażony w nasadki antypoślizgowe umożliwiające ustawienie go w dowolnym miejscu.

 - Zamawiający informuje, że dopuszcza rotor o ww. parametrach.**

Projekt współfinansowany ze środków dostępnych w ramach funduszy norweskich i funduszy EOG w perspektywie 2009-2014 w zakresie Programu Operacyjnego PL07: Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych pn. „Stworzenie ośrodka kompleksowej opieki zdrowotnej dla starzejącej się populacji poprzez utworzenie Oddziału Geriatrycznego, modernizację Działu Fizjoterapii, zakup sprzętu oraz prowadzenie działań edukacyjno-szkoleniowych dla pacjentów i personelu”

6. *Zwracam się z ogromną prośbą o zrezygnowanie z konieczności montażu oraz szkolenia z dostarczonego sprzętu. Zwracam się również z ogromną prośbą o dopuszczenie 12 miesięcznej gwarancji na oferowany sprzęt.*
- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**
7. *Dotyczy: Zadanie nr 1, poz.1. 1.Czy Zamawiający dopuści wózek inwalidzki o następujących parametrach:*
- szerokość siedziska 51 cm
 - wysokość całkowita 91 cm
 - szerokość całkowita 67-68 cm
 - głębokość siedziska 40 cm
 - wysokość oparcia 41 cm
 - koła przednie średnicy 20,5 cm
 - koła tylne pompowane, ze stalowych szprych
- **Zamawiający informuje, że dopuszcza do zaoferowania wózek o ww. parametrach.**
8. *Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu chorego o maksymalnej wadze użytkowej 100 kg?*
- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**
9. *Dotyczy: Zadanie nr 1 poz. 3. Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający ma na myśli podając: „Pasy do unieruchomienia pacjenta pobudzonego – szt. 1” a później w tabeli Zamawiający podaje: Pasy na oba nadgarstki pozwalające na unieruchomienie jednej lub obu dłoni, z wewnętrzną wyściółką, z pasem mocującym do łóżka. Pasy na kostki, pozwalający na unieruchomienie jednej lub obu kończyn dolnych, z wewnętrzną wyściółką, z pasem mocującym do łóżka. Czy Zamawiający wymaga dostawy dwóch sztuk pasów czy jednej sztuki?*
- **Zamawiający informuje, że wymaga łącznie dwóch sztuk pasów – pasy na oba nadgarstki oraz pasy na obie kończyny dolne.**
10. *Czy Zamawiający ma na myśli komplet zawierający pasy i na nadgarstki i na kostki?*
- **Zamawiający informuje, że ma na myśli komplet pasów na nadgarstki i kostki.**
11. *Dotyczy: Zadanie nr 1 poz 4 Czy Zamawiający dopuści rotor rehabilitacyjny do ćwiczeń barku o następujących parametrach:*
- wys x dl x szer : 71x12x29cm
 - przystosowany do zamocowania w kabinie UGUL
 - masa max 7 kg
 - metalowa konstrukcja
 - Dawkowany opór
- **Zamawiający informuje, że dopuszcza do zaoferowania rotor o wyżej wymienionych parametrach.**
12. *Dotyczy: Zadanie nr 1 poz 8. 2. Czy Zamawiający dopuści drabinki przyłóżkowe o następujących parametrach: wytrzymałość obciążenia do 100kg?*
- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**
13. *Dotyczy: Zadanie nr 1, poz.10. Czy Zamawiający dopuści ergometr bez czujników tętna w uchwytach?*
- **Zamawiający informuje, że dopuszcza ergometr bez czujników tętna w uchwytach.**

Projekt współfinansowany ze środków dostępnych w ramach funduszy norweskich i funduszy EOG w perspektywie 2009-2014 w zakresie Programu Operacyjnego PL07: Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych pn. „Stworzenie ośrodka kompleksowej opieki zdrowotnej dla starzejącej się populacji poprzez utworzenie Oddziału Geriatrycznego, modernizację Działu Fizjoterapii, zakup sprzętu oraz prowadzenie działań edukacyjno-szkoleniowych dla pacjentów i personelu”

14. *Dotyczy: Zadanie nr 1, poz. 12. Czy Zamawiający może określić jaka ma być średnica piłki do ćwiczeń? Czy piłki do ćwiczeń mają być gładkie czy z wypustkami senso?*

- **Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami SIWZ średnica piłek wynosić od 26 do 28 cm – piłka gładka.**

15. *Dotyczy: Zadanie nr 1, poz. 13 rotor rehabilitacyjny kończyn dolnych i kończyn górnych. Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający na pewno ma na myśli rotor wolnostojący do kończyn dolnych i do kończyn górnych?*

Czy Zamawiający dopuści rotor wolnostojący tylko do kończyn dolnych?

Czy Zamawiający dopuści rotor o wymiarach: 70 cm długość, 40 cm szerokość, 28 cm wysokość?

Czy Zamawiający dopuści rotor ze stali malowanej proszkowo?

Czy Zamawiający dopuści rotor o wadze 8kg?

- **Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami SIWZ ma na myśli rotor wolnostojący do kończyn dolnych i kończyn górnych., oraz, że dopuszcza rotor o ww. parametrach.**

16. *Poz. 4 Rotor rehabilitacyjny do ćwiczeń barku. Czy dopuszczą Państwo rotor do ćwiczeń barku o poniższej specyfikacji:*

Długość: 71 cm

Głębokość: 29 cm

Reszta parametrów wg SIWZ

Oraz - w wymiarach rotora podana jest wymagana długość 80 m, proszę o informację czy jest to błąd literowy?

- **Zamawiający informuje, że dopuszcza do zaoferowania rotor o ww. parametrach, oraz poprawił omyłkę pisarską – „80 cm”.**

17. *Poz. 5. Rotor zespolony z wyposażeniem uzupełniającym. Czy dopuszcza Państwo rotor, z sandałami (para), zamiast spinaczy stóp, oraz czy dopuszczą Państwo rękawicę z materiału elastycznego zamiast skórzanych rękawic, które są niewygodne w użytkowaniu.*

- **Zamawiający informuje, że dopuszcza do zaoferowania rotor z sandałami oraz rękawicę z materiału elastycznego.**

Zamawiający informuje, że w związku z odpowiedziami na pytania dokonał zmian w Zestawieniu wymaganych parametrów techniczno-użytkowych – Załącznik nr 6. Zmieniony załącznik został umieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

Z poważaniem
Przewodnicząca Komisji Przetargowej
lek. Marzanna Budzińska
939966
Specjalista ds. zamówień publicznych