

Projekt współfinansowany ze środków dostępnych w ramach funduszy norweskich i funduszy EOG w perspektywie 2009-2014 w zakresie Programu Operacyjnego PL07: Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych pn. „Stworzenie ośrodka kompleksowej opieki zdrowotnej dla starzejącej się populacji poprzez utworzenie Oddziału Geriatrycznego, modernizację Działu Fizjoterapii, zakup sprzętu oraz prowadzenie działań edukacyjno-szkoleniowych dla pacjentów i personelu”

SPSZOZ/1023/2016

Lębork, dn. 25.05.2016 r.

### Uczestnicy postępowania

ZP-PN/39/16

Dot. przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę sprzętu medycznego dla Oddziału Geriatrycznego SPS ZOZ w Lęborku. Znak sprawy ZP-PN/39/16.

Komisja przetargowa na podstawie art. 38 ust. 2 w odpowiedzi na otrzymane zapytania do SIWZ dot. w/w postępowania wyjaśnia:

#### Dotyczy Zadania nr 1.

1. *Poz. nr 1 Wózek inwalidzki. Czy zamawiający dopuści wózek z kołami przednimi o średnicy 20 cm. Jest to standardowy wymiar kół i większych się nie stosuje.*
  - **Zamawiający informuje, że dopuszcza do zaferowania wózek inwalidzki z kołami przednimi o średnicy 20 cm.**
2. *Poz nr 3. Czy zamawiający wymaga tylko pasów unieruchamiających kostki i nadgarstki?*
  - **Zamawiający informuje, że wymaga tylko pasów unieruchamiających kostki i nadgarstki.**
3. *Poz. 8. Czy zamawiający dopuści drabinki ze szczebelkami wykonanymi z drewna?*
  - **Zamawiający informuje, że dopuszcza do zaferowania drabinki ze szczebelkami wykonanymi z drewna.**
4. *Poz. 14. Czy zamawiający dopuści stepper o długości 113 cm? Jest to zaledwie trzy centymetry więcej od dopuszczonego wymiaru.*
  - **Zamawiający informuje, że dopuszcza do zaferowania stepper o długości 113 cm..**
5. *Poz. 16. Czy zamawiający dopuści drabinkę o wysokości 220 cm? Czy zamawiający dopuści dwie drabinki pojedyncze. Drabinki zmontowane razem spełniają tę samą funkcję jak podwójna.*
  - **Zamawiający informuje, że dopuszcza do zaferowania drabinkę o wysokości 220 cm. Dopuszcza się do zaferowania dwie drabinki pojedyncze, zmontowane razem, spełniające tę samą funkcję jak podwójna.**
6. *Czy zamawiający zrezygnuje z przeglądów dla całego Pakietu nr 1. Zgodnie z zaleceniami producentów oraz wymogami NFZ żadne z urządzeń nie wymaga przeglądów.*
  - **Zamawiający informuje, że wymaga przeglądów technicznych dla pozycji 4, 5, 10, 13, 14 z Zadania nr 1. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmienił treść zapisów SIWZ w Rozdziale I ust. 15, 17, 19, oraz Istotnych postanowień umowy § 5 ust 2 pkt 9), 10) i 13). Zmieniona SIWZ została umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.**

#### Dotyczy Zadania nr 2 poz. 4.

7. *Czy Zamawiający dopuści ofertę na m.in. parawany medyczne o szerokości parawanu 960 mm lub 1200 mm - dotyczy punktu 1.*
  - **Zamawiający informuje, że dopuszcza do zaferowania parawan medyczny o szerokości parawanu 960 mm lub 1200 mm.**

Projekt współfinansowany ze środków dostępnych w ramach funduszy norweskich i funduszy EOG w perspektywie 2009-2014 w zakresie Programu Operacyjnego PL07: Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych pn. „Stworzenie ośrodka kompleksowej opieki zdrowotnej dla starzejącej się populacji poprzez utworzenie Oddziału Geriatrycznego, modernizację Działu Fizjoterapii, zakup sprzętu oraz prowadzenie działań edukacyjno-szkoleniowych dla pacjentów i personelu”

8. *Czy Zamawiający dopuści wykonane z rur stalowych chromowanych (pokrycie tak samo dobre, a może i lepsze od lakieru proszkowego) - dotyczy punktu 2.*
- **Zamawiający informuje, że dopuszcza wykonanie z rur stalowych chromowanych.**
9. *Czy Zamawiający dopuści parawan medyczny na dwóch podstawach jezdnych o łącznej ilości 4 kółek w tym 2 z hamulcem - dotyczy punktu 3.*
- **Zamawiający informuje, że dopuszcza parawan medyczny na dwóch podstawach jezdnych o łącznej ilości 4 kółek w tym 2 z hamulcem.**
10. *Czy Zamawiający dopuści parawan medyczny z możliwością łączenia w zestawy za pomocą łączników z pokrętle - dotyczy punktu 4,*
- **Zamawiający informuje, że dopuszcza parawan medyczny z możliwością łączenia w zestawy za pomocą łączników z pokrętle.**
11. *Czy Zamawiający dopuści parawan medyczny z białą zasłoną zmywalną (z możliwością prania) - dotyczy punktu 5.*
- **Zamawiający informuje, że dopuszcza parawan medyczny z białą zasłoną zmywalną (z możliwością prania).**

**Zamawiający informuje, że w związku z odpowiedziami na pytania dokonał zmian w Zestawieniu wymaganych parametrów techniczno-użytkowych – Załącznik nr 6, oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zmieniona SIWZ wraz z załącznikami została umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.**

lek. Marzanna Buczeń-Kalinowska  
specjalista chorób wewnętrznych  
Zgłoszenie  
9399396

Przewodniczący Komisji Przetargowej