



SAMODZIELNY PUBLICZNY  
SPECJALISTYCZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W ŁĘBORKU



e-mail: sekretariat@szpital-lebork.com.pl, www.szpital-lebork.com.pl

84-300 ŁĘBORK, UL. JULIANA WĘGRZYNOWICZA 13, TEL. 59 86 35 202, FAX 59 86 33 173, DYREKCYJA TEL. 59 8635 325

Łębork, dn. 17.06.2016r.

SPSZOZ/1244/2016

### Uczestnicy postępowania ZP-PN/48/16

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników do oznaczania morfologii wraz z dzierżawą analizatora hematologicznego. Znak sprawy ZP-PN/48/16

Komisja przetargowa na podstawie art. 38 ust. 2 w odpowiedzi na otrzymane zapytania do SIWZ dot. w/w postępowania wyjaśnia:

#### Pytanie nr 1

Zwracamy się z prośbą o wskazanie osoby kontaktowej lub nazwy firmy odpowiedzialnej za podłączenie analizatora do systemu informatycznego laboratorium.

- **Zamawiający informuje, iż posiada program sieciowy InfoMedica (Laboratorium) firmy Asseco.**

#### Pytanie nr 2

Czy zamawiający w punkcie 9 wymaga dostarczenia wraz z analizatorem zewnętrznej drukarki laserowej na której będzie można wykonać wydruk?

- **Zamawiający informuje, iż wymaga dostarczenia wraz z analizatorem zewnętrznej drukarki laserowej na której będzie można wykonać wydruki.**
- **W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokonał zmian w załączniku nr 6 w poz. 9. Zmienione zestawienie wymaganych parametrów granicznych analizatora umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego.**

#### Pytanie nr 3

W związku z podłączeniem analizatora do lokalnej sieci laboratoryjnej na koszt wykonawcy, proszę o podanie informacji, jakiej firmy sieć zainstalowana jest u Państwa w laboratorium i proszę o kontakt do osoby odpowiedzialnej za w/w sieć laboratoryjną.

- **Zamawiający informuje, iż posiada program sieciowy InfoMedica (Laboratorium) firmy Asseco.**

#### Pytanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści analizator wyprodukowany w 2014 roku?

- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

#### Pytanie nr 5

poz. 4: Czy Zamawiający dopuści analizator z objętością aspirowanej próbki krwi pełnej 17µl?

- **Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie nr 6**

poz. 12: Czy Zamawiający wymaga podłączenia analizatora do sieci informatycznej szpitala?

- **Zamawiający informuje, iż wymaga podłączenia analizatora do sieci szpitalnej InfoMedica.**

**Pytanie nr 7**

poz. 14: Czy Zamawiający dopuści analizator z możliwością definiowania 5 różnych zestawów wartości referencyjnych?

- **Zamawiający informuje, iż dopuszcza do zaoferowania analizator z możliwością definiowania 5 różnych zestawów wartości referencyjnych.**
- **W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokonał zmian w załączniku nr 6 w poz. 14. Zmienione zestawienie wymaganych parametrów granicznych analizatora umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego.**

**Pytanie nr 8**

poz. 19: Czy Zamawiający dopuści analizator o liniowości: WBC do  $300 \times 10^3/\text{mm}^3$ , RBC do  $8 \times 10^6/\text{mm}^3$ , HGB do 28g/dl, HCT do 60% i PLT do  $3000 \times 10^3/\text{mm}^3$ ?

- **Zamawiający informuje, iż dopuszcza do zaoferowania analizator o w/w liniowości dla podanych parametrów.**
- **W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokonał zmian w załączniku nr 6 w poz. 19. Zmienione zestawienie wymaganych parametrów granicznych analizatora umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego.**

**Pytanie nr 9**

poz. 20: Czy Zamawiający dopuści analizator o precyzji (%CV) dla oznaczanych parametrów:

- $\text{WBC} \leq 2,5\%$
- $\text{RBC} \leq 2,0\%$
- $\text{HGB} \leq 1,5\%$
- $\text{HCT} \leq 3,0\%$
- oraz o SD:
- $\text{LYM}\% \leq 1,5$
- $\text{MID}\% \leq 1,5$
- $\text{GRA}\% \leq 3,0$
- **Zamawiający informuje, iż dopuszcza do zaoferowania analizator o precyzji (%CV) dla w/w parametrów.**
- **W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokonał zmian w załączniku nr 6 w poz. 20. Zmienione zestawienie wymaganych parametrów granicznych analizatora umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego.**

**Pytanie nr 10**

poz. 24: Czy Zamawiający dopuści dystrybutora posiadającego wdrożony, ale niecertyfikowany wewnętrzny system zapewnienia jakości?

- **Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza dystrybutora posiadającego wdrożony, ale niecertyfikowany wewnętrzny system zapewnienia jakości.**

Z poważaniem

Przewodniczący Komisji Przetargowej

