



SAMODZIELNY PUBLICZNY
SPECJALISTYCZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W LĘBORKU



e-mail: sekretariat@szpital-lebork.com.pl, www.szpital-lebork.com.pl

SPSZOZI/1257/2016

84-300 LĘBORK, UL. JULIANA WĘGRZYNOWICZA 13, TEL. 59 86 35 202, FAX 59 86 33 173, DYREKCJA TEL. 59 8635 325

Lębork, dn. 20.06.2016 r.

Uczestnicy postępowania

ZP-PN/52/16

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup i dostawy odczynników immuno-biochemicznych wraz z dzierżawą zintegrowanego systemu immunochemiczno-biochemicznego dla Laboratorium Analitycznego SPS ZOZ w Lęborku.

Komisja przetargowa Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku w odpowiedzi na otrzymane zapytania do SIWZ dot. w/w postępowania wyjaśnia:

Pytanie 1:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający ma na myśli test HIV IV gen. wykrywający jednocześnie antygen p24 i przeciwciała przeciwko HIV 1 i HIV 2.?

- **Komisja Przetargowa wyjaśnia, iż ma na myśli test HIV 4 generacji wykrywający jednocześnie antygen p24 i przeciwciała HIV₁ i HIV₂.**
- **W związku z udzielonym wyjaśnieniem Komisja Przetargowa uzupełniła opis w Arkuszu asortymentowo-cenowym stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ. Komisja Przetargowa informuje, iż zmieniony Arkusz asortymentowo-cenowy stanowiący Załącznik nr 5 do SIWZ został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.**

Pytanie 2:

W celu prawidłowego przygotowania oferty prosimy o wyjaśnienie, jaki procent testów TSH i troponina będzie wykonywany na systemie zastępczym?

- **Komisja Przetargowa wyjaśnia, iż w systemie zastępczym TSH i Tropina będą wykonywane w ilości ok. 20%.**

Pytanie 3:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający ma na myśli dostarczenie testu do oznaczania Prokalcytoniny na licencji firmy Brahms?

- **Komisja Przetargowa wyjaśnia, iż wymaga testu Prokalcytoniny na licencji firmy Brahms.**
- **W związku z udzielonym wyjaśnieniem Komisja Przetargowa uzupełniła opis w Arkuszu asortymentowo-cenowym stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ. Komisja Przetargowa informuje, iż zmieniony Arkusz asortymentowo-cenowy stanowiący Załącznik nr 5 do SIWZ został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.**

Pytanie 4:

dot.: Załącznika nr 4 do SIWZ - Par. 4 ust. 1 i par. 5 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury?

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy treści SIWZ.**

Pytanie 5:

dot.: Załącznika nr 4 do SIWZ - Par. 5 ust. 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia umownego?

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy treści SIWZ.**

de.A"

Pytanie 6:

dot.: Załącznika nr 4 do SIWZ - Par. 6 ust. 3 pkt 2) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę „nieodpłatnej naprawy” na „naprawy w ramach czynszu dzierżawnego”?

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy treści SIWZ.**

Pytanie 7:

dot.: Załącznika nr 4 do SIWZ - Par. 6 ust. 5 pkt 5) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę „nieodpłatny serwis” na „serwis w ramach czynszu dzierżawnego”?

- **Komisja Przetargowa informuje, iż Wzór umowy stanowiący Załącznik nr 4 do SIWZ w § 6 ust. 5 nie posiada pkt 5).**

Pytanie 8:

dot.: Załącznika nr 4 do SIWZ - Par. 9 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze?

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy treści SIWZ.**

Pytanie 9:

dot.: Załącznika nr 4 do SIWZ - Par. 10 Prosimy o dodanie zapisu o brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.”

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy treści SIWZ.**

Pytanie 10:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację Załącznika nr 6, poz. 5 Parametrów ocenianych tak by przyjął on brzmienie: „Czas reakcji serwisu (fizycznej obecności) w przypadku awarii nienaprawialnej zdalnie przez oferenta i użytkownika w dni robocze?”

- **Komisja Przetargowa informuje, iż wyraża zgodę na modyfikację Załącznika nr 6, poz. 5 Parametrów ocenianych tak by przyjął on brzmienie: „Czas reakcji serwisu (fizycznej obecności) w przypadku awarii nienaprawialnej zdalnie przez oferenta i użytkownika w dni robocze”.**
- **W związku z udzieloną odpowiedzią Komisja Przetargowa zmieniła Parametry graniczne analizatora stanowiące Załącznik nr 6 do SIWZ. Komisja Przetargowa informuje, iż zmienione Parametry graniczne analizatora stanowiące Załącznik nr 6 do SIWZ zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.**

Z poważaniem

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Tadeusz Kujawski

K I E R O W N I K
Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej
(Laboratorium Analityczne)
mgr Tadeusz Kujawski
specjalista analityki klinicznej