



SAMODZIELNY PUBLICZNY
SPECJALISTYCZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W LĘBORKU



e-mail: sekretariat@szpital-lebork.com.pl, www.szpital-lebork.com.pl

84-300 LĘBORK, UL. JULIANA WĘGRZYNOWICZA 13, TEL. 59 86 35 202, FAX 59 86 33 173, DYREKCJA TEL. 59 8635 325

SPSZOZ/1677/2016

Lębork, dn. 25.08.2016 r.

Uczestnicy postępowania

ZP-PN/61/16

Dot. przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę urządzenia do biopsji gruboigłowej wspomaganą próżnią. Znak sprawy ZP-PN/61/16.

Komisja przetargowa na podstawie art. 38 ust. 2 w odpowiedzi na otrzymane zapytania do SIWZ dot. w/w postępowania wyjaśnia:

1. *Dot. zapisów wzoru umowy paragraf 4 pkt 1 – Prosimy o udostępnienie płatności w formie 36 rat w wysokości stosownej do wartości zamówienia na rzecz 60 dniowego terminu płatności.*
 - **Komisja przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**
2. *Dot. zapisów SIWZ Rozdział I ust. 9 pkt 4). Prosimy o zmianę poniższego punktu SIWZ z „serwis świadczony przez stałą placówkę dostępną w kraju w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym, posiadając autoryzację producenta”, na „serwis świadczony przez stałą placówkę w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym, posiadając autoryzację producenta”*
 - **Komisja przetargowa informuje, że zmienił treść zapisu Rozdziału I ust. 9 pkt 4) SIWZ na następujący: „serwis świadczony przez stałą placówkę w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym, posiadając autoryzację producenta (serwis pogwarancyjny w okresie minimum 72 miesięcy po upływie gwarancji)”.**
3. *Dot. zapisów SIWZ Rozdział I ust. 9 pkt 5). Prosimy o zmianę poniższego punktu: „że w przypadku awarii, przystąpi do usunięcia usterki w ciągu maksymalnie 48 godzin, od momentu zgłoszenia przez użytkownika - pracownika Zamawiającego, w dni robocze od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy”, na „że w przypadku awarii, czas reakcji serwisu nastąpi w ciągu maksymalnie 48 godzin, od momentu zgłoszenia przez użytkownika - pracownika Zamawiającego, w dni robocze od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.”*
 - **Komisja przetargowa informuje, że zmienił treść zapisu Rozdziału I ust. 9 pkt 5) SIWZ na następujący: „że w przypadku awarii, czas reakcji serwisu nastąpi w ciągu maksymalnie 48 godzin, od momentu zgłoszenia przez użytkownika - pracownika Zamawiającego, w dni robocze od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy”.**
4. *Dot. zapisów SIWZ Rozdział I ust. 6). Prosimy o wydłużenie maksymalnego czasu naprawy gwarancyjnej do 10 dni roboczych bez rozróżnienia na konieczność zastosowania części zamiennych wraz z zawarciem w wyżej wymienionym punkcie „zapewnienia sprzętu zastępczego na okres przeprowadzenia niezbędnych napraw”.*
 - **Komisja przetargowa informuje, że zmienił treść zapisu Rozdziału I ust. 9 pkt 6) SIWZ na następujący: „czas naprawy gwarancyjnej nie dłuższy niż 10 dni roboczych od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, od momentu zgłoszenia uszkodzenia przez użytkownika – pracownika Zamawiającego. Na okres przeprowadzenia niezbędnych napraw Wykonawca zapewni sprzęt zastępczy.”**
5. *Dot. zapisów wzoru umowy paragraf 3 pkt 1.18. „Wykonawca zapewnia w ramach wynagrodzenia przewidzianego umową: 18) uzupełniania, wymianę materiałów zużywalnych w zakresie niezbędnym do prawidłowej eksploatacji urządzenia” – Prosimy o doprecyzowanie wyżej wymienionego punktu*

do materiałów zużywalnych tzn. eksploatacyjnych samego urzędnika, bez materiałów zużywalnych wykorzystywanych przy wykonywaniu biopsji gruboigłowej wspomaganej próżnią.

- Komisja przetargowa informuje, że zmienił treść zapisu Rozdziału I ust. 9 pkt 18) SIWZ, paragrafu 3 ust. 1 pkt 18) wzoru umowy na następujący: „uzupełnianie, wymianę materiałów zużywalnych w zakresie niezbędnym do prawidłowej eksploatacji urządzenia, tzn. materiałów eksploatacyjnych urządzenia (nie dotyczy materiałów zużywalnych wykorzystywanych przy wykonywaniu biopsji gruboigłowej wspomaganej próżnią), w okresie minimum 6 lat od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego - Zamawiający będzie pokrywał koszty materiałów zużywalnych.”
6. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kalkulacji ceny oferty z uwzględnieniem ostatniej raty wyrównawczej w przypadku ceny oferty niepodzielnej na równe raty?
- Komisja przetargowa informuje, że dopuszcza podział płatności na 35 równych miesięcznych rat oraz ostatnią 36 ratę wyrównawczą, w przypadku ceny oferty niepodzielnej na równe raty. Jednocześnie Komisja przetargowa informuje, że w związku z odpowiedzią na pytanie, zmodyfikował zapis Załącznika nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy, ust. 1.
7. Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu §4 ust. 6 i nadanie mu brzmienia: „W razie nie uregulowania przez Zamawiającego płatności w wyznaczonym terminie o którym mowa w §4, ust. 3, Wykonawca ma prawo żądać zapłaty odsetek w wysokości określonej w ustawie z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych”. W przypadku odpowiedzi negatywnej, pragniemy poinformować, iż na podstawie art. 13 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych postanowienia umowy wyłączające lub ograniczające uprawnienia wierzyciela lub obowiązki dłużnika do naliczania odsetek za opóźnienie z niniejszej ustawy są nieważne, zatem zapisy art. 8 ww. ustawy stosuje się odpowiednio.
- Komisja przetargowa informuje, że zmienił treść zapisu §4 ust. 6 wzoru umowy na następujący: „W razie nie uregulowania przez Zamawiającego płatności w wyznaczonym terminie, o którym mowa w §4, ust. 3, Wykonawca ma prawo żądać zapłaty odsetek w wysokości określonej w ustawie z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.”
8. Prosimy Zamawiającego o odpowiedź, czy z uwagi na brak jakichkolwiek zabezpieczeń terminowej spłaty zobowiązań wynikających z umowy, Zamawiający wyraża zgodę na ustanowienie zastawu rejestrowego na przedmiocie Zamówienia na rzecz Wykonawcy?
- Komisja przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ, tym samym nie wyraża zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na przedmiocie Zamówienia na rzecz Wykonawcy.
9. Prosimy Zamawiającego o odpowiedź, czy z uwagi na brak jakichkolwiek zabezpieczeń terminowej spłaty zobowiązań wynikających z umowy, Zamawiający wyraża zgodę na ustanowienie zastawu rejestrowego na przedmiocie Zamówienia na rzecz instytucji finansowej?
- Komisja przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ, tym samym nie wyraża zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na przedmiocie Zamówienia na rzecz instytucji finansowej.
10. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zawrze umowę zastawu rejestrowego na przedmiocie zamówienia w terminie do 30 dni od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego..
- Komisja przetargowa informuje, że w związku z odpowiedziami na pytania nr 8 oraz 9 nie wyraża zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na przedmiocie zamówienia.
11. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający pokryje koszt ustanowienia zabezpieczenia.
- Komisja przetargowa informuje, że w związku z odpowiedziami na pytania nr 8 oraz 9 nie wyraża zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na przedmiocie zamówienia.
12. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zawrze umowę zastawu na wzorze zaproponowanym przez Wykonawcę.

- **Komisja przetargowa informuje, że w związku z odpowiedziami na pytania nr 8 oraz 9 nie wyraża zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na przedmiocie zamówienia.**
13. *Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zawarcie umowy przewłaszczenia obowiązującej do czasu ustanowienia zastawu rejestrowego.*
- **Komisja przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ, tym samym nie wyraża zgody na zawarcie umowy przewłaszczenia.**
14. *Prosimy o odpowiedź, czy w przypadku ustanowienia zastawu rejestrowego Zamawiający wyraża zgodę na cesję praw z polisy ubezpieczeniowej do kwoty stanowiącej równowartość przedmiotu zamówienia?*
- **Komisja przetargowa informuje, że w związku z odpowiedziami na pytania nr 8 oraz 9 nie wyraża zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na przedmiocie zamówienia.**
15. *Prosimy Zamawiającego o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na ustanowienie zabezpieczenia terminowej spłaty zobowiązań wynikających z umowy w postaci weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową na rzecz Wykonawcy?*
- **Komisja przetargowa informuje, że nie wyraża zgody na ustanowienie zabezpieczenia terminowej spłaty zobowiązań wynikających z umowy w postaci weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową na rzecz Wykonawcy.**
16. *Prosimy Zamawiającego o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na ustanowienie zabezpieczenia w postaci weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową na rzecz instytucji finansowej?*
- **Komisja przetargowa informuje, że nie wyraża zgody na ustanowienie zabezpieczenia w postaci weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową na rzecz instytucji finansowej.**
17. *Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę aby weksel i deklaracja były wzorami Wykonawcy.*
- **Komisja przetargowa informuje, że w związku z odpowiedzią na pytanie nr 15 oraz 16 nie wyraża zgody na ustanowienie zabezpieczenia w postaci weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową na rzecz instytucji finansowej.**
18. *Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że Zamawiający przekaże weksel In blanco wraz deklaracją w dniu podpisania umowy.*
- **Komisja przetargowa informuje, że w związku z odpowiedzią na pytanie nr 15 oraz 16 nie wyraża zgody na ustanowienie zabezpieczenia w postaci weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową na rzecz instytucji finansowej.**
19. *Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy zapisu o możliwości postawienia zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy w stan natychmiastowej wymagalności w przypadku niezrealizowania zobowiązań wynikających z dostawy przez Zamawiającego. W razie zgody, proponowany zapis umowy będzie miał następujące brzmienie:
„Strony ustalają, że opóźnienie w zapłacie całości bądź części którejkolwiek raty przekraczające 30 dni skutkować będzie powstaniem po stronie Wykonawcy prawa do postawienia kwoty ceny w stan natychmiastowej wymagalności oraz żądania zapłaty całości niespłaconej ceny”
Jeżeli Zamawiający zechce wprowadzić inny niż 30 dniowy termin wspomniany powyżej, prosimy o jego wskazanie.*
- **Komisja przetargowa informuje, że w § 4 wzoru umowy wprowadził w ust. 7 następujący zapis: „Opóźnienie w zapłacie całości bądź części którejkolwiek raty przekraczające 30 dni skutkować będzie powstaniem po stronie Wykonawcy prawa do postawienia kwoty ceny w stan natychmiastowej wymagalności oraz żądania zapłaty całości niespłaconej ceny, po uprzednim powiadomieniu Zamawiającego.”**
20. *W związku z faktem, iż długi pieniężne są traktowane w kodeksie cywilnym, jako długi oddawcze prosimy o zmianę zapisu §4 ust. 5 wzoru umowy (Załącznik nr 3 do SIWZ) na następującą treść: „Za termin zapłaty wynagrodzenia uznaje się dzień uznania rachunku Wykonawcy”.*
- **Komisja przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

21. Prosimy o dodanie do wzoru umowy (Załącznik nr 3 do SIWZ) zapisu: „Z chwilą podpisania przez Strony protokołu zdawczo-odbiorczego, na Zamawiającym spoczywa odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia przedmiotu zamówienia”.
- **Komisja przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ. Zakres odpowiedzialności w ww. zakresie określa § 3 ust. 2 projektu umowy.**
22. Prosimy Zamawiającego o podanie liczby łóżek zakontraktowanych przez NFZ.
- **Komisja przetargowa informuje, że liczba łóżek zakontraktowanych przez NFZ wynosi 275.**
23. Prosimy Zamawiającego o udostępnienie na stronie internetowej Zamawiającego rachunku wyników/bilansu za dwa ostatnie lata i okres bieżący.
- **Komisja przetargowa informuje, że ww. dokumenty załączył do Odpowiedzi na pytania.**
24. Prosimy o informację, jaka część majątku trwałego wykazywanego w aktywach Zamawiającego stanowi jego własność (nie jest przedmiotem dzierżawy, leasingu).
- **Komisja przetargowa informuje, że 100% majątku trwałego wykazywanego w aktywach Zamawiającego stanowi jego własność.**
25. Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, prosimy o rozszerzenie katalogu zmian umowy, jakie dopuszcza Zamawiający poprzez dopisanie do §9 ust. 2 wzoru umowy (Załącznik nr 3 do SIWZ) następujących punktów o treści:
- „2. Zgodnie z art. 144 ustawy pzp, zamawiający przewiduje następujący istotne zmiany umowy, w stosunku do treści oferty:
- 9) zmianę ceny brutto spowodowanej wzrostem stawki VAT (zmiana brzmienia postanowienia §9 ust.2 pkt 6);
 - 10) zmianę obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego;
 - 11) zmianę danych podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku przekształceń, przejęć, itp.);
 - 12) obniżenie ceny przedmiotu umowy przez Wykonawcę;
- **Komisja przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**
26. Prosimy o zmianę wysokości kar umownych, w wyniku której §7 ust. 1 wzoru umowy (Załącznik nr 3 do SIWZ) otrzymałby brzmienie:
- „1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:
- 2) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5% niezrealizowanej wartości brutto umowy.”

Należy zauważyć, iż powyższa wysokość kary w wystarczającym stopniu zdyscyplinuje Wykonawcę w zakresie przestrzegania terminów realizacji zamówienia oraz należytego wykonania umowy, a pozytywna odpowiedź Zamawiającego będzie miała znaczący wpływ na wysokość oferowanej ceny a także zwiększy konkurencyjność postępowania.

 - **Komisja przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

27. Ze względu na zachowanie równości Stron umowy prosimy Zamawiającego o wprowadzenie do §7 wzoru umowy (Załącznik nr 3 do SIWZ) zapisu zgodnie, z którym Wykonawca ma prawo obciążyć Zamawiającego karą umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po Stronie Zamawiającego w wysokości analogicznej do wskazanej w §7 ust. 1 pkt. 2) wzoru umowy.

 - **Komisja przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

28. Prosimy Zamawiającego o dopisanie do §7 wzoru umowy ustęp 3 o następującej treści: „Obciążenie Wykonawcy z tytułu kar umownych nastąpi na podstawie not obciążeniowych wystawianych z terminem płatności nie krótszym niż 7 dni od daty otrzymania noty przez Wykonawcę.”

 - **Komisja przetargowa informuje, że wyraża zgodę na powyższy zapis i w paragrafie 7 ust. 3 wzoru umowy dodała następujący zapis: „Obciążenie Wykonawcy z tytułu kar umownych nastąpi na podstawie not obciążeniowych wystawianych z terminem płatności nie krótszym niż 7 dni od daty otrzymania noty przez Wykonawcę.”**

29. Prosimy o zmianę postanowienia rozdział I ust.9 pkt 16) i §3 ust. 1 pkt 16) i nadanie mu brzmienia: „opiekę aplikacyjną w okresie gwarancji urządzenia na żądanie Zamawiającego”

- Komisja przetargowa informuje, że zmienił treść Rozdziału I ust 9 pkt 16) i paragrafu 3 ust. 1 pkt 16 wzoru umowy na następujący: „opiekę aplikacyjną w okresie gwarancji urządzenia na żądanie Zamawiającego”

30. W przypadku odpowiedzi negatywnej na powyższe pytanie prosimy o wskazanie ilości miesięcy/lat przez jaki Zamawiający oczekuje opieki aplikacyjnej.

- Komisja przetargowa informuje, że zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 29 zmienił treść zapisów Rozdziału I ust 9 pkt 16) i paragrafu 3 ust. 1 pkt 16 wzoru umowy.

31. Prosimy o potwierdzenie, że obowiązek wskazany w rozdziale I ust.9 pkt 4) i §3 ust. 1 pkt 4) umowy, dotyczący zapewnienia serwisu pogwarancyjnego posiadającego autoryzację producenta, zostanie spełniony poprzez wskazanie adresu serwisu.

- Komisja przetargowa potwierdza, że obowiązek wskazany w Rozdziale I ust. 9 pkt 4) SIWZ i § 3 ust. 1 pkt 4) wzoru umowy, dotyczący zapewnienia serwisu pogwarancyjnego posiadającego autoryzację producenta, zostanie spełniony poprzez wskazanie adresu serwisu. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmienił treść Formularza oferty w ust. 10, oraz paragrafie 3 ust. 1 pkt 22) poprzez dodanie zapisu: „Adres serwisu pogwarancyjnego posiadającego autoryzację producenta:”

32. Prosimy o wskazanie przez ile miesięcy po upływie gwarancji Zamawiający oczekuje zapewnienia serwisu pogwarancyjnego.

- Komisja przetargowa informuje, że wymaga minimum 72 miesięcznego zapewnienia serwisu pogwarancyjnego. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmienił treść Rozdziału I ust 9 pkt 4) oraz paragraf 3 ust. 1 pkt 4) wzoru umowy na następujący: „serwis świadczony przez stałą placówkę w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym, posiadającą autoryzację producenta (serwis pogwarancyjny w okresie minimum 72 miesięcy po upływie gwarancji)”.

33. Prosimy o potwierdzenie, że uzupełnianie, wymianę materiałów zużywalnych w zakresie niezbędnym do prawidłowej eksploatacji urządzenia, wskazane w rozdziale I ust.9 pkt 18) i §3 ust. 1 pkt 18) umowy nie jest wliczone w cenę oferty i Zamawiający będzie pokrywał koszty materiałów zużywalnych.

- Komisja przetargowa potwierdza, że uzupełnianie, wymianę materiałów zużywalnych w zakresie niezbędnym do prawidłowej eksploatacji urządzenia, wskazane w rozdziale I ust.9 pkt 18) i §3 ust. 1 pkt 18) umowy nie jest wliczone w cenę oferty i Zamawiający będzie pokrywał koszty materiałów zużywalnych.

34. W celu właściwego skalkulowania ceny oferty, prosimy o wskazanie przez ile miesięcy/lat od dnia podpisania protokołu odbioru Zamawiający oczekuje uzupełniania, wymiany materiałów zużywalnych.

- Komisja przetargowa informuje, że wymaga uzupełniania, wymiany materiałów zużywalnych w okresie minimum 6 lat od dnia podpisania protokołu odbioru.

Komisja przetargowa informuje, że w związku z odpowiedziami na pytania dokonał zmian w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz Zestawieniu wymaganych parametrów techniczno-użytkowych – Załącznik nr 5. Zmieniona SIWZ wraz z załącznikami została umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

Z poważaniem

Przewodniczący Komisji Przetargowej

KIEROWNIK
Pracowni Diagnostyki Obrazowej
SPSZÓZ w Lęborku

lek. med. Grzegorz Szczypiór
specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej