



SAMODZIELNY PUBLICZNY  
SPECJALISTYCZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W LĘBORKU



e-mail: sekretariat@szpital-lebork.com.pl, www.szpital-lebork.com.pl

84-300 LĘBORK, UL. JULIANA WĘGRZYNOWICZA 13, TEL. 59 86 35 202, FAX 59 86 33 173, DYREKCJA TEL. 59 8635 325

SPSZOZ/1809/2016

Lębork, dn. 14.06.2016 r.

### Uczestnicy postępowania

ZP-PN/60/16

dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę odczynników do badań immunohistochemicznych wraz z dzierżawą analizatora.

Komisja przetargowa Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku w odpowiedzi na otrzymane zapytania do SIWZ dot. w/w postępowania wyjaśnia:

#### Pytanie 1:

dot.: Załącznika nr 3 do SIWZ § 4 ust. 2 i § 5 ust. 2, Rozdział I SIWZ „Informacje i wymagania dodatkowe” ust. 9, Formularz oferty pkt 8.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury?

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy treści SIWZ.**

#### Pytanie 2:

dot.: Załącznika nr 3 do SIWZ § Par. 5 ust. 8, , Rozdział I SIWZ „Informacje i wymagania dodatkowe” ust. 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia umownego?

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy treści SIWZ.**

#### Pytanie 3:

dot. Załącznika nr 3 do SIWZ § 6 ust. 3 pkt 2), , Rozdział I SIWZ „Informacje i wymagania dodatkowe” ust. 15 pkt 2),

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę „nieodpłatna naprawa” na „naprawa w ramach czynszu dzierżawnego”?

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy treści SIWZ.**

#### Pytanie 4:

dot. Załącznika nr 3 do SIWZ § 6 ust. 3 pkt 2) i Rozdziału I SIWZ „Informacje i wymagania dodatkowe” ust. 15 pkt 2),

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie: „Zamawiający zastrzega, że czynność ta nie może być powierzona podwykonawcom”

Uzasadnienie:

Powyższe zastrzeżenie nie jest zgodne z art. 36a ust. 2 pkt 2) Prawa zamówień publicznych, gdyż zgodnie z przywołanym przepisem Zamawiający może zastrzec obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę jedynie prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia na dostawę. Usługi serwisowe nie są ani rozmieszczeniem ani instalacją, a zatem należy zmodyfikować niniejszego postanowienie zgodnie z żądaniem Wykonawcy.

- **Komisja Przetargowa informuje, iż wyraża zgodę na usunięcie: „Zamawiający zastrzega, że czynność ta nie może być powierzona podwykonawcom”.**
- **W związku z udzieloną odpowiedzią Komisja Przetargowa zmieniła Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz Wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ. Komisja Przetargowa informuje, iż zmieniona Specyfikacja Istotnych**

**Warunków Zamówienia oraz Wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.**

**Pytanie 5:**

dot. Załącznika nr 3 do SIWZ § 11

Prosimy o dodanie zapisu o brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.”

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy treści SIWZ.**

**Pytanie 6:**

dot. Załącznika nr 3 do SIWZ § 12

Czy na podstawie art. 31 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r., poz. 1182 ze zm.)- Zamawiający- jako administrator danych osobowych, które mogą znajdować się na aparatach będących przedmiotem zamówienia i do których w związku z prawidłową realizacją obowiązków wynikających z umowy o udzielenie zamówienia publicznego, tj. przyłączenie do sieci, dokonywanie przeglądów, świadczenie usług serwisowych może mieć dostęp Wykonawca, wyrazi zgodę na zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych? Dostęp do danych osobowych wynikający z realizacji obowiązków zawartych w umowie stanowi przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r., poz. 1182 ze zm.). Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta zostałaby z Wykonawcą jako procesorem wg załączonego wzoru.

- **Komisja Przetargowa informuje, że w związku z zadaniem pytaniem dodała zapis - § 13 we Wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.**
- **Komisja Przetargowa informuje, iż nie wyraża zgody na zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, tym samym nie wyraża zgody na zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych wg załączonego wzoru.**
- **W związku z udzieloną odpowiedzią Komisja Przetargowa zmieniła Wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ. Komisja Przetargowa informuje, iż zmieniony Wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.**

**Pytanie 7:**

dot. SIWZ, Rozdział I, „Informacje i wymagania dodatkowe” pkt 1 i Załącznik nr 3 § 8 pkt 1)

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie 2-miesięcznego terminu przydatności do użycia dla „HER2 szkiełka kontrolne”, z uwagi na fakt iż jest to materiał biologiczny i niemożliwe jest spełnienie takiego terminu ważności dla tego produktu.

- **Komisja Przetargowa informuje, iż dopuszcza 2-miesięczny termin przydatności do użycia dla „HER2 szkiełka kontrolne”.**
- **W związku z udzieloną odpowiedzią Komisja Przetargowa zmieniła Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz Wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ. Komisja Przetargowa informuje, iż zmieniona Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz Wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.**

**Pytanie 8:**

dot. SIWZ, Rozdział I, „Informacje i wymagania dodatkowe” punkt 7 i Załącznik nr 3 § 3 ust. 2

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie wymogu szkolenia Działu Technicznego w zakresie konserwacji sprzętu i podstawowej diagnostyki usterek zgodnie z instrukcją obsługi. Zamawiający w punkcie 15 wymaga między innymi, aby Wykonawca w okresie obowiązywania gwarancji zapewnił bezpłatny przegląd i konserwację oraz walidację analizatora oraz ewentualną wymianę elementów zużytych lub uszkodzonych.

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy treści SIWZ.**

**Pytanie 9:**

dot. SIWZ, Rozdział I, „Informacje i wymagania dodatkowe” punkt 14 i Załącznik nr 3 § 8 pkt 8)

Czy Zamawiający dopuści aparat rok produkcji 2011, w pełni sprawny i spełniający parametry graniczne?

- Komisja Przetargowa informuje, iż dopuszcza rok produkcji aparatu od 2011, w pełni sprawny i spełniający parametry graniczne.
- W związku z udzieloną odpowiedzią Komisja Przetargowa zmieniła Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz Wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ. Komisja Przetargowa informuje, iż zmieniona Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz Wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

**Pytanie 10:**

dot. SIWZ, Rozdział I, „Informacje i wymagania dodatkowe” punkt 15.5) i Załącznik nr 3 § 6 ust. 3 pkt 5)

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmianę zapisu na: „W przypadku naprawy sprzętu trwającej dłużej niż 7 dni (czas liczony od momentu zgłoszenia uszkodzenia przez Zamawiającego) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w terminie do 48 godzin, na swój koszt i ryzyko, sprzęt zastępczy na czas naprawy lub pokryje koszty wykonania barwień w innym ośrodku”

- Komisja Przetargowa informuje, iż dopuszcza zmianę zapisu na: „W przypadku naprawy sprzętu trwającej dłużej niż 7 dni (czas liczony od momentu zgłoszenia uszkodzenia przez Zamawiającego) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w terminie do 48 godzin, na swój koszt i ryzyko, sprzęt zastępczy na czas naprawy lub pokryje koszty wykonania barwień w innym ośrodku”
- W związku z udzieloną odpowiedzią Komisja Przetargowa zmieniła Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz Wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ. Komisja Przetargowa informuje, iż zmieniona Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz Wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

**Pytanie 11:**

dot. Załącznika nr 5 do SIWZ - Parametry graniczne aparatu, punkt 3.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie przeciwciał od różnych producentów. Na rynku nie ma obecnie firmy, która mogłaby zaoferować przeciwciała wymienione w arkuszu asortymentowo-cenowym od jednego producenta.

- Komisja Przetargowa informuje, iż dopuszcza przeciwciała od różnych producentów.
- W związku z udzieloną odpowiedzią Komisja Przetargowa zmieniła Załącznik nr 5 do SIWZ - Parametry graniczne aparatu. Komisja Przetargowa informuje, iż zmieniony Załącznik nr 5 do SIWZ - Parametry graniczne aparatu, został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

**Pytanie 12:**

dot. Załącznika nr 5 do SIWZ - Parametry graniczne aparatu, punkt 10.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie możliwości rejestracji odczynników również za pomocą chipów.

- Komisja Przetargowa informuje, iż dopuszcza możliwość rejestracji odczynników również za pomocą chipów.
- W związku z udzieloną odpowiedzią Komisja Przetargowa zmieniła Załącznik nr 5 do SIWZ - Parametry graniczne aparatu. Komisja Przetargowa informuje, iż zmieniony Załącznik nr 5 do SIWZ - Parametry graniczne aparatu, został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

**Pytanie 13:**

dot. Załącznika nr 5 do SIWZ - Parametry graniczne aparatu, punkt 15.

Czy Zamawiający dopuści aparat, który nie segreguje i nie wymaga neutralizacji odpadów, natomiast ostatecznym efektem jego pracy są odpady bardzo nietoksyczne (rozcieńczone) i który spełnia pozostałe parametry SIWZ? Ponieważ rozcieńczanie jest chemiczną, uznaną formą neutralizacji, odpady z takiego aparatu można odprowadzać bezpośrednio do kanalizacji.

- Komisja Przetargowa informuje, iż dopuszcza aparat, który nie segreguje i nie wymaga neutralizacji odpadów, natomiast ostatecznym efektem jego pracy są odpady bardzo nietoksyczne (rozcieńczone) i który spełnia pozostałe parametry SIWZ.

- W związku z udzieloną odpowiedzią Komisja Przetargowa zmieniła Załącznik nr 5 do SIWZ - Parametry graniczne aparatu. Komisja Przetargowa informuje, iż zmieniony Załącznik nr 5 do SIWZ - Parametry graniczne aparatu, został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

**Pytanie 14:**

dot. Załącznika nr 5 do SIWZ - Parametry graniczne aparatu, punkt 19.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od tego zapisu. Barwienie immunohistochemiczne powinno przebiegać w sposób nieprzerwany ze względu na czas działania kolejnych odczynników na strukturę tkanki. W przypadku przerwania pracy urządzenia, laboratorium powinno przygotować nowe preparaty i rozpocząć procedurę od początku.

- Komisja Przetargowa informuje, iż odstępuje od zapisu punktu 19 „Możliwość dokończenia barwienia na tym samym szkiełku w momencie nagłego zatrzymania pracy aparatu.” zawartego w Załączniku nr 5 do SIWZ – Parametrów granicznych aparatu.
- W związku z udzieloną odpowiedzią Komisja Przetargowa wykreśliła punkt 19 w Załączniku nr 5 do SIWZ - Parametry graniczne aparatu. Komisja Przetargowa informuje, iż zmieniony Załącznik nr 5 do SIWZ - Parametry graniczne aparatu, został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

**Pytanie 15:**

dot. załącznika nr 5 do SIWZ - Parametry graniczne aparatu, punkt 23.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od tego zapisu.

Na rynku nie ma dostępnych odczynników, które zgodnie z ulotką produktu, mogą zostać użyte zarówno w metodzie manualnej, jak i automatycznej. Teoretycznie każdy z odczynników dedykowanych do aparatu można użyć w metodzie manualnej z zastrzeżeniem, że jest to działanie niezgodne z instrukcją ich użycia, a Zamawiający robi to na własną odpowiedzialność i ryzyko.

- Komisja Przetargowa informuje, iż odstępuje od zapisu punktu 23 „W przypadku awarii aparatu do IHC możliwość zastosowania tych samych odczynników i protokołów barwienia w metodzie manualnej bez potrzeby dodatkowej optymalizacji.” zawartego w Załączniku nr 5 do SIWZ – Parametrów granicznych aparatu.
- W związku z udzieloną odpowiedzią Komisja Przetargowa wykreśliła punkt 23 w Załączniku nr 5 do SIWZ - Parametry graniczne aparatu. Komisja Przetargowa informuje, iż zmieniony Załącznik nr 5 do SIWZ - Parametry graniczne aparatu, został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

**Pytanie 16:**

dot. załącznika nr 4 do SIWZ

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o podanie wymaganych ilości pustych opakowań (dyspensery, butelki) do przeciwciał innych producentów.

- Komisja Przetargowa informuje, iż wymaga dostarczenia 2 pustych opakowań (dyspensery, butelki).

1312 58  
lek. ~~z powołaniem~~ Gross  
specjalista patomorfolog  
Przewodniczący Zakładu Patomorfologii  
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej  
84-300 Legonin, ul. Węgrzynowicza 13  
☎ 059 46 35 201 faks 059 46 129 501

Gross