



SAMODZIELNY PUBLICZNY
SPECJALISTYCZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W LĘBORKU



e-mail: sekretariat@szpital-lebork.com.pl, www.szpital-lebork.com.pl

84-300 LĘBORK, UL. JULIANA WĘGRZYNOWICZA 13, TEL. 59 86 35 202, FAX 59 86 33 173, DYREKCJA TEL. 59 8635 325

SPSZOZ/1826/2016

Lębork, dn. 16.09.2016 r.

Uczestnicy postępowania

ZP-PN/66/16

dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę ssaka endoskopowego dla Pracowni Endoskopii do SPS ZOZ w Lęborku.

Komisja Przetargowa Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku w odpowiedzi na otrzymane zapytania do SIWZ dot. w/w postępowania wyjaśnia:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy Ssak z podciśnieniem 0-93 kPa? Taka siła podciśnienia jest całkowicie wystarczająca do pracy na wszystkich oddziałach szpitalnych. Ponadto jest to niewielka różnica względem wymagań Zamawiającego.

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy treści SIWZ.**

Pytanie 2:

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy Ssak o wydajności maksymalnej 43 L/min? Taka wydajność jest całkowicie wystarczająca do pracy na wszystkich oddziałach szpitalnych. Ponadto jest to niewielka różnica względem wymagań Zamawiającego.

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy treści SIWZ.**

Pytanie 3:

Czy Zamawiający będzie wymagał wysokiej klasy Ssak o cichej pracy do max. 40 dB? Bardzo cicha praca poniżej 40 dB bez wątpienia będzie miała pozytywny wpływ na komfort pracy personelu podczas pracy ssaka.

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy treści SIWZ.**

Z poważaniem

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Jolanta Kiedrowska

Jolanta Kiedrowska
Jolanta Kiedrowska
pielęgniarka
specjalista w dziedzinie
pielęgniarstwa chirurgicznego

3401615

Oh „A”