



SAMODZIELNY PUBLICZNY
SPECJALISTYCZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W ŁĘBORKU



e-mail: sekretariat@szpital-lebork.com.pl, www.szpital-lebork.com.pl

84-300 ŁĘBORK, UL. JULIANA WĘGRZYNOWICZA 13, TEL. 59 86 35 202, FAX 59 86 33 173, DYREKCYJA TEL. 59 8635 325

Łębork, dn. 28.09.2016 r.

SPSZOZ/1930/2016

Uczestnicy postępowania

ZP-PN/65/16

dotyczy: przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę odczynników do oznaczeń immunotransfuzjologicznych wraz z dzierżawą niezbędnej aparatury.

Komisja przetargowa Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęborku w odpowiedzi na otrzymane zapytania do SIWZ dot. w/w postępowania wyjaśnia:

Pytanie 1:

Czy w związku ze specyfiką asortymentową niezbędną do wykonania badań z zakresu serologii immunotransfuzjologicznej oraz cyklem produkcyjnym (zwłaszcza produktów krwinkowych), Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym sukcesywna realizacja przedmiotu zamówienia, będzie odbywała się nie rzadziej niż raz w miesiącu, zgodnie z harmonogramem dostaw na dany rok (w załączeniu do oferty – aktualny harmonogram), z zapewnieniem możliwości dostaw pilnych - na cito do 10 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia?

- Komisja Przetargowa informuje, iż dopuszcza rozwiązanie, w którym sukcesywna realizacja przedmiotu zamówienia, będzie odbywała się nie rzadziej niż raz w miesiącu, zgodnie z harmonogramem dostaw na dany rok (w załączeniu do oferty – aktualny harmonogram), z zapewnieniem możliwości dostaw pilnych - na cito do 10 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.
- W związku z udzieloną odpowiedzią Komisja Przetargowa zmieniła Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz Wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ. Komisja Przetargowa informuje, iż zmieniona Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz Wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający dopuści termin załatwienia reklamacji wynoszący 14 dni, co podyktowane jest procedurą producenta oraz jego siedzibą poza granicami RP?

- Komisja Przetargowa informuje, iż dopuszcza termin załatwienia reklamacji wynoszący 14 dni, co podyktowane jest procedurą producenta oraz jego siedzibą poza granicami RP.
- W związku z udzieloną odpowiedzią Komisja Przetargowa zmieniła Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz Wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ. Komisja Przetargowa informuje, iż zmieniona Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz Wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie 3:

Czy w przypadku gdy oferowane odczynniki nie posiadają w swoim składzie substancji sklasyfikowanych jako substancje niebezpieczne, to zamiast wymaganych certyfikatów producenta odczynników potwierdzających, że oferowane odczynniki są bezpieczne zgodnie z Dyrektywą o Preparatach Odczynnikowych nr 1999/45/EC, Zamawiający dopuści złożenie przez Wykonawcę stosownego oświadczenia, że: „Oferowane przez nas odczynniki do serologii transfuzjologicznej w technice kolumnowej nie zawierają w swoim składzie substancji niebezpiecznych, dlatego karta charakterystyki substancji niebezpiecznej nie jest wymagana w w/w zakresie“?

- Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy treści SIWZ.

[Handwritten signature]
„A”

Pytanie 4:

Czy Zamawiający dopuści sprzęt używany, w pełni sprawny, zwalidowany i posiadający gwarancję min. 24 m-ce, który obecnie jest użytkowany w Pracowni Zamawiającego?

- **Komisja Przetargowa informuje, iż dopuszcza sprzęt używany, w pełni sprawny, zwalidowany i posiadający gwarancję min. 24 m-ce, który obecnie jest użytkowany w Pracowni Zamawiającego.**
- **W związku z udzieloną odpowiedzią Komisja Przetargowa zmieniła Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz Wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ. Komisja Przetargowa informuje, iż zmieniona Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz Wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.**

Pytanie 5:

W związku z terminem realizacji przedmiotu zamówienia określonym na 24 miesiące od dnia zawarcia umowy, zgodnie z zapisami art. 142 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp, prosimy o doprecyzowanie czy zapis, o którym mowa w §13 ust. 2 pkt 7 wzoru umowy należy rozumieć, że w sytuacji zmiany aktu prawnego dot. stawek podatku od towarów i usług, Zamawiający dopuszcza odpowiednią zmianę cen brutto z zachowaniem stałości umownych cen netto?

- **Komisja Przetargowa informuje, iż w sytuacji zmiany aktu prawnego dot. stawek podatku od towarów i usług, Zamawiający dopuszcza odpowiednią zmianę cen brutto z zachowaniem stałości umownych cen netto.**

Pytanie 6:

Prosimy o wyjaśnienie czy w pkt. 13 zał. 5 nie doszło do omyłki pisarskiej „... tego samego co posiadany sprzęt” – gdyż Zamawiający chce wdzierżawić sprzęt do badań immunotransfuzjologicznych... Czy też Zamawiający posiada na własność jakiś sprzęt do mikrometody

- **Komisja Przetargowa informuje, iż ma na myśli wdzierżawiony sprzęt stanowiący przedmiot zamówienia.**

Pytanie 7:

Prosimy o doprecyzowanie czy w pkt. 2 i 3 zał. 4 nie doszło do omyłki pisarskiej i punkty te nie powinny brzmieć jak pkt. 2 i 3 zał. 5?

- **Komisja Przetargowa informuje, iż punkty nr 2 i 3 załącznika nr 4 do SIWZ powinny brzmieć jak punkty 2 i 3 załącznika nr 5 do SIWZ.**
- **W związku z udzieloną odpowiedzią Komisja Przetargowa zmieniła Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz Arkusz asortymentowo - cenowy stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ. Komisja Przetargowa informuje, iż zmieniona Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz Arkusz asortymentowo - cenowy stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.**

Pytanie 8:

Prosimy o doprecyzowanie sprzętu do dzierżawy – czy Zamawiający wymaga zarówno statywu (zgodnie z pkt. 1 dzierżawa aparatury zał. 4), jak i dozownika (zgodnie z pkt. 20 zał. 5)?

- **Komisja Przetargowa informuje, iż Zamawiający wymaga zarówno statywu jak i dozownika.**
- **W związku z udzieloną odpowiedzią Komisja Przetargowa zmieniła Parametry graniczne aparatu stanowiące załącznik nr 5 do SIWZ oraz Arkusz asortymentowo - cenowy stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ. Komisja Przetargowa informuje, iż zmienione Parametry graniczne aparatu stanowiące załącznik nr 5 oraz Arkusz asortymentowo - cenowy stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.**

Z poważaniem

Naczelną Lekarkę Szpitala

Marta Frankowska

Naczelną Lekarkę Szpitala
Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Leżanowie
lek. med. Marta Frankowska

Biurowo Usługi Zamówień Publicznych

Malgorzata Poluchowicz

„A”