



SAMODZIELNY PUBLICZNY
SPECJALISTYCZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W ŁĘBORKU



e-mail: sekretariat@szpital-lebork.com.pl, www.szpital-lebork.com.pl

84-300 ŁĘBORK, UL. JULIANA WĘGRZYNOWICZA 13, TEL. 59 86 35 202, FAX 59 86 33 173, DYREKcja TEL. 59 8635 325

SPSZOZ/2116/2016

Łębork, dn. 31.10.2016 r.

Uczestnicy postępowania

ZP-PN/UE/47/16

dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup i dostawy odczynników immuno-biochemicznych wraz z dzierżawą zintegrowanego systemu immunochemiczno-biochemicznego.

Komisja przetargowa Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęborku w odpowiedzi na otrzymane zapytania do SIWZ dot. w/w postępowania wyjaśnia:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie wymagania, o którym mowa w Załączniku nr 4 w tabeli : *Odczynniki i materiały eksploatacyjne do badań biochemicznych* w poz nr 16 - tzn HbA1c test 5200 oraz materiałów kontrolnych i zużywalnych do w/ wym ilości testów wraz z udostępnieniem analizatora do oznaczeń HbA1c metodą HPLC , do odrębnego pakietu, i tym samym umożliwienie złożenia ofert w Postępowaniu szerokiemu i konkurencyjnymu gronu wykonawców?

Zwracamy uwagę, że znacząca ilość badań HbA1c wykonywanych w Państwa Placówce uzasadniałaby konieczność wprowadzenia techniki badań opartej na wysokociśnieniowej chromatografii cieczowej (HPLC) , uznanej na świecie za metodę referencyjną. HPLC oferowana przez nas jest wykonywana w standardzie pełnej automatyzacji, jest badaniem niezwykle dokładnym, bardzo szybkim , pozbawionym konieczności wykonywania wstępnych hemolizatów, a tym samym zapewnia uniknięcie błędów wynikających z przygotowawczych czynności manualnych. HPLC którą chcielibyśmy Państwu zaoferować ,charakteryzuje znacznie szersza niż w met. turbidymetrycznych liniowość oznaczeń, lepsze zakresy pomiarowe, najlepsza precyzja oznaczenia oraz zapewnia uniknięcie wpływu na wynik badania, m.in. takich interferencji jak wysokie stężenia HbF ,labilne postacie HbA1c, hiperlipidemia, obecność we krwi nieprawidłowych hemoglobin,(np. karbamylowanych lub acetylowanych) Zwracamy uwagę, że w odniesieniu do pewnych kombinacji testów przeprowadzanych jednocześnie z HbA1c na analizatorach biochemicznych lub platformach immuno-biochemicznych, producenci zalecają (dla uniknięcia efektu kontaminacji i osiągnięcia prawidłowego wykonania badań) - stosowanie specjalnych, dodatkowych cykli mycia. Z tego względu wprowadzenie techniki HPLC może być dla Zamawiającego korzyścią jakościową i ekonomicznie uzasadnioną zarówno pod względem kosztów jak i czasu analiz.

W przypadku odpowiedzi twierdzącej, zwracamy się z wnioskiem o uwzględnienie zmian w treści umowy, w wysokości wadium oraz w opisie zamówienia.

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy treści SIWZ.**

Pytanie 2:

Prosimy o doprecyzowanie terminu realizacji zamówienia, ponieważ w ogłoszeniu i tabeli dotyczącej dzierżawy został on określony na 36 miesięcy natomiast w Rozdziale II pkt. 1 SIWZ., ofercie (załącznik nr 1 do SIWZ) pkt. 2 i wzorze umowy (załącznik nr 3 do SIWZ) § 2 pkt. 1 termin ten określono od 01.01.2017 r. do 01.01.2021 r. ?

- Komisja Przetargowa informuje, iż termin realizacji zamówienia zgodnie z ogłoszeniem wynosi 36 miesięcy.
- W związku z udzieloną odpowiedzią Komisja Przetargowa zmieniła pkt 1 Rozdziału II SIWZ., pkt 2 załącznika nr 1 do SIWZ oraz §2 pkt 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ Komisja Przetargowa informuje, iż zmieniona Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz Wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby przy kalkulacji oferty w części immunochemicznej wziąć pod uwagę termin trwałości odczynnika uwzględniający jego zamienne przechowywanie na pokładzie analizatora i w lodówce, a dla testów wykonywanych w niewielkich ilościach tj. 800 i mniej w okresie 36 miesięcy w ofercie uwzględnić termin trwałości podany na opakowaniu?

- Komisja Przetargowa informuje, iż wyraża zgodę, aby przy kalkulacji oferty w części immunochemicznej wziąć pod uwagę termin trwałości odczynnika uwzględniający jego zamienne przechowywanie na pokładzie analizatora i w lodówce, a dla testów wykonywanych w niewielkich ilościach tj. 800 i mniej w okresie 36 miesięcy w ofercie uwzględnić termin trwałości podany na opakowaniu.
- W związku z udzieloną odpowiedzią Komisja Przetargowa zmieniła pkt 10 Rozdziału I SIWZ. Komisja Przetargowa informuje, iż zmieniona Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie 4:

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga aby analizator posiadał możliwość oznaczania hemoglobiny glikowanej, gdy hemolizat przygotowywany jest z krwi pełnej, automatycznie na pokładzie analizatora bez udziału osoby obsługującej aparat?

- Komisja Przetargowa informuje, iż Zamawiający wymaga aby analizator posiadał możliwość oznaczania hemoglobiny glikowanej, gdy hemolizat przygotowywany jest z krwi pełnej, automatycznie na pokładzie analizatora bez udziału osoby obsługującej aparat.
- W związku z udzieloną odpowiedzią Komisja Przetargowa dodała pkt 28 w Zestawieniu warunków granicznych Zintegrowanego systemu immuno – biochemicznego stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. Komisja Przetargowa informuje, iż zmienione Zestawienie warunków granicznych Zintegrowanego systemu immuno – biochemicznego stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie 5:

Prosimy o doprecyzowanie, czy pkt 6 parametrów ocenianych odnosi się do części immunochemicznej?

- Komisja Przetargowa informuje, iż pkt 6 parametrów ocenianych odnosi się do części immunochemicznej.
- W związku z udzieloną odpowiedzią Komisja Przetargowa doprecyzowała pkt 6 parametrów ocenianych Zestawienia warunków granicznych Zintegrowanego systemu immuno – biochemicznego stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. Komisja Przetargowa informuje, iż zmienione Zestawienie warunków granicznych Zintegrowanego systemu immuno – biochemicznego stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie 6:

Ze względu na posiadanie w ofercie kilku rodzajów testów do oznaczania beta-HCG o różnych wskazaniach diagnostycznych prosimy o wyjaśnienie i uściślenie, czy Zamawiający zamierza stosować test b-HCG wyłącznie jako test ciąży, czy także jako marker chorób trofoblastu oraz nowotworów produkujących HCG?

- Komisja Przetargowa informuje, iż Zamawiający zamierza stosować test b-HCG także jako marker chorób trofoblastu oraz nowotworów produkujących HCG.

- W związku z udzieloną odpowiedzią Komisja Przetargowa doprecyzowała pkt 16 „Odczynniki do badań immunologicznych” Arkusza asortymentowo-cenowego stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. Komisja Przetargowa informuje, iż zmieniony Arkusz asortymentowo-cenowy stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie 7:

§2 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie czasu trwania umowy w związku z brzmieniem par. 1 ust. 2, że umowa jest zawierana na okres 3 lat, a nie 4?

- Komisja Przetargowa informuje, iż doprecyzowała §2 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ.
- W związku z udzieloną odpowiedzią Komisja Przetargowa zmieniła wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ. Komisja Przetargowa informuje, iż zmieniony wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie 8:

§4 ust. 2 i par. 5 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury?

- Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy treści SIWZ.

Pytanie 9:

§5 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę zmianę niniejszego postanowienia umowy na: „Obowiązek ciągłości dostaw nie dotyczy sytuacji gdy opóźnienie Zamawiającego w zapłacie ceny zakupu przekracza 30 dni.”?

- Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy treści SIWZ.

Pytanie 10:

§6 ust. 3 pkt 1) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę „bezpłatny serwis” na „serwis w ramach czynszu dzierżawnego”?

- Komisja Przetargowa informuje, iż wyraża zgodę na zmianę „bezpłatny serwis” na „serwis w ramach czynszu dzierżawnego”.
- W związku z udzieloną odpowiedzią Komisja Przetargowa zmieniła §6 ust. 3 pkt 1) wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. Komisja Przetargowa informuje, iż zmieniony wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie 11:

§6 ust. 3 pkt 2) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę „nieodpłatna naprawa” na „naprawa w ramach czynszu dzierżawnego”?

- Komisja Przetargowa informuje, iż wyraża zgodę na zmianę „nieodpłatna naprawa” na „naprawa w ramach czynszu dzierżawnego”.
- W związku z udzieloną odpowiedzią Komisja Przetargowa zmieniła §6 ust. 3 pkt 2) wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. Komisja Przetargowa informuje, iż zmieniony wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie 12:

§6 ust. 3 pkt 2) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie: „Zamawiający zastrzega, że czynność ta nie może być powierzona podwykonawcom”?

Uzasadnienie:

Powyższe zastrzeżenie nie jest zgodne z art. 36a ust. 2 pkt 2) Prawa zamówień publicznych, gdyż zgodnie z przywołanym przepisem Zamawiający może zastrzec obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę jedynie prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia na dostawę. Usługi serwisowe nie są ani rozmieszczeniem ani instalacją, a zatem należy zmodyfikować niniejszego postanowienie zgodnie z żądaniem Wykonawcy.

- **Komisja Przetargowa informuje, iż wyraża zgodę na usunięcie: „Zamawiający zastrzega, że czynność ta nie może być powierzona podwykonawcom”.**
- **W związku z udzieloną odpowiedzią Komisja Przetargowa zmieniła §6 ust. 3 pkt 2) wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. Komisja Przetargowa informuje, iż zmieniony wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.**

Pytanie 13:

§9 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.”?

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy treści SIWZ.**

Pytanie 14:

§10 Prosimy o dodanie zapisu o brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.”

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy treści SIWZ.**

Pytanie 15:

§11 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to by wypowiedzenie umowy było dopuszczalne tylko z ważnych przyczyn?

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy treści SIWZ.**

Pytanie 16:

§12 Czy na podstawie art. 31 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r., poz. 1182 ze zm.)- Zamawiający- jako administrator danych osobowych, które mogą znajdować się na aparatach będących przedmiotem zamówienia i do których w związku z prawidłową realizacją obowiązków wynikających z umowy o udzielenie zamówienia publicznego, tj. przyłączenie do sieci, dokonywanie przeglądów, świadczenie usług serwisowych może mieć dostęp Wykonawca, wyrazi zgodę na zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych? Dostęp do danych osobowych wynikający z realizacji obowiązków zawartych w umowie stanowi przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r., poz. 1182 ze zm.). Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta zostałaby z Wykonawcą jako procesorem wg załączonego wzoru.

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

(...) Mając na uwadze, że na podstawie umowy o udzielenie zamówienia publicznego z dnia ... r. (zwanej dalej Umową) zawartej przez Strony, Wykonawca świadczy na rzecz Zamawiającego usługi a wykonywanie powołanej Umowy o udzielenie zamówienia publicznego jest związane z wykonywaniem przez Wykonawcę czynności przetwarzania danych osobowych należących do Zamawiającego Strony zgodnie postanawiają, co następuje:

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiający jako administrator danych osobowych, na podstawie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r., poz. 1182 ze zm.) – zwanej dalej Ustawą – powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji Umowy o udzielenie zamówienia publicznego.
2. Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać powierzone dane osobowe jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania Umowy o udzielenie zamówienia publicznego.
3. Wykonawca jest uprawniony do powierzania wykonania całości lub części swoich zadań, wynikających z niniejszej umowy, innym podmiotom.
4. Wykonawca ma obowiązek poinformowania Zamawiającego o planowanym dalszym powierzeniu wykonania części swoich zadań, wynikających z niniejszej Umowy, innym podmiotom trzecim (podpowierzenie przetwarzania danych). Dalsze powierzenie czynności przetwarzania w tym wypadku jest możliwe jedynie za zgodą Zamawiającego i pod warunkiem zawarcia przez Wykonawcę pisemnej umowy z podwykonawcą z uwzględnieniem zapisów, o których mowa w § 1 ust. 2 i § 2 niniejszej umowy.

§ 2

Prawa i obowiązki Stron

1. Zgodnie z art. 31 Ustawy Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę powierzonych jej do przetwarzania danych osobowych.
2. Wykonawca jest obowiązany przed rozpoczęciem przetwarzania danych podjąć środki zabezpieczające powierzone dane osobowe, o których mowa w art. 36 – 39 Ustawy oraz spełnić wymagania określone w przepisach wykonawczych, o których mowa w art. 39a Ustawy. W zakresie przestrzegania w/w przepisów Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak administrator danych.
3. Jeżeli czynności przetwarzania wykonywane są w siedzibie Zamawiającego, uprawnieni przedstawiciele Wykonawcy są zobowiązani stosować się do przedstawionych im uprzednio do akceptacji zasad ochrony danych osobowych obowiązujących u Zamawiającego.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli sposobu wypełnienia przez Wykonawcę wymagań wymienionych w ust. 2 w miejscu przetwarzania danych osobowych objętych niniejszą Umową w trakcie dni roboczych (rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót i świąt) w godzinach od 10.00 do 16.00., po uprzednim poinformowaniu Wykonawcy z wyprzedzeniem nie krótszym niż 5 dni roboczych drogą elektroniczną na adres e-mail: ...
5. Wykonawca niezwłocznie informuje Zamawiającego o czynnościach kontrolnych podjętych wobec niego przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz o wynikach takiej kontroli, jeżeli jej zakresem objęto dane osobowe powierzone Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy.

§3

Postanowienia końcowe

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Umowa wygasa najpóźniej z dniem wygaśnięcia Umowy o udzielenie zamówienia publicznego zr.
2. Niniejsza Umowa może być wypowiedziana z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia z zastrzeżeniem, że Umowa nie może być wypowiedziana w okresie obowiązywania Umowy o udzielenie zamówienia publicznego zr.
3. W przypadku rozwiązania Umowy, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni po rozwiązaniu niniejszej Umowy, do zwrotu Zamawiającemu wszelkich nośników zawierających dane osobowe powierzone do przetwarzania w związku z realizacją Umowy o udzielenie zamówienia publicznego zr. , oraz do niezwłocznego i nieodwracalnego zniszczenia wszelkich kopii dokumentów i zapisów na wszelkich nośnikach, zawierających powierzone dane – jeśli nośniki te nie podlegają zwrotowi do Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany złożyć oświadczenie o wykonaniu powyższego obowiązku w formie pisemnej i doręczyć je Zamawiającemu nie później niż w terminie 14 dni od dnia rozwiązania Umowy.
4. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia w Umowie wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. W kwestiach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy.
6. Wszelkie spory wynikłe ze zastosowania tej umowy rozpatrywane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Wykonawcy.
7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

- Komisja Przetargowa informuje, iż doprecyzowuje §12 wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ.
- Komisja Przetargowa informuje, iż Zamawiający nie zawrze zaproponowanej przez Wykonawcę umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
- W związku z udzieloną odpowiedzią Komisja Przetargowa zmieniła wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ. Komisja Przetargowa informuje, iż zmieniony wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie 17:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora immunologicznego z wydajnością do 100 testów/ godzinę?

- **Komisja Przetargowa informuje, iż wyraża zgodę na zaoferowanie analizatora immunologicznego z wydajnością 100 testów/ godzinę tylko wtedy, gdy firma zaoferuje system Back-up również w postaci platformy zintegrowanej.**
- **W związku z udzieloną odpowiedzią Komisja Przetargowa zmieniła pkt 13 Zestawienia warunków granicznych Zintegrowanego systemu immuno – biochemicznego stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. Komisja Przetargowa informuje, iż zmienione Zestawienie warunków granicznych Zintegrowanego systemu immuno – biochemicznego stanowiące załącznik nr 5 do SIWZ, zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.**

Pytanie 18:

W celu poprawnego oszacowania oferty prosimy o doprecyzowanie ile razy w tygodniu i na ilu poziomach Zamawiający planuje wykonywać kontrole wewnątrzlaboratoryjne zarówno parametrów immunologicznych jak i biochemicznych. Czy kontrole będą wykonywane codziennie (przez 7 dni w tygodniu) na wszystkich poziomach dla wszystkich oferowanych parametrów?

- **Komisja Przetargowa informuje, iż:**
 - **Kontrole biochemiczne są wykonywane codziennie na dwóch poziomach za wyjątkiem: transferyny, alkoholu etylowego, hemoglobiny glikowanej, białka w moczu. Kontrole wyżej wymienionych parametrów są wykonywana codziennie na jednym poziomie;**
 - **Kontrole do badań immunochemicznych wykonywane są codziennie dla TNI, Tsh, PCT na jednym poziomie;**
 - **Trzy razy w tygodniu (na jednym poziomie) wykonywana jest kontrola dla parametrów: FT3, FT4, PRL, HCG, PSA, NT-pro-BNP, Ca-125, CEA, ferrytyna, witamina D3 i B12;**
 - **Dwa razy w tygodniu: AFP, PTH, testosteron, Test ROMA (jeden poziom);**
 - **Dwa razy w tygodniu: wirusy, ToxoM, ToxoG (jeden poziom);**
 - **Każdy parametr jest sprawdzany po kalibracji oraz po wstawieniu nowego odczynnika do analizatora.**
- **W związku z udzieloną odpowiedzią Komisja Przetargowa zmieniła pkt 14 Zestawienia warunków granicznych Zintegrowanego systemu immuno – biochemicznego stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ oraz uzupełniła opis Arkusza asortymentowo-cenowego stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. Komisja Przetargowa informuje, iż zmienione Zestawienie warunków granicznych Zintegrowanego systemu immuno – biochemicznego stanowiące załącznik nr 5 do SIWZ oraz Arkusza asortymentowo-cenowego stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ, zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.**

Pytanie 19:

Zwracamy się z prośbą o równoważne potraktowanie innego rozwiązania technologicznego zapewniającego eliminację kontaminacji. Analizatory, którymi dysponujemy posiadają opatentowany sposób mycia sond aspirujących, który zapewnia współczynnik przeniesienia poniżej poziomu 0,1 ppm a więc poniżej poziomu, kiedy ma on kliniczne znaczenie? Równoważne potraktowanie takiego typu rozwiązania wpłynie korzystnie na złożenie konkurencyjnej oferty.

- **Komisja Przetargowa informuje, iż wyraża zgodę na zastosowanie innego rozwiązania technologicznego do eliminacji kontaminacji.**
- **W związku z udzieloną odpowiedzią Komisja Przetargowa zmieniła pkt 6 Parametrów ocenianych w Zestawieniu warunków granicznych Zintegrowanego systemu immuno – biochemicznego stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. Komisja Przetargowa informuje, iż zmienione Zestawienie warunków granicznych Zintegrowanego systemu immuno – biochemicznego stanowiące załącznik nr 5 do SIWZ, zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.**

Pytanie 20:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie oznaczenia BNP w miejsce NT-pro-BNP? Zgodnie z zaleceniami polskiego i europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego oznaczenia te są traktowane jako równocenne.

- **Komisja Przetargowa informuje, iż wyraża zgodę na zaofiarowanie oznaczenia BNP w miejsca NT-pro-BNP**
- **W związku z udzieloną odpowiedzią Komisja Przetargowa zmieniła pkt 6 Parametrów ocenianych w Zestawieniu warunków granicznych Zintegrowanego systemu immuno – biochemicznego stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ oraz pkt 7 „Odczynniki do badań immunologicznych,, Arkusza asortymentowo-cenowego stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. Komisja Przetargowa informuje, iż zmienione Zestawienie warunków granicznych Zintegrowanego systemu immuno– biochemicznego stanowiące załącznik nr 5 do SIWZ oraz Arkusza asortymentowo-cenowego stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ, zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.**

Pytanie 21:

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia odczynników w ilości opakowań zgodnej z zaleceniami/sugestiami producenta zawartymi w ulotce odczynnikowej dotyczącej stabilności odczynnika po otwarciu opakowania?

- **Komisja Przetargowa informuje, iż nie wymaga dostarczenia odczynników w ilościach opakowań zgodnej z zaleceniami producenta zawartymi w ulotce odczynnikowej.**
- **Komisja Przetargowa informuje, iż zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 3 wyraża zgodę, aby przy kalkulacji oferty w części immunochemicznej wziąć pod uwagę termin trwałości odczynnika uwzględniający jego zamienne przechowywanie na pokładzie analizatora i w lodówce, a dla testów wykonywanych w niewielkich ilościach tj. 800 i mniej w okresie 36 miesięcy w ofercie uwzględnić termin trwałości podany na opakowaniu.**
- **W związku z udzieloną odpowiedzią Komisja Przetargowa zmieniła pkt 10 Rozdziału I SIWZ. Komisja Przetargowa informuje, iż zmieniona Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.**

Pytanie 22:

Czy Zamawiający wymaga, aby system Back-up był również w postaci platformy zintegrowanej, dającej możliwość wykonywania oznaczeń immunochemicznych oraz biochemicznych z jednej próbki bez konieczności manualnego przenoszenia między analizatorami.

- **Komisja Przetargowa informuje, iż nie wymaga, aby system Back-up był również w postaci platformy zintegrowanej tylko wtedy, gdy analizator immunologiczny pracuje z wydajnością 150 testów/godzinę.**

Pytanie 23:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu dostawy analizatora z 2 tygodni na min. 21 dni roboczych?

Uzasadnienie: Oferent nie posiada magazynu oraz nie prowadzi produkcji na terenie Polski. Przedmiot zamówienia transportowany jest z Niemiec.

- **Komisja Przetargowa informuje, wyraża zgodę na zmianę terminu dostawy analizatora do 21 dni roboczych.**
- **W związku z udzieloną odpowiedzią Komisja Przetargowa zmieniła treść SIWZ. Komisja Przetargowa informuje, iż zmieniona SIWZ została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.**

Pytanie 24:

Czy Zamawiający byłby gotów samodzielnie korzystać z dostępu do ww dokumentów (aktualizowanych na bieżąco) bezpośrednio przez Internet?

- **Komisja Przetargowa informuje, iż istnieje możliwość, aby Zamawiający samodzielnie korzystał z dostępu do dokumentów wymienionych w pkt 28 Rozdziału I SIWZ, udostępnianych i aktualizowanych na bieżąco, bezpośrednio przez Internet, udostępniając je ten sposób Zamawiającemu.**

- W związku z udzieloną odpowiedzią Komisja Przetargowa zmieniła treść SIWZ. Komisja Przetargowa informuje, iż zmieniona SIWZ została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie 25:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie aktualnych kart charakterystyk na CD?

- Komisja Przetargowa informuje, iż wyraża zgodę aby karty charakterystyki zostały dostarczone na CD.
- W związku z udzieloną odpowiedzią Komisja Przetargowa zmieniła treść SIWZ. Komisja Przetargowa informuje, iż zmieniona SIWZ została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie 26:

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie nr 25 prosimy o wyrażenie zgody na dostarczenie kart w osobnych segregatorach podpisanych przez Oferenta na pierwszej stronie.

Uzasadnienie: pojedyncza karta zawiera ok. 15 stron A4. Umożliwienie złożenia karat w formie elektronicznej znacznie zmniejszy objętość oferty.

- Komisja Przetargowa informuje, iż zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 25, wyraża zgodę aby karty charakterystyki zostały dostarczone na CD.
- Komisja Przetargowa informuje, iż zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 25, Komisja Przetargowa zmieniła treść SIWZ. Komisja Przetargowa informuje, iż zmieniona SIWZ została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie 27:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie do wzoru umowy następującego zapisu: „Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Wykonawcy o zmianie adresu. Jeżeli Zamawiający zmieni adres i nie powiadomi o tym zdarzeniu Wykonawcy w ciągu 2 dni roboczych od dokonania zmian wszelkie dokumenty wysłane na dotychczasowy adres Zamawiającego uważa się za skutecznie doręczone”

- Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy treści SIWZ.

Pytanie 28:

Czy Zamawiający dopuści analizatory z 2010 roku. Jako że mają to być urządzenia dzierżawione, koszt ewentualnych napraw i tak w tym wypadku leży po stronie Wykonawcy.

- Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy treści SIWZ.

Pytanie 29:

Dotyczy pkt 1 §4 projektu umowy oraz pkt. 2 §5 projektu umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie do umowy 60-dniowego terminu płatności dla wszystkich transakcji wynikających z umowy (dostawy odczynników i dzierżawa analizatorów – system finansowo-księgowy wykonawcy nie ma możliwości wprowadzenia dwóch różnych terminów płatności dla tego samego klienta).

- Komisja Przetargowa informuje, iż wyraża zgodę na wprowadzenie do umowy 60-dniowego terminu płatności dla wszystkich transakcji wynikających z umowy (dostawa odczynników i dzierżawa analizatorów).
- Komisja Przetargowa informuje, iż zmieniła treść SIWZ, zapisy Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ oraz Wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. Komisja Przetargowa informuje, iż zmieniona SIWZ, zapisy Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ oraz Wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie 30:

Dotyczy pkt 4 §4 projektu umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu niniejszego punktu na: „W razie nie uregulowania przez Zamawiającego płatności w wyznaczonym terminie, Wykonawca ma prawo żądać zapłaty

odsetek ustawowych z tytułu opóźnionej zapłaty zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 403 z późn. zm.)?

- **Komisja Przetargowa informuje, iż wyraża zgodę na zmianę zapisu §4 pkt 4 na: „W razie nie uregulowania przez Zamawiającego płatności w wyznaczonym terminie, Wykonawca ma prawo żądać zapłaty odsetek ustawowych z tytułu opóźnionej zapłaty zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 403 z późn. zm)”.**
- **Komisja Przetargowa informuje, iż zmieniła Wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ. Komisja Przetargowa informuje, iż zmieniony Wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.**

Pytanie 31:

Dotyczy pkt. 5 §5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu niniejszego punktu na: „W razie nie uregulowania przez Zamawiającego płatności w wyznaczonym terminie, wykonawca ma prawo żądać zapłaty odsetek ustawowych z tytułu opóźnionej zapłaty zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 403 z późn. zm.)?”

- **Komisja Przetargowa informuje, iż wyraża zgodę na zmianę zapisu §5 pkt 5 na: „W razie nie uregulowania przez Zamawiającego płatności w wyznaczonym terminie, wykonawca ma prawo żądać zapłaty odsetek ustawowych z tytułu opóźnionej zapłaty zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 403 z późn. zm)”.**
- **Komisja Przetargowa informuje, iż zmieniła Wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ. Komisja Przetargowa informuje, iż zmieniony Wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.**

Z poważaniem
Przewodniczący Komisji Przetargowej
Katarzyna Robak - Szymańska

KIEROWNIK
Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej
(Laboratorium Analityczne)
mgr Katarzyna Robak-Szymańska
specjalista diagnostyki laboratoryjnej