



SAMODZIELNY PUBLICZNY
SPECJALISTYCZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W LĘBORKU



e-mail: sekretariat@szpital-lebork.com.pl, www.szpital-lebork.com.pl

84-300 LĘBORK, UL. JULIANA WĘGRZYNOWICZA 13, TEL. 59 86 35 202, FAX 59 86 33 173, DYREKCJA TEL. 59 8635 325
Lębork, dn. 16.12.2016 r.

SPSZOZ/2446 /2016

Uczestnicy postępowania ZP-PN/73/16

dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługi serwisu sprzętu medycznego w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lęborku.

Znak sprawy: ZP-PN/73/16.

Sprostowanie do odpowiedzi na pytania z dnia 14.12.2016 r.

Zamawiający informuje, iż modyfikuje odpowiedź na pytanie nr 8 odstępując od wymogu dostarczenia oraz bezpłatnego udostępnienia Zamawiającemu urządzenia zastępczego o parametrach nie gorszych (minimum tych samych) co naprawiany sprzęt medyczny.

W związku z powyższym Zamawiający zmienia odpowiedź na pytanie nr 8, które otrzymuje brzmienie:

- Komisja Przetargowa informuje, iż Zamawiający wyraża zgodę, aby Wykonawca usunął awarię w nieprzekraczalnym terminie do 5 dni roboczych od momentu przystąpienia do naprawy albo gdy wartość materiałów i części zamiennych przekracza wartość 1.500,00 zł brutto (słownie: tysiąc pięćset złotych^{00/100} groszy) jednej naprawy, od momentu uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego na przystąpienie do naprawy i rozpoczęciu jej realizacji.
- W związku z udzieloną odpowiedzią Komisja Przetargowa zmieniła ust. 7 cz. II „Opis przedmiotu zamówienia” w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz §1 ust 4 wzoru umowy dla zadania od nr 1 do 78 i od 80 do 82 i §1 ust 4 wzoru umowy dla zadania nr 79. Komisja Przetargowa informuje, iż zmieniona Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz wzór umowy dla zadania od nr 1 do 78 i od 80 do 82 i wzór umowy dla zadania nr 79 zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

Z poważaniem

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Daniel Wetta

Biuro Usług Zamówień Publicznych

Magdalena Poluchowicz

„A”