



SAMODZIELNY PUBLICZNY
SPECJALISTYCZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W LĘBORKU



e-mail: sekretariat@szpital-lebork.com.pl, www.szpital-lebork.com.pl

84-300 LĘBORK, UL. JULIANA WĘGRZYNOWICZA 13, TEL. 59 86 35 202, FAX 59 86 33 173, DYREKcja TEL. 59 8635 325

SPSZOZ/2435/2016

Lębork, dn. 13.12.2016 r.

Uczestnicy postępowania ZP-PN/74/16

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników hematologicznych wraz z dzierżawą analizatora do badań hematologicznych do Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku.

Znak sprawy: ZP-PN/74/16.

Komisja przetargowa Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku w odpowiedzi na otrzymane pytania do treści SIWZ dot. w/w postępowania wyjaśnia:

Pytanie 1: Dotyczy SIWZ, Rozdział I, pkt. 8: Prosimy o usunięcie ww. punktu SIWZ.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami aby móc zbierać odpady po środkach niebezpiecznych, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, wymagane jest zezwolenie na zbieranie odpadów. Ponadto, zgodnie z ustawą o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 888), która obowiązuje od 2014 roku koszty gospodarowania wytworzonego odpadu ponosi posiadacz, wytwórca odpadu (w tym przypadku Zamawiający) i zgodnie z ustawą o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) zobowiązany jest do przekazania odpadu firmie, która posiada stosowne zezwolenia. Przyjęcie odpadu bez stosownych zezwoleń grozi karą zarówno po stronie przekazującego, jak i przyjmującego odpad. W związku z powyższym scedowanie odpowiedzialności odbioru pustych opakowań po odczynnikach na Wykonawcę jest niezgodne z prawem, ponieważ to Zamawiający jest wytwórcą odpadu i on powinien zutylizować powstały odpad, bez względu na to czy jest on niebezpieczny czy nie.

Jeśli tak prosimy również o usunięcie odpowiedniego zapisu z Załącznika nr 5 do SIWZ (pkt. 11) oraz z §8 ust. 1 pkt. 5) Wzoru umowy (Załącznik nr 3 do SIWZ).

- Komisja Przetargowa informuje, iż usunęła zapis pkt 8 w Rozdziale I SIWZ, pkt 11 Zestawienia parametrów granicznych analizatora hematologicznego – Załącznik nr 5 oraz zapis §8 ust. 1 pkt. 5) Wzoru umowy - Załącznik nr 3 do SIWZ.

Pytanie 2: Dotyczy SIWZ, Formularz ofertowy: Prosimy o usunięcie pkt. 3 dot. dostaw odczynników, gdyż stanowi ono powtórzenie pkt. 2.

- Komisja Przetargowa informuje, iż usunęła zapisy ust. 3 Formularza ofertowego – Załącznik nr 1 do SIWZ.

Pytanie 3: Dotyczy SIWZ, Formularz ofertowy: Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby faktura nie była dostarczana wraz z przedmiotem zamówienia? Ze względu na stosowaną przez Wykonawcę politykę bezpieczeństwa i ochronę danych stanowiących informację handlową, faktury wystawiane są przez pracownika Wykonawcy w biurze w dniu dostawy towaru do Zamawiającego, a sam przedmiot dostawy jest wysyłany do Zamawiającego z magazynu Wykonawcy, który znajduje się w innej lokalizacji niż biuro. Nie istnieje zatem fizycznie możliwość by faktura była dostarczona Zamawiającemu wraz z zamówionym i dostarczonym towarem. Wraz z towarem Wykonawca załącza dokument dostawy, potwierdzający ilość, rodzaj towaru będącego przedmiotem dostawy, natomiast faktura VAT wysyłana jest pocztą po wykonaniu zamówienia. Jeżeli tak prosimy o usunięcie zapisu „wraz z przedmiotem zamówienia faktury”. Ewentualnie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w dniu dostawy elektronicznej faktury VAT na wskazany przez Zamawiającego adres poczty elektronicznej?

- Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 4: Dotyczy SIWZ, Zestawienie parametrów granicznych analizatora hematologicznego, pkt. 4 oraz Wzór umowy §6 ust. 3: Prosimy o ujednoczenie zapisów dot. czynności serwisowych analizatora, gdyż zarówno w SIWZ (Rozdział I), parametrach granicznych oraz wzorze umowy (§6 ust. 3) widnieją różne zapisy, dotyczące z jednej strony czasu reakcji jak i czasu naprawy.

- Komisja Przetargowa informuje, iż dodała w Rozdziale I SIWZ „Informacje i wymagania dodatkowe” ust. 6 pkt 4) o treści „Czas naprawy gwarancyjnej - nie dłużej niż 3 dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, od momentu zgłoszenia uszkodzenia przez użytkownika – pracownika Zamawiającego. W przypadku konieczności zastosowania części zamiennych czas naprawy gwarancyjnej nie dłużej niż 5 dni roboczych od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, od momentu zgłoszenia uszkodzenia przez użytkownika–pracownika Zamawiającego. W przypadku potrzeby sprowadzenia części zamiennych z zagranicy czas naprawy gwarancyjnej nie dłużej niż 10 dni roboczych od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, od momentu zgłoszenia uszkodzenia przez użytkownika–pracownika Zamawiającego.”

Oraz w §6 Wzoru umowy ust. 3 pkt 3 o treści „W przypadku awarii, czas reakcji na zgłoszoną awarię z przystąpieniem do usunięcia usterki: max 24h z wyłączeniem sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy, od momentu zgłoszenia przez użytkownika - pracownika Zamawiającego.”

Pytanie 5: Dotyczy SIWZ, Wzór umowy §2 ust. 3: Prosimy o doprecyzowanie zapisu dotyczącego składania zamówień. Proponujemy następujący zapis: „Minimalne dane niezbędne do prawidłowego zamówienia Odczynników to: nazwa i adres Zamawiającego, nazwa handlowa i numer katalogowy zamawianych produktów, ilość, cena lub wskazanie właściwej umowy handlowej, miejsce dostawy oraz oczekiwana data dostawy. W przypadku materiału kontrolnego, niezbędną informacją jest również numer zamawianej serii (LOT), zgodnie z harmonogramem dostaw. Czas realizacji zamówienia biegnie od momentu jego skutecznego dotarcia do Wykonawcy.”

Powyższy zapis umożliwi zapewnić pod względem technicznym ciągłości dostaw do Zamawiającego. Powyższy zapis stanowi gwarancję Wykonawcy do rzetelnego wywiązania się z zobowiązań dotyczących dostaw Odczynników względem Zamawiającego – umożliwi precyzyjne planowanie oraz zapewnia pewność dostaw, pogłębiając wzajemne zaufanie obu stron umowy.

- Komisja Przetargowa informuje, iż zmienił zapis §2 ust. 3 Wzoru umowy na następujący: „Terminy dostaw będą każdorazowo uzgadniane. Bezpośrednio przed każdą dostawą przedstawiciel Zamawiającego określi e-mailem lub faksem rodzaj i ilość zamawianego towaru. Minimalne dane niezbędne do prawidłowego zamówienia Odczynników to: nazwa i adres Zamawiającego, nazwa handlowa i numer katalogowy zamawianych produktów, ilość, cena lub wskazanie właściwej umowy handlowej, miejsce dostawy oraz oczekiwana data dostawy. W przypadku materiału kontrolnego, niezbędną informacją jest również numer zamawianej serii (LOT), zgodnie z harmonogramem dostaw. Czas realizacji zamówienia biegnie od momentu jego skutecznego dotarcia do Wykonawcy.”

Pytanie 6: Dotyczy SIWZ, Wzór umowy §4 ust. 5: Prosimy o dodanie postanowienia w następującym brzmieniu: „zgodnie z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r. za każdy dzień opóźnienia w zapłacie.”

- Komisja Przetargowa informuje, iż **podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie 7: Dotyczy SIWZ, Wzór umowy §5 ust. 2: Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby faktura nie była dostarczana wraz z przedmiotem zamówienia? Ze względu na stosowaną przez Wykonawcę politykę bezpieczeństwa i ochronę danych stanowiących informację handlową, faktury wystawiane są przez pracownika Wykonawcy w biurze w dniu dostawy towaru do Zamawiającego, a sam przedmiot dostawy jest wysyłany do Zamawiającego z magazynu Wykonawcy, który znajduje się w innej lokalizacji niż biuro. Nie istnieje zatem fizycznie możliwość by faktura była dostarczona Zamawiającemu wraz z zamówionym i dostarczonym towarem. Wraz z towarem Wykonawca załącza dokument dostawy, potwierdzający ilość, rodzaj towaru będącego przedmiotem dostawy, natomiast faktura VAT wysyłana jest pocztą po wykonaniu zamówienia. Jeżeli tak prosimy o usunięcie zapisu „wraz z przedmiotem zamówienia faktury”. Ewentualnie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w dniu dostawy elektronicznej faktury VAT na wskazany przez Zamawiającego adres poczty elektronicznej? Ponadto prosimy o odpowiednią modyfikację ww. postanowienia poprzez zastąpienie zapisu „60 dni od daty dostarczenia faktury” wyrażeniem „60 dni od dnia wystawienia faktury. Jeżeli Zamawiający otrzyma fakturę po upływie 5 dni od daty jej wystawienia, termin płatności liczy się od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego”.

- Komisja Przetargowa informuje, iż **podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie 8: Dotyczy SIWZ, Wzór umowy §5 ust. 4: Prosimy o uzupełnienie ww. postanowienia w następującym brzmieniu: „chyba że zwłoka w zapłacie przekracza 45 dni.”

W stosunkach zobowiązaniowych wynikających z umów wzajemnych jest regułą, że każda ze stron, zobowiązując się do świadczenia, czyni to w przekonaniu, iż otrzyma ekwiwalent swego świadczenia od kontrahenta, dlatego też zgodnie z art. 552 KC gdy kupujący dopuszcza się zwłoki z zapłatą ceny na dostarczony towar i powstaje przypuszczenie że zapłata za towar który będzie dostarczony później nie nastąpi, sprzedawca może powstrzymać się z dostarczeniem pozostałego towaru wyznaczając dodatkowy termin do zabezpieczenia zapłaty.

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie 9: Dotyczy SIWZ, Wzór umowy §5 ust. 5: Prosimy o uzupełnienie postanowienia w następującym brzmieniu: „Wysokość odsetek będzie zgodnie z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r. za każdy dzień opóźnienia w zapłacie.”

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie 10: Dotyczy SIWZ, Wzór umowy §5 ust. 6: Prosimy o uzupełnienie postanowienia zapisem w brzmieniu: „Zamawiający dopuszcza możliwość cesji wierzytelności wynikających z umowy, jeżeli zostanie o niej poinformowany przez Wykonawcę w terminie 14 dni przed dokonaniem cesji. Poinformowanie powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności”.

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie 11: Dotyczy SIWZ, Wzór umowy §6 ust. 6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie po słowach „do jego wymiany w terminie 7 dni roboczych” wyrażenia „od uznania reklamacji za zasadne”? Zapis w dotychczasowym brzmieniu narzuca Wykonawcy obowiązek wymiany towaru na wolny od wad, tymczasem Wykonawca zgodnie z literą prawa nie może odmówić przyjęcia reklamacji z tytułu odpowiedzialności za niezgodność towaru z umową, ale ma prawo po rozpatrzeniu reklamacji ją odrzucić, dlatego też zasadne jest aby wskazać iż Wykonawca ma obowiązek wymiany towaru na wolny od wad w przypadku uzasadnionych reklamacji, a nie każdych.

- **Komisja Przetargowa informuje, iż zmieniła treść zapisu Wzoru umowy §6 ust. 6 na następujący „W przypadku wad jakościowych przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do jego wymiany w terminie 7 dni roboczych od uznania reklamacji za zasadną, a w przypadku braków ilościowych - uzupełnienia ilości w terminie 7 dni roboczych od otrzymania zawiadomienia na piśmie.**

Pytanie 12: Dotyczy SIWZ, Wzór umowy §8 ust. 1 pkt. 6): Prosimy o wykreślenie zapisu „który obecnie jest użytkowany w Pracowni Zamawiającego”.

- **Komisja Przetargowa informuje, iż wykreśli ww. zapis we Wzorze umowy.**

Pytanie 13: Dotyczy SIWZ, Wzór umowy §9: Prosimy o odpowiednią modyfikację ww. postanowienia na zapis: „Każdej ze Stron przysługuje prawo rozwiązania umowy z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia po uprzednim pisemnym poinformowaniu drugiej Strony”.

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie 14: Dotyczy SIWZ, Wzór umowy §11 ust. 1 pkt. 1) i 2): Prosimy o modyfikację ww. postanowienia umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągnięte przez wykonawcę z §11: Prosimy o uzupełnienie zapisu poprzez dodanie zdania: „Obowiązek naliczania kar umownych nie dotyczy okoliczności, gdy Wykonawca wstrzyma kolejne dostawy na skutek zwłoki Zamawiającego w zapłacie ceny zakupu ponad 45 dni licząc od terminu zapłaty.

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie 15: Dotyczy SIWZ, Wzór umowy §11: Prosimy o uzupełnienie ww. postanowienia wzoru umowy poprzez dodanie zapisu w brzmieniu: „Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umową w wysokości 10% niezrealizowanej wartości netto zamówienia w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego, z wyłączeniem okoliczności, o której mowa w §14 niniejszej umowy”.

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie 16: Dotyczy SIWZ, Wzór umowy §11: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: „Łącznie wysokość kar umownych nie może przekroczyć 10% wartości netto zamówienia, określonego w §5 ust. 1 niniejszej umowy”.

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie 17: Dotyczy parametrów granicznych analizatora hematologicznego (Załącznik nr 5 do SIWZ): Czy Zamawiający wymaga, aby analizator hematologiczny posiadał możliwość rotacyjnego o 360 stopni mieszania próbek w trybie automatycznym?

- Komisja Przetargowa informuje, iż nie stawia wymogu w ww. zakresie.

Pytanie 18: Dotyczy parametrów granicznych analizatora hematologicznego (Załącznik nr 5 do SIWZ): Czy Zamawiający wymaga, aby wszystkie oznaczane parametry retikulocytarne były parametrami diagnostycznymi raportowanymi na wyniku pacjenta?

- Komisja Przetargowa informuje, iż nie stawia wymogu w ww. zakresie.

Pytanie 19: Dotyczy parametrów granicznych analizatora hematologicznego (Załącznik nr 5 do SIWZ): Czy Zamawiający wymaga, aby pomiar retikulocytów odbywał się z wykorzystaniem techniki fluorescencyjnej cytometrii przepływowej?

- Komisja Przetargowa informuje, iż nie stawia wymogu w ww. zakresie.

Pytanie 20: Dotyczy parametrów granicznych analizatora hematologicznego (Załącznik nr 5 do SIWZ): Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany analizator posiadał możliwość pracy tylko w trybie pomiaru retikulocytów?

- Komisja Przetargowa informuje, iż nie stawia wymogu w ww. zakresie.

Pytanie 21: Dotyczy parametrów granicznych analizatora hematologicznego (Załącznik nr 5 do SIWZ): Czy Zamawiający oprócz frakcji młodych, niedojrzałych komórek wymaga także możliwości oznaczania i raportowania na wyniku frakcji atypowych limfocytów?

- Komisja Przetargowa informuje, iż oprócz frakcji młodych, niedojrzałych komórek wymaga także możliwości oznaczania i raportowania na wyniku frakcji atypowych limfocytów.

Pytanie 22: Czy Zamawiający wymaga, aby oferowane przez producenta analizatora odczynniki były pozbawione substancji toksycznych wymagających dodatkowej procedury utylizacyjnej, takich jak glikol etylenowy i metanol?

- Komisja Przetargowa informuje, iż wymaga, aby oferowane przez producenta analizatora odczynniki były pozbawione substancji toksycznych wymagających dodatkowej procedury utylizacyjnej, takich jak glikol etylenowy i metanol.

Komisja przetargowa informuje, że w związku z odpowiedziami na pytania dokonano zmian w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz Zestawieniu parametrów granicznych analizatora hematologicznego – Załącznik nr 5. Zmieniona SIWZ wraz z załącznikami została umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

Z poważaniem
Przewodniczący Komisji Przetargowej

KIEROWNIK
Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej
(Laboratorium Analizy Biochemicznej i Hematologicznej)
mgr kat. Malgorzata Szymańska
specjalista diagnostyki laboratoryjnej

Biuro Usług Zamówień Publicznych
Małgorzata Poluchowicz