



SAMODZIELNY PUBLICZNY
SPECJALISTYCZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W ŁĘBORKU



e-mail: sekretariat@szpital-lebork.com.pl, www.szpital-lebork.com.pl

84-300 ŁĘBORK, UL. JULIANA WĘGRZYNOWICZA 13, TEL. 59 86 35 202, FAX 59 86 33 173, DYREKCYJA TEL. 59 8635 325

SPSZOZI/2510/2016

Łębork, dn. 21.12.2016 r.

Uczestnicy postępowania

ZP-PN/72/16

Dot. przetargu nieograniczonego na zakup i dostawy sprzętu medycznego różnego do SPS ZOZ w Łęborku. Znak sprawy ZP-PN/72/16.

Komisja przetargowa na podstawie art. 38 ust. 2 w odpowiedzi na otrzymane zapytania do SIWZ dot. w/w postępowania wyjaśnia:

Zadanie nr 1

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu 1 poz. 1 – 3 klipsów równoważnych tytanowych do zabiegów endoskopowych i chirurgii otwartej, z rzeźbą romboidalną na wewnętrznej stronie klipsa, zapobiegającą zsuwaniu się z naczynia wraz z systemem stabilizującym klips w klipsownicy i zapobiegającym jego wypadaniu ze szczęk podczas wprowadzania aplikatora w pole operacyjne ?

 - Komisja przetargowa informuje, że dopuszcza do zaoferowania klipsy o ww. parametrach.
2. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu 1 poz. 1 klipsy tytanowe średnie o wymiarach - wysokość przed zamknięciem 4,8 mm i 5,6 mm po zamknięciu?

 - Komisja przetargowa informuje, że dopuszcza do zaoferowania klipsy tytanowe średnie o wymiarach – wysokość przed zamknięciem 4,8 mm i 5,6 mm po zamknięciu.
3. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu 1 poz. 1 klipsy tytanowe średnie pakowane w magazynki po 9 klipsów?

 - Komisja przetargowa informuje, że dopuszcza klipsy tytanowe średnie pakowane w magazynki po 9 klipsów z odpowiednim przeliczeniem globalnego zapotrzebowania Zamawiającego.
4. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu 1 poz. 2 klipsy tytanowe średnio – duże o wymiarach - wysokość przed zamknięciem 7,8 mm i 9,0 mm po zamknięciu?

 - Komisja przetargowa informuje, że dopuszcza do zaoferowania klipsy tytanowe średnio – duże o wymiarach wysokości przed zamknięciem 7,8 mm i 9,00 mm po zamknięciu.
5. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu 1 poz. 3 klipsy tytanowe duże o wymiarach - wysokość przed zamknięciem 10,8 mm i 12,3 mm po zamknięciu?

 - Komisja przetargowa informuje, że dopuszcza do zaoferowania klipsy tytanowe duże o wymiarach – wysokość przed zamknięciem 10,8 mm i 12,3 mm po zamknięciu.
6. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu 1 poz. 4.1 – 4.3 kipsownice wielokrotnego użytku przeznaczone do zabiegów klasycznych, długość instrumentu 28 cm ? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

 - Komisja przetargowa informuje, że dopuszcza do zaoferowania w poz. 4.1 – 4.3 kipsownice wielokrotnego użytku przeznaczone do zabiegów klasycznych, długość instrumentu 28 cm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
7. Poz. 4 - Wnosimy o dopuszczenie zaoferowania klipsownicy laparoskopowej równoważnej do wymaganej przez Zamawiającego w treści SIWZ, którą wykonawca jest zobowiązany dostarczyć w formie dzierżawy na czas zawarcia umowy. Klipsownica składa się z pistoletowej rękojeści, pokrętła do obrotu w zakresie 360 stopni, oraz trzonu i szczęk zaciskających w części dystalnej. Szczęki wyposażone są w obie ruchome bransze pracujące wspólnie, dzięki czemu klipsy są kształtowane symetrycznie i w równym stopniu zaciskane po obu stronach naczynia. Tak

[Handwritten signature]

kształtowany klips gwarantuje również utworzenie poprawnego oczka Wecka, które zapewni, że zamykana struktura nie będzie zgniata lub przecinana.

Takie konstrukcyjne rozwiązania docenia większość użytkowników zarówno w Polsce jak i na świecie.

- **Komisja przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

8. *Pozycja 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie klipsów tytanowych średnich o wymiarach przed zamknięciem 4,8 mm i 5,6 mm po zamknięciu, posiadające wewnętrzne i zewnętrzne rowkowanie zabezpieczające przed zsunieniem się z naczynia i wysunięciem z klipsownicy. (Pakowane w magazynki po 6 klipsów)?*

- **Komisja przetargowa informuje, że dopuszcza do zaoferowania klipsy tytanowe średnie o ww. parametrach.**

9. *Pozycja 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie klipsów tytanowych średnio-dużych o wymiarach przed zamknięciem 7,8 mm i 9,0 mm po zamknięciu, posiadające wewnętrzne i zewnętrzne rowkowanie zabezpieczające przed zsunieniem się z naczynia i wysunięciem z klipsownicy. (Pakowane w magazynki po 6 klipsów)?*

- **Komisja przetargowa informuje, że dopuszcza do zaoferowania klipsy tytanowe średnio-duże o ww. parametrach.**

10. *Pozycja 3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie klipsów tytanowych dużych o wymiarach przed zamknięciem 10,7 mm i 12,3 mm po zamknięciu, posiadające wewnętrzne i zewnętrzne rowkowanie zabezpieczające przed zsunieniem się z naczynia i wysunięciem z klipsownicy. (Pakowane w magazynki po 6 klipsów)?*

- **Komisja przetargowa informuje, że dopuszcza do zaoferowania klipsy tytanowe duże o ww. parametrach.**

11. *Pozycja 4.1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie klipsownicy wielokrotnego użytku składającej się z pistoletowej rękojeści pokrętła do obrotu klipsownicy o 360°, trzonu i szczęk zaciskających w części dystalnej. Szczęki składające się z branszy nieruchomej, stanowiącej zintegrowaną część trzonu oraz branszy ruchomej, dociskającej klips po ściśnięciu rękojeści. Trzon i szczęki klipsownicy gładkie, bez wystających części i elementów, przeznaczonej do zabiegów klasycznych, kompatybilnej z klipsami tytanowymi, średnio-dużymi, długość instrumentu 28 cm?*

- **Komisja przetargowa informuje, że dopuszcza do zaoferowania klipsownicę o ww. parametrach.**

12. *Pozycja 4.2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie klipsownicy wielokrotnego użytku składającej się z pistoletowej rękojeści pokrętła do obrotu klipsownicy o 360°, trzonu i szczęk zaciskających w części dystalnej. Szczęki składające się z branszy nieruchomej, stanowiącej zintegrowaną część trzonu oraz branszy ruchomej, dociskającej klips po ściśnięciu rękojeści. Trzon i szczęki klipsownicy gładkie, bez wystających części i elementów, przeznaczonej do zabiegów klasycznych, kompatybilnej z klipsami tytanowymi, średnimi, długość instrumentu 28 cm?*

- **Komisja przetargowa informuje, że dopuszcza do zaoferowania klipsownicę o ww. parametrach.**

13. *Pozycja 4.3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie klipsownicy wielokrotnego użytku składającej się z pistoletowej rękojeści pokrętła do obrotu klipsownicy o 360°, trzonu i szczęk zaciskających w części dystalnej. Szczęki składające się z branszy nieruchomej, stanowiącej zintegrowaną część trzonu oraz branszy ruchomej, dociskającej klips po ściśnięciu rękojeści. Trzon i szczęki klipsownicy gładkie, bez wystających części i elementów, przeznaczonej do zabiegów klasycznych, kompatybilnej z klipsami tytanowymi, dużymi, długość instrumentu 28 cm?*

- **Komisja przetargowa informuje, że dopuszcza do zaoferowania klipsownicę o ww. parametrach.**

Zadanie nr 2

14. *Czy Zamawiający dopuści do postępowania w zadaniu nr 2 produkt równoważny w zakresie jego przeznaczenia, a mianowicie: taśma do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu, wykonana z polipropylenu monofilamentowego, o grubości nici 0,15 mm; długość taśmy 45 cm, szerokość 1,1 cm, grubość-0,34 mm, gramatura 45 g/m², porowatość 1500-1950 μm, wielkość porów 1x1,25 mm?*

Peel

W przypadku dopuszczenia i ewentualnego wygrania postępowania przekazemy wraz z pierwszym zamówieniem komplet igieł spiralnych do metody TOT (lewa i prawa).

• **Komisja przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

15. Zwracamy się z prośbą do zamawiającego o dopuszczenie zestawu do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu składającego się z:

- taśmy polipropylenowej monofilamentowej o długości 45 cm, szerokości 10mm, grubości $42 \pm 5 \mu\text{m}$, gramaturze $60 \pm 5\%$ g/m², wielkość porów 110 μm . Brzegi taśmy zakończone bezpiecznymi pętelkami. Taśma w plastikowej osłonce.

-drugi element zestawu to dwa jednorazowe narzędzia do drogi przezzasłonowej metodą out-in lub in-out (prawe+lewe)

• **Komisja przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

16. Zwracamy się z prośbą do zamawiającego o dopuszczenie zestawu do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu składającego się z:

- taśmy polipropylenowej monofilamentowej macroporowej o długości 45 cm, szerokości 10mm, grubości $32 \pm 5 \mu\text{m}$, gramaturze $45 \pm 5\%$ g/m², wielkość porów 180 μm . Brzegi taśmy zakończone bezpiecznymi pętelkami. Taśma w plastikowej osłonce.

- drugi element zestawu to dwa jednorazowe narzędzia do drogi przezzasłonowej metodą out-in lub in-out (prawe+lewe)

• **Komisja przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

17. Czy w zadaniu nr 2 „jednorazowe zestawy z taśmą do korekcji wysiłkowego nietrzymania moczu” Zamawiający dopuści taśmę do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet o następującej charakterystyce:

- taśma uniwersalna do leczenia nietrzymania moczu zarówno z dostępu przezzasłonowego jak i nadłonowego;

- taśma jednorazowa, całkowicie niewchłaniałna sterylna, w osłonce politetylenowej, wykonana z polipropylenu monofilamentowego;

- długość taśmy 450 mm ze znacznikiem środka, szerokość 1,10 cm, grubość 0,55mm, gramatura 80g/m²;

- końcówki taśmy zakończone nitkami z pętelkami ułatwiającymi mocowanie do prowadnicy;

- w pakiecie komplet dwóch prowadnic wielorazowych do przezzasłonowej implantacji taśmy.

Opis prowadnic:

- prowadnice wielorazowego użytku,

- materiał: stal nierdzewna i aluminium,

- autoklawowane, do sterylizacji parowej,

- długość całkowita: 249 mm,

- długość uchwytu: 127 mm.

Uzasadnienie: dopuszczenie naszego produktu zwiększy konkurencyjność przetargu oraz pozwoli na zaoferowanie nowoczesnego systemu leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet.

• **Komisja przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

18. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 2: Taśmę do korekcji wysiłkowego nietrzymania moczu, monofilamentową, polipropylenową z plastikową osłonką na taśmie, jednorodną, niewchłaniającą o długości 45 cm, szerokości 1,1 cm, porowatości 84 %, grubości taśmy 0,33 mm, grubości nici 0,08 mm, gramaturze 48 g/m², brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wytrzymałość na rozciąganie 70 N/cm, wykonaną w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca), bez prowadnika

oraz 2 szt. igieł wielorazowego użytku, ze stali chirurgicznej, spiralnych, prawa + lewa, do implantacji metodą przezzasłonową?

• **Komisja przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

19. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 2 Jednorazowy zestaw do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, składający się z:

- taśmy wykonanej z polipropylenu monofilamentowego o wymiarach 10 x 400 mm, wielkości oczek 1,06 x 1,01 mm, grubości 0,33 mm i gramaturze 28 g/m²,

Pełny

- dwóch jednorazowych narzędzi o kształcie helikalnym do zakładania taśmy metodą przezzastłonową techniką od środka na zewnątrz (in-out) jednej prowadnicy skrzydełkowej, anatomicznej do bezpiecznego przeprowadzenia narzędzi metodą in-out?

- **Komisja przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

20. Czy Zamawiający dopuści i uzna za równoważny zestaw do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu, składający się z:

- Taśmy do korekcji wysiłkowego nietrzymania moczu, wykonanej z polipropylenu monofilamentowego, prasowanej termicznie, porowatość min. 1000mikronów, szerokość 1,1cm, dl. 50cm. laserowo docięte krawędzie, końce taśmy zgrzewane, taśma w osłonce ochronnej. Taśma zakończoną złączami gwarantującymi trwale połączenie taśma - instrumenty.
- Narzędzi jednorazowych do zakładania taśmy- 2szt., wyprodukowane ze stali chirurgicznej, średnica 3mm, kształt helikalny.

Taśma zakładana przez otwory zastłonię. Metoda od zewnątrz do wewnątrz tzw. „out – in”?

- **Komisja przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

21. Poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie 10 taśm do korekcji wysiłkowego nietrzymania moczu wraz z 2 szt. narzędzi do drogi przesłonowej metodą out-in lub in-out (prawe, lewe) wielorazowego użytku, oddanych Zamawiającemu do nieodpłatnego używania na czas trwania umowy w miejsce wymaganych dwóch narzędzi jednorazowych + prowadnika?

- **Komisja przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

22. Poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie taśm do korekcji wysiłkowego nietrzymania moczu o szerokości 0,9 cm - 1,3 cm // 1,1cm (+/-0,2cm), grubość nici 0,16 mm, grubość taśmy ok. 0,54 mm, wielkość porów 4,1 mm x 1,2 mm, gramatura 64 g/m² - 73 g/m², porowatość 67%?

- **Komisja przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

23. Czy zamawiający dopuści Jednorazowe zestawy z taśmą do korekcji wysiłkowego nietrzymania moczu wiodącego producenta na rynku - renomowanej firmy Boston Scientific o poniższych parametrach:

- Taśma urologiczna 100% polipropylenowa, monofilamentowa,
- Całkowicie niewchłaniana, długość taśmy 22 cm, szerokość 1,1 cm,
- Porowatość 1182 µm oraz grubość 0,66 mm,
- Brzeży taśmy w części podcewkowej wygładzone – zgrzewane na gorąco na odcinku 4cm, mające na celu potencjalną redukcję podrażnień przedniej ściany cewki oraz zmniejszenie ryzyka deformacji siatki i utrzymanie jej integralności podczas naprężania; w pozostałej części taśmy brzeży niezgrzewane dla lepszego zakotwiczenia w tkance,
- Rozmiar włókna 0,15 mm,
- Plastikowe osłonki na taśmie, ułatwiające jej przeprowadzenie oraz chroniące niewygładzone brzeży taśmy, pomagające w prawidłowym zakotwiczeniu w tkance, przed uszkodzeniem;
- Niebieski kolor taśmy oraz niebieska wypustka środkująca identyfikująca środek siatki oraz pomagająca w prawidłowym naprężeniu taśmy,
- Wygładzone poszerzacze zapewniające bezproblemowe przeprowadzenie taśmy,
- Taśma dostarczana wraz z dwoma jednorazowymi elementami (prawe + lewe) w dwóch konfiguracjach igieł (zakrzywiona lub helikalna),
- Taśma przeznaczona do leczenia nietrzymania moczu u kobiet metodą TOT outside-inside.

- **Komisja przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Zadanie nr 3

24. Czy Zamawiający dopuszcza sondę bipolarną jednorazowego użytku, widelec prosta (dl. robocza 4,5cm, dl. całkowita 15,5cm, przewód 3m) do bezpośredniej stymulacji nerwów, opakowanie zbiorcze 10szt. Sonda bipolarna kompatybilna z aparatem do elektrofizjologii w chirurgii endokrynologicznej Inomed Medizintechnik GmbH?

- **Komisja przetargowa informuje, że dopuszcza do zaoferowania sondę bipolarną o powyższych parametrach.**

25. Czy Zamawiający dopuszcza Elektrode powierzchniową 4-kanalową jednorazowego użytku, naklejaną spiralnie na całej długości na rurkę intubacyjną rozm. 7-9mm, powierzchnia elektrody odbiorczej 37x37mm obejmującą cały obwód(360stopni) rurki, w komplecie elektroda neutralna nieinwazyjna, produkt sterylny, opakowanie zbiorcze 10 szt.?

- **Komisja przetargowa informuje, że dopuszcza do zaferowania elektrodę o powyższych parametrach.**

26. Czy Zamawiający dopuszcza Elektrode powierzchniową 4-kanalową jednorazowego użytku, naklejaną spiralnie na całej długości na rurkę intubacyjną rozm. 6-7mm, powierzchnia elektrody odbiorczej 32x29 mm obejmującą cały obwód(360stopni) rurki, w komplecie elektroda neutralna nieinwazyjna, produkt sterylny, opakowanie zbiorcze 10 szt.?

Uzasadnienie:

Elektrody 2-kanalowe naklejane na rurki intubacyjne zastąpione zostały elektrodami 4-kanalowymi, które ze względu na posiadane parametry podnoszą jakość odbioru i gwarantują brak rotacji na obwodzie rurki intubacyjnej.

- **Komisja przetargowa informuje, że dopuszcza do zaferowania elektrodę 4-kanalową o powyższych parametrach.**

Zadanie nr 6

27. Pozycja 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie fartucha o właściwościach:

- pełnobarierowy
- zgodny z wymogami normy PN- EN 13795
- wykonany z włókniny typu Spunlace 68 g/m²
- wyposażony w nieprzemakalne wstawki (laminat dwuwarstwowy) z przodu i na rękawach 38 g/m²
- kolor – niebieski
- sposób złożenia oraz system troków umiejscowionych w specjalnym kartoniku umożliwiający aseptyczną aplikację fartucha
- konstrukcja zapewniająca sterylność zarówno z przodu jak i z tyłu, tylne części fartucha zachodzą na siebie
- zapięcie typu rzep, lewy rzep 13x3, prawy rzep 7x3
- rękawy zakończone elastycznym, dzianinowym, poliestrowym mankietem (7,5 cm)
- nieprzemakalność w obszarze krytycznym 1180 mm H₂O
- wewnątrz pakowany w serwetę zabezpieczającą z papieru krepowego wraz z dwoma rękawicami do rąk
- bezpiecznie pakowany do transportu i magazynowania w opakowanie typu folia – papier
- etykieta opakowania wyposażona w cztery etykiety samoprzylepne typu TAG, zawierające informacje o numerze katalogowym, dacie ważności i numerze serii produktu

- **Komisja przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

28. Pozycja 7 Czy Zamawiający dopuści czepek wiązany na troki w kolorze zielonym lub niebieskim, pozostałe parametry jak w SIWZ?

- **Komisja przetargowa informuje, że dopuszcza do zaferowania czepek wiązany na troki w kolorze zielonym lub niebieskim, pozostałe parametry bez zmian.**

29. Pozycja 7 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie czepek o właściwościach:

WŁAŚCIWOŚCI:

- Czepek w kształcie furażerki, z gumką w części tylnej
- Część przednia wydłużona z możliwością wywinięcia
- Wykonany z wytrzymałej włókniny Spunlace oraz włókniny polipropylenowej
- Zastosowana włóknina cechuje się wysoką chłonnością i wytrzymałością, a dodatkowo jest przyjemna w dotyku co wpływa na zwiększenie odczuwanego komfortu noszenia
- Zapewnia doskonałą oddychalność
- Opakowanie: wygodny w użytkowaniu kartonik umożliwiający wyjmowanie pojedynczych sztuk
- Nie zawiera lateksu
- Jednorazowego użytku
- Niejałowy



- **Komisja przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

30. Pozycja 7 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie czepka o właściwościach:

WŁAŚCIWOŚCI:

- Czepek w kształcie furażerki, wiązany na troki
- Część przednia wydłużona z możliwością wywinięcia
- Wykonany z perforowanej włókniny wiskozowej
- Zapewnia doskonałą oddychalność i komfort noszenia
- Opakowanie: wygodny w użytkowaniu kartonik umożliwiający wyjmowanie pojedynczych sztuk
- Jednorazowego użytku
- Niejałowy



- **Komisja przetargowa informuje, że dopuszcza do zaoferowania czepki o ww. właściwościach.**

31. Pozycja 10 (po zmianach poz. 9) - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie koszuli z włókniny polipropylenowej, bez troków, pozostałe parametry jak w SIWZ?

- **Komisja przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

32. Pozycja 10 (po zmianach poz. 9) - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie koszuli z miękkiej włókniny SMS w uniwersalnym rozmiarze L lub XL – do wyboru zamawiającego?

- **Komisja przetargowa informuje, że dopuszcza do zaoferowania koszule z miękkiej włókniny SMS w uniwersalnym rozmiarze L lub XL – do wyboru Zamawiającego.**

33. Pozycja 12 (po zmianach poz. 11) - Czy Zamawiający dopuści ubranie operacyjne o właściwościach:

- Wykonane z miękkiej i antystatycznej włókniny SMS o gramaturze 35 g/m²
- Bluza z krótkim rękawem, wycięciem „V” pod szyją i 3 kieszeniami
- Spodnie z trokami
- Kolor: niebieski
- Niejałowe
- Pylenie: 1,5 log10
- Czystość pod względem cząstek stałych 1.4 IMP
- Stosowane przez personel medyczny w środowisku bloku operacyjnego, w celu poprawy zakażeń szpitalnych
- Zgodne z normą PN EN 13795



- **Komisja przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

34. Poz. 6 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie ww. pozycji z Pakietu, co umożliwi złożenie oferty większej liczbie konkurentów?

Handwritten signature and initials.

- **Komisja przetargowa informuje, że wyłączono poz. 6 z Zadania nr 6 i utworzono nowe Zadanie nr 8.**
35. Poz. 6 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie myjek w rozm. 18x22,5 cm, pozostałe zgodne z SIWZ? (po odpowiedziach na pytania – Zadanie nr 8).
- **Komisja przetargowa informuje, że wyraża zgodę na zaoferowanie myjek w rozm. 18x22,5 cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.**
36. Poz. 3, 4, 5, 9, 10, 12 - Zwracamy się z prośbą o wydzielenie powyższych pozycji z pakietu nr 6 i utworzenie osobnego pakietu.
- **Komisja przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**
37. Poz. 9 (po zmianach poz. 8) - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania pościeli o składzie: prześcieradło 150x200cm, poszwa 150x210cm, poszewka 70x80cm.
- **Komisja przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**
38. Poz. 10 (po zmianach poz. 9) - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania koszuli z rozcięciem z tyłu.
- **Komisja przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**
39. Poz. 12 (po zmianach poz. 11) - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania ubrania chirurgicznego (bluza + spodnie) jednorazowego użytku, wykonane z włókniny SMS o gramaturze min. 45 g/m², antystatycznej, oddychającej, przeznaczonej do stosowania przez personel medyczny w środowisku bloku operacyjnego, ubranie o podwyższonej odporności na wypychanie, czystość pod względem cząstek stałych równe 3 IPM, pylenie równe 3,8 Log 10 (liczba cząstek); bluza z krótkim rękawem z lamówką pod szyją, trzy kieszenie: jedna na piersi oraz dwie na dole bluzy; spodnie ściągane trokiem, bluza i spodnie pakowane razem, dostępne w rozmiarach: S - XXXL w kolorze niebieskim, z widocznym oznakowaniem rozmiaru na etykiecie.
- **Komisja przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Dotyczy zapisów SIWZ

40. Ustanowione w przedmiotowym postępowaniu kryteria oceny ofert, tj. 60% wagi – cena, 40% wagi – termin dostaw nie czynią zadość wymogom ustanowionym w art. 91 ust 2 Pzp. Zgodnie z dyspozycją powyższego przepisu kryteria oceny winny dotyczyć w szczególności:
- jakość, w tym parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne;
 - aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 22 ust. 2, dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników;
 - aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia;
 - aspekty innowacyjne;
 - organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, jeżeli mogą mieć znaczący wpływ na jakość wykonania zamówienia;
 - serwis posprzedażny oraz pomoc techniczna, warunki dostawy, takie jak termin dostawy, sposób dostawy oraz czas dostawy lub okres realizacji.

W ocenie wykonawcy za błędne należy uznać całkowite pominięcie kryterium dotyczącego jakości lub innowacyjności oferowanego przedmiotu zamówienia. Wprawdzie cytowany wyżej przepis odnosi się również do warunków realizacji przedmiotu zamówienia, jednakże w świetle przepisu art. 30 ust. 1 należałoby wprowadzić, jako kryterium „właściwości funkcjonalne” określając np. łatwość stosowania przez personel, komfort pacjenta, wpływ stosowanych materiałów na jakość świadczonych przez zamawiającego usług. Wykonawca oczywiście nie neguje zasadności zastosowania kryterium „termin dostawy”, jednakże w świetle postanowień siwz i wzoru umowy powyższe kryterium stanowi tzw. kryterium pozorne. W związku z powyższym wnosimy o zmianę treści siwz w zakresie kryteriów oceny ofert poprzez zastosowanie dodatkowego kryterium poza cenowego.

- **Komisja przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**
41. Prosimy o zmianę zapisu ust. 3 w par. 3 wzoru umowy. Obciążenie rachunku Zamawiającego nie stanowi chwili zapłaty tj. wykonania świadczenia wzajemnego. Zapłata następuje z chwilą, w której wierzyciel może dysponować wynagrodzeniem tj. z chwilą uznania rachunku wykonawcy.
- **Komisja przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

42. Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

- Komisja przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

43. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na realizację dostaw do godz. 15.00 w dni robocze (par.2 ust.2)?

- Komisja przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na pytania Zamawiający dokonał zmian treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz Arkusza asortymentowo-cenowego–Załącznik nr 4. Zmieniona SIWZ oraz Arkusz asortymentowo-cenowy–Załącznik nr 4 został umieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

Z poważaniem

Przewodniczący Komisji Przetargowej

3401606P Kierownik Bloku Operacyjnego
mgr Grażyna Kusowska
specjalista w dziedzinie
pielęgniarstwa operacyjnego