



Uczestnicy postępowania ZP-PN/01/17

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników do Pracowni Patomorfologii.
Znak sprawy: ZP-PN/01/17.

Komisja przetargowa Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku w odpowiedzi na otrzymane pytania do treści SIWZ dot. w/w postępowania wyjaśnia:

Pytanie 1 – dotyczy zad. 4

Czy Zamawiający w pozycji nr 1 i 3 dopuści do zaoferowania kasetki z okrągłymi otworami z zachowaniem wszystkich pozostałych wymaganych parametrów?

- **Komisja Przetargowa informuje, iż dopuszcza do zaoferowania w poz. nr 1 i poz. nr 3 kasetki z okrągłymi otworami z zachowaniem wszystkich pozostałych wymaganych parametrów.**

Pytanie 2 – dotyczy zad. 3

Czy Zamawiający wymaga parafiny minimum 3 krotnie filtrowanej, pakowanej po 10 kg?

- **Komisja Przetargowa informuje, że nie wymaga lecz dopuszcza do zaoferowania parafinę minimum 3 krotnie filtrowaną, co do sposobu pakowania Komisja Przetargowa nie stawia wymogów.**

Pytanie 3 – dotyczy zad. 3

Czy ze względu na szeroką dostępność parafin na rynku, Zamawiający wymaga parafiny zalecanej do ogólnego zatapiania tkanek, minimum 3 krotnie filtrowanej, wyprodukowanej na bazie rafinowanej mieszaniny wysoce oczyszczonych parafin, zawierających polimery, o ogólnym składzie chemicznym: parafina 75-89%, poliizobutylen 3-5%, 2-6 ditertbutylo-p-krezol 10 – 15%, który zapewni przenikanie i bardzo wysoką jakość skarwków przy niewielkim nacisku podczas krojenia?

- **Komisja Przetargowa informuje, iż nie wymaga lecz dopuszcza do zaoferowania parafinę zalecaną do ogólnego zatapiania tkanek, minimum 3 krotnie filtrowaną, wyprodukowaną na bazie rafinowanej mieszaniny wysoce oczyszczonych parafin, zawierająca polimery, o ogólnym składzie chemicznym: parafina 75-89%, poliizobutylen 3-5%, 2-6 ditertbutylo-p-krezol 10 – 15%.**

Pytanie 4 – dotyczy zad. 4 poz. 1 i 3

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania kasetek w minimum 9 różnych kolorach, w celu ułatwienia procesu archiwizacji?

- **Komisja Przetargowa informuje, iż wymaga zaoferowania kasetek z poz. 1 w kolorze białym oraz z poz. 3 w kolorze żółtym.**

Pytanie 5 – dotyczy zad. 4 poz. 2

Zgodnie z tym, że oferowany produkt jest wyrobem medycznym, który zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010 musi posiadać etykietę zgodną z wymaganiami zasadniczymi wyżej wymienionej ustawy, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga próbki w postaci najmniejszego dostępnego opakowania wraz z odpowiednią etykietą?

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przykrywki pakowane po 10 szt (12 opakowań)?

- **Komisja Przetargowa informuje, iż wymaga zaoferowania minimum dwóch sztuk próbek w zad. 4 poz. 2.**

Pytanie 6 – dotyczy zad. 5

Czy zamawiający miał na myśli balsam do szkiełek, histologiczny, o składzie:

Ksylen- mieszanina izomerów: 65 – 70 %

Poly (butyl methacrylate-co-methyl-methacrylate): 20 – 35 %

Butylowany hydroksytoluen, 2,6-di-tert-butyl-o-p-krezol: < 0,5 %

Ftalan benzylu-butylu: < 0,5 % ?

- **Komisja Przetargowa informuje, iż wymaga do zaoferowania balsamu do szkiełek histopatologiczny o składzie jak wyżej.**

Pytanie 7 – dotyczy zad. 6 poz. 1

Prosimy o wyrażenie zgody na hematoksylinę wg Harrisa z dodatkiem etanolu (3-5%) zamiast metanolu, bez szkodliwych związków rtęci, nie zakwaszoną, za to z dodatkiem jodanu sodu i siarczynu glinu.

- **Komisja Przetargowa informuje, iż dopuszcza do zaoferowania hematoksylinę wg Harrisa z dodatkiem etanolu (3-5%) zamiast metanolu, bez szkodliwych związków rtęci, nie zakwaszoną, za to z dodatkiem jodanu sodu i siarczynu glinu.**

Pytanie 8 – dotyczy zad. 6 poz. 4

Czy zamawiający wyrazi zgodę na odczynnik EA 36 w opakowaniach 0,47 ml z zachowaniem odpowiedniego przeliczenia wymaganego zapotrzebowania?

- **Komisja Przetargowa informuje, iż dopuszcza do zaoferowania odczynnik EA 36 w opakowaniach 0,47 ml z odpowiednim przeliczeniem zaokrąglając do pełnych opakowań w górę, tak by końcowa ilość odpowiadała ilości wymaganej przez Zamawiającego.**

Pytanie 9 – dotyczy zad. 7

Czy zamawiający wyrazi zgodę na żyłki mikrotomowe o kącie ostrzenia 34 stopnie, wykonane ze stali nierdzewnej? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

- **Komisja Przetargowa informuje, iż dopuszcza do zaoferowania żyłki mikrotomowe o kącie ostrzenia 34 stopnie, wykonane ze stali nierdzewnej.**

Pytanie 10 – dotyczy wzoru umowy § 2 ust. 6

Wnosimy o usunięcie zapisu §2 ust. 6 wzoru umowy („Wykonawca zapewni odbiór i utylizację opakowań po substancjach zaklasyfikowanych jako niebezpieczne zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2013r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013r. poz. 888) na własny koszt.”) ponieważ zgodnie z ustawą o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 888), która obowiązuje od stycznia 2014 koszty zagospodarowania wytworzonego odpadu ponosi posiadacz, wytwórca odpadu (w tym przypadku – Zamawiający) i zgodnie z ustawą o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz.21) zobowiązany jest do przekazania odpadu firmie, która posiada stosowne zezwolenia. Przyjęcie odpadu bez stosownych zezwoleń grozi karą zarówno po stronie przekazującego, jak i przyjmującego odpad.

- **Komisja Przetargowa informuje, że usunęła zapis § 2 ust. 6 wzoru umowy o treści: „Wykonawca zapewni odbiór i utylizację opakowań po substancjach zaklasyfikowanych jako niebezpieczne zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2013r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013r. poz. 888) na własny koszt”.**

Pytanie 11 – dotyczy zad. nr 3 i 4

Prosimy o informacje, czy próbki stanowią kryterium oceny jakości? Jeżeli tak, to prosimy o informacje, w jaki sposób i jakie są kryteria oceny próbek.

- **Komisja Przetargowa informuje, iż próbki nie stanowią kryterium oceny jakości lecz wymagane są w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.**

Komisja przetargowa informuje, że w związku z udzielonymi odpowiedziami na pytania dokonano zmian w Arkuszu asortymentowo-cenowym – Załączniku nr 4 oraz we wzorze umowy – Załącznik nr 3 do SIWZ. Wprowadzono również wymóg dostarczenia próbek w zadaniu nr 7. Zmieniony Załącznik nr 4 wraz ze zmienionym wzorem umowy zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego.

Z poważaniem
Przewodniczący Komisji Przetargowej

lek. med. Leonard Gross
specjalista patomorfolog
KIEROWNIK ZAKŁADU PATOMORFOLOGII
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
84-300 LEBORK, ul. Węgrzynowicza 13
TEL 059 86 55 204 FAX 059 86 128 501