



Uczestnicy postępowania ZP-PN/11/17

dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę materiałów do zespołów, endoprotez i ostrzy do Shavera do Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęborku. Znak sprawy: ZP-PN/11/17.

Komisja przetargowa Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęborku w odpowiedzi na otrzymane pytania do treści SIWZ oraz wzoru umów oraz Arkusza asortymentowo-cenowego dot. w/w postępowania wyjaśnia:

Pytanie 1: *Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 16, poz. nr 5:
Czy Zamawiający dopuści frez o wymiarze 3,5mm? Pozostałe parametry bez zmian.*

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie 2: *Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 2:
Czy Zamawiający w Zadaniu nr 2 wyrazi zgodę na zaoferowanie produktów niżej wymienionych, bez zachowania pierwotnych parametrów zawartych w SIWZ:*

Trzpień -bezcementowy tytanowy, stożkowy w dwóch płaszczyznach, powierzchnia o strukturze poprzecznych w części proxymalnej i podłużnych w części dystalnej rowków zapobiegających zapadaniu się trzpienia i zwiększających stabilność antyrotacyjną, pokryty porowatym tytanem i hydroksyapatytem, z poszerzoną częścią proxymalną zwiększającą stabilność antyrotacyjną, w co najmniej 9 rozmiarach z kątem CCD o wartości 135 stopni i 8 rozmiarach lateralizowanych z kątem CCD o wartości 126 stopni. Konus 12/14 skrócony

Panewka bezcementowa ze stopu tytanowego, umożliwiająca śródoperacyjny wybór artykulacji (ceramika – ceramika, metal – polietylen, ceramika – polietylen) napylana czystym tytanem o zaawansowanej strukturze porowatej 3D, w rozmiarach 40 – 66 mm –ze skokiem co 2 mm, w wersji pressfit, gładko polerowana wewnątrz z antyrotacyjnym systemem zatrząskowym, dostępna w wersji z 3 otworami i bez, do każdej panewki z otworami – śruba lub zaślepka do otworu. System umożliwia śródoperacyjne wyjęcie i włożenie wkładki polietylenowej, bez jej uszkodzenia, w celu lepszego dopasowania pozycji nadbudowy do warunków anatomicznych pacjenta. Możliwość zastosowania głowy o średnicy 36 mm do panewki w rozmiarze 52 mm.

Wkładka panewkowa wykonana z polietylenu wysokousieciowanego o zwiększonej twardości, przystosowana do głów o średnicy 28, 32 i 36 mm, dostępna w wersji standard oraz z 20 stopniową nadbudową antyluksacyjną.

Głowy metalowe CoCr

o średnicach 28, 32 lub 36 mm, każda głowa dostępna w minimum 5 długościach

Wkładka ceramiczna - System wymiennych wkładek z ceramiki biolox delta, w rozmiarach rosnących, do głów 32mm w rozmiarach 48mm, 50mm, do głów 36 mm w rozmiarach 52-68mm. Z tytanowym pierścieniem wokół wkładki w celu jej wzmocnienia

Głowa ceramiczna biolox delta o średnicach 32mm i 36mm w co najmniej 4 rozmiarach długości szyjki

Zaślepki, śruby do dodatkowej stabilizacji panewki

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie 3: *Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 15:
Czy Zamawiający dopuści ostrza renomowanego amerykańskiego producenta, równoważne do opisanego w SIWZ w pkt. 1:*

Ostrze do piły oscylacyjnej dł. 90 mm, szerokość 12.5 mm, grubość 1.19 mm.

Oferowane ostrze kompatybilne z napędem wiertarskim firmy Conmed Linvatec PRO6125.

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie 4: Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 9:

Czy Zamawiający dopuści zestaw implantów do rekonstrukcji więzadeł ACL, równowazny do opisanego w SIWZ w punkcie (1):

Część udowa - Implant typu endobutton do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego oparty na fiksacji korówkowej za pomocą podłużnej płytki tytanowej (stop tytanu TA6V ELI) w kształcie prostokąta z zaokrąglonymi bokami (wymiary płytki: dł. 12.5 mm x szer. 4 mm x grub. 1.5 mm) z pętlą niewchłaniającą odporną na zerwanie wykonaną z PET (poli-tereftalano-etylenu).

Pętla regulowana samozaciskowa przeznaczona do podciągnięcia przeszczepu w kanale oraz z możliwością zmniejszenia długości pętli w kanale za pomocą lejców.

Długość regulowanej i samozaciskowej pętli dla przeszczepu: 40 mm.

Możliwość podciągnięcia przeszczepu w linii ciągniętego przeszczepu. Implant wyposażony w 2 nici do trąkacji o śr. 0.7 mm (nici do przeciągania i kotwiczenia implantu na zewnętrznej korówce). Pakowane sterylne.

Część piszczelowa - Implant biowchłaniający typu śruba interferencyjna zbudowany z materiału o strukturze kopolimeru amorficznego PLLD (Poli-L/DL-Laktyd w proporcji 70/30), implanty w rozmiarach śr. 6 mm i dł. 20 mm, śr. 7-12 mm i dł. 28mm, 9-11mm i dł. 35mm. Pakowane sterylne.

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie 5: Dotyczy Formularza Oferty:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna za wystarczające załączenie w formularzu ofertowym i cenowym tylko tych pakietów na które Wykonawca składa ofertę?

Pozytywna odpowiedź ułatwi sporządzenie oferty oraz znacznie ograniczy jej objętość.

- **Komisja Przetargowa zaleca, aby w celu utrzymania przejrzystości oferty Wykonawca usunął numery zadań w Formularzu oferty, których ona nie dotyczy.**

Pytanie 6: Dotyczy SIWZ, Wzór umowy dostawy § 8 ust. 1 pkt 1:

Mając na uwadze zasady miarkowania i proporcjonalności kar umownych proszę o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę poprzez:

Dodanie w ustępie 1. 1) tego paragrafu następujących słów “nie więcej jednak niż 10 % wartości brutto niedostarczonych w terminie towarów”.

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie 7: Dotyczy SIWZ, Wzór umowy depozytu § 8 ust. 1 pkt 1:

Mając na uwadze zasady miarkowania i proporcjonalności kar umownych proszę o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę poprzez:

Dodanie w ustępie 1. 1) tego paragrafu następujących słów “nie więcej jednak niż 10 % wartości brutto niedostarczonych w terminie towarów”.

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Komisja przetargowa informuje, że w związku z odpowiedziami na pytania dokonano zmian w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz Arkusza asortymentowo-cenowym – Załącznik nr 4. Zmieniona SIWZ wraz z załącznikami została umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

Z poważaniem
Przewodniczący Komisji Przetargowej

Int. MARIUSZ KAMENIECZKI
specjalista ortopedii
i traumatologii narządu ruchu
5760564

Biurowo Obsługiwane przez Biuro Obsługowe w Katowicach

Paluch
Małgorzata Paluchowicz