



ZP.261.23.2.2017

Uczestnicy postępowania ZP-PN/13/17

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawy odczynników do badania równowagi kwasowo-zasadowej wraz z dzierżawą analizatora.

Znak sprawy: ZP-PN/13/17.

Komisja przetargowa Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęborku w odpowiedzi na otrzymane pytania do treści SIWZ dot. w/w postępowania wyjaśnia:

Pytanie 1 – dotyczy załącznika nr 5 do SIWZ poz. 2

Czy Zamawiający dopuści analizator z wyliczonym SO₂ (przy normalnym P50)?

- **Komisja Przetargowa informuje, iż dopuszcza do zaoferowania analizator z wyliczonym SO₂.**

Pytanie 2 – dotyczy załącznika nr 5 do SIWZ poz. 5

Czy Zamawiający dopuści analizator wykonujący kontrole bez ich wcześniejszego zaprogramowania?

- **Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie 3 – dotyczy zad. nr 1 poz. 7

Jaką sieć informatyczną posiada Zamawiający?

- **Komisja Przetargowa informuje, że pracuje w sieci informatycznej InfoMedica (Asseco).**

Pytanie 4 – dotyczy załącznika nr 5 do SIWZ poz. 12

Czy Zamawiający dopuści analizator bez pobierania próbek z eliminacją mikroskrzepów?

- **Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie 5 – dotyczy wzoru umowy § 2 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę „godzin” na „godzin w dni robocze”?

- **Komisja Przetargowa informuje, iż wyraża zgodę na zmianę zapisów we wzorze umowy § 2 ust. 4 poprzez dopisanie: „godzin w dni robocze”.**

Pytanie 6 – dotyczy wzoru umowy § 4 ust. 2 i § 5 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury?

- **Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie 7 – dotyczy wzoru umowy § 5 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę niniejszego postanowienia umowy na: „Obowiązek ciągłości dostaw nie dotyczy sytuacji gdy opóźnienie Zamawiającego w zapłacie ceny zakupu przekracza 30 dni”?

- **Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie 8 – dotyczy SIWZ rozdz. I ust. 14 pkt. 1) oraz wzoru umowy § 6 ust. 3 pkt. 1)
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę „bezpłatny przegląd” na „przegląd w ramach czynszu dzierżawnego”?

- **Komisja Przetargowa informuje, że wyraża zgodę na zmianę zapisów w SIWZ w rozdz. I ust. 14 pkt. 1) oraz we wzorze umowy § 6 ust. 3 pkt. 1) poprzez wykreślenie zapisu: „bezpłatny”, a wpisaniem „w ramach czynszu dzierżawnego”.**

Pytanie 9 – dotyczy SIWZ rozdz. I ust. 14 pkt. 2) oraz wzoru umowy § 6 ust. 3 pkt. 2)
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę „bezpłatny serwis” na „serwis w ramach czynszu dzierżawnego”?

- **Komisja Przetargowa informuje, iż wyraża zgodę na zmianę zapisów w SIWZ w rozdz. I ust. 14 pkt. 2) oraz we wzorze umowy § 6 ust. 3 pkt. 2) poprzez wykreślenie zapisu: „bezpłatny”, a wpisaniem „w ramach czynszu dzierżawnego”.**

Pytanie 10 – dotyczy SIWZ rozdz. I ust. 14 pkt. 3) oraz wzoru umowy § 6 ust. 3 pkt. 3)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę „nieodpłatną” na „w ramach czynszu dzierżawnego”?

- **Komisja Przetargowa informuje, iż wyraża zgodę na zmianę zapisów w SIWZ w rozdz. I ust. 14 pkt. 3) oraz we wzorze umowy § 6 ust. 3 pkt. 3) poprzez wykreślenie zapisu: „nieodpłatną”, a wpisaniem „w ramach czynszu dzierżawnego”.**

Pytanie 11 – dotyczy SIWZ rozdz. I ust. 14 pkt. 4) i 6) oraz wzoru umowy § 6 ust. 3 pkt. 4) i 6)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę „godzin” na „godzin w dni robocze”?

- **Komisja Przetargowa informuje, iż wyraża zgodę na zmianę zapisów w SIWZ w rozdz. I ust. 14 pkt. 4) i 6) oraz we wzorze umowy § 6 ust. 3 pkt. 4) i 6) poprzez zmianę zapisu na: „godzin w dni robocze”. Pozostałe zapisy § 6 ust. 3 bez zmian.**

Pytanie 12 – dotyczy wzoru umowy § 12

Prosimy o dodanie zapisu o brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej”

- **Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie 13 – dotyczy wzoru umowy § 6 ust. 3 pkt. 5)

Prosimy o informacje czy pod pojęciem czas reakcji serwisu można rozumieć udzielenie przez telefon pierwszych wskazówek dotyczących rozwiązania potencjalnego problemu?

- **Komisja Przetargowa informuje, że pojęcie „czas reakcji serwisu” dotyczy także udzielenia pierwszych wskazówek dotyczących rozwiązania problemu przez telefon.**

Pytanie 14 – dotyczy SIWZ rozdz. I ust. 12 oraz wzoru umowy § 8 ust. 1 pkt. 1)

Prosimy o informacje czy zamawiający dopuści analizator pracujący w oparciu o dwa materiały zużywalne tj. kasetę sensorową oraz pakiet odczynnikowy. Oba materiały mają datę ważności 4 miesiące, natomiast podlegają wymianie co 30 dni (30 dni stabilności na pokładzie).

- **Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza do zaoferowania analizator pracujący w oparciu o dwa materiały zużywalne tj. kasetę sensorową oraz pakiet odczynnikowy o dacie ważności wynoszącej co najmniej 4 miesiące od daty dostarczenia i wymianie po zakończeniu stabilności na pokładzie.**

Pytanie 15 – dotyczy SIWZ rozdz. I ust. 17 oraz wzoru umowy § 2 ust. 10 i § 8 ust. 1 pkt. 4)

Prosimy o informacje czy zamawiający odstąpi od wymogu odbioru do utylizacji opakowań po substancjach zaklasyfikowanych jako niebezpieczne? Jedynym takim opakowaniem jest hermetycznie zamknięty podczas procesu produkcji pakiet odczynnikowy, który podlega utylizacji wg. procedur szpitala dokładnie w taki sam sposób jak próbki krwi.

- **Komisja Przetargowa informuje, że usunęła zapis w SIWZ w rozdz. I ust. 17 oraz w § 2 ust. 10 wzoru umowy o treści: Wykonawca zobowiązany jest do utylizacji opakowań po substancjach zaklasyfikowanych jako niebezpieczne na swój koszt zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2013r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. z 2016 poz. 1863 z późn. zm.) oraz w § 8 ust. 1 pkt. 4) wzoru umowy o treści: Wykonawca zapewni w ramach wynagrodzenia określonego w § 4 oraz § 5: utylizację opakowań po substancjach zaklasyfikowanych jako niebezpieczne na swój koszt zgodnie z ustawą z**

dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2016 poz. 1863 z późn. zm.).

Pytanie 16 – dotyczy załącznika nr 5 do SIWZ poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na parametr SO₂ wyliczany?

- **Komisja Przetargowa informuje, iż dopuszcza do zaoferowania analizator z wyliczonym SO₂.**


Pytanie 17 – dotyczy załącznika nr 5 do SIWZ poz. 14

Czy Zamawiający oceni na 20 pkt objętość próbki potrzebną do wykonania badania z kapilary równą 65 mikrolitrów?

- **Komisja Przetargowa informuje, że dokona oceny w postaci przyznania 20 punktów za objętość próbki potrzebną do wykonania badania z kapilary mniejsza bądź równa 65 mikrolitrów.**

Komisja Przetargowa informuje, że w związku z udzielonymi odpowiedziami na pytania dokonano zmian w Arkuszu asortymentowo-cenowym – Załączniku nr 4 do SIWZ, Zestawieniu wymaganych parametrów analizatora do badania równowagi kwasowo-zasadowej – Załączniku nr 5 do SIWZ oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a także we wzorze umowy – Załączniku nr 3 do SIWZ. Zmieniony Załącznik nr 5 wraz ze zmienionym wzorem umowy oraz zmienioną Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego.

Z poważaniem
Przewodniczący Komisji Przetargowej


KIEROWNIK
Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej
(Laboratorium Analityczne)
mgr Katarzyna Robak-Szymańska
specjalista diagnostyki laboratoryjnej