



### Uczestnicy postępowania ZP-PN/21/17

dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę sprzętu medycznego dla Bloku Operacyjnego do Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku.

Znak sprawy: ZP-PN/21/17.

Komisja przetargowa Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku w odpowiedzi na otrzymane pytania do treści SIWZ oraz Arkusza asortymentowo-cenowego dot. w/w postępowania wyjaśnia:

*Pytanie 1: Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 4, poz. nr 1: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, optyka endoskopowa o wymiarach 2,9 mm? Czy Zamawiający mógłby podać numer katalogowy resectoskopu typu ResectionMaster firmy R. Wolf? Reszta parametrów bez zmian.*

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.**
- **Dodatkowo Komisja Przetargowa informuje, iż kod histeroskopu został podany w arkuszu asortymentowo-cenowym – Załącznik nr 4 do SIWZ (TYP 2228.001).**

*Pytanie 2: Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 2: Z uwagi na fakt, że narzędzia są sprowadzane z Niemiec zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu dostawy z 5 dni roboczych do 4 tygodni dla Zadania nr 2.*

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.**
- **Jednocześnie Komisja Przetargowa informuje, że w związku z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 6 wydłuża termin dostawy do 21 dni roboczych od złożenia zamówienia.**

*Pytanie 3: Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 7, poz. nr 2: Prosimy o wydzielenie z Zadania nr 7, poz. 2 lub możliwość startowania na poszczególne pozycje i dopuszczenie protez silikonowych anatomicznych, jałowych, o 5 profilach, powłoce teksturowanej i objętości 135- 575 ml, gwarancja standardowa do 10 lat i dodatkowa premia po 10 latach.*

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.**

*Pytanie 4: Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 2, poz. nr 4: Czy Zamawiający dopuści narzędzie zgodne z SIWZ ale o długości roboczej 290 mm?*

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.**

*Pytanie 5: Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 2, poz. nr 4: Czy Zamawiający dopuści narzędzie zgodne z SIWZ ale o długości roboczej 315 mm?*

- **Komisja Przetargowa informuje, iż dopuszcza narzędzie o długości roboczej 315 mm.**

*[Handwritten signature]*

**Pytanie 6:** Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 2, 4 i 6:  
Ze względu na czas potrzebny na sprowadzenie asortymentu objętego zamówieniem od zagranicznego dostawcy prosimy o wydłużenie czasu dostawy w Zadaniach nr 2, 4 i 6 - do 21 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.

- Komisja Przetargowa informuje, iż wydłuża termin dostawy w Zadaniach nr 2, 4 i 6 – do 21 dni roboczych od złożenia zamówienia.

Komisja Przetargowa informuje, że w związku z udzielonymi odpowiedziami na pytania dokonano zmian w Arkuszu asortymentowo-cenowym – Załączniku nr 4 do SIWZ oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a także we wzorze umowy – Załączniku nr 3 do SIWZ. Zmienioną Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami oraz zmienionym Arkuszem asortymentowo-cenowym – Załącznik nr 4 do SIWZ zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego.

Z poważaniem  
Przewodniczący Komisji Przetargowej

3401600P  
Kierownik Bloku Operacyjnego  
mgr Grażyna Kusowska  
specjalista w dziedzinie  
pielęgniarstwa operacyjnego