



Uczestnicy postępowania ZP-PN/24/17

dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę odczynników do Laboratorium Mikrobiologicznego wraz z dzierżawą analizatora do Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęborku. Znak sprawy: ZP-PN/24/17.

Komisja przetargowa Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęborku w odpowiedzi na otrzymane pytania do treści SIWZ oraz arkusza asortymentowo-cenowego oraz wzoru umów dot. w/w postępowania wyjaśnia:

Pytanie 1: *Dotyczy SIWZ, Rozdział I, pkt. 20:*

Czy Zamawiający wyraża zgodę aby karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, ulotki, metodyki były dostępne nieodpłatnie na stronie internetowej – do której Zamawiający będzie miał bezpłatny całodobowy dostęp?

- **Komisja Przetargowa informuje, iż wyraża zgodę aby karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, ulotki, metodyki były dostępne nieodpłatnie na stronie internetowej – do której Zamawiający będzie miał bezpłatny całodobowy dostęp.**

Pytanie 2: *Dotyczy SIWZ, Rozdział IV:*

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby odnośnie zaoferowanych produktów które nie posiadają w swoim składzie substancji niebezpiecznych aby Wykonawca dołączył stosowne oświadczenie bez konieczności dołączania certyfikatów?

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie 3: *Dotyczy SIWZ, Rozdział I, pkt. 13 i pkt. 14:*

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie zapisu dotyczącego wymogu dołączenia do oferty materiałów kalibracyjnych oraz kontrolnych w przypadku gdy analizator oferowany w pakiecie 2 nie wymaga codziennej kalibracji i kontroli? Dotyczy zapisu w Rozdziale 1, punkt 13 i 14.

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie 4: *Dotyczy Wzoru umowy – Załącznik nr 3 do SIWZ, §4, ust. 2:*

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Strony ustalają, że płatność za dzierżawę analizatora będzie realizowana przelewem na podstawie wystawianej każdorazowo faktury Wykonawcy w terminie: 21 dni od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego faktury. Zamawiający dopuszcza wstawienie oraz przysyłanie faktur w formie elektronicznej na adres email Zamawiającego: bądź za pośrednictwem poczty na adres: Pierwsza płatność nastąpi w miesiącu następnym po miesiącu uruchomieniu analizatora.”?

Uzasadnienie: Wykonawca prosi o modyfikację zapisu ze względu na wewnętrzne zmiany procedur firmowych, zgodnie z którymi faktury będą wystawiane i przysyłane do Zamawiającego w wersji elektronicznej na podany przez Zamawiającego adres email.

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie 5: *Dotyczy Wzoru umowy – Załącznik nr 3 do SIWZ, §5, ust. 3:*

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Termin płatności wynosi 60 dni od daty dostarczenia faktury. Zamawiający wymaga, aby faktura zawierająca operacje gospodarcze z miesięcznego okresu rozliczeniowego i wystawiana była w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym.”?

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie 6: Dotyczy Wzoru umowy – Załącznik nr 3 do SIWZ, §6, ust. 3, pkt. 6:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „w przypadku naprawy sprzętu trwającej dłużej niż 7 dni roboczych (czas liczony od momentu zgłoszenia uszkodzenia przez pracownika Zamawiającego) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w terminie do 72 godzin w dni robocze, na swój koszt i ryzyko, sprzęt zastępczy na czas naprawy.”?

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie 7: Dotyczy Wzoru umowy – Załącznik nr 3 do SIWZ, §11, ust. 1, pkt. 2:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 5%?

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie 8: Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 1, poz. nr 34:

Czy Zamawiający dopuści dla zadania nr 1 dla pozycji 34 możliwość wstawienia dodatkowych wierszy w celu wyceny odpowiedniej ilości niezbędnych odczynników i elementów dodatkowych, niezbędnych dla użytkowania oferowanych produktów. Pozwoli to na przygotowanie kalkulacji z optymalną ilością niezbędnych produktów dodatkowych, co przełoży się na uniknięcia zawyżenia wartości pakietu i będzie miało tym samym pozytywny wpływ na racjonalizację potencjalnego wydatkowania środków publicznych w niniejszym zakresie.

- **Komisja Przetargowa informuje, iż dopuszcza możliwość wstawienia dodatkowych wierszy w celu wyceny odpowiedniej ilości niezbędnych odczynników i elementów dodatkowych, niezbędnych dla użytkowania oferowanych produktów.**
- **Ponadto Komisja Przetargowa informuje, iż dodała zapis o treści „Zamawiający dopuszcza rozszerzenie tabeli o dostawienie dodatkowych kolumn i/lub wierszy niezbędnych do wyceny powyższego asortymentu.” pod zadaniem nr 1 w Arkuszu asortymentowo-cenowym – Załącznik nr 4 do SIWZ.**

Pytanie 9: Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 2, poz. 1, 2, 6, 7, 8, 9 oraz Zestawienia wymaganych parametrów granicznych analizatora – Załącznik nr 5 do SIWZ, Zadanie nr 2, poz. 8:

Czy zamawiający dopuści możliwość wyceny 80% testów do identyfikacji oraz lekowrażliwości w postaci testów łączonych w formacie łączonym: identyfikacja+lekowrażliwość.

Obecna konstrukcja testów umożliwia złożenie oferty tylko przez jednego wykonawcę firmę bioMerieux Polska Sp.z o.o.

Obecnie w laboratoriach diagnostycznych w Polsce wykonuje się min. 60-70% jednoczesnych identyfikacji oraz lekowrażliwości metodą automatyczną dla tego samego pacjenta.

Niektóre sytuacje kliniczne i diagnostyczne wymagają podjęcia decyzji o jednoczesnym przeprowadzeniu badania w kierunku identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości, w odniesieniu do konkretnego przypadku klinicznego.

W związku z tym, z punktu widzenia merytorycznego i ekonomicznego zasadne jest wykonanie równoległe, za pomocą jednego, a nie dwóch testów w tym samym czasie, wspomnianych powyżej procedur diagnostycznych. Takie rozwiązanie umożliwi Zamawiającemu stosowanie zarówno testów rozdzielnych w przypadku wykonywania na analizatorze jedynie częściowego oznaczenia identyfikacji lub lekowrażliwości oraz umożliwi jednoczesne wykonanie tych badań na jednym module testowym.

Proponowane rozwiązanie pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie znacznej redukcji kosztów badań w przypadku wykonania pełnego badania identyfikacji oraz lekowrażliwości dla danego pacjenta, jednocześnie pozwoli również na zwiększenie standaryzacji, oraz wiarygodności wyniku badania (testy do identyfikacji i lekowrażliwości wykonywane będą z tych samych kolonii bakteryjnych - materiału użytego do badania).

Jednocześnie zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o możliwość rozszerzenia tabeli asortymentowo-cenowej o dodatkowe wiersze umożliwiające wycenę tych testów.

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie 10: Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 2, poz. 3, 5, 10 oraz Zestawienia wymaganych parametrów granicznych analizatora – Załącznik nr 5 do SIWZ, Zadanie nr 2, poz. 16, 13, 11:

Czy Zamawiający zgodzi się na możliwość zaoferowania szybkich manualnych testów do identyfikacji grzybów i beztlenowców, a także *Neisseria* / *Haemophilus*, oraz manualnych testów do oceny lekowrażliwości grzybów.

Testy takie umożliwią Zamawiającemu wykonywanie specjalistycznych wysokiej jakości badań w kierunku diagnostyki tych drobnoustrojów, jednocześnie umożliwiając złożenie oferty na system identyfikacyjny przez firmy konkurencyjne.

Obecna konstrukcja SIWZ umożliwia złożenie oferty tylko przez jednego wykonawcę firmę bioMerieux Polska Sp.z o.o.

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie 11: Dotyczy Zestawienia wymaganych parametrów granicznych analizatora – Załącznik nr 5 do SIWZ, Zadanie nr 2, poz. 5 i 18:

Czy Zamawiający zgodzi się na możliwość zaoferowania systemu, w którym napełnianie testów odbywa się grawitacyjnie i wymaga jedynie wiania zawiesziny do odpowiedniego miejsca na panelu testowym i zamknięcia panelu.

Takie rozwiązanie jest bezpieczne oraz nie wymaga wykonywania żadnych dodatkowych procedur laboratoryjnych.

Pragniemy jednocześnie podkreślić, iż żaden z obecnych na rynku systemów diagnostycznych nie zapewnia automatyzacji tego procesu.

Za każdym razem konieczne jest przygotowanie zawiesziny umieszczenie testów lub kart w statywach i wykonanie dodatkowych procedur manualnych związanych z przenoszeniem kart z komory gdzie następuje ich napełnienie do komory inkubacyjnej.

Obecna konstrukcja SIWZ umożliwia złożenie oferty tylko przez jednego wykonawcę firmę bioMerieux Polska Sp.z o.o.

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ w Zestawieniu wymaganych parametrów granicznych analizatora – Załącznik nr 5 do SIWZ, poz. 5.**
- **Komisja Przetargowa informuje, iż w Zestawieniu wymaganych parametrów granicznych analizatora – Załącznik nr 5 do SIWZ, poz. 18, dopuszcza możliwość zaoferowania systemu, w którym napełnianie testów odbywa się grawitacyjnie i wymaga jedynie wiania zawiesziny do odpowiedniego miejsca na panelu testowym i zamknięcia panelu.**

Pytanie 12: Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 5 do SIWZ, Zadanie nr 2:

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie testów w pozycji 10 i 11 pochodzących od innego producenta, gdyż obecna konstrukcja SIWZ umożliwia wyłącznie złożenie oferty przez firmę bioMerieux Polska Sp.z o.o.?

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie 13: Dotyczy Wzoru umowy – Załącznik nr 3 do SIWZ, §4, ust. 2:

Czy Zamawiający zgodzi się na ujednoczenie terminu płatności do 60 dni zarówno do dostaw sukcesywnych jak i dla dzierżawy analizatora.

- **Komisja Przetargowa informuje, iż wyraża zgodę na ujednoczenie terminu płatności do 60 dni zarówno do dostaw sukcesywnych jak i dla dzierżawy analizatora.**

Pytanie 14: Dotyczy Wzoru umowy – Załącznik nr 3 do SIWZ, §5, ust. 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu płatności do 30 dni?

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie 15: Dotyczy Wzoru umowy – Załącznik nr 3 do SIWZ, §14:

Czy Zamawiający dopuści zmiany numeru katalogowego, wielkości opakowania, nazwy testu z przyczyn niezależnych od Wykonawcy? W przypadku zmiany wielkości opakowania dla nowego produktu, czy Zamawiający dopuści przeliczenie ceny za oznaczenie?

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie 16: Dotyczy Wzoru umowy – Załącznik nr 3 do SIWZ, §14:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zwiększenie cen jednostkowych brutto, a co za tym idzie wartości brutto umowy, w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT?

- **Komisja Przetargowa informuje, iż wyraża zgodę na zwiększenie cen jednostkowych brutto, a co za tym idzie wartości brutto umowy, w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT.**

Pytanie 17: Dotyczy Wzoru umowy – Załącznik nr 3 do SIWZ, §14:

Czy Zamawiający dopuści zmianę stawki VAT dla produktu w przypadku uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i możliwości zastosowania uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT?

- **Komisja Przetargowa informuje, iż dopuszcza zmianę stawki VAT dla produktu w przypadku uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i możliwości zastosowania uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT.**

Pytanie 18: Dotyczy Wzoru umowy – Załącznik nr 3 do SIWZ, §14:

Czy Zamawiający dopuści zmianę stawki VAT w przypadku uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i braku możliwości dalszego stosowania uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT, z jednoczesnym podwyższeniem ceny jednostkowej brutto?

- **Komisja Przetargowa informuje, iż dopuszcza zmianę stawki VAT w przypadku uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i braku możliwości dalszego stosowania uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT, z jednoczesnym podwyższeniem ceny jednostkowej brutto.**

Pytanie 19: Dotyczy Wzoru umowy – Załącznik nr 3 do SIWZ, §2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminów realizacji dostaw lub wprowadzi zapis w dniach roboczych z jednoczesnym dopuszczeniem terminów dostaw „na cito” – minimum 2 dni robocze?

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie 20: Dotyczy Wzoru umowy – Załącznik nr 3 do SIWZ, §11, ust. 1, pkt. 1):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczania kar od wartości NETTO niezrealizowanej części dostawy?

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie 21: Dotyczy Wzoru umowy – Załącznik nr 3 do SIWZ, §11, ust.1, pkt. 3):

Czy Zamawiający wykreśli zapis: "(...), 20 zł za każde naruszenie , a w przypadku zwłoki – w wysokości 10 zł za każdy dzień "?

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie 22: Dotyczy Wzoru umowy – Załącznik nr 3 do SIWZ, §11, ust. 3:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia limitu kar umownych, których suma nie przekroczy 10% wartości netto przedmiotu Umowy?

- **Komisja Przetargowa informuje, iż w związku z udzieloną odpowiedzią dokonała zmian zapisów Wzoru umowy – Załącznik nr 3 do SIWZ, §11, ust. 1, pkt. 1) o treści „za zwłokę w wykonaniu zamówienia w wysokości 0,1% wartości brutto niezrealizowanego zamówienia za każdy dzień zwłoki.”, na następujący „za zwłokę w wykonaniu zamówienia w wysokości 0,2% wartości brutto niezrealizowanego zamówienia za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 20% wynagrodzenia umownego brutto.”**

Pytanie 23: Dotyczy Wzoru umowy – Załącznik nr 3 do SIWZ, §11, ust. 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie procenta naliczanej kary do max. 10% wartości NETTO niezrealizowanej części umowy? Uzasadnienie: Jeśli dostawa towaru będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, a dla przykładu odstąpienie do umowy będzie dotyczyć niewielkiej partii towaru, to zastrzeżenie kary umownej naliczanej od ogólnej wartości całej umowy na dostawę będzie miała charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji nie budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej.

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie 24: Dotyczy Wzoru umowy – Załącznik nr 3 do SIWZ, §5:

Czy Zamawiający wprowadzi zapis dotyczący możliwości wstrzymania płatności za fakturę w przypadku opóźnienia lub zwłoki do momentu dostarczenia przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w pod pakietami?

- Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ oraz wyjaśnia, że dostawa odczynników odbywać się będzie na podstawie dokumentacji obrotów magazynowych WZ (wydanie na zewnątrz) i PZ (przyjęcie z zewnątrz). Natomiast termin płatności będzie liczony od daty dostarczenia faktury.

Pytanie 25: Dotyczy Wzoru umowy – Załącznik nr 3 do SIWZ, §14:

Czy Zamawiający wprowadzi możliwość wstrzymania dostaw w przypadku nierealizowania płatności?

- Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 26: Dotyczy Wzoru umowy – Załącznik nr 3 do SIWZ, §14:

Czy Zamawiający po podpisaniu umowy, w trakcie jej realizacji dopuści możliwość dostarczania dokumentacji produktowej do dostaw (specyfikacje produktów, MSDS) w formie elektronicznej?

- Komisja Przetargowa informuje, iż dopuszcza możliwość dostarczania dokumentacji produktowej do dostaw (specyfikacje produktów, MSDS) w formie elektronicznej.

Pytanie 27: Dotyczy Wzoru umowy – Załącznik nr 3 do SIWZ:

Czy zamawiający wprowadzi do projektu umowy zapis dotyczący minimalnego poziomu zamówienia, który zostanie na pewno zrealizowany?

- Komisja Przetargowa informuje, iż Wzór umowy – Załącznik nr 3 do SIWZ, §1, ust. 4 zawiera zapis dotyczący minimalnego poziomu zamówienia.

Pytanie 28: Dotyczy Wzoru umowy – Załącznik nr 3 do SIWZ:

Czy Zamawiający dopuści e-mailowy sposób porozumiewania w przypadku reklamacji?

- Komisja Przetargowa informuje, iż dopuszcza e-mailowy sposób porozumiewania w przypadku reklamacji.

Pytanie 29: Dotyczy Wzoru umowy – Załącznik nr 3 do SIWZ:

Czy Zamawiający dopuści możliwość załączenia obszernej dokumentacji przetargowej w postaci plików nagranych na płycie CD wraz z oświadczeniem potwierdzającym zgodność kopii na płycie z elektronicznymi pierwowzorami?

- Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 30: Dotyczy Wzoru umowy – Załącznik nr 3 do SIWZ:

Czy Zamawiający może określić maksymalny okres czasu, na który może zostać aneksowana umowa? Uzasadnienie: Sugerujemy maksymalnie kwartał, gdyż przy umowach długoterminowych istnieje konieczność ponownej weryfikacji zaoferowanych przez Wykonawcę cen z powodu wzrostu cen zakupu u dostawców.

- Komisja Przetargowa informuje, iż we Wzorze umowy w § 14 ust. 2 pkt 13) dodano następujący zapis „zmianę treści umowy w zakresie terminu wykonania zamówienia - może on ulec wydłużeniu w przypadku nie wykorzystania całej wartości asortymentu, którego dotyczy umowa, jednak nie dłużej niż 3 miesiące.”

Pytanie 31: Dotyczy Wzoru umowy – Załącznik nr 3 do SIWZ:

W przypadku konieczności dostarczenia dokumentów w postaci papierowej, czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesłanie ich w postaci zbindowanych tomów, gdzie poświadczenie za zgodność będzie widniało tylko na pierwszej stronie tomu dla jego pozostałych stron?

- Komisja Przetargowa informuje, iż wyraża zgodę na przesłanie dokumentów potwierdzających, że zaoferowany asortyment jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia w postaci zbindowanych tomów, gdzie poświadczenie za zgodność wraz z podpisem będzie widniało tylko na pierwszej stronie tomu, natomiast pozostałe będą opatrzone parafą.

Pytanie 32: Dotyczy Wzoru umowy – Załącznik nr 3 do SIWZ:

Czy Zamawiający dopuści, po każdorazowej konsultacji z Zamawiającym w razie zaistnienia niniejszej sytuacji, możliwość zaoferowania zamiennika produktu w trakcie realizacji umowy, o innej nazwie, kodzie i/lub sposobie opakowania produktu oraz zbliżonych parametrach jakościowych w stosunku do produktu zaoferowanego w danej pozycji oferty w sytuacji, gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, jest on niedostępny u producenta? W przypadku innego sposobu pakowania (konfekcji), cena za opakowanie zbiorcze oferowanego zamiennika zostałaby przeliczona w ten

sposób, że cena za sztukę lub oznaczenie zamiennika byłaby równa cenie za sztukę lub oznaczenie produktu znajdującego się danej pozycji umowy.

Uzasadnienie: Wprowadzenie niniejszego zapisu pozwoli zarówno na zabezpieczenie ciągłości procesu diagnostycznego i uchroni, zarówno Zamawiającego oraz Wykonawcę przed nieoczekiwanymi oraz niezależnymi od nich skutkami wypadków losowych, do których mogą należeć: czasowa awaria linii produkcyjnej u producenta, czasowe wycofanie produktu przez producenta brak dostępności surowców, niekorzystne zmiany makroekonomiczne czy wpływ klęsk żywiołowych.

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie 33: Dotyczy Wzoru umowy – Załącznik nr 3 do SIWZ:

Format certyfikatu kontroli jakości - Czy Zamawiający odstąpi od wymogu podania składu pożywki na Certyfikacie Kontroli Jakości żywności gotowych na płytkach/probówkach?

Uzasadnienie: Normy obowiązujące przy produkcji żywności gotowych nie obligują wytwórcy do zawierania składu pożywki na certyfikacie, dlatego dane te są podawane w specyfikacji produktu. Z definicji, certyfikat analizy to dokument stwierdzający zgodność wyrobu z deklarowanymi przez wytwórcę lub określonymi w przepisach bądź normach właściwościami, natomiast specyfikacja techniczna to dokument ustalający wymagania techniczne, które powinien spełniać wyrób, proces lub usługa. Zaleca się, aby w specyfikacji technicznej wskazywano, jeżeli jest to potrzebne, procedurę lub procedury, za pomocą których można określić, czy dane wymagania są spełnione.

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie 34: Dotyczy Zestawienia wymaganych parametrów granicznych analizatora – Załącznik nr 5 do SIWZ:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w zadaniu 2 aparatu nie starszego niż rok 2009, objętego gwarancją i opieką serwisową?

- **Komisja Przetargowa informuje, iż wyraża zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 2 aparatu nie starszego niż rok 2009, objętego gwarancją i opieką serwisową.**

Ponadto Komisja Przetargowa informuje, iż dodała we Wzorze umowy – Załącznik nr 3 do SIWZ §11 ust. 3 zapis o treści „Kary umowne przysługujące Zamawiającemu mogą być potrącone z płatności za wykonany przedmiot umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę.”

Komisja przetargowa informuje, że w związku z udzielonymi odpowiedziami na pytania dokonano zmian w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w Arkuszu asortymentowo-cenowym – Załącznik nr 4 oraz w Zestawieniu Wymaganych Parametrów Granicznych Analizatora – Załącznik nr 5. Zmieniona SIWZ wraz z załącznikami została umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

Z poważaniem
Przewodniczący Komisji Przetargowej

K I E R O W N I K
Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej
Laboratorium Mikrobiologicznego
mgr Dorota Niewolin
specjalista analityki klinicznej