



### Uczestnicy postępowania ZP-PN/28/17

dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę odczynników do Laboratorium Analitycznego wraz z dzierżawą analizatorów do Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęborku. Znak sprawy: ZP-PN/28/17.

Komisja przetargowa Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęborku w odpowiedzi na otrzymane pytania do treści SIWZ oraz arkusza asortymentowo-cenowego oraz wzoru umów dot. w/w postępowania wyjaśnia:

**Pytanie 1:** *Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 3, poz. 8 - konserwowane krwinki wzorcowe do układu AB0:*

*Czy Zamawiający wymaga zaoferowania konserwowanych krwinek wzorcowych do układu AB0 gotowych do użycia do stosowania w badaniach wykonywanych techniką szkiełkową i probówkową, czy wymaga krwinek stężonych o stężeniu powyżej 27%.*

- **Komisja Przetargowa informuje, iż nie stawia wymogu w w/w zakresie, ale dopuszcza zaoferowanie konserwowanych krwinek wzorcowych do układu AB0 gotowych do użycia do stosowania w badaniach wykonywanych techniką szkiełkową i probówkową oraz dopuszcza krwinki stężone o stężeniu powyżej 27%.**

**Pytanie 2:** *Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 3, poz. 1, 3-7 - odczynniki monoklinalne:*

*Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania odczynników monoklinalnych w opakowaniach handlowych 5x10ml z odpowiednim przeliczeniem ilości.*

*Długi termin przydatności do użycia wskazanych odczynników monoklinalnych (min. 12 miesięcy) nie wpłynie na jakość zaoferowanych odczynników, a tym samym na jakość wykonywanych badań diagnostycznych. Pozwoli natomiast na przygotowanie i złożenie korzystniejszej cenowo oferty przetargowej w zakresie Zadania nr 3 (walor ekonomiczny).*

- **Komisja Przetargowa informuje, iż dopuszcza możliwość zaoferowania odczynników monoklinalnych w opakowaniach handlowych 5x10ml z odpowiednim przeliczeniem, zaokrąglając do pełnych opakowań w górę, tak by końcowa ilość odpowiadała ilości wymaganej przez Zamawiającego.**

**Pytanie 3:** *Dotyczy SIWZ, Formularza oferty – Załącznik nr 1 do SIWZ:*

*Czy Zamawiający wyrazi zgodę na umieszczenie w formularzu oferta tylko tych zadań na które składana jest oferta przetargowa.*

- **Komisja Przetargowa informuje, iż wyraża zgodę na umieszczenie w formularzu oferty tylko tych zadań na które składana jest oferta przetargowa.**

**Pytanie 4:** *Dotyczy Wzoru umowy – Załącznik nr 3 do SIWZ, §5, ust. 3:*

*Wnosimy o zmianę terminu płatności za dostarczony towar na 30 dni od daty dostarczenia faktury.*

*Zamawiający w sposób jednoznaczny naraża się na nieodpowiednie wydatkowanie środków publicznych, z uwagi na fakt, iż Wykonawcy mają prawo do naliczania odsetek ustawowych za zaleganie z płatnościami powyżej 30 dni.*

*Głównym środkiem, który ma sprawić by dłużnicy płacili na czas i to w krótkim terminie są odsetki. Wierzyciel (dostawca towarów lub usług) ma prawo dochodzić odsetek od dłużnika jako swoistej opłaty za odroczenie terminu zapłaty, czyli za udzielenie tzw. kredytu kupieckiego. Chodzi o spowodowanie, aby kredyt kupiecki przestał mieć charakter darmowy i przez to nie stanowił dla*

przedsiębiorcy zobowiązanego do zapłaty korzystnej formy finansowania działalności. W przypadku umów z terminem zapłaty dłuższym niż 30 dni opłata za kredyt przysługuje wierzycielowi właśnie po upływie 30 dni (a więc od 31 dnia), liczonych do dnia, w którym wykonał swoje świadczenie i doręczył dłużnikowi fakturę lub rachunek. Gdy dłużnik w umówionym terminie nie dokona zapłaty, wierzycielowi przysługują także odsetki, jednak w tym wypadku nie mają już one charakteru opłaty za kredyt lecz są to po prostu odsetki za opóźnienie w płatności. Odsetki te przysługują także gdy w umowie ustalony zostanie – wbrew postanowieniom ustawy – termin dłuższy niż maksymalny (wynoszący najczęściej 60 dni). Od następnego dnia po dopuszczalnym terminie wierzyciel ma prawo domagać się odsetek za opóźnienie.

Minimalna wysokość odsetek za udzielenie kredytu kupieckiego oraz za opóźnienie jest określona w ustawie. W założeniu ustawodawcy odsetki za opóźnienie mają być wyższe od tych stanowiących opłatę za kredyt. Oba rodzaje odsetek naliczane są automatycznie i wierzyciel nie ma obowiązku dokonywać żadnego specjalnego wezwania z żądaniem ich zapłaty.

Zamawiający powinien zdawać sobie sprawę, że wydłużając termin płatności do 60 dni automatycznie skutkuje to naliczaniem wskazanych wyżej odsetek, a Zamawiającego naraża na zarzuty nieracjonalnego wydatkowania środków publicznych.

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 5:** Dotyczy Wzoru umowy – Załącznik nr 3 do SIWZ, §5, ust. 3:

**Zapis wzoru umowy:** „Zamawiający wymaga, aby faktura zawierała operacje gospodarcze z miesiąca rozliczeniowego i wystawiana była w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym”

Wnioskujemy o zmianę wskazanego zapisu wzoru umowy na: „Wystawianie faktury VAT do 7 dni od dnia dostarczenia towaru”

Faktury VAT powinny być wystawiane w określonych, przewidzianych w przepisach terminach. Podstawowym aktem prawnym regulującym to zagadnienie jest rozporządzenie Ministra Finansów z 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 97, poz. 971). Zgodnie z § 16 ust. 1 rozporządzenia fakturę, co do zasady, wystawia się nie później niż siódmego dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.

Zamawiający określając termin wystawiania faktury VAT tj.: „wystawiana była w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym” zawarł zasady dokumentowania sprzedaży o charakterze ciągłym tzn. obejmującym kilka dostaw asortymentu w ciągu jednego miesiąca, a zgodnie z wymaganiami SIWZ dostawy będą odbywać się sukcesywnie oraz wg. harmonogramu dostaw (tj. jeden raz w miesiącu). Wskazane wymaganie Zamawiającego dotyczące wystawiania faktur VAT jest niezgodne z postanowieniami ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług oraz wskazanego wyżej rozporządzenia Ministra Finansów

Zamawiający poprzez określony we wzorze umowy termin wystawiania faktury VAT może doprowadzić, że wymagana płatność za dostarczony towar będzie wynosić ponad 90 dni np.: dostawa towaru nastąpi pierwszego dnia miesiąca, wystawienie faktury zgodnie z wymaganiami SIWZ – do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym, termin płatności 60 dni, co da w sumie termin płatności od daty dostarczenia asortymentu ponad 90 dni, co pozostaje w niezgodności z obowiązującymi przepisami prawa obowiązującymi zakład opieki zdrowotnej.

Z uwagi na powyższe należy stwierdzić, że zmiany są konieczne i zasadne, ponieważ wszystkim uczestnikom postępowania zagraża podpisanie umowy, której wykonanie będzie się wiązało się z utratą płynności finansowej. O ile konieczne jest istnienie uregulowań prawnych, które prowadzą do wyłonienia dostawcy w trybie postępowania o zamówienia publiczne, to podpisanie umowy z takim dostawcą nie może być sprzeczne z podstawowymi zasadami zawierania umów cywilnoprawnych i nie może prowadzić do wykorzystywania uregulowań prawnych dotyczących zamówień publicznych do nadmiernego uprzywilejowania podmiotów, które do stosowania tej ustawy są zobowiązane. Pozostawienie takiego stanu rzeczy, jaki został zapisany w projekcie umowy, będącej załącznikiem do SIWZ spowoduje możliwość postawienia potencjalnego wykonawcy w sytuacji znanej w doktrynie jako pozycja „kreatywnego bankruta”, tzn., że zgodnie z dokumentacją rozliczeniową firma będzie w doskonałej sytuacji finansowej, ale środki należne będą „zamrożone” w wystawionych i niezapłaconych fakturach, co sprawi, że wbrew zapisom nie będą to „środki obrotowe”, gdyż nie będzie możliwości wykorzystania ich przez wykonawcę.

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 6:** Dotyczy Wzoru umowy – Załącznik nr 3 do SIWZ, §8, ust. 1, pkt. 1):

Wnioskujemy o zmianę wskazanego zapisu wzoru umowy na: „prawidłowy, zgodny z zaleceniami producenta, termin przydatności do użycia odczynników stanowiących przedmiot zamówienia, minimum 6 miesięcy (krwinki wzorcowe min 4 tygodnie) od daty dostawy”

Zamawiający nie uwzględnił terminu przydatności krwinek wzorcowych, które ze względu na specyficzność produktu mają krótszy termin ważności tj. min 4 tygodnie.

- **Komisja Przetargowa informuje, iż związku z udzieloną odpowiedzią dokonała zmian zapisów we Wzorze umowy – Załącznik nr 3 do SIWZ, §8, ust. 1, pkt. 1) o treści „prawidłowy, zgodny z zaleceniami producenta, termin przydatności do użycia odczynników stanowiących przedmiot zamówienia, minimum 6 miesięcy od daty dostawy” na następujący „prawidłowy, zgodny z zaleceniami producenta, termin przydatności do użycia odczynników stanowiących przedmiot zamówienia, minimum 6 miesięcy (krwinki wzorcowe min 4 tygodnie) od daty dostawy”.**

**Pytanie 7:** Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 2:

Czy w zadaniu nr 2 Zamawiający dopuści test do wykrywania OPI/MOP o czułości 300ng/ml?

- **Komisja Przetargowa informuje, iż dopuszcza test do wykrywania OPI/MOP o czułości 300ng/ml.**

**Pytanie 8:** Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 5, poz. nr 3:

Jakim laboratoryjnym systemem informatycznym, do którego należy podłączyć analizator z zadania 5, dysponuje Zamawiający?

- **Komisja Przetargowa informuje, iż posiada system informatyczny InfoMedica – Asseco.**

**Pytanie 9:** Dotyczy Zestawienia wymaganych parametrów granicznych analizatora – Załącznik nr 5a do SIWZ, Zadanie nr 1:

Czy parametry wymienione w "zestawieniu wymaganych parametrów granicznych analizatora", za wyjątkiem pkt. 5, dotyczą analizatora podstawowego?

- **Komisja Przetargowa informuje, iż parametry wymienione w Zestawieniu wymaganych parametrów granicznych analizatora – Załącznik nr 5a do SIWZ dotyczą analizatora podstawowego. Wyjątek stanowi pkt. 5 w/w załącznika.**

**Pytanie 10:** Dotyczy Zestawienia wymaganych parametrów granicznych analizatora – Załącznik nr 5a do SIWZ, Zadanie nr 1:

Jakiej minimalnej ilości miejsc próbkowych oczekuje Zamawiający?

- **Komisja Przetargowa informuje, iż nie stawia wymogu w/w zakresie.**

**Pytanie 11:** Dotyczy Zestawienia wymaganych parametrów granicznych analizatora – Załącznik nr 5a do SIWZ, Zadanie nr 1:

Czy analizator powinien być wyposażony w przebijak korków zamkniętego pobrania?

- **Komisja Przetargowa informuje, iż nie stawia wymogu w/w zakresie, lecz dopuszcza do zaferowania przebijak korków zamkniętego pobrania.**

**Pytanie 12:** Dotyczy Zestawienia wymaganych parametrów granicznych analizatora – Załącznik nr 5a do SIWZ, Zadanie nr 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na analizator, w którym poszczególne reakcje odbywają się w pojedynczych kuwetach, natomiast same kuwety są połączone w większe całości?

- **Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza do zaferowania analizator, w którym poszczególne reakcje odbywają się w pojedynczych kuwetach, natomiast same kuwety połączone są w większe całości.**
- **Zamawiający dopuszcza powyższe pod warunkiem uwzględnienia przez Wykonawcę zwiększonej ilości kuwet wynikającej z wykonania pojedynczych badań. Nieoszacowanie zwiększonej ilości kuwet skutkować będzie nieodpłatnymi dostawami kuwet.**

**Pytanie 13:** Dotyczy Zestawienia wymaganych parametrów granicznych analizatora – Załącznik nr 5a do SIWZ, Zadanie nr 1:

Czy Zamawiający zaakceptuje metodę Claussa z automatycznym rozcieńczaniem osocza? Należy zaznaczyć, że w klasycznej metodzie Claussa rozcieńczenie osocza jest niezbędnym etapem analizy wykonywanym "z definicji"?

- **Komisja Przetargowa informuje, iż dopuszcza metodę Claussa z automatycznym rozcieńczaniem osocza.**

**Pytanie 14:** Dotyczy Zestawienia wymaganych parametrów granicznych analizatora – Załącznik nr 5a do SIWZ, Zadanie nr 1:

Czy oferowany aparat back-up ma być aparatem automatycznym?

- **Komisja Przetargowa informuje, iż oferowany aparat back-up musi być aparatem automatycznym.**

**Pytanie 15:** Dotyczy Zestawienia wymaganych parametrów granicznych analizatora – Załącznik nr 5a do SIWZ, Zadanie nr 1:

Czy czytnik kodów kreskowych ma być czytnikiem typu wewnętrznego, pozwalającym na jednoczesny odczyt wszystkich wkładanych w danym nośniku (np. statywie) materiałów, bez konieczności ich manualnego, kolejnego przykładania do okienka czytnika przez operatora?

- **Komisja Przetargowa informuje, iż czytnik kodów kreskowych musi być czytnikiem typu wewnętrznego, umożliwiającym automatyczne skanowanie próbek.**

**Pytanie 16:** Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 1, poz. 5:

Czy odczynnik do antytrombiny ma być odczynnikiem płynnym gotowym do użycia?

- **Komisja Przetargowa informuje, iż nie stawia wymogu w w/w zakresie, lecz dopuszcza do zaferowania odczynnik do antytrombiny III w postaci płynnej gotowej do użycia.**

**Pytanie 17:** Dotyczy Zestawienia wymaganych parametrów granicznych analizatora – Załącznik nr 5a do SIWZ, Zadanie nr 1:

Czy Zamawiający zaakceptuje ofertę, w którym D-dimery wykonywane są tylko na analizatorze podstawowym, względnie do analizatora zapasowego jest używany inny odczynnik niż na analizatorze podstawowym, dostarczany nieodpłatnie w razie awarii analizatora podstawowego?

- **Komisja Przetargowa informuje, iż nie dopuszcza do zaferowania D-dimerów wykonywanych tylko na analizatorze podstawowym.**
- **Zamawiający dopuszcza do zaferowania analizator zapasowy, w którym jest używany inny odczynnik niż w analizatorze podstawowym, pod warunkiem dostarczania nieodpłatnie już przy uruchamianiu obu analizatorów odpowiedniego odczynnika do oznaczania D-dimerów, a w przypadku skończenia się jego daty ważności przed końcem umowy, dostarczanie na koszt Wykonawcy następnego kompletu odczynników, co w razie awarii podstawowego analizatora pozwoli na zachowanie ciągłości pracy.**

**Pytanie 18:** Dotyczy Zestawienia wymaganych parametrów granicznych analizatora – Załącznik nr 5a do SIWZ, Zadanie nr 1:

Czy przez certyfikat, o którym mowa w pkt 9 parametrów granicznych" należy rozumieć certyfikat FDA lub europejskiej jednostki notyfikowanej?

- **Komisja Przetargowa informuje, iż dopuszcza certyfikat FDA lub certyfikat europejskiej jednostki notyfikowanej lub inne certyfikaty potwierdzające przydatność w wykazywaniu zatorowości płucnej i zakrzepicy żył głębokich.**

**Pytanie 19:** Dotyczy Zestawienia wymaganych parametrów granicznych analizatora – Załącznik nr 5a do SIWZ, Zadanie nr 1:

Czy parametry oceny jakościowej dotyczą analizatora podstawowego?

- **Komisja Przetargowa informuje, iż parametry oceny jakościowej dotyczą analizatora podstawowego.**

**Pytanie 20:** Dotyczy Zestawienia wymaganych parametrów granicznych analizatora – Załącznik nr 5a do SIWZ, Zadanie nr 1:

Czy w pkt. 19 Parametrów ocenianych Zamawiający miał na myśli automatyczny pomiar objętości i wyliczanie ilości testów dla danego parametru możliwych do wykonania z załadowanych

odczynników , gdzie w przypadku testów, do których używa się wielu odczynników, aparat dokonuje "podsumowania" i wyświetlana jest liczba testów w odczynniku, którego jest najmniej ?

- **Komisja Przetargowa informuje, iż dopuszcza do zaoferowania monitoring zużycia odczynników poprzez automatyczny pomiar objętości i wyliczanie ilości testów dla danego parametru możliwych do wykonania z załadowanych odczynników, gdzie w przypadku testów, do których używa się wielu odczynników, aparat dokonuje "podsumowania" i wyświetlana jest liczba testów w odczynniku, którego jest najmniej.**

**Pytanie 21:** Dotyczy Zestawienia wymaganych parametrów granicznych analizatora – Załącznik nr 5b do SIWZ, Zadanie nr 5, poz. 8:

Czy zamawiający dopuści paski o czułości dla glukozy na poziomie 75-125 mg/dl?

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 22:** Dotyczy Zestawienia wymaganych parametrów granicznych analizatora – Załącznik nr 5b do SIWZ, Zadanie nr 5, poz. 9:

Czy zamawiający dopuści paski o czułości dla białka na poziomie 15-30 mg/dl?

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 23:** Dotyczy Zestawienia wymaganych parametrów granicznych analizatora – Załącznik nr 5a do SIWZ, Zadanie nr 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora o wydajności 60 PT/min.

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 24:** Dotyczy Zestawienia wymaganych parametrów granicznych analizatora – Załącznik nr 5a do SIWZ, Zadanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuści ofertę z analizatorem wraz z dedykowanymi odczynnikami i aplikacjami pochodzącymi od innego producenta?

Zaoferowany zestaw (analizator + odczynniki) stanowi jednolity system. Proponowane odczynniki, których jesteśmy producentem posiadają pełną walidację metod.

- **Komisja Przetargowa informuje, iż dopuszcza do zaoferowania analizator wraz z dedykowanymi odczynnikami i aplikacjami pochodzącymi od innego producenta pod warunkiem, że zaoferowany zestaw ( analizator + odczynniki) stanowi jednolity system, a proponowane odczynniki posiadają pełną walidację metod.**

**Pytanie 25:** Dotyczy Zestawienia wymaganych parametrów granicznych analizatora – Załącznik nr 5a do SIWZ, Zadanie nr 1:

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania analizatorów pracujących w oparciu o pojedyncze kuwety pomiarowe-nie łączone w bloki, rotory lub segmenty?

- **Komisja Przetargowa informuje, iż dopuszcza do zaoferowania analizator, w którym poszczególne reakcje odbywają się w pojedynczych kuwetach, natomiast same kuwety połączone są w większe całości.**
- **Zamawiający dopuszcza powyższe pod warunkiem uwzględnienia przez Wykonawcę zwiększonej ilości kuwet (bloków, rotorów, segmentów) wynikającej z wykonania pojedynczych badań. Nieszacowanie zwiększonej ilości kuwet skutkować będzie niedopłatnymi dostawami kuwet (bloków, rotorów, segmentów).**

**Pytanie 26:** Dotyczy Zestawienia wymaganych parametrów granicznych analizatora – Załącznik nr 5a do SIWZ, Zadanie nr 1:

Czy w przypadku zaoferowania analizatora wykorzystującego wiskozymetryczną metodę pomiaru (metoda mechaniczna) zamawiający odstąpi od wymogu podglądu krzywych reakcji dla badań PT, APTT i Fibrynogenu? W przypadku zastosowania wiskozymetrycznej metody pomiaru, interferencje typu hemoliza, lipemia i bilirubina nie wpływają na wynik badania, gdyż w metodzie tej nie jest wykorzystywany układ optyczny.

- **Komisja Przetargowa informuje, iż w przypadku zaoferowania analizatora wykorzystującego wiskozymetryczną metodę pomiaru Zamawiający odstąpi od wymogu podglądu krzywych reakcji dla badań PT, APTT i Fibrynogenu.**

**Pytanie 27:** Dotyczy Zestawienia wymaganych parametrów granicznych analizatora – Załącznik nr 5a do SIWZ, Zadanie nr 1:

Czy zamawiający dopuści aparat o wydajności 50 testów PT na godzinę?

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.**

*Pytanie 28: Dotyczy Zestawienia wymaganych parametrów granicznych analizatora – Załącznik nr 5a do SIWZ, Zadanie nr 1:*

*Jaka firma jest dostawcą sieci laboratoryjnej w laboratorium?*

- **Komisja Przetargowa informuje, iż posiada system informatyczny InfoMedica – Asseco.**

*Pytanie 29: Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 1, poz. I. 3:*

*Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie odczynnika do oznaczania fibrynogenu met.Claussa z wstępnym (automatycznym wykonywaniem)rozcieńczenia osocza ?*

- **Komisja Przetargowa informuje, iż dopuszcza metodę Claussa z automatycznym rozcieńczaniem osocza.**

*Pytanie 30: Dotyczy Zestawienia wymaganych parametrów granicznych analizatora – Załącznik nr 5a do SIWZ, Zadanie nr 1:*

*Czy Zamawiający dopuszcza analizator z drukarką umożliwiającą wydruk po jego ręcznym zleceniu?*

- **Komisja Przetargowa informuje, iż dopuszcza analizator z drukarką umożliwiającą wydruk po jego ręcznym zleceniu.**

*Pytanie 31: Dotyczy Zestawienia wymaganych parametrów granicznych analizatora – Załącznik nr 5a do SIWZ, Zadanie nr 1:*

*Prosimy o informację jakiej firmy system informatyczny funkcjonuje w Laboratorium?*

- **Komisja Przetargowa informuje, iż posiada system informatyczny InfoMedica – Asseco.**

*Pytanie 32: Dotyczy Zestawienia wymaganych parametrów granicznych analizatora – Załącznik nr 5a do SIWZ, Zadanie nr 1:*

*Uprzejmie prosimy o przesunięcie terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu na 21.06.2017.*

- **Komisja Przetargowa informuje, iż dnia 12.06.2017 r. przedłużyła termin składania ofert do dnia 21.06.2017 r. do godziny 12:00. Otwarcie ofert nastąpi dnia 21.06.2017 r. o godzinie 12:30.**

**Komisja przetargowa informuje, że w związku z udzielonymi odpowiedziami na pytania dokonano zmian w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, we Wzorce umowy – Załącznik nr 3, w Arkuszu asortymentowo-cenowym – Załącznik nr 4 oraz w Zestawieniu Wymaganych Parametrów Granicznych Analizatora – Załącznik nr 5a. Zmieniona SIWZ wraz z załącznikami została umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.**

Z poważaniem  
Przewodniczący Komisji Przetargowej

**KIEROWNIK**  
Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej  
(Laboratorium Analityczne)  
mgr Katarzyna Robak-Szymańska  
specjalista diagnostyki laboratoryjnej