



SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W LĘBORKU



e-mail: sekretariat@szpital-lebork.com.pl, www.szpital-lebork.com.pl

84-300 LĘBORK, UL. JULIANA WĘGRZYNOWICZA 13, TEL. 59 86 35 202, FAX 59 86 33 173, DYREKCJA TEL. 59 8635 325

ZP.261.56.1.2017

Lębork, dn. 29.08.2017 r.

Uczestnicy postępowania ZP-PN/32/17

dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup i sukcesywne dostawy odczynników do badań immunohistochemicznych wraz z dzierżawą analizatora do Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku. Znak sprawy: ZP-PN/32/17.

Komisja przetargowa Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku w odpowiedzi na otrzymane pytania dot. w/w postępowania wyjaśnia:

- Dotyczy Załącznika nr 5 do SIWZ - Parametry graniczne - Prosimy o dodatnie do pkt 18 parametrów granicznych zdania o brzmieniu: „(...) lub pokryje koszty wykonania barwień w innym ośrodku”, tak aby był on zgodny z Par. 6.3 pkt. 5) wzoru umowy Załącznik nr 3 do SIWZ?
 - Komisja Przetargowa informuje, że zmieniła zapis pkt 18 Zestawienia parametrów granicznych analizatora do barwień immunohistochemicznych – Załącznik nr 5 do SIWZ, na następujący: „Wykonawca zapewni Zamawiającemu gwarancji jakości i sprawnego działania aparatu do immunohistochemii przez okres 12 miesięcy od momentu dostarczenia do pracowni. W razie awarii aparatu przez okres trwania umowy Zamawiający nieodpłatnie jest zobowiązany do naprawy aparatu w ciągu 48h od momentu zgłoszenia awarii. Jeżeli naprawa aparatu będzie trwała dłużej niż 7 dni Wykonawca dostarczy Zamawiającemu aparat zastępczy na czas naprawy, lub pokryje koszty wykonania barwień w innym ośrodku.”
- Dotyczy Załącznika nr 5 do SIWZ – Parametry graniczne – dotyczy pkt 2. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmianę zapisu w pkt 2 na: „Aparat do diagnostyki immunohistochemicznej (IHC) otwarty z możliwością stosowania przeciwciał pierwotnych innych producentów niż producent aparatu”.
 - Komisja Przetargowa informuje, że zmieniła zapis pkt 2 Zestawienia parametrów granicznych analizatora do barwień immunohistochemicznych – Załącznik nr 5 do SIWZ, na następujący: „Aparat do diagnostyki immunohistochemicznej (IHC) otwarty z możliwością stosowania przeciwciał pierwotnych innych producentów niż producent aparatu”. Usunięto zapis: „(przeciwciała pierwotne i system wizualizacji).”
- Dotyczy SIWZ, Rozdział II – Informacje i wymagania dodatkowe. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o usunięcie pkt 4.
 - Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.
- Dotyczy Załącznika nr 4 do SIWZ – Arkusz asortymentowo-cenowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w punkcie 30 w formularzu cenowym Wykonawca wycenił wymienione produkty indywidualnie? Wymienione produkty mają inne numery katalogowe, są konfekcjonowane w opakowania o różnej ilości oznaczeń oraz obowiązują na nie różne stawki podatku vat.
 - Komisja Przetargowa informuje, że wyraża zgodę na odpowiednią modyfikację pkt 30 Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, przez Wykonawcę, tak aby wycenił wymienione produkty indywidualnie.

„A”

5. Dotyczy zapisów Załącznika nr 3 do SIWZ - Par. 3 ust. 2 i par. 4 ust. 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury?
- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.
6. Dotyczy zapisów Załącznika nr 3 do SIWZ - Par. 6 ust. 3 pkt 1) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę „bezpłatny przegląd” na „przegląd w ramach czynszu dzierżawnego”?
- Komisja Przetargowa informuje, że zmieniła zapis § 6 ust. 3 pkt 1 wzoru umowy na następujący:
 „3. Wykonawca zapewnia warunki gwarancji i serwisu w okresie gwarancyjnym:
 1) w ramach czynszu dzierżawnego:
 a) przegląd i konserwację;
 b) walidację analizatora;
 c) ewentualną wymianę elementów zużytych lub uszkodzonych;
 d) serwis świadczony przez stałą placówkę dostępną w kraju;”
7. Dotyczy zapisów Załącznika nr 3 do SIWZ - Par. 6 ust. 3 pkt 2) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę „nieodpłatną” na „w ramach czynszu dzierżawnego”?
- Komisja Przetargowa informuje, że zmieniła zapis § 6 ust. 3 pkt 2 na następujący:
 „2) naprawę w ramach czynszu dzierżawnego przez cały okres obowiązywania umowy na dzierżawę analizatora;”
8. Dotyczy zapisów Załącznika nr 3 do SIWZ – Par. 11. Prosimy o dodanie zapisu o brzmieniu:
 „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.”
- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Komisja przetargowa informuje, że w związku z odpowiedziami na pytania dokonano zmian w Zestawieniu parametrów granicznych analizatora – Załącznik nr 5 do SIWZ oraz we wzorze umowy – Załącznik nr 3 do SIWZ. Zmienione załączniki zostały umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

Z poważaniem

Przewodniczący Komisji Przetargowej

1313658
 Ier. med. Leonard Gross
 specjalista patomorfolog
 KIEROWNIK ZAKŁADU PATOMORFOLOGII
 Samodzielny Publiczny Specjalistyczny
 Zakład Opieki Zdrowotnej
 84-300 LEBORK, ul. Węgrzynowicza 13
 71 052 55 00