



SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W ŁĘBORKU

e-mail: sekretariat@szpital-lebork.com.pl, www.szpital-lebork.com.pl



ZP.261.67.2.2017

84-300 ŁĘBORK, UL. JULIANA WĘGRZYNOWICZA 13, TEL. 59 86 35 202, FAX 59 86 33 173, DYREKCJA TEL. 59 8635 325

Łębork, dn. 15.09.2017 r.

Uczestnicy postępowania ZP-PN/36/17

dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup i sukcesywne dostawy materiałów szewnych, siatek chirurgicznych oraz materiałów zespalających do Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęborku. Znak sprawy: ZP-PN/36/17.

Komisja przetargowa Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęborku w odpowiedzi na otrzymane pytania dot. w/w postępowania wyjaśnia:

Zadanie nr 1

1. Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie nici, które od wymaganych w SIWZ różnią się jedynie stosunkiem kopolimeru glikolidu i L-laktydu [30/70], pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
 - **Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**
2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów wchłanianych w czasie 56-70 dni, polifilamentne, o czasie podtrzymywania tkankowego 75% po 2 tygodniach, wykonane z kwasu poliglikolowego 90% i mlekowego 10%, powlekane poliglikolidem laktydu i stearynianem wapnia?
 - **Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Zadanie nr 2

3. Zwracam się z prośbą o dopuszczenie materiału szewnego bez powleczenia antybakteryjnego, pozostałe parametry bez zmian.
 - **Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**
4. Poz. 2a. Zwracam się z prośbą o dopuszczenie materiału szewnego z igłą okrągłą z tnącym ostrzem (przyostrzoną).
 - **Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza w Zadaniu nr 2 poz. 2a materiał szewny z igłą okrągłą z tnącym ostrzem (przyostrzoną).**

Zadanie nr 3

5. Zwracam się z prośbą o dopuszczenie szwy chirurgiczne wchłaniające w czasie 42 dni, plecione, wytwarzane z kwasu poliglikolowego, o okresie podtrzymywania tkankowego po 7 dniach 50% oraz po 8-11 dniach 50%.
 - **Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza w Zadaniu nr 3 szwy chirurgiczne wchłaniające w czasie 42 dni, plecione, wytwarzane z kwasu poliglikolowego, o okresie podtrzymywania tkankowego po 7 dniach 50% oraz po 8-11 dniach 50%.**
6. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 3 Szwy wchłaniające, syntetyczne, plecione, wykonane z homopolimeru kwasu glikolowego, pokryte ε-kaprolaktonem i stearynianem wapnia. Profil podtrzymania po 7 dniach wynosi 40%, po 14 dniach - 0%. Całkowite wchłonięcie następuje po 42 dniach?
 - **Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**
7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu nr 3 poz. 1b, 2a igły o długości 40 mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?
 - **Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

"A"

8. Prosimy o dopuszczenie w Zadaniu nr 3 poz. 3a igły o długości 30 mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.
9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu nr 3 poz. 5a szwu z igłą o długości 30 mm i długości nitki 90 cm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?
- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.
10. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 3 poz. 6a nić o długości 75 cm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?
- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zadanie nr 4

11. Zwracam się z prośbą o dopuszczenie material szewny o podtrzymywaniu węzła po 28 dniach 65-70%, pozostałe parametry bez zmian.
- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.
12. Poz. 6a. Zwracam się z prośbą o dopuszczenie material szewny z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem (typu micro-point).
- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zadanie nr 5


13. Czy Zamawiający dopuści nici o następujących parametrach: Multifilament, pleciony z 100% kwasy poliglikolowego. Powlekany polikaprolakton i stearynian wapnia. Czas podtrzymania tkankowego wynosi: 14 dzień po implantacji 60-70 %; 18 dzień po implantacji 50 %; 21 dzień po implantacji 40%. Okres całkowitego wchłaniania: 60-90 dni.
- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.
14. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 5 szwy wchłaniające w czasie 60 – 90 dni, plecione, wykonane z homopolimeru kwasu glikolowego, powleczone ε-kaprolaktonem i stearynianem wapnia, profil podtrzymania po 14 dniach wynosi ok. 65%, oraz ponad 40% po trzech tygodniach?
- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.
15. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów wchłanianych w czasie 60-90 dni, polifilamentne, o czasie podtrzymywania tkankowego 70% po 2 tyg, 50% po 3 tyg, 20% po 4 tyg, wykonane z kwasu poliglikolowego, powleczone polikaprolaktonem i stearynianem wapnia?
- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.
16. Dotyczy pozycji 1 a, b, c. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby szwy były na rolce?
- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.
17. Dotyczy pozycji 2 a. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów o długości 3x50 cm?
- Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza do zaoferowania szwy o długości 3x50 cm.

Zadanie nr 6

18. Poz. 4a. Zwracam się z prośbą o dopuszczenie material szewny z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem (typu micro-point).
- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.
19. Poz. 5a. Zwracam się z prośbą o dopuszczenie material szewny bez klipsów.
- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zadanie nr 7

20. Poz. 2a. Zwracam się z prośbą o dopuszczenie materialu szewnego z igłą okrągłą z tnącym ostrzem (przyostrzoną).
- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.
21. Poz. 2a. Zwracam się z prośbą o dopuszczenie materialu szewnego z igłą o długości 25 mm.
- Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza w Zadaniu nr 7 poz. 2a material szewny z igłą o długości 25 mm.
22. Poz. 5a. Zwracam się z prośbą o dopuszczenie material szewny z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem (typu micro-point) bez koralików i zacisków.
- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

 "A"

Zadanie nr 8

23. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu 8 poz. 1a, 2a igłę zakrzywioną o krzywiznie $\frac{1}{2}$ koła?
- Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza do zaoferowania w Zadaniu nr 8 poz. 1a, 2a igłę zakrzywioną o krzywiznie $\frac{1}{2}$ koła.
24. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie w Zadaniu 8 poz. 2a igły o długości 30 mm?
- Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza do zaoferowania w Zadaniu nr 8 poz. 2a igłę o długości 30 mm.
25. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie w Zadaniu 8 poz. 3a igły o długości 25 mm, oraz nić 90 cm?
- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zadanie nr 10

26. Dotyczy pozycji 1. Czy Zamawiający dopuści wosk kostny o składzie: mieszanina wosków pszczelich–80%, palmitynian izopropylowy–20 %
- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zadanie nr 12

27. Zwracam się z prośbą o dopuszczenie szwy syntetyczne, monofilamentowe, wchłaniające się w okresie 90-120 dni, wytwarzane z kopolimeru kwasu glikolowego i kaprolaktonu, o czasie podtrzymywania tkankowego po 21 dniach 15%.
- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.
28. Poz. 5a. Zwracam się z prośbą o dopuszczenie material szewny z igłą o długości 50 mm.
- Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza w Zadaniu nr 12 poz. 5a material szewny z igłą o długości 50 mm.
29. Poz. 6a. Zwracam się z prośbą o dopuszczenie material szewny z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem (typu micro-point) oraz nitką o długości 75 cm.
- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zadanie nr 15

30. Poz. 6a. Zwracam się z prośbą o dopuszczenie material szewny z igłą o długości 57 mm.
- Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza w Zadaniu nr 15 poz. 6a material szewny z igłą o długości 57 mm.
31. Prosimy o dopuszczenie w Zadaniu nr 15 poz. 3a podwiązki niewchłaniającej na rolce o długości 250 cm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.
32. Czy Zamawiający zgodzi się i dopuści w Zadaniu nr 15 poz. 5a i 6a, igłę okrągłą tnącą o długości 50 mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?
- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zadanie nr 19

33. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu 19 siatkę polipropylenową, niewchłaniającą, o gramaturze 45 g/m², wielkość porów 1.1 x 1.2 mm, grubość siatki 0.4 mm, grubość nici w splocie 0.1 mm, siatka transparentna?
- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.
34. Prosimy o dopuszczenie w Zadaniu 19 poz. 2 również rozmiaru 6 cm x 11 cm.
- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.
35. Prosimy o dopuszczenie w Zadaniu 19 poz. 5 również rozmiaru 15 cm x 30 cm.
- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.
36. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie siatek bez barwnych pasów wzmacniających? Oferowane przez nas siatki charakteryzują się dużą wytrzymałością, gwarantującą stabilność siatki podczas wysokich naprężeń wewnątrz jamy brzusznej oraz zabezpieczającą przed nawrotem przepukliny.
- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.
37. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie siatek o gramaturze 80g/m² (+/-10g/m²)?
- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

38. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie siatek o wielkości porów ok. 0,92mm?
- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.
39. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie siatek o grubości 0,47mm?
- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.
40. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie siatek o grubości nici 0,16mm?
- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.
41. Dotyczy poz. 1. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie siatek w rozmiarze 10x16 cm?
- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.
42. Dotyczy poz. 5. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie siatek w rozmiarze 15x20 cm?
- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.
43. Dotyczy poz. 5. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie siatek w rozmiarze 20x25 cm?
- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.
44. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie siatki polipropylenowej niewchłaniającej z barwnymi paskami, o gramaturze 45g/m², o grubości 0,45 mm, oraz grubości nici białej 0,13 mm a barwionej 0,15 mm.
- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.
45. Dotyczy poz. 5 – Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie siatki o rozmiarze 15 cm x 30 cm.
- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zapisy SIWZ

46. W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 6 ust. 4 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.
- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.
47. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1:
- Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:
- 1) za zwłokę w wykonaniu zamówienia w wysokości 0,1% wartości brutto tego zamówienia za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wynagrodzenia brutto niezrealizowanej części umowy.
- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.
48. Czy terminy podane w umowie odnoszą się do dni roboczych i czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?
- Komisja Przetargowa informuje, że definicję „dni” podano w Rozdziale I ust. 16 SIWZ oraz §4 ust. 4 wzoru umowy:
 „Zamawiający informuje, iż przez określenie „dni”, rozumie się następujące po sobie dni kalendarzowe, a w przypadkach gdy umowa posługuje się pojęciem „dni robocze” powołuje się na powszechne rozumienie tego pojęcia, gdzie za dzień roboczy uznawany jest każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót.”
 Ponadto Zamawiający określając termin w umowie jasno i precyzyjnie określa, że odnoszą się one do dni roboczych (zapisy Rozdziału II ust. 3 SIWZ oraz §2 ust. 3 wzoru umowy:
 „Realizacja każdego zamówienia złożonego poprzez e-mail lub faks nastąpi w terminie do dni roboczych (od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) od momentu zgłoszenia poprzez faks lub e-mail dokonanego przez Zamawiającego i potwierdzenia tego terminu przez Wykonawcę.”
49. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu płatności z 60 na 30 dni (par. 5 ust. 1)?
- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.



50. Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?
- Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza zmianę przedmiotu umowy poprzez zawarcie pisemnego aneksu, w przypadkach wskazanych w §9 ust. 2 pkt 3 wzoru umowy.
51. Czy Zamawiający dopuści realizowanie dostaw do godz. 15.00 (par. 2 ust. 2)?
- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ
52. Czy Zamawiający zgadza się aby kara umowna określona w par. 7 ust. 1 pkt 2) wynosiła 5% wartości brutto niezrealizowanego zamówienia ?
- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.
53. Czy Zamawiający zgadza się, aby przed rozwiązaniem umowy na mocy §10 Zamawiający uprzednio wezwał Wykonawcę do należytej realizacji umowy?
- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.
54. Dotyczy §10 wzoru umowy – Wnosimy i modyfikację w/w wzoru umowy na: „Zamawiający zastrzega sobie prawo natychmiastowego rozwiązania umowy bez jej wypowiedzenia w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:
- 1) trzykrotna kolejna zwłoka Wykonawcy w realizacji przedmiotu umowy, **po wcześniejszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania zobowiązania,**
 - 2) **trzykrotna kolejna rażąca** zwłoka Wykonawcy w wykonaniu umowy, rozumiana jako okres przekraczający 7 dni od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego,
 - 3) **trzykrotnej kolejnej** pisemnej i nieskutecznej reklamacji Zamawiającego dotyczącej jakości dostarczanych towarów, w szczególności gdy trzykrotna **kolejna** reklamacja złożona przez Zamawiającego będzie dotyczyła **produktów** z tej samej pozycji arkusza asortymentowo-cenowego stanowiącego załącznik do oferty oraz umowy.
- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Komisja przetargowa informuje, że w związku z odpowiedziami na pytania dokonano zmian w Arkuszu asortymentowo-cenowym – Załącznik nr 4. Zmieniony Arkusz asortymentowo – cenowy został umieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

W związku z odpowiedziami na pytania został przesunięty termin składania ofert na dzień 20.09.2017 r. do godz. 12:00

Z poważaniem

Przewodniczący Komisji Przetargowej

3401606P Kierownik Biura Operacyjnego
mgr Grażyna Kusowska
specjalista w dziedzinie
pielęgniarstwa operacyjnego

„A”
INSPEKTOR
ds. Zamówień Publicznych
Leszek Kaiser

INSPEKTOR
ds. Zamówień Publicznych
Małgorzata Lipska