



SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W LĘBORKU

e-mail: sekretariat@szpital-lebork.com.pl, www.szpital-lebork.com.pl

84-300 LĘBORK, UL. JULIANA WĘGRZYNOWICZA 13, TEL. 59 86 35 202, FAX 59 86 33 173, DYREKCYJA TEL. 59 8635 325

ZP.261.69.1.2017



Lębork, dn. 22.09.2017 r.

Uczestnicy postępowania ZP-PN/37/17

dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup i sukcesywne dostawy materiałów zespalających do Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku.

Znak sprawy: ZP-PN/37/17.

Komisja przetargowa Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku w odpowiedzi na otrzymane pytania dot. w/w postępowania wyjaśnia:

1. *Czy Zamawiający w Zadaniu nr 1 (załącznik nr 4) poz. 33, 35, 43, 44, 45 dopuści możliwość zaoferowania płytek z otworami dwufunkcyjnymi nie wymagającymi zaślepek/przejsiówek, blokująco – kompresyjnych, z otworami blokowanymi z gwintem stożkowym?*
 - **Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza w poz. nr 33, 35, 43, 44, 45 możliwość zaoferowania płytek z otworami dwufunkcyjnymi nie wymagającymi zaślepek/przejsiówek, blokująco-kompresyjnych z otworami blokowanymi z gwintem stożkowym.**
2. *Poz. 1,4,5 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość oferowania wkrętów z gniazdami typu torx zamiast sześciokątnych?*
 - **Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza w poz. nr 1, 4, 5 możliwość zaoferowania wkrętów z gniazdami typu torx zamiast sześciokątnych.**
3. *Poz. 13 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość oferowania wkrętów w zakresie średnic 2,0/3,0mm zamiast 2,4/3,3mm oraz 3,0/4,0mm zamiast 3/3,5mm?*
 - **Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**
4. *Dot. zapis pod formularzem cenowym (oraz rozdz. I pkt. 15 SIWZ i §8 ust. 2 wzoru umowy) - z uwagi na niewielkie ilości płyt w formularzu cenowym czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu dwóch kompletów instrumentarium na rzecz oferowania jednego do każdego systemu?*
 - **Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Komisja przetargowa informuje, że w związku z odpowiedziami na pytania dokonano zmian w Arkuszu asortymentowo-cenowym – Załącznik nr 4. Zmieniony Arkusz asortymentowo – cenowy został umieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

W związku z odpowiedziami na pytania został przesunięty termin składania ofert na dzień 27.09.2017 r. do godz. 12:00

Z poważaniem

Sekretarz Komisji Przetargowej

INSPEKTOR
ds. Zamówień Publicznych

Leszek Kaiser

INSPEKTOR
ds. Zamówień Publicznych

Małgorzata Lipska

„A”

1