



SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W LĘBORKU

e-mail: sekretariat@szpital-lebork.com.pl, www.szpital-lebork.com.pl



84-300 LĘBORK, UL. JULIANA WĘGRZYNOWICZA 13, TEL. 59 86 35 202, FAX 59 86 33 173, DYREKCJA TEL. 59 8635 325

ZP.261.60.1.2017

Lębork, dn. 24.10.2017 r.

### Uczestnicy postępowania ZP-PN/33/17

dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup i sukcesywne dostawy sprzętu medycznego dla Bloku Operacyjnego Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku.  
Znak sprawy: ZP-PN/33/17.

Komisja przetargowa Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku w odpowiedzi na otrzymane pytania dot. w/w postępowania wyjaśnia:

#### Zadanie nr 4

1. *Dotyczy pozycji nr 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie klipsów tytanowych średnich o wymiarach przed zamknięciem 4,8 mm i 5,6 mm po zamknięciu, posiadające wewnętrzne i zewnętrzne rowkowanie zabezpieczające przed zsunięciem się z naczynia i wysunięciem z klipsownicy. (Pakowane w magazynki po 6 klipsów)?*
  - **Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza zaoferowanie klipsów o ww. parametrach.**
2. *Dotyczy pozycji nr 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie klipsów tytanowych średnio-dużych o wymiarach przed zamknięciem 7,8 mm i 9,0 mm po zamknięciu, posiadające wewnętrzne i zewnętrzne rowkowanie zabezpieczające przed zsunięciem się z naczynia i wysunięciem z klipsownicy. (Pakowane w magazynki po 6 klipsów)?*
  - **Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza zaoferowanie klipsów o ww. parametrach .**
3. *Dotyczy pozycji nr 3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie klipsów tytanowych dużych o wymiarach przed zamknięciem 10,7 mm i 12,3 mm po zamknięciu, posiadające wewnętrzne i zewnętrzne rowkowanie zabezpieczające przed zsunięciem się z naczynia i wysunięciem z klipsownicy. (Pakowane w magazynki po 6 klipsów)?*
  - **Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza zaoferowanie klipsów o ww. parametrach.**
4. *Dotyczy pozycji nr 4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie klipsownicy wielokrotnego użytku składającej się z pistoletowej rękojeści pokrętła do obrotu klipsownicy o 360°, trzonu i szczęk zaciskających w części dystalnej. Szczęki składające się z branszy nieruchomej, stanowiącej zintegrowaną część trzonu oraz branszy ruchomej, dociskającej klips po ściśnięciu rękojeści. Trzon i szczęki klipsownicy gładkie, bez wystających części i elementów, przeznaczonej do zabiegów klasycznych, kompatybilnej z klipsami tytanowymi, średnio-dużymi, długość instrumentu 28 cm?*
  - **Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza zaoferowanie klipsownicy wielokrotnego użytku o ww. parametrach.**
5. *Dotyczy pozycji nr 5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie klipsownicy wielokrotnego użytku składającej się z pistoletowej rękojeści pokrętła do obrotu klipsownicy o 360°, trzonu i szczęk zaciskających w części dystalnej. Szczęki składające się z branszy nieruchomej, stanowiącej zintegrowaną część trzonu oraz branszy ruchomej, dociskającej klips po ściśnięciu rękojeści. Trzon i szczęki klipsownicy gładkie, bez wystających części i elementów, przeznaczonej do zabiegów klasycznych, kompatybilnej z klipsami tytanowymi, średnimi, długość instrumentu 28 cm?*
  - **Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza zaoferowanie klipsownicy wielokrotnego użytku o ww. parametrach.**

6. Dotyczy pozycji nr 6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie klipsownicy wielokrotnego użytku składającej się z pistoletowej rękojeści pokrętła do obrotu klipsownicy o 360°, trzonu i szczęk zaciskających w części dystalnej. Szczęki składające się z branszy nieruchomej, stanowiącej zintegrowaną część trzonu oraz branszy ruchomej, dociskającej klips po ściśnięciu rękojeści. Trzon i szczęki klipsownicy gładkie, bez wystających części i elementów, przeznaczona do zabiegów klasycznych, kompatybilnej z klipsami tytanowymi, dużymi, długość instrumentu 28 cm?

- Komisja Przetargowa informuje, że dopuszcza zaoferowanie klipsownicy wielokrotnego użytku o ww. parametrach.

#### Zadanie nr 5

7. Dotyczy pozycji nr 1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie staplera o średnicy 26 mm, zszywka o przekroju okrągłym w pozostałym zakresie zgodne z SIWZ.

- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

8. Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności ofert wyrazi zgodę na zaoferowanie staplerów ze zszywkami o obłym przekroju drutu?

- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

9. Dotyczy pozycji nr 1. Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności ofert wyrazi zgodę na zaoferowanie staplerów w rozmiarze 24 lub 26 mm. Zszywka o obłym przekroju drutu. Pozostałe parametry bez zmian.

- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

#### Zadanie nr 6

10. Dotyczy pozycji nr 1-2. Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności ofert wydzieli z pakietu lub wyrazi zgodę na złożenie oddzielnej oferty na endostaplery z pozycji 1-2..

- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

11. Dotyczy pozycji nr 1-2. Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności ofert wyrazi zgodę na zaoferowanie staplerów z długością trzpienia 16 cm, 45 stopni artykulacji, pojedynczą dźwignią zamykająco-spustową oraz ładunków ze zszywkami zamykającymi się na wysokość 1,0; 1,5; 1,8 mm; oraz ze stopniowanym kowadłkiem.

- Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Komisja przetargowa informuje, że w związku z odpowiedziami na pytania dokonano zmian w Arkuszu asortymentowo-cenowym – Załącznik nr 4. Zmieniony Arkusz asortymentowo – cenowy został umieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

Z poważaniem

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Zastępca Kierownika Bloku Operacyjnego  
mgr Urszula Marcinkowska  
specjalista w dziedzinie  
pielęgniarstwa operacyjnego  
3401604P