



Uczestnicy postępowania ZP-PN/49/17

dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę odczynników do Laboratorium Mikrobiologicznego wraz z dzierżawą analizatora do Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku. Znak sprawy: ZP-PN/49/17.

Komisja przetargowa Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku w odpowiedzi na otrzymane pytania do treści SIWZ oraz arkusza asortymentowego dot. w/w postępowania wyjaśnia:

Pytanie 1: Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 1, poz. 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu do oznaczania *Bordetella pertusis* w klasie IgA, w którym studzienki opłaszczane są tylko toksyną krztuscową?

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie 2: Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 1, poz. 1-9:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów do oznaczania *Bordetella pertusis* w klasie IgA, IgG i IgM, *Chlamydia pneumoniae* w klasie IgA, IgG, IgM oraz *Mycoplasma pneumoniae* w klasie IgA, IgG, IgM, które nie wymagają w metodyce konieczności zastosowania próby ślepej?

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie 3: Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego- Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 1, poz. 10-12:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów do oznaczania *Yersinia*, w których:

- W klasie IgA - źródłem antygeny jest rekombinowany YopD z *Yersinia enterocolitica*
 - W klasie IgG - źródłem antygeny są oczyszczone czynniki zjadliwości *Yersinia enterocolitica* szczepu O:3.
 - W klasie IgM – studzienki reakcyjne są opłaszczane antygenem *Yersinia enterocolitica*?
- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie 4: Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 1, poz. 11-12:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów do oznaczania *Yersinia enterocolitica*, w których w klasie IgA możliwa jest ocena półilościowa, a w klasie IgG ocena ilościowa odbywa się na podstawie krzywej wykreślonej za pomocą 3 kalibratorów?

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie 5: Dotyczy Arkusza asortymentowo- cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 1, poz. 10-12:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów do oznaczania *Yersinia enterocolitica*, w których bufor płuczący oraz bufor do rozcieńczania będzie jednakowy tylko dla klasy IgG i IgA?

Ze względu na konieczność zaoferowania testu innego producenta w klasie IgM czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby dla tej klasy oba bufony nie były jednakowe, jak w klasie IgA i IgG?

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie 6: Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 1, poz. 11-12:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów do oznaczania *Yersinia enterocolitica*, w których kontrole są znakowane kolorami tylko w klasie IgA i IgG?

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.**

KIEROWNIK
Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej
Laboratorium Mikrobiologicznego
mgr Dorota Niemolin
specjalista analityki klinicznej

Pytanie 7: Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 1, treść „Uwaga” pod arkuszem, poz. 5:

Czy Zamawiający dopuści możliwość dostarczania przy każdej dostawie odczynników z różną datą ważności oraz numerem serii? Jako Wykonawca mimo, że zaopatrujemy się w odczynniki głównie własnej produkcji, nie mamy wpływu na dysponowanie/zarządzanie seriami produkcyjnymi. Okres umowy jest przewidziany na 24 miesiące i tak długi czas dodatkowo utrudnia możliwość spełnienia tego wymogu.

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie 8: Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 1, treść „Uwaga” pod arkuszem, poz. 4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby filtry w czytniku do mikroplytek były umieszczone na listwie zamiast na kole?

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie 9: Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 1, poz. 21:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie czytnika mikroplytek bez wyświetlacza ciekłokrystalicznego oraz membranowego bloku klawiszy alfanumerycznych, sterowanego za pomocą komputera wraz ze specjalnym oprogramowaniem?

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie 10: Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowy – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 1, poz. 21:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie czytnika mikroplytek odczytującego tylko płytki 96-dotkowe?

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie 11: Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowy – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 1, poz. 21:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie oprogramowania do czytnika mikroplytek bez możliwości konstrukcji krzywej sześcienniej składanej? W oferowanych zestawach nie ma potrzeby odczytu za pomocą takiej krzywej, zgodnie z metodyką.

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie 12: Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 2, poz. 5:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę by zaoferować w pozycji nr 5 podłoże z zawartością spor *Bacillus subtilis* do oznaczania zawartości antybiotyków w moczu z terminem ważności 24 dni od daty produkcji i tym samym minimum 2,5 tygodnia od daty każdorazowej dostawy?

- **Komisja Przetargowa informuje, iż wyraża zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 5 podłoża z zawartością spor *Bacillus subtilis* do oznaczania zawartości antybiotyków w moczu z terminem ważności 24 dni od daty produkcji i tym samym minimum 2,5 tygodnia od daty każdorazowej dostawy.**
- **Ponadto Komisja Przetargowa informuje, iż dodała stosowny zapis w SIWZ, Rozdział I, ust. 11. oraz we Wzorzec umowy – Załącznik nr 3 do SIWZ, § 2, ust. 2 i § 8, ust. 1, pkt. a).**

Pytanie 13: Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 2, poz. 5:

Czy Zamawiający w pozycji nr 5 wymaga podłoża z zawartością spor *Bacillus subtilis* do oznaczenia obecności antybiotyków w moczu, na którym wielkość strefy zahamowania wzrostu dla streptomycyny $10 \mu\text{g} \geq 30 \text{ mm}$ oraz dla penicyliny $10 \mu\text{g} \geq 20 \text{ mm}$?

- **Komisja Przetargowa informuje, iż wymaga zaoferowania podłoża z zawartością spor *Bacillus subtilis* do oznaczenia obecności antybiotyków w moczu, na którym wielkość strefy zahamowania wzrostu dla streptomycyny $10 \mu\text{g} \geq 30 \text{ mm}$ oraz dla penicyliny $10 \mu\text{g} \geq 20 \text{ mm}$.**
- **Ponadto Komisja Przetargowa informuje, iż dodała stosowny zapis w Arkuszu asortymentowo-cenowym – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 2, poz. 5.**

Pytanie 14: Dotyczy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Rozdział IV, ust. 4, pkt. 1), lit. a) oraz Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 2, treść „Uwaga” pod arkuszem, poz. 5:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby producent nie załączał certyfikatów kontroli jakości podłoży mikrobiologicznych wraz z towarem, lecz udostępnił je na swojej stronie internetowej?

- Komisja Przetargowa Informuje, iż wyraża zgodę, aby producent nie załączał certyfikatów kontroli jakości podłoży mikrobiologicznych wraz z towarem, lecz udostępnił je na swojej stronie internetowej, do której Zamawiający będzie miał stały dostęp.

Pytanie 15: Dotyczy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Rozdział IV, ust. 4, pkt. 1), lit. b) (Zadanie nr 1):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na załączenie do oferty karat charakterystyki substancji niebezpiecznej na płycie CD?

- Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.

Komisja przetargowa informuje, że w związku z udzielonymi odpowiedziami na pytania dokonano zmian w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, we Wzorze umowy – Załącznik nr 3 do SIWZ oraz w Arkuszu asortymentowo-cenowym – Załącznik nr 4 do SIWZ. Zmieniona SIWZ wraz z załącznikami została umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

Z poważaniem
Przewodniczący Komisji Przetargowej

INSPEKTOR
ds. Zamówień Publicznych
Aleksandra Bojarska

KIEROWNIK
Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej
Laboratorium Mikrobiologicznego
mgr Dorota Niewolin
specjalista analityki klinicznej