



Uczestnicy postępowania ZP-PN/03/18

dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługi serwisu sprzętu medycznego w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łęborku.
Znak sprawy: ZP-PN/03/18.

Komisja przetargowa Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęborku w odpowiedzi na otrzymane pytania do treści SIWZ oraz arkusza asortymentowo-cenowego oraz wzoru umów dot. w/w postępowania wyjaśnia:

*Pytanie 1: Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, zadanie nr 4, poz. 3:
Prosimy o podanie modelu myjni z zadania 4, pozycja 3 "Myjnia dezynfektor Medilab". Podana nazwa dotyczy jedynie dostawy sprzętu.*

- Komisja Przetargowa informuje, iż zadanie nr 4, poz. 3 dotyczy myjni dezynfektora Steelco typ: BP 100 HAE, rok produkcji: 2012-03.
- W związku z udzieloną odpowiedzią Komisja Przetargowa podała model myjni w zadaniu nr 4, poz. 3 w Arkuszu asortymentowo-cenowym - Załącznik nr 4 do SIWZ

Pytanie 2: Dotyczy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Rozdział I, ust. 9, Wzór umowy – Załącznik nr 3 do SIWZ, §1, ust. 3:

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu "W przypadku konieczności naprawy poza granicami Polski lub w przypadku konieczności sprowadzania części zamiennych z zagranicy czas wykonania naprawy wydłuży się do 10 dni roboczych." na "W przypadku konieczności naprawy poza granicami Polski lub w przypadku konieczności sprowadzania części zamiennych z zagranicy czas wykonania naprawy wydłuży się do 15 dni roboczych."?

- Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 3: Dotyczy Wzoru umowy – Załącznik nr 3 do SIWZ, §10, ust. 1:

Czy Zamawiający widzi możliwość zmiany § 10 ust. 1 poprzez nadanie mu brzmienia:

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:

- a) za przekroczenie czasu określonego w § 1 ust. 3 umowy w wysokości: 25,00 zł za każde 24 godziny zwłoki,*
- b) za błędnie wystawioną fakturę niezgodną z umową w wysokości 20,00 zł, za każdą fakturę, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto przedmiotowej faktury. Zamawiający potrąci kwotę kary umownej z bieżącej faktury.*
- c) z tytułu rozwiązania lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca – w wysokości 15% kwoty brutto przeglądu.*
- d) za niedotrzymanie terminu planowanego przeglądu technicznego. Kara będzie naliczana za każdy dzień zwłoki po 25,00 zł.*

- Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 4: Dotyczy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Rozdział I, ust. 16:

Zwracamy się z wnioskiem o zmianę następującego zapisu SIWZ (rozdział I punkt 16):

Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymagane jest zatrudnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób w zakresie realizacji zamówienia tj. wykonywanie przeglądów technicznych, legalizacji, kalibracji oraz testów specjalistycznych aparatury medycznej stosownie do wymagań zawartych w załączniku nr 2b do SIWZ, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –

„A”

Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.).

- **Komisja Przetargowa informuje, iż uwzględniła zmianę w/w zapisu Rozdział I, ust. 16 SIWZ.**

Pytanie 5: Dotyczy Wzoru umowy – Załącznik nr 3 do SIWZ, §5:

Wnosimy o usunięcie następującego zapisu SIWZ (umowa § 5):

„Wykonawca zobowiązuje się wykazać zatrudnienie osób (wykonywanie pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.)) dla poszczególnych czynności wskazanych przez Zamawiającego w pkt. 3.6 SIWZ, chyba, że czynności te będą wykonywane osobiście przez Wykonawcę w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Wykazanie zatrudnienia nastąpi na podstawie oświadczenia Wykonawcy, które będzie zawierało listę osób zaangażowanych do realizacji niniejszej umowy (z podaniem imienia i nazwiska oraz wymiaru czasu pracy wraz z informacją, czy jest to pracownik Wykonawcy czy Podwykonawcy) z przypisanymi do tych osób czynnościami, które będą wykonywać w ramach umowy o pracę. Oświadczenie takie Wykonawca zobowiązuje się złożyć w terminie 5 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy, z tym zastrzeżeniem, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie tego zobowiązania uprawnia Zamawiającego do żądania od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości określonej w § 8 ust. 4 umowy.”

Wnioskujemy o wprowadzenie zmiany SIWZ polegającej na dopuszczeniu możliwości posłużenia się przez wykonawcę zarówno swoimi pracownikami, jak i osobami zatrudnionymi przez niego na podstawie umów cywilnoprawnych przy wykonywaniu czynności w zakresie przeprowadzania przeglądów, konserwacji, kontroli bezpieczeństwa aparatury medycznej wraz z naprawami.

- **Komisja Przetargowa informuje, iż uwzględniła zmiany zaproponowane powyżej.**
- **Jednocześnie Komisja Przetargowa informuje, iż dokonała zmian w zapisach SIWZ oraz we Wzorzec umowy – Załącznik nr 3 do SIWZ.**

Pytanie 6: Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego- Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 27:

Kiedy upływa termin ważności aktualnie obowiązujących testów specjalistycznych dla poszczególnych aparatów rtg.?

- **Komisja Przetargowa poniżej podaje terminy ostatnich wykonanych testów:**

Zadanie nr 27

Lp.	Nazwa aparatu	Termin ostatniego testu
1.	Mammomat 1000 S/N 12081 PM	12.04.2017
2.	VISITOR AR309697.034 PRO	06.09.2017
3.	TECHNIX TMS300 PRO	06.09.2017
4.	Tomograf Komputerowy SOMATON EMOTION 16 ze stacjami roboczymi	06.09.2017
5.	Aparat Rentgenowski MULTIX TOP nr 2832 PRO	15.12.2017
6.	Arcadis Varic ramie C nr 15016	12.05.2017
7.	Mobilett XP nr 2811	12.05.2017
8.	BV Pulsera z ramieniem C nr 2519	06.09.2017
9.	Przewoźny aparat RTG Siremobil Compact (Siemens)	12.04.2017

Zadanie nr 28

Lp.	Nazwa aparatu	Termin ostatniego testu
1.	Stacja Lekarska – 2 monitory S/N 22435123, S/N 22434123 PRO	02.04.2017
2.	Stacja Lekarska – 2 monitory S/N 22392123, S/N 22379123 PRO	02.04.2017
3.	Stacja Lekarska – 2 monitory S/N 22418123, S/N 22422123 PRO	02.04.2017
4.	Stacja Lekarska – 2 monitory, Monitory w opisowni TK	02.04.2017

„A”

Pytanie 7: Dotyczy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Rozdział XI, ust. 2, pkt. 6):

Przy ocenie kryteriów oferty niezrozumiałe jest dla nas kryterium – czas wykonania testów (czy oznacza to czas wykonania jednego testu – którego?, czy też testu specjalistycznego dla jednego aparatu rtg. – ale którego?, czy też należy rozumieć przez czas wykonania testów łączny czas wraz z dostarczeniem sprawozdania z wykonanych testów?)

- **Komisja Przetargowa informuje, iż pod pojęciem „czas wykonania testów“ należy rozumieć sumaryczny czas wykonania wszystkich testów w placówce Zamawiającego dla danego zadania.**

Pytanie 8: Dotyczy Formularza oferty – Załącznik nr 1 do SIWZ, ust. 12:

Dotyczy warunków udziałów w postępowaniu, projekt umowy:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający będzie wymagał od wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia wdrożonego w swych strukturach systemu norm PN-EN ISO 9001:2009 oraz PN-EN ISO 9001:2015 a także PN-EN ISO 13485:2012? Posiadanie tego rodzaju dokumentacji, systemu i standardów jest jedną z okoliczności, która istotnie wzmacnia proces należytego wykonania zamówienia, dając tym samym instytucji zamawiającej gwarancję bezpiecznej realizacji kontraktu.

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie 9: Dotyczy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Rozdział I, ust. 18 oraz Wzoru umowy – Załącznik nr 3, §3, ust. 3:

Dotyczy warunków udziałów w postępowaniu, projekt umowy:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający będzie wymagał od wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia listy urzędzeń kontrolno-pomiarowych wraz z ważnymi certyfikatami legalizacji? Posiadanie tego rodzaju dokumentacji jest jedną z okoliczności, która istotnie wzmacnia proces należytego wykonania zamówienia, dając tym samym instytucji zamawiającej gwarancję bezpiecznej realizacji kontraktu.

- **Komisja Przetargowa informuje, iż wymaga aby urzędzenia kontrolno-pomiarowe posiadały ważne dokumenty opisane w SIWZ, Rodział I, pkt. 18.**

Pytanie 10: Dotyczy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Rozdział IV, ust. 4:

Dotyczy warunków udziału w postępowaniu (przedmiotowych tj. potwierdzających, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom zamawiającego przedstawionym w SIWZ):

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający, w odniesieniu do podmiotów nie posiadających autoryzacji dla urzędzeń wymienionych w pakiecie nr 13 odstąpi od wymogu posiadania dokumentu potwierdzającego kwalifikacje i doświadczenie zawodowe osób wskazanych przez wykonawcę do wykonania przedmiotu zamówienia, wydanych przez wytwórcę imiennie na wskazane osoby oraz na określony typ i model urzędzenia. Niniejszy wymóg jest jednoznaczny z wymogiem posiadania autoryzacji, ponieważ certyfikaty autoryzacji producenta/ szkoleń producenta są dokumentami, które zawierają wszystkie ww. informacje. Dopuszczenie zatem do przedmiotowego postępowania wykonawców nie posiadających autoryzacji przy jednoczesnym utrzymaniu ww. wymagania jest nie logiczne bowiem taki zapis jednoznacznie oznacza, że zamawiający nadal dopuszcza wyłącznie wykonawców będących autoryzowanymi przedstawicielami producenta aparatury wskazanej w pakiecie nr 13. Taka konstrukcja zapisów jedynie pozornie do postępowania dopuszcza wykonawców bez autoryzacji producenta.

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie 11: Dotyczy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Rozdział I, ust. 25, pkt. 2):

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania przez oferenta autoryzacji producenta na obsługę serwisową urzędzeń wymienionych w Zadaniu Nr 12.

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Ponadto Komisja Przetargowa informuje, iż dodała zapis we Wzorze umowy – Załącznik nr 3 do SIWZ, §10, ust. 1, pkt. b) o następującej treści: „za przekroczenie czasu określonego w §1, ust. 7 umowy w wysokości: 5% kwoty brutto za każdą godzinę opóźnienia”.

Komisja przetargowa informuje, że w związku z udzielonymi odpowiedziami na pytania dokonano zmian w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, we Wzorze umowy – Załącznik nr 3 oraz w Arkuszu asortymentowo-cenowym – Załącznik nr 4. Zmieniona SIWZ wraz z załącznikami została umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

Z poważaniem
Przewodniczący Komisji Przetargowej

Serwis Aparatury Medycznej
mgr inż. Dorota Wetta
upr. nr 177/E/283/13
upr. dozoru 177/D/282/13

INSPEKTOR
ds. Zamówień Publicznych
Aleksandra Bojarska
„A”