



SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W LĘBORKU



e-mail: sekretariat@szpital-lebork.com.pl, www.szpital-lebork.com.pl

84-300 LĘBORK, UL. JULIANA WĘGRZYNOWICZA 13, TEL. 59 86 35 202, FAX 59 86 33 173, DYREKCYA TEL. 59 8635 325

ZP.261.14.2.2018

Lębork, dn. 28.02.2018 r.

Uczestnicy postępowania ZP-PN/09/18

dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę sprzętu Medycznego dla Bloku Operacyjnego w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lęborku.
Znak sprawy: ZP-PN/09/18.

Komisja przetargowa Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku w odpowiedzi na otrzymane pytania dot. w/w postępowania wyjaśnia:

*Pytanie 1: Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 4, poz. 1:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzia najwyższej jakości, optyka histeroskopowa o dł. 302mm, pozostałe parametry bez zmian?*

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.**

*Pytanie 2: Dotyczy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Rozdział XII, ust. 2, pkt. 2), lit. a):
Prosimy o zmianę kryterium oceny oferty za termin dostawy na następujący:*

14 dni – 40 pkt,

21 dni – 20 pkt,

35 dni – 0 pkt,

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie 3: Dotyczy Wzoru umowy – Załącznik nr 3a oraz 3b do SIWZ, §4, ust. 4:

Prosimy o określenie terminu maksymalnego czasu oczekiwania na usunięcie niezgodności dostawy na min. 5 dni roboczych. Reklamację będziemy realizować jak najszybciej, ale rzeczywiste warunki to uznanie zasadności reklamacji, co wiąże się z wizytą Przedstawiciela oraz wysyłka.

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie 4: Dotyczy Wzoru umowy – Załącznik nr 3a oraz 3b do SIWZ, §6:

Wnosimy o modyfikację w/w wzoru umowy na: „Zamawiający zastrzega sobie prawo natychmiastowego rozwiązania umowy bez jej wypowiedzenia w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:

- 1) trzykrotna kolejna zwłoka Wykonawcy w realizacji przedmiotu umowy, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania zobowiązania.*
- 2) trzykrotna kolejna zwłoka Wykonawcy w wykonaniu umowy, rozumiana jako okres przekraczający 7 dni od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego*
- 3) trzykrotnej kolejnej pisemnej i nieskutecznej reklamacji Zamawiającego dotyczącej jakości dostarczanych towarów, w szczególności gdy trzykrotna kolejna reklamacja złożona przez Zamawiającego będzie dotyczyła produktów z tej samej pozycji arkusza asortymentowo-cenowego stanowiącego załącznik do oferty oraz umowy.*

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie 5: Dotyczy Wzoru umowy – Załącznik nr 3a oraz 3b do SIWZ, §7, ust. 1, pkt.1):

Paragraf 7 ust. 1 pkt. 1 wzoru umowy zawiera informacje, że Zamawiający może naliczyć dostawcy kary umowne za zwłokę w wykonaniu zamówienia – opóźnienie dostawy w wysokości 20% wartości brutto niezrealizowanego zamówienia. Zapis taki sprzeczny jest z art. 5 KC oraz art. 139 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, przez co narusza cywilnoprawną równość stron umowy, gdyż Zamawiający za nieterminowość w płatnościach zapłaci Wykonawcy odsetki jedynie w wysokości ustawowej. Potwierdza to Wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 24.06.2004 r. sygn. UZP/ZO/0-924/04, który

stwierdza, iż wprowadzanie takich dysproporcji w umowie jest niedozwolone. Wnosimy zatem o zmianę wysokości w/w kar umownych do wysokości 0,2%.

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie 6: Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 14, poz. 1-2:
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zestawu jednorazowego - taśmy do korekcji wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet:

Zestaw zawiera:

- Taśmę do korekcji wysiłkowego nietrzymania moczu, wykonaną z polipropylenu monofilamentowego, prasowaną termicznie, porowatość min. 1000mikronów, szerokość 1,1cm, dł. 50cm. laserowo docięte krawędzie, końce taśmy zgrzewane, taśma w osłonce ochronnej. Taśma zakończoną złączami gwarantującymi trwałe połączenie taśma - instrumenty.
- Narzędzia jednorazowe do zakładania taśmy- 2szt., wyprodukowane ze stali chirurgicznej, średnica 3mm, kształt helikalny.

Taśma zakładana przez otwory zasłonięte. Metoda od zewnątrz do wewnątrz tzw. „out – in”.

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie 7: Dotyczy Wzoru umowy – Załącznik nr 3a oraz 3b do SIWZ, §4, ust. 4:

Zwracamy się z prośbą o modyfikację § 4 ust. 4 projektu umowy poprzez wydłużenie terminu realizacji reklamacji do 7 dni roboczych.

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie 8: Dotyczy Wzoru umowy – Załącznik nr 3a oraz 3b do SIWZ, §7, ust. 1, pkt 1):

Zwracamy się z prośbą o modyfikację § 7 ust. 1 pkt 1) projektu umowy w następujący sposób:

„za zwłokę w wykonaniu zamówienia – opóźnienia dostawy - w wysokości 0,1% wartości brutto niezrealizowanego zamówienia za każdy dzień opóźnienia powyżej terminu określonego w §2 ust. 2 pkt 2, nie więcej jednak niż wartość dostawy.”

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie 9: Dotyczy Wzoru umowy – Załącznik nr 3a oraz 3b do SIWZ, §7, ust. 1, pkt 2):

Zwracamy się z prośbą o modyfikację § 7 ust. 1 pkt 2) projektu umowy w następujący sposób: „z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5% niezrealizowanej wartości brutto zamówienia.”

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie 10: Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 14, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 14: Makroporowatą monofilamentową polipropylenową taśmę produkcji WŁOSKIEJ w koszulce do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet. O następujących parametrach technicznych: szerokość 1,2 cm, długość 45 cm, gramatura 67 g/m², grubość taśmy 0,46 mm, porowatość 84%. Taśma posiada wplecioną niebieską nić, jest zakończona długimi wąsami ułatwiającymi implantację przy pomocy narzędzi wielokrotnego użytku metodą od zewnątrz do środka?

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie 11: Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 14, poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 14: wielorazowe narzędzie w kształcie helikalnym wykonane całkowicie ze stali chirurgicznej komplet 2 szt. (prawa i lewa)?

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie 12: Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 2, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne, system mocowania udowego przeszczepu o poniższych parametrach:

Podłużna płytka metalowa o rozmiarze 13x4mm trwale bezwęzłowo związana z pętlą plecioną wykonaną z polietylenu (UHMWPE) o wysokiej wytrzymałości na zerwanie. Długość pętli od 15 do 50 mm ze skokiem co 5 mm. Opcjonalnie implant bez pętli umożliwiający zawieszenie przeszczepu bezpośrednio na płytce w przypadku krótkiego kanału w kości udowej oraz płytka wydłużona o 5mm stanowiąca nakładkę na płytkę podstawową.

Implant na giętkim podajniku zaopatrzony dodatkowo w nić służącą do przeciągnięcia i obrócenia implantu w kanale udowym.

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie 13: Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 2, poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne, mocowanie puszczelowe przeszczepu ACL o poniższych parametrach: Śruba interferencyjna biowchłaniaalna PLLA-HA o średnicach w zakresie 7-12 i długości 23;28 i 35 mm oraz interferencyjna śruba tytanowa o średnicach w zakresie 7- 10mm i długościach 20, 25, 30mm? (do wyboru Zamawiającego).

- Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 14: Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 14:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie 15 taśm do korekcji wysiłkowego nietrzymania moczu wraz z 2 szt. narzędzi do drogi przestonowej metodą out-in lub in-out (prawe, lewe) wielorazowego użytku, oddanych Zamawiającemu do nieodpłatnego używania na czas trwania umowy, aplikatory wytwarzane ze stali nierdzewnej, dopuszczonej do zastosowań medycznych.

- Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 15: Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 14, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie taśm do korekcji wysiłkowego nietrzymania moczu, o szerokości 0,9 cm - 1,3 cm // 1,1cm (+/-0,2cm), grubość nici 0,16 mm, grubość taśmy ok. 0,54 mm, wielkość porów 4,1 mm x 1,2 mm, gramatura 64 g/m² - 75 g/m², porowatość 67% Taśma bez osłonki, wykonana jest techniką/metodą dzianą, co umożliwi nietraumatyczne przeprowadzenie przez tkanki.

- Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 16: Dotyczy Wzoru umowy – Załącznik nr 3a, §4, ust. 6:

Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

- Komisja Przetargowa informuje, iż zgodnie z zapisami §4, ust. 6 „w przypadku, gdy Wykonawca nie posiada danego asortymentu, jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu odpowiednik o parametrach nie gorszych niż sprzęt medyczny objęty zamówieniem po cenie nie wyższej niż obowiązująca cena przetargowa. Jeżeli Wykonawca nie posiada odpowiedniego asortymentu jest zobowiązany zawiadomić o tym Zamawiającego w terminie jednego dnia a następnie obowiązany jest zwrócić różnicę cen, jeżeli zamawiany asortyment zostanie zakupiony przez Zamawiającego u innego dostawcy.”

Pytanie 17: Dotyczy Wzoru umowy – Załącznik nr 3a, §2, ust. 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na realizację dostaw do godz. 15.00 w dni robocze (par.2 ust.2)?

- Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 18: Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 14:

Zwracamy się z prośbą do zamawiającego o dopuszczenie najwyższej jakości taśm przeznaczonych do stosowania w chirurgicznym leczeniu nietrzymania moczu. Taśma macroporowa,

1.Długość 450 mm

2.Szerokość 10 mm

3.gramatura 45 ± 5% g/m²

4.Brzegi atraumatyczne.

5.Taśma w plastikowej osłonce - sterylność.

- Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 19: Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 4:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie czy w pak. 4 Zamawiający wymaga zaoferowania 20szt czy 20opakowań po 5szt co da łącznie 100szt.

- Komisja Przetargowa informuje, iż wymaga 20 szt retraktorów, tj. 4 opakowania po 5 szt.

Z poważaniem
Przewodniczący Komisji Przetargowej

Grażyna Kusowska