



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W LĘBORKU



e-mail: sekretariat@szpital-lebork.com.pl, www.szpital-lebork.com.pl

84-300 LĘBORK, UL. JULIANA WĘGRZYNOWICZA 13, TEL. 59 86 35 202, FAX 59 86 33 173, DYREKCJA TEL. 59 8635 325

Lębork, dn. 05.11.2018 r.

ZP.261.79.54.2.2018

Uczestnicy postępowania

ZP-PN/54/18

dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę sprzętu medycznego – medyczna aparatura oddechowa, defibrylatory oraz urządzenia do monitorowania czynności serca dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku. Znak sprawy: ZP-PN/54/18.

Komisja przetargowa Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku w odpowiedzi na otrzymane pytania dot. w/w postępowania wyjaśnia:

Zadanie nr 1 - przenośny zestaw resuscytacyjny z niezależnym źródłem tlenu i respiratorem

Pkt. 16,19 – Czy Zamawiający nie popełnił pomyłki pisarskiej wynikającej z braku stwierdzenia „dopuszcza się..” w dopisanych parametrach w w/w punktach? W odpowiedziach umieszczonych na stronie Zamawiający dopuścił urządzenie Medumat, ale w zmienionej tabelce wpisał dopuszczone parametry jako wymóg. Pozostałe, dopisane parametry zostały opatrzone dopiskiem „dopuszcza się..”.

Zamawiający prostuje omyłkę pisarską w pkt. 16 oraz 19 Załącznika nr 4A do SIWZ.

Punkt 16 otrzymuje brzmienie: „Wentylacja spontaniczna z PSV. Dopuszcza się wentylacja spontaniczna – Demand (oddech na żądanie), CPAP.”

Punkt 19 otrzymuje brzmienie: „Wentylacja przy bezdechu – zabezpieczająca minimalną częstość oddechową. Dopuszcza się wentylacja bezdechu – dostępna w trybie CPR.”

Zadanie nr 2 – defibrylatory transportowe

Zamawiający odpowiadając na pytanie pierwsze z dnia 26.10.2018 jest w błędzie gdyż w ośrodku kardiologicznym w Wejherowie jak i w Gdyni, Gdańsku posiada system teletransmisji Madgate firmy Zoll jak i również wszystkie ośrodki kardiologiczne w woj. Pomorskim są przystosowane do wyżej wymienionego systemu teletransmisji. Ponieważ opis teletransmisji wskazuje wyłącznie przez jednego dostawcę, co jest niezgodne z art. 7 ustawy pzp o zachowaniu uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców, związku z tym prosimy Zamawiającego o dopuszczenie na zasadzie równoważności Defibrylator Xseries firmy Zoll.

Zamawiający modyfikuje wyjaśnienia do SIWZ z dnia 31.10.2018 r. w następujący sposób:

1. Czy Zamawiający dopuści defibrylator/monitor z nowoczesnym systemem transmisji 12-odprowadzeniowego EKG z zapisem parametrów życiowych do stacji odbiorczych pracujących w



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



systemie Medgate powszechnie używanych w Polsce, nie wymagający dodatkowych opłat z tytułu użytkowania. Do systemu uprawnienia posiadają osoby, które są zarejestrowane w systemie i mają dostęp do dowolnego komputera z internetem. Po stronie nadawcy wymagane jest jedynie posiadanie karty SIM.

Zamawiający dopuszcza.

2. Dot. pkt. 18 OPZ Zamawiający opisał w punkcie 18 Opisu Przedmiotu Zamówienia możliwość wykonywania teletransmisji do wybranych ośrodków kardiologicznych za pomocą systemu Lifenet. Chcielibyśmy zaznaczyć, że system Lifenet jest produktem firmy Physio Control/ Stryker i daje możliwość odbioru teletransmisji tylko i wyłącznie z defibrylatorów marki Lifepak 15. W związku z powyższym, żaden inny oferent nie jest w stanie złożyć oferty na defibrylator opisany w OPZ. Biorąc pod uwagę powyższy fakt, zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie na zasadach równoważności defibrylator transportowy, który posiada możliwość wysyłania teletransmisji na każdy oddział kardiologii w Polsce poprzez adres e-mail. Umożliwi to złożenie oferty konkurencyjnej i będzie zgodnie z zasadami równego traktowania i prawem Zamówień Publicznych.

Zamawiający dopuszcza.

Komisja przetargowa informuje, że w związku z odpowiedziami na pytania dokonano zmian w załącznikach nr 4A oraz 4B do SIWZ. Zmienione załączniki zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

Termin składania ofert został przedłużony do 08.11.2018 r. do godz. 12:00.

Z poważaniem


Andrzej Grewko
Spółka medycyny ratunkowej
0568901