



**SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W LĘBORKU**

e-mail: sekretariat@szpital-lebork.com.pl, www.szpital-lebork.com.pl

84-300 LĘBORK, UL. JULIANA WĘGRZYNOWICZA 13, TEL. 59 86 35 202, FAX 59 86 33 173, DYREKCJA TEL. 59 8635 325



ZP.261.34.1.2019

Lębork, dn. 07.05.2019 r.

**Uczestnicy postępowania
ZP-PN/20/19**

dotyczy: przetargu nieograniczonego na **Zakup aparatury medycznej dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SPS ZOZ w Lęborku. Znak sprawy: ZP-PN/20/19.**

Komisja przetargowa Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku w odpowiedzi na otrzymane pytania dot. w/w postępowania wyjaśnia:

Zadanie nr 1 – Respirator szt. 1

1. **Pkt. 3** - Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy respirator o wadze ok. 13 kg? Urządzenie ma być transportowane na podstawie jezdnej, a dzięki niewielkim rozmiarom może być umieszczone na półce.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

2. **Pkt. 7** - Czy Zamawiający oczekuje wysokiej klasy respirator posiadający kolorowy dotykowy ekran LCD o przekątnej min. 12 cala? Jest to optymalna wielkość dla pełnej analizy parametrów i krzywych.


Zamawiający dopuszcza.

3. **Pkt. 18** - Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy respirator bez pomiaru minimalnego ciśnienia?

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

4. **Pkt. 32, 33** - Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy respirator posiadający układy oddechowe różnego typu z dokładanym czujnikiem przepływu? Takie rozwiązanie jest bardziej elastyczne gdyż umożliwia korzystanie z układów oddechowych w opcji wentylacji nieinwazyjnej np. z maską.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.



5. **Pkt. 33** - Czy Zamawiający zrezygnuje z układów oddechowych wielorazowych? Zamawiający oczekuje także układów jednorazowych które są powszechnie stosowane.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zadanie nr 2 – Defibrylator szt. 2

1. **Pkt. 2** - Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator z czasem ładowania akumulatorów ok. 4 godzin i 15 min.? Jest to niewielka różnica w odniesieniu do zapisów.

Zamawiający dopuszcza.

2. **Pkt. 13** - Czy Zamawiający oczekuje wysokiej klasy defibrylator posiadający w standardzie 12 odprowadzeniowe EKG? Jest to o tyle istotne, że Zamawiający oczekuje możliwość teletransmisji badań.

Zamawiający oczekuje defibrylatora posiadającego w standardzie 12 odprowadzeniowe EKG.

3. **Pkt. 28** - Czy Zamawiający oczekuje wysokiej klasy defibrylator posiadający możliwość teletransmisji do powszechnie stosowanego systemu Lifenet będącego na wyposażeniu ośrodków kardiologicznych?

Zamawiający dopuszcza.

4. **Pkt. 28** - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o doprecyzowanie 28 parametru Opisu Przedmiotu Zamówienia: „Telemetria - możliwość wykonania teletransmisji do wybranych ośrodków kardiologicznych”. Czy Zamawiający będzie wymagał aby dostarczony defibrylator był wyposażony w moduł Wifi, LAN czy moduł GSM z kartą SIM? Ma to szczególne znaczenie w konstrukcji oferty przetargowej.

Zamawiający wymaga, aby zaoferowane defibrylatory posiadały możliwość teletransmisji. Zamawiający dopuszcza defibrylator wyposażony w moduł Wifi, LAN oraz moduł GSM z kartą SIM.

5. **Pkt. 27** – Czy Zamawiający będzie wymagał, aby dostarczony defibrylator posiadał możliwość ustawienia dokładnych dolnych i górnych progów alarmowych wszystkich mierzonych parametrów? Ma to szczególne znaczenie w przypadku monitorowania czynności życiowych osób pediatrycznych, gdzie każdy parametr ma znaczenie podczas wykonywania medycznych czynności ratunkowych.

Zamawiający wymaga.

6. **Pkt. 6** - Czy Zamawiający zrezygnuje z możliwości wydruku, na rzecz archiwizacji danych na karcie SD z możliwością wydruku danych z pozycji komputera? Takie rozwiązanie zagwarantuje większą mobilność defibrylatora.



Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

7. **Pkt. 17** - Czy Zamawiający zrezygnuje z możliwości rozbudowy o EtCO₂. Rezygnacja z tego parametru umożliwi oferentom złożyć ofertę bardziej przystępną cenowo.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

8. **Pkt. 28** - Czy Zamawiający zrezygnuje z parametru dotyczącym telemetrii na rzecz archiwizacji danych na karcie SD z możliwością zgrania i wyeksportowania danych medycznych do popularnych arkuszy kalkulacyjnych.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

9. Czy Zamawiający będzie wymagał, aby dostarczony defibrylator posiadał kondensator napięcia o mocy min. 3000 V? Zapewni to najwyższą jakość energii defibrylacji w krótkim czasie co wyeliminuje problem długiej ekspozycji prądu na mięsień sercowy i uszkodzenia miocytów.

Zamawiający nie wymaga, dopuszcza.

10. **Pkt. 24** - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie, czy nie doszło do omyłki w opisie wymaganego akcesorium: „Kabel, czujnik SpO₂ dla dzieci i noworodków dla zaintubowanych i niezaintubowanych (w przypadku jednorazowych min. 20 sztuk każdego rodzaju), przedłużacz do czujnika SpO₂, akcesoria potrzebne do pracy urządzenia”. Czujnik SpO₂ nie występuje w wersji dla pacjentów zaintubowanych i niezaintubowanych, takie rozróżnienie dotyczy kaniul do EtCo₂. Czy zatem Zamawiający wymaga zaoferowania czujników do pomiaru SpO₂ czy kaniul do EtCo₂?


Zamawiający wymaga zaoferowania czujników do pomiaru SpO₂.

Komisja przetargowa informuje, że w związku z odpowiedziami na pytania dokonano zmian w załączniku nr 4B do SIWZ. Zmienione załączniki zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

Termin składania ofert został przedłużony do 10.05.2019 r. do godz. 12:00.

Z poważaniem

Sekretarz Komisji Przetargowej

P.O. KIEROWNIKA
Działu Zamówień Publicznych

mgr Eliza Kruk