



SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W LĘBORKU

e-mail: sekretariat@szpital-lebork.com.pl, www.szpital-lebork.com.pl

84-300 LĘBORK, UL. JULIANA WĘGRZYŃOWICZA 13, TEL. 59 86 35 202, FAX 59 86 33 173, DYREKCJA TEL. 59 8635 325



Lębork, dn. 31.01.2020 r.

ZP.261.4.1.2020

Uczestnicy postępowania

ZP-PN/04/20

dotyczy: przetargu nieograniczonego na **zakup i sukcesywne dostawy** odczynników do oznaczania morfologii wraz z dzierżawą analizatora. Znak sprawy: ZP-PN/04/20.

Komisja przetargowa Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku w odpowiedzi na otrzymane pytania dot. w/w postępowania wyjaśnia:

- 1. Dot. Zestawienia parametrów technicznych analizatora – Załącznik nr 7 do SIWZ, poz. 4:**
Czy Zamawiający dopuści aparat bez automatycznego wykrywania pęcherzyków, skrzepu, zatoru ale z automatycznym monitorowaniem poziomu odczynnika?
Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.
- 2. Dot. Zestawienia parametrów technicznych analizatora – Załącznik nr 7 do SIWZ, poz.11:**
Czy Zamawiający dopuści aparat o wymiarach 39,5 (wys.) x 45 (szer.) x 44,5 (dł.) cm?
Zamawiający informuje, iż dopuści aparat o wymiarach 39,5 (wys.) x 45 (szer.) x 44,5 (dł.) cm.
- 3. Dot. Wzoru umowy – Załącznik nr 6 do SIWZ, § 9 ust. 1:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczania kar od wartości NETTO?
Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.
- 4. Dot. Wzoru umowy – Załącznik nr 6 do SIWZ, § 9 ust. 1, pkt. 1:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie procenta naliczanej kary do max. 5% wartości NETTO niezrealizowanego jednostkowego zamówienia?
Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na zmniejszenie procenta naliczanej kary do max. 5% wartości NETTO niezrealizowanego jednostkowego zamówienia.
- 5. Dot. Wzoru umowy – Załącznik nr 6 do SIWZ, § 9 ust. 1, pkt. 3:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie naliczanej kary do 10,00 zł?
Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na zmniejszenie naliczanej kary do 10,00 zł.

ABP

6. **Dot. Wzoru umowy – Załącznik nr 6 do SIWZ, § 9 ust. 1, pkt. 4:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie procenta naliczanej kary do max. 10% wartości NETTO pozostałej do realizacji wartości brutto umowy?
Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na zmniejszenie procenta naliczanej kary do max. 10% wartości NETTO pozostałej do realizacji wartości brutto umowy.
7. **Dot. Wzoru umowy – Załącznik nr 6 do SIWZ:** Czy Zamawiający wprowadzi możliwość wstrzymania dostaw w przypadku nierealizowania płatności?
Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.
8. **Dot. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:** Czy Zamawiający dopuści możliwość załączenia dokumentacji zaoferowanych w ofercie produktów w postaci plików nagranych na płycie CD wraz z oświadczeniem potwierdzającym zgodność kopii na płycie z elektronicznymi pierwowzorami?
Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.
9. **Dot. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:** W przypadku konieczności dostarczenia dokumentów w postaci papierowej, czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesłanie ich w postaci zbindowanych tomów, gdzie poświadczenie za zgodność będzie widniało tylko na pierwszej stronie tomu dla jego pozostałych stron?
Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na przesłanie dokumentów w postaci zbindowanych tomów, gdzie poświadczenie za zgodność będzie widniało tylko na pierwszej stronie tomu dla jego pozostałych stron.
10. **Dot. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Rozdział I, pkt. 10:** W związku ze specyfiką produkcji krwi kontrolnej, która odbywa się w co 3-miesięcznych cyklach, a jej maksymalny termin ważności wynosi 3 miesiące od daty produkcji, prosimy o dopuszczenie terminu ważności dla kontroli w długości 3 miesięcy od daty produkcji. Ilość potrzebnej krwi kontrolnej kalkulowana jest właśnie w oparciu o ten termin ważności.
Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na powyższe.
11. **Dot. Zestawienia parametrów technicznych analizatora – Załącznik nr 7 do SIWZ:** Parametry graniczne analizatora 3-DIFF.
- a. Czy Zamawiający dopuści analizator wyprodukowany w 2014 roku?
Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.
 - b. Czy Zamawiający dopuści pomiar kolorymetryczny dla hemoglobiny?
Zamawiający informuje, iż dopuszcza pomiar kolorymetryczny dla hemoglobiny.
 - c. Czy Zamawiający dopuści analizator o długości 45 cm?
Zamawiający informuje, iż dopuszcza analizator o długości 45 cm.
12. **Dot. Zestawienia parametrów technicznych analizatora – Załącznik nr 7 do SIWZ:** Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony i przyzna punkty w przypadku, gdy analizator wykonuje badanie z 10 ul w trybie predylucji?
Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.

13. Dot. Zestawienia parametrów technicznych analizatora – Załącznik nr 7 do SIWZ:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie analizatora o wymiarach 47,7cm/36,4cm/41,7cm (wysokość/szerokość/długość)?

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na zaproponowanie analizatora o wymiarach 47,7cm/36,4cm/41,7cm (wysokość/szerokość/długość).

14. Dot. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Rozdział I, ust. 2 oraz Rozdział IV, ust.

2: W pkt. 2 SIWZ Zamawiający wymienia „Zestawienie Wymaganych Parametrów Analizatora do badań równowagi kwasowo-zasadowej stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ”. Czy nie zaszła omyłka? Przedmiotem zamówienia jest analizator hematologiczny. Zgodnie z wykazem załączników zestawienie wymaganych parametrów technicznych jest w załączniku nr 7 do SIWZ.

Ponadto w dalszej części SIWZ, w rozdziale IV w pkt. 2 jest również przywołany załącznik nr 5, w którym jest wzór oświadczenia o braku przynależności do grupy kapitałowej. Czy w tej sytuacji również nie zaszła omyłka pisarska?

Zamawiający informuje, iż w SIWZ Rozdział I, ust. 2 zamiast „Zestawienie Wymaganych Parametrów Analizatora do badań równowagi kwasowo-zasadowej stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ” powinno być „Zestawienie Wymaganych Parametrów Analizatora do badań równowagi kwasowo-zasadowej stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ”.

Natomiast w SIWZ Rozdział IV, ust. 2 zapis odnośnie numeracji załącznika jest poprawny.

Wykonawca zobowiązany jest do samodzielnego naniesienia dokonanych zmian w treści oferty.

W razie zaoferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowany, a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień treści SIWZ czy w przypadku modyfikacji SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest do zaznaczenia źródła tej zmiany (data odpowiedzi lub modyfikacji i ewentualnie nr pytania).

Z poważaniem

Sekretarz Komisji Przetargowej

Zajewski Aleksandra

