



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W ŁĘBORKU

e-mail: sekretariat@szpital-lebork.com.pl, www.szpital-lebork.com.pl

84-300 ŁĘBORK, UL. JULIANA WĘGRZYNOWICZA 13, TEL. 59 86 35 202, FAX 59 86 33 173, DYREKCJA TEL. 59 8635 325

Łębork, dn. 19.07.2018 r.



ZP.261.49.31.3.2018

Uczestnicy postępowania

ZP-PN/31/18


dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę sprzętu medycznego (aparat do znieczulenia, aparat do powierzchniowego ogrzewania pacjenta, podgrzewacz płynów infuzyjnych, ssak elektryczny) dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęborku. Znak sprawy: ZP-PN/31/18.

Komisja przetargowa Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęborku w odpowiedzi na otrzymane pytania dot. w/w postępowania wyjaśnia:

1. **dot. załącznika nr 4C pkt. 4** Czy Zamawiający dopuści urządzenie z regulacją temperatury 36°C/39°C ?
Zamawiający dopuści.
2. **dot. załącznika nr 4C pkt. 15** Czy Zamawiający dopuści urządzenie na którego wyposażeniu nie będzie 10 szt. przyrządów j.uż. ? Uzasadnienie: *przyrządy są standardowe, zazwyczaj dostarczane w ramach przetargów na sprzęt j.uż. przez hurtownie medyczne.*
Zamawiający nie dopuści
3. **dot. Zadania nr 2 tj. Urządzenie do ogrzewania pacjenta lp. 14 tj. „Zasilanie sieciowe 230 V, 50/60 Hz. Średni pobór mocy poniżej 600 W.”** Czy Zamawiający dopuści ogrzewacz spełniający wszystkie wymogi zgodnie z SIWZ o średnim poborze mocy 750W?
Zamawiający dopuści.
4. **dot. Zadania nr 2 tj. Urządzenie do ogrzewania pacjenta lp. 15 tj. „(...) Koce wykonanie z materiału antybakteryjnego, wodoodpornego”** Czy Zamawiający dopuści ogrzewacz spełniający wszystkie wymogi zgodnie z SIWZ z kołderkami, które nie są wodoodporne?
Zamawiający nie dopuści.
5. **dot. Zadania nr 2 tj. Urządzenie do ogrzewania pacjenta lp. 17 tj. „Koc na górną część ciała, jedna ręka odwiedzona – 20 szt.”** Czy Zamawiający dopuści ogrzewacz spełniający wszystkie



wymogi zgodnie z SIWZ z kołderkami na górną część działa, z dwoma rękami odwiedzionymi jak na poniższym rysunku?



(Rys. 1 mata grzewcza, górna, 195cm x 80cm)

Zamawiający nie dopuści.

6. **dot. Zadania nr 4 tj. Ssak elektryczny lp. 4 tj. „Maksymalne podciśnienie: 0 – 90 kPa”** Czy Zamawiający dopuści ssak elektryczny spełniający wszystkie wymogi zgodnie z SIWZ o maksymalnym podciśnieniu 0-98 kPa (+/- 5%)?

Zamawiający dopuści.

7. **dot. Zadania nr 4 tj. Ssak elektryczny lp. 12 tj. „Uchwyt do umieszczenia butelki z solą fizjologiczną umocowany na szynie podstawy jezdnej”** Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wykreślenie w/w pozycji w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia.

Zamawiający wyraża zgodę, dopuszczając ssak elektryczny bez uchwytu do umieszczenia butelki z solą fizjologiczną umocowanego na szynie podstawy jezdnej.

8. **dot. Zadania nr 4 tj. Ssak elektryczny lp. 18 i 19 tj. „Wyposażenie w 2 butle wielokrotnego użycia o pojemności 1 lub 2 litry, z pokrywami z tworzywa sterylizowanego” i “Butle z pkt 18 przystosowane do wkładów jednorazowych. Możliwość użycia tej samej butli z pokrywą wielorazową lub z wkładem jednorazowym.”** Czy Zamawiający dopuści dostarczenie 2 litrowych butli wielorazowych, oraz dodatkowych butli 2 litrowych będących głównie przystosowanych do wkładów jednorazowych?

Zamawiający dopuści dostarczenie butli wielorazowych nie przystosowanych do wkładów jednorazowego użycia pod warunkiem dostarczenia niezależnych butli wielorazowych oraz dodatkowych butli przystosowanych do wkładów jednorazowych lub dostarczenia niezależnych butli wielorazowych z pokrywami oraz kanistrów wielorazowego użycia dostosowanych do stosowania wkładów jednorazowych.

9. **Dotyczy zapisów SIWZ** Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, **który nie należy do żadnej grupy kapitałowej**, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą. Zgodnie z interpretacją przepisów dotyczących nowelizacji ustawy Pzp zamieszczonej na stronie Urzędu Zamówień Publicznych - „Zamawiający powinien przyjąć oświadczenie wykonawcy o braku przynależności do jakiegokolwiek grupy kapitałowej bądź przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, w sytuacji gdy w postępowaniu złożono jedną ofertę lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, również potwierdza brak podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.



Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy.”

Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą.

10. **Dotyczy zadania nr 4 poz. 19** Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu aby butle wielorazowego użycia z poz. nr 18 były przystosowane do wkładów jednorazowego użycia.

Butle wielorazowego użycia, dla zapewnienia skutecznej szczelności z pokrywą wielorazowego użycia, której struktura musi być odporna na działanie wysokich temperatur podczas sterylizacji, są wyposażone w połączenie gwintowe, natomiast pokrywy wkładów workowych jednorazowego użycia nie są przewidziane do sterylizacji, wobec czego są elastyczne i doszczelniane poprzez zasysanie. Wobec powyższego prosimy o zaakceptowanie aby ssaki były wyposażone w niezależne pojemniki wielorazowego użycia z pokrywami oraz w kanistry wielorazowego użycia dostosowane do stosowania wkładów jednorazowych.

Zamawiający dopuści dostarczenie butli wielorazowych nie przystosowanych do wkładów jednorazowego użycia pod warunkiem dostarczenia niezależnych butli wielorazowych oraz dodatkowych butli przystosowanych do wkładów jednorazowych lub dostarczenia niezależnych butli wielorazowych z pokrywami oraz kanistrów wielorazowego użycia dostosowanych do stosowania wkładów jednorazowych.

11. **Zadanie nr 1 (zał. Nr 4A) – Aparat do znieczulenia ogólnego z kardiomonitorem**

- **Pkt.4** Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat do znieczulenia wyposażony w dwie szuflady na drobne akcesoria?

Zamawiający dopuści.

- **Pkt. 7** Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat do znieczulenia wyposażony w 3 dodatkowe gniazda elektryczne 230V na tylnej ścianie aparatu?

Zamawiający dopuści.

- **Pkt. 25** Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat do znieczulenia, w którym stan wbudowanych zastawek układu okrężnego nie jest obrazowany?

Zamawiający nie dopuści.

- **Pkt. 82** Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor posiadający pamięć 200 zdarzeń alarmowych wraz z odpowiednimi odcinkami krzywych i wartości parametrów?

Zamawiający dopuści.

- **Pkt. 126** Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor nie oferujący zmiany wzorca dźwiękowej sygnalizacji alarmów?

Zamawiający nie dopuści.



12. Zadanie nr 1 Załącznik nr 4A - Aparat do znieczulenia ogólnego z kardiomonitorem

- Pkt. 7 Czy Zamawiający dopuści aparat posiadający 3 dodatkowe gniazda elektryczne 230V umożliwiające podłączenie dodatkowych urządzeń?

Zamawiający dopuści.

- Pkt. 16 Czy Zamawiający dopuści system automatycznego utrzymywania stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej z podtlenkiem azotu na poziomie min. 25%?

Zamawiający dopuści.

- Pkt. 21 Czy Zamawiający dopuści obejście tlenowe (bypass tlenowy) o wydajności 25-75l?

Zamawiający nie dopuści.

- Pkt. 22 Czy Zamawiający dopuści dodatkowy, zintegrowany z aparatem niezależny przepływomierz O₂ do podaży leków na maskę lub wazy tlenowe, zakres: 0-10 l/min.?

Zamawiający dopuści.

- Pkt.24 Czy Zamawiający dopuści pochłaniacz dwutlenku węgla o pojemności 1,37l?

Zamawiający dopuści.

- Pkt. 25 Czy Zamawiający dopuści aparat bez możliwości wizualizacji zastawek wdechowej i wydechowej w układzie okrężnym? Urządzenie wyposażone jest w cyfrowo sterowany zastawki przepływu, co umożliwia wentylację wszystkich grup pacjentów od noworodków do osób.

Zamawiający nie dopuści.

- Pkt. 34 Czy Zamawiający dopuści regulację stosunku wdechu do wydechu w zakresie 2:1 do 1:8?

Zamawiający nie dopuści.

- Pkt. 39 Czy Zamawiający dopuści regulację czułości wyzwalania przepływowego w zakresie 0,2l/min-10l/min?

Zamawiający nie dopuści.

- Pkt. 40 Czy Zamawiający dopuści aparat bez tej funkcji?

Zamawiający nie dopuści.

- Pkt. 49 Czy Zamawiający dopuści automatyczny zapis z możliwością łatwego odczytu 12 ostatnich komunikatów o alarmach i błędach?

Zamawiający nie dopuści.

- Pkt. 54 Czy Zamawiający dopuści wartość procentową?

Zamawiający dopuści.

- Pkt. 60 Czy Zamawiający dopuści kolorowy ekran respiratora o przekątnej 15" z mocowaniem na specjalnym wysięgniku ułatwiającym wygodne ustawienie położenie monitora?

Zamawiający dopuści.



- Pkt. 76 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor stacjonarno-przenośny o masie 9,8 kg?

Zamawiający nie dopuści.

- Pkt.82 Czy Zamawiający dopuści pamięć 400 zestawów odcinków krzywych i wartości parametrów?

Zamawiający dopuści.

- Pkt. 85 Czy Zamawiający dopuści zakres częstości rytmu serca 20-300 uderzeń/minutę?

Zamawiający dopuści.

- Pkt. 87 Czy Zamawiający dopuści dokładność pomiaru częstości rytmu serca $\pm 1\%$ lub ± 1 uderzeń/minutę (większa z tych wartości)?

Zamawiający dopuści.

- Pkt. 93 Czy Zamawiający dopuści dokładność pomiaru oddechów $\pm 5\%$ lub ± 5 oddechów na minutę (większa z tych wartości)?

Zamawiający nie dopuści.

- Pkt. 98 Czy Zamawiający dopuści dokładność pomiaru saturacji w zakresie 70-100%: ± 2 cyfry (± 3 cyfry podczas ruchów pacjenta)?

Zamawiający dopuści.

- Pkt. 101 Czy Zamawiający dopuści zakres pomiaru ciśnienia w zakresie 25-260 mmHg?

Zamawiający dopuści.

- Pkt. 102 Czy Zamawiający dopuści monitor bez pomiaru częstości rytmu serca za pośrednictwem mankietu do NIBP?

Zamawiający nie dopuści.

- Pkt. 103 Czy Zamawiający dopuści dokładność pomiaru NIBP $\pm 2\%$ lub ± 3 mmHg (większa z tych wartości)?

Zamawiający dopuści.

- Pkt. 105 Czy Zamawiający dopuści zakres programowania interwałów w trybie AUTO w zakresie 1-240 min?

Zamawiający dopuści.

- Pkt. 106 Czy Zamawiający dopuści dokładność pomiaru $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$?

Zamawiający dopuści.

- Pkt. 109 Czy Zamawiający dopuści zakres pomiarowy inwazyjnego ciśnienia od -25 do 320 mmHg?

Zamawiający dopuści.

- Pkt. 124 Czy Zamawiający dopuści możliwość zawieszenia alarmów na 2 lub 5 minut?



Zamawiający nie dopuści.

- **Pkt. 126** Czy Zamawiający dopuści ustawienie głośności sygnalizacji w min. 5 poziomach głośności, bez możliwości wyboru wzorca dźwiękowej sygnalizacji?

Zamawiający nie dopuści.

- **Pkt. 134** Czy Zamawiający dopuści złącze do podłączenia monitora kopiującego DVI?

Zamawiający nie dopuści.

13. Wzór umowy - Załącznik nr 3 do SIWZ

Par. 7 - W naszej ocenie zaproponowane kary umowne są rażąco wysokie. Na rynku wyrobów medycznych przyjęło się, iż wysokość kary to 0,1-0,2% za dzień zwłoki w wykonaniu zamówienia/podjęciu działań serwisowych/wymianę wadliwego towaru oraz 10% w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. W związku z tym, prosimy o obniżenie kar umownych do przyjętego w branży poziomu.

Zamawiający nie wyraża zgody.

David Mejia