



**Fundusze Europejskie**  
Infrastruktura i Środowisko

**Unia Europejska**  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



**SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W LĘBORKU**

e-mail: [sekretariat@szpital-lebork.com.pl](mailto:sekretariat@szpital-lebork.com.pl), [www.szpital-lebork.com.pl](http://www.szpital-lebork.com.pl)

84-300 LĘBORK, UL. JULIANA WĘGRZYNOWICZA 13, TEL. 59 86 35 202, FAX 59 86 33 173, DYREKCJA TEL. 59 8635 325



Lębork, dn. 18.07.2018 r.

ZP.261.50.32.3.2018

**Uczestnicy postępowania  
ZP-PN/32/18**

dotyczy: przetargu nieograniczonego na **zakup i dostawę sprzętu medycznego – endoskopów (bronchofiberoskop, gastroskop, kolonoskop, rektoskop)** dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku. Znak sprawy: ZP-PN/32/18

Komisja przetargowa Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku w odpowiedzi na otrzymane pytania dot. w/w postępowania wyjaśnia:

**Pytanie 1**

**Dotyczy załącznika nr 3 – Projekt umowy - § 3 ust. 1. 4)**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu reakcji serwisu w okresie gwarancji z 48 na 72 godziny od momentu zgłoszenia?

**Zamawiający dopuszcza czas reakcji serwisu w okresie gwarancji 72 godziny od momentu zgłoszenia.**

**Pytanie 2**

**Dotyczy załącznika nr 3 – Projekt umowy - § 3 ust. 1. 5)**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu naprawy gwarancyjnej z 3 na 5 dni roboczych od momentu dostarczenia urządzenia do autoryzowanego serwisu (w okresie gwarancji przesyłką kurierską na koszt Wykonawcy). W przypadku konieczności zastosowania części zamiennych – z 5 na 7 dni roboczych od momentu dostarczenia urządzenia do autoryzowanego serwisu (w okresie gwarancji przesyłką kurierską na koszt Wykonawcy)?, a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta z zagranicy - z 10 na 14 dni roboczych od momentu dostarczenia urządzenia do autoryzowanego serwisu (w okresie gwarancji przesyłką kurierską na koszt Wykonawcy)?

**Zamawiający dopuści czas naprawy gwarancyjnej 5 dni roboczych od momentu dostarczenia urządzenia do autoryzowanego serwisu (w okresie gwarancji przesyłką kurierską na koszt Wykonawcy). W przypadku konieczności zastosowania części zamiennych Zamawiający dopuści naprawy gwarancyjne w czasie 7 dni roboczych od momentu dostarczenia urządzenia do autoryzowanego serwisu (w okresie gwarancji przesyłką kurierską na koszt Wykonawcy), a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta w ciągu 14 dni roboczych od momentu dostarczenia urządzenia do autoryzowanego serwisu (w okresie gwarancji przesyłką kurierską na koszt Wykonawcy) pod warunkiem, że Wykonawca dostarczy**



**Zamawiającemu urządzenie zastępcze o parametrach nie gorszych niż oferowane na czas naprawy trwającej dłużej niż 5 dni roboczych.**

**Pytanie 3**

**Dotyczy załącznika nr 3 – Projekt umowy - § 3 ust. 1. 9)**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie istniejącego zapisu na następujący:

„6 miesięczną gwarancję dla nowo zainstalowanych w trakcie naprawy części w okresie gwarancyjnym”

**Zamawiający dopuszcza min. 12 miesięczny okres gwarancji dla nowo zainstalowanych w trakcie naprawy części (w okresie gwarancyjnym).**

**Pytanie 4**

**Dotyczy załącznika nr 3 – Projekt umowy - § 3 ust. 4. 1) i 2)**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie istniejącego zapisu na następujący:

„każdorazowe przedłużenie okresu gwarancji sprzętu zgłoszonego do naprawy o czas jego wyłączenia z eksploatacji, jeżeli przestój ten trwał powyżej 10 dni roboczych, a gdy gwarant dokona istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji będzie biegł na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej i będzie wynosił 6 miesięcy. Jeżeli gwarant wymienił część rzeczy, przepis powyższy stosuje się do części wymienionej”.

**Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie istniejącego zapisu w sposób proponowany przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem, że termin gwarancji będzie wynosił min. 12 miesięcy.**

**Pytanie 5**

**Dotyczy załącznika nr 3 – Projekt umowy - § 6 ust. 1. 1)**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie istniejącego zapisu na następujący:

„[...] , a w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę tego terminu będzie uprawniony do ich usunięcia przez inny autoryzowany podmiot na koszt i ryzyko Wykonawcy”

**Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 6**

**Dotyczy załącznika nr 3 – Projekt umowy - § 6 ust. 1. 2)**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie istniejącego zapisu na następujący:

„[...] lub usunięcia ich przez inny autoryzowany podmiot na koszt i ryzyko Wykonawcy”

**Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 7**

**Dotyczy załącznika nr 3 – Projekt umowy - § 7 ust. 1. 1)**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 10% na 5%?

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 8**

**Dotyczy załącznika nr 3 – Projekt umowy - § 7 ust. 1. 3)**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 20 zł na 10 zł za każde naruszenie, a w przypadku zwłoki – zmniejszenie z 10 zł na 5 zł – za każdy dzień?

**Zamawiający nie wyraża zgody.**





**Pytanie 9**

**Dotyczy załącznika nr 3 – Projekt umowy - § 7 ust. 1. 3)**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od naliczania kary umownej w przypadku dostarczenia sprzętu zastępczego na czas przedłużającej się naprawy gwarancyjnej?

**Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 10**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja bądź czy Zamawiający nie przekształca się w spółkę prawa handlowego?

**Wobec SPS ZOZ w Lęborku nie została wszczęta likwidacja ani też nie przekształca się w spółkę prawa handlowego.**

**Pytanie 11**

**Dotyczy Załącznika nr 4A – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zadanie nr 1, pkt. 5**

Czy Zamawiający dopuści bronchofiberoskop o średnicy kanału roboczego 2,55 mm?

**Zamawiający dopuści bronchofiberoskop o średnicy kanału roboczego 2,55 mm.**

**Pytanie 12**

**Dotyczy Załącznika nr 4A – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zadanie nr 1, pkt. 6**

Czy Zamawiający dopuści bronchofiberoskop o zagięciu końcówki endoskopu w górę 160°, w dół 130°?

**Zamawiający dopuści bronchofiberoskop o zagięciu końcówki endoskopu w górę 160°, w dół 130°.**

**Pytanie 13**

**Dotyczy Załącznika nr 4A – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zadanie nr 1, pkt. 8**

Czy Zamawiający wymaga aby źródło światła wyposażone był we wskaźnik zużycia baterii?

Uzasadnienie: Rozwiązanie takie pozwoli uniknąć sytuacji spadku mocy lub utraty światła podczas procedur bronchoskopowych bardzo często mających wpływ na ratowanie życia ludzkiego.

**Zamawiający nie wymaga aby źródło światła wyposażone było we wskaźnik zużycia baterii.**

**Pytanie 14**

**Dotyczy Załącznika nr 4A – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zadanie nr 1, pkt. 13**

Czy Zamawiający dopuści bronchofiberoskop z baterijnym źródłem światła wyposażonym w innowacyjne źródło światła typu LED bez dodatkowych żarówek?

Uzasadnienie: Światła typu LED charakteryzuje się bardzo długą żywotnością diody, która jest integralną częścią całego przenośnego źródła światła i nie wymienia się w nim żarówek tak jak starszej technologii źródeł halogenowych.

**Zamawiający dopuści bronchofiberoskop z baterijnym źródłem światła wyposażonym w innowacyjne źródło światła typu LED bez dodatkowych żarówek**



**Pytanie 15**

**Dotyczy Załącznika nr 4A – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zadanie nr 1, pkt. 16**

Czy Zamawiający zrezygnuje z przewodu światłowodowego wraz z adapterem?

Uzasadnienie: W zestawie z bronchofiberoskopem Zamawiający wymaga bateryjnego (mobilnego) źródła światła. W związku z tym dodatkowy światłowód nie jest potrzebny do kompletnego działania endoskopu i dodatkowo będzie miał wpływ na znacznie wyższą cenę aparatu.

**Zamawiający nie zrezygnuje z przewodu światłowodowego wraz z adapterem.**

**Pytanie 16**

**Dotyczy Załącznika nr 4A – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zadanie nr 1,**

Czy Zamawiający wymaga aby oferowany bronchofiberoskop był kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego bateryjnym, halogenowym źródłem światła będącym na wyposażeniu SOR?

**Zamawiający wymaga aby oferowany bronchofiberoskop był kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego bateryjnym, halogenowym źródłem światła będącym na wyposażeniu SOR.**

**Pytanie 17**

**ZAPISY SIWZ Punkt 5.10**

Z uwagi na fakt, iż przedmiotem zamówienia jest wysoce specjalistyczny sprzęt medyczny, prosimy, aby Zamawiający zrezygnował z wymogu wykonywania testu bezpieczeństwa elektrycznego w siedzibie użytkownika na rzecz wykonania tej usługi w autoryzowanym serwisie Wykonawcy. *Test taki wymaga konieczności użycia specjalistycznego sprzętu, a koszty transportu do siedziby serwisu w okresie gwarancji pokryje Wykonawca.*

**Zamawiający wyraża zgodę.**

Ponadto prosimy o rezygnację z bezpłatnej usługi w tym zakresie po okresie gwarancji.

**Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 18**

**ZAŁĄCZNIK Nr 4A do SIWZ – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
ZADANIE NR 1 – bronchofiberoskop**

**Punkt 9**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania urządzenie bez możliwości zasilania źródła światła z przenośnego zasilacza?

**Zamawiający dopuści urządzenie bez możliwości zasilania źródła światła z przenośnego zasilacza.**

**Pytanie 19**

**ZAŁĄCZNIK Nr 4A do SIWZ – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
ZADANIE NR 1 – bronchofiberoskop**

**Punkt 13**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania urządzenie bez dodatkowych żarówek w ilości min. 2 sztuk?

**Zamawiający nie dopuści urządzenia bez dodatkowych żarówek w ilości min. 2 sztuk.**





**Pytanie 20**

**ZAŁĄCZNIK Nr 3 do SIWZ – WZÓR UMOWY**

**•§ 3 ustęp 1.5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby czas naprawy liczony był od daty przesłania sprzętu do siedziby autoryzowanego serwisu, w okresie gwarancji na koszt Wykonawcy?

*Ze względu na specyfikę obsługi sprzętu i konieczność przeprowadzenia specjalistycznych badań, przy pomocy dedykowanych urządzeń diagnostycznych, naprawa jest możliwa jedynie w siedzibie serwisu. Każdorazowa naprawa urządzenia, musi, ze względu na odpowiedzialność producenta wobec użytkownika i pacjenta doprowadzić do przywrócenia stanu urządzenia zgodnego z deklaracją zgodności.*

*Dlatego w ramach standardu obsługi serwisowej oferujemy bezpłatny transport kurierem urządzenia do i z serwisu;*

Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe prosimy o wydłużenie terminu naprawy do:

- 5 dni roboczych
- 7 dni roboczych w przypadku konieczności zastosowania części zamiennych
- 14 dni roboczych w przypadku potrzeby sprowadzenia części zamiennych z zagranicy.

**Zamawiający dopuści czas naprawy gwarancyjnej 5 dni roboczych od momentu dostarczenia urządzenia do autoryzowanego serwisu (w okresie gwarancji przesyłką kurierską na koszt Wykonawcy). W przypadku konieczności zastosowania części zamiennych Zamawiający dopuści naprawy gwarancyjne w czasie 7 dni roboczych od momentu dostarczenia urządzenia do autoryzowanego serwisu (w okresie gwarancji przesyłką kurierską na koszt Wykonawcy), a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta w ciągu 14 dni roboczych od momentu dostarczenia urządzenia do autoryzowanego serwisu (w okresie gwarancji przesyłką kurierską na koszt Wykonawcy) pod warunkiem, że Wykonawca dostarczy Zamawiającemu urządzenie zastępcze o parametrach nie gorszych niż oferowane na czas naprawy trwającej dłużej niż 5 dni roboczych.**

**Pytanie 21**

**ZAŁĄCZNIK Nr 3 do SIWZ – WZÓR UMOWY**

**•§ 3 ustęp 1.9**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin gwarancji dla nowo zainstalowanych w trakcie naprawy części wynosił 12 miesięcy?

**Zamawiający dopuszcza min. 12 miesięczny okres gwarancji dla nowo zainstalowanych w trakcie naprawy części (w okresie gwarancyjnym).**

**Pytanie 22**

**ZAŁĄCZNIK Nr 3 do SIWZ – WZÓR UMOWY**

**•§ 3 ustęp 1.16**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie całego zapisu: „uzupełnianie, wymianę materiałów zużywalnych w zakresie niezbędnym do prawidłowej eksploatacji urządzenia:”

*Ilość i tempo wykorzystania materiałów zużywalnych zależy od wielu czynników, na które Wykonawca nie ma żadnego wpływu (zależą jedynie od częstotliwości użytkowania sprzętu oraz od bezpośredniego Użytkownika), co powoduje, że skuteczne oszacowanie takich kosztów jest niemożliwe, a ponadto wpłynie niekorzystnie na cenę oferty.*

**Zamawiający nie wyraża zgody.**



**Pytanie 23**

**ZAŁĄCZNIK Nr 3 do SIWZ – WZÓR UMOWY**

**•§ 3 ustęp 1.18**

Prosimy o wyrażenie zgody na modyfikację zapisu poprzez wykreślenie jego części w zakresie – „**lub zwrócenia rzeczy naprawionej**”.

*Zapis taki jest sprzeczny z Kodeksem Cywilnym. Ponadto zapis ten oznaczałby w praktyce nowy, pełny okres gwarancji (deklarowany w ofercie przetargowej i zapisany w umowie) dla całego urządzenia w przypadku każdej naprawy, w tym także naprawy w ostatnim miesiącu pierwotnego okresu gwarancji.*

**Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 24**

**ZAŁĄCZNIK Nr 3 do SIWZ – WZÓR UMOWY**

**•§ 6 ustęp 4.1.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następującą modyfikację zapisu:

„w przypadku, gdy wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający będzie miał uprawnienie do żądania usunięcia wad w stosownym terminie, a w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę tego terminu będzie uprawniony do ich usunięcia przez inny autoryzowany podmiot na koszt i ryzyko Wykonawcy”?

**Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 25**

**ZAŁĄCZNIK Nr 3 do SIWZ – WZÓR UMOWY**

**•§ 6 ustęp 4.2.**

„w przypadku, gdy wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający będzie miał uprawnienie – w zależności od swojej woli - do żądania usunięcia wad w wyznaczonym przez siebie terminie lub usunięcia ich przez inny autoryzowany podmiot na koszt i ryzyko Wykonawcy”?

*Urządzenia będące przedmiotem zamówienia to sprzęt medyczny podporządkowany wymogom szeregu aktów prawnych krajowych i unijnych (ustawa o wyrobach medycznych, MDD 93/42 EEC). Każdorazowa naprawa urządzenia, musi, ze względu na odpowiedzialność producenta wobec użytkownika i pacjenta (odpowiedzialność za produkt niebezpieczny art 449<sup>1-11</sup> KC), doprowadzić do przywrócenia stanu urządzenia zgodnego z deklaracją zgodności.*

*Nie ma możliwości, aby producent sprzętu endoskopowego brał odpowiedzialność za działania nieautoryzowanych serwisów przede wszystkim w trosce o bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego.*

**Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 26**

**ZAŁĄCZNIK Nr 3 do SIWZ – WZÓR UMOWY**

**•§ 7 ustęp 1.1.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej za zwłokę w wykonaniu zamówienia do poziomu 5% wartości brutto niezrealizowanego zamówienia za każdy dzień zwłoki?

*Obecna kara jest wyjątkowo drastyczna i świadczy o nierównym traktowaniu stron umowy.*

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

P.O. KIEROWNIKA  
Działu Zamówień Publicznych  
*Elize Kruk*  
mgr Eliza Kruk