



SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W LĘBORKU

e-mail: sekretariat@szpital-lebork.com.pl, www.szpital-lebork.com.pl



84-300 LĘBORK, UL. JULIANA WĘGRZYNOWICZA 13, TEL. 59 86 35 202, FAX 59 86 33 173, DYREKCJA TEL. 59 8635 325

ZP.261.67.3.2018

Lębork, dn. 28.09.2018 r.

### Uczestnicy postępowania ZP-PN/44/18

dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup i dostawy odczynników do Laboratorium Mikrobiologicznego wraz z dzierżawą analizatorów do Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku.

Znak sprawy: ZP-PN/44/18.

Komisja przetargowa Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku w odpowiedzi na otrzymane pytania dot. w/w postępowania wyjaśnia:

*Pytanie 1: Dotyczy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Rozdział I, pkt. 16:*

*Czy Zamawiający odstąpi od dostarczenia instrukcji obsługi aparatu w wersji papierowej?*

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.**

*Pytanie 2: Dotyczy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Rozdział III, pkt. 4, pkt. 1a):*

*Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby Wykonawca złożył jedynie oświadczenie o nieszkodliwości produktów?*

*Uzasadnienie: Certyfikaty potwierdzające, że odczynniki są bezpieczne będą dostępne bezpłatnie na stronie www Wykonawcy razem z Kartami Charakterystyk Substancji Niebezpiecznych.*

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.**

*Pytanie 3: Dotyczy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Rozdział III, pkt. 4, pkt. 1a):*

*Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby karty charakterystyk zostały dołączone na płycie CD?*

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.**

*Pytanie 4: Dotyczy Zestawienia parametrów techniczno- użytkowych – Załącznik nr 5a do SIWZ, pkt. 21:*

*Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby aktualne certyfikaty kontroli jakości były dostępne na stronie www oferenta?*

- **Komisja Przetargowa informuje, iż dopuszcza do zaofewrowania aktualne certyfikaty kontroli jakości dostępne na stronie www oferenta.**

*Pytanie 5: Dotyczy Zestawienia parametrów techniczno- użytkowych – Załącznik nr 5a do SIWZ, pkt. 33:*

*Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 4-7 miesięczny termin ważności dla odczynników?*

- **Komisja Przetargowa informuje, iż dopuszcza do zaoferowania 4-7 miesięczny termin ważności dla odczynników.**

*Pytanie 6: Dotyczy Zestawienia parametrów techniczno- użytkowych – Załącznik nr 5a do SIWZ, pkt. 34:*

*Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby metodyki zostały dołączone na płycie CD i odstąpi od ponownego ich dostarczenia do pierwszej dostawy jeśli będą dostępne do samodzielnego pobrania ze strony www oferenta?*

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.**

*Pytanie 7: Dotyczy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:*

*Czy Zamawiający posiada i może przedłożyć projekt umowy/ porozumienia dotyczącego przetwarzania danych osobowych w związku z przedmiotem zamówienia w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 28 ust. 3 zdanie 1 RODO, zgodnie z treścią którego „Przetwarzanie przez podmiot*

przetwarzający odbywa się na podstawie umowy lub innego instrumentu prawnego, które podlegają prawu Unii lub prawu państwa członkowskiego i wiążą podmiot przetwarzający i administratora, określają przedmiot i czas trwania przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz kategorie osób, których dane dotyczą, obowiązki i prawa administratora.”?

- **Komisja Przetargowa informuje, iż dodała odpowiedni zapis w SIWZ, Rozdział IV, ust. 7.**
- **Ponadto Komisja Przetargowa informuje, iż udostępnia wzór umowy przetwarzania danych osobowych – Załącznik nr 3b do SIWZ.**

*Pytanie 8: Dotyczy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:*

*Czy Zamawiający wyrazi pisemną zgodę w terminie 3 dni licząc od daty zawarcia umowy na pod powierzenie danych osobowych firmie współpracującej z Wykonawcą w zakresie koniecznym do prawidłowej realizacji zamówienia tj. podłączenia analizatora?*

*Uzasadnienie: Na zasadzie art. 28 ust. 2 RODO Podmiot przetwarzający nie korzysta z usług innego podmiotu przetwarzającego bez uprzedniej szczegółowej lub ogólnej pisemnej zgody administratora. W przypadku ogólnej pisemnej zgody podmiot przetwarzający informuje administratora o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia innych podmiotów przetwarzających, dając tym samym administratorowi możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec takich zmian. Mając powyższe na uwadze brak zgody Zamawiającego powoduje niemożność zlecenia podłączenia analizatora podwykonawcy, a tym samym niemożność realizacji przedmiotowej umowy.*

- **Komisja Przetargowa informuje, iż zgodnie ze wzorem umowy powierzenia danych osobowych – Załącznik nr 3b do SIWZ, §5, ust. 2 „ Administrator wyraża ogólną zgodę, aby Przetwarzający korzystał z usług podmiotu trzeciego podczas przetwarzania w imieniu Administratora.”**

*Pytanie 9: Dotyczy Zestawienia parametrów techniczno- użytkowych – Załącznik nr 5a do SIWZ, pkt. 1:*

*Czy Zamawiający odstąpi od parametru wymaganego „ Zamawiający wymaga aby datę produkcji z numerem seryjnym potwierdzić oryginalnym dokumentem wystawionym przez producenta” jeżeli aparat posiada tabliczkę znamionową z typem aparatu i numerem seryjnym i jest obecnie aparatem użytkowanym przez Zamawiającego?*

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.**

*Pytanie 10: Dotyczy Zestawienia parametrów techniczno- użytkowych – Załącznik nr 5a do SIWZ, pkt.*

*Czy jeżeli Zamawiający nie odstąpi od w/w Parametru Wymaganego , to czy wyrazi zgodę na dokument w którym bioMerieux potwierdza datę produkcji aparatu , oraz serię i numer?*

- **Komisja Przetargowa informuje, iż wyraża zgodę na przedłożenie dokumentu, w którym bioMerieux potwierdza datę produkcji aparatu , oraz serię i numer.**

*Pytanie 11: Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 2, poz. 15-19:*

*W punktach 15-19 formularza asortymentowo-cenowego Zamawiający nie określił ilości. Czy w związku z tym Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie w tych punktach ilości wymaganej do wykonania wszystkich testów?*

- **Komisja Przetargowa informuje, iż wyraża zgodę na zaproponowanie w punktach 15-19 ilości wymaganej do wykonania wszystkich testów.**

*Pytanie 12: Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 2, poz. 15-19:*

*Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na powyższe to czy określi ilości produktów w punktach 15,16,17,18,19 formularza asortymentowo-cenowego?*

- **Komisja Przetargowa informuje, iż wyraża zgodę na zaproponowanie w punktach 15-19 ilości wymaganej do wykonania wszystkich testów.**

*Pytanie 13: Dotyczy Zestawienia parametrów techniczno- użytkowych – Załącznik nr 5a do SIWZ, pkt. Czy Zamawiający wymaga aby napełnianie testów odbywało się na pokładzie aparatu, bez udziału użytkownika co zwiększy bezpieczeństwo personelu?*

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.**

*Pytanie 14: Dotyczy Zestawienia parametrów techniczno- użytkowych – Załącznik nr 5a do SIWZ, pkt. Czy Zamawiający wymaga aby aparat usuwał zużyte testy automatycznie?*

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.**

*Pytanie 15: Dotyczy Zestawienia parametrów techniczno- użytkowych – Załącznik nr 5a do SIWZ, pkt. 30: Czy Zamawiający wymaga w punkcie 30 Parametrów Wymaganych, aby wykrywanie karbapenemaz u Enterobacteriaceae, Pseudomonas i Acinetobacter było potwierdzone w instrukcji używania producenta, którą należy dołączyć do oferty?*

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.**

*Pytanie 16: Dotyczy Zestawienia parametrów techniczno- użytkowych – Załącznik nr 5a do SIWZ, pkt. 30: Czy Zamawiający wymaga w punkcie 30 Parametrów Wymaganych, aby testy do wykrywania karbapenemaz u Enterobacteriaceae, Pseudomonas i Acinetobacter posiadały kontrolę ujemną i były kompletne?*

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.**

*Pytanie 17: Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego- Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 3, poz. 1-3: Czy Zamawiający może określić w punktach 1,2,3 ilość wykonywanych oznaczeń na miesiąc celem przeliczenia ilości wymaganych odczynników, odczynników dodatkowych i części zużywalnych zamiast zapotrzebowania „ 1 zestaw odczynników na miesiąc”?*

- **Komisja Przetargowa informuje, iż doprecyzowała ilości oznaczeń na miesiąc w Zadaniu nr 3, poz. 1-3.**

*Pytanie 18: Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego- Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 3, poz. 1-3: Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na powyższe, to czy może sprecyzować ilość zestawów w punkcie 1, gdyż w opisie jest jeden zestaw na miesiąc czyli przy zamówieniu na 36 miesięcy powinno być 36, a jest wpisana liczba zestawów : 40?*

- **Komisja Przetargowa informuje, iż odpowiada zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 17 powyżej.**

*Pytanie 19: Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego- Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 3, poz. 2-3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie odczynników w p.2 i 3 w ilości potrzebnej na czas związania ofertą czyli 36 miesięcy, tak aby w pełni zabezpieczyć prawidłowe funkcjonowanie aparatu ?*

- **Komisja Przetargowa informuje, iż wyraża zgodę na zaoferowanie odczynników w poz. 2 i 3 w ilości potrzebnej na czas związania ofertą czyli 36 miesięcy, tak aby w pełni zabezpieczyć prawidłowe funkcjonowanie aparatu.**

*Pytanie 20: Dotyczy Zestawienia parametrów techniczno-użytkowych – Załącznik nr 5b do SIWZ: Czy zamawiający wymaga natryskowej metody nanoszenia barwników w czasie procesu barwienia w systemie zamkniętym, co pozwala zoptymalizować zużycie barwników, a także zapewni bezpieczeństwo osób wykonujących badanie poprzez eliminację kontaktu z odczynnikami?*

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.**

*Pytanie 21: Dotyczy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Rozdział I, pkt. 21 oraz Wzoru umowy – Załącznik nr 3 do SIWZ, §2, ust. 6:*

*Czy Zamawiający ujednotorzy treść umowy z rozdziałem I pkt. 21 SIWZ i zmodyfikuje zapis na: „Wykonawca dołączy do pierwszej dostawy w wersji elektronicznej na płycie CD lub nieodpłatny dostęp na stronie internetowej, do której Zamawiający będzie miał bezpłatny, całodobowy dostęp,*

karty charakterystyki substancji niebezpiecznych występujących w oferowanych odczynnikach oraz dokładny i czytelny opis przedmiotu zamówienia na opakowaniu, instrukcje, ulotki opisujące odczynniki w języku polskim.”

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie 22: Dotyczy Wzoru umowy – Załącznik nr 3 do SIWZ, §6, ust. 9:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

„W przypadku, gdy Wykonawca nie posiada danego asortymentu, jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu odpowiednik o parametrach nie gorszych niż przedmiot umowy objęty zamówieniem po cenie nie wyższej niż obowiązująca cena przetargowa. Jeżeli Wykonawca nie posiada odpowiedniego asortymentu jest zobowiązany zawiadomić o tym Zamawiającego w terminie jednego dnia a następnie obowiązany jest zwrócić różnicę cen, jeżeli zamawiany asortyment zostanie zakupiony przez Zamawiającego u innego dostawcy.”?

Uzasadnienie: Przedmiotowe postępowanie nie dotyczy środków czystości.

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie 23: Dotyczy Wzoru umowy – Załącznik nr 3 do SIWZ, §11, ust. 1, pkt. 1):

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

„za zwłokę w wykonaniu zamówienia – opóźnienia dostawy - w wysokości 3% wartości brutto niezrealizowanego zamówienia za każdy dzień opóźnienia powyżej terminu określonego w §2 ust. 2, nie więcej jednak niż wartość dostawy.”?

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie 24: Dotyczy Wzoru umowy – Załącznik nr 3 do SIWZ, §11, ust. 1, pkt. 1):

Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą modyfikację, czy wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 8% wartości zamówionego a niedostarczonego w terminie towaru?

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie 25: Dotyczy Wzoru umowy – Załącznik nr 3 do SIWZ, §11, ust. 1, pkt. 2):

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5% niezrealizowanej wartości brutto zamówienia.”?

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie 26: Dotyczy Zestawienia parametrów techniczno- użytkowych – Załącznik nr 5a do SIWZ, poz. 21:

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu papierowego certyfikatu kontroli do każdej dostawy w przypadku gdy producent udostępnia certyfikaty na stronie internetowej gdzie można w dowolnym momencie je ściągnąć?

- **Komisja Przetargowa informuje, iż odstąpi od wymogu papierowego certyfikatu kontroli do każdej dostawy w przypadku gdy producent udostępnia certyfikaty na stronie internetowej gdzie można w dowolnym momencie je ściągnąć.**

Pytanie 27: Dotyczy Zestawienia parametrów techniczno- użytkowych – Załącznik nr 5a do SIWZ, pkt. 23:

Czy Zamawiający dopuści system w których panele do identyfikacji pracujący w oparciu o min. 22-27 cech biochemicznych w metodzie dołków z bulionem (złoty standard identyfikacji „realny wzrost drobnoustrojów w bulionie”) gdzie wynik wywołany jest po przez reakcje barwną na świeżym szczepie daje możliwość określenia precyzyjnej identyfikacji drobnoustrojów z możliwością wydłużenia inkubacji dla szczepów wolno i trudno rosnących?

- **Komisja Przetargowa informuje, iż dopuszcza do zaoferowania system w których panele do identyfikacji pracujący w oparciu o min. 22-27 cech biochemicznych w metodzie dołków z bulionem (złoty standard identyfikacji „realny wzrost drobnoustrojów w bulionie”) gdzie wynik wywołany jest po przez reakcje barwną na świeżym szczepie daje możliwość określenia precyzyjnej identyfikacji drobnoustrojów z możliwością wydłużenia inkubacji dla szczepów wolno i trudno rosnących.**

*Pytanie 28: Dotyczy Zestawienia parametrów techniczno- użytkowych – Załącznik nr 5a do SIWZ, pkt. 25:  
Czy Zamawiający dopuści system w których panele do identyfikacji drożdżaków pracujący w oparciu o 22- 27 dołków z bulionem?*

- **Komisja Przetargowa informuje, iż dopuszcza do zaoferowania system w których panele do identyfikacji drożdżaków pracujący w oparciu o 22- 27 dołków z bulionem.**

*Pytanie 29: Dotyczy Zestawienia parametrów techniczno- użytkowych – Załącznik nr 5a do SIWZ, pkt. 26:  
Czy Zamawiający dopuści system gdzie średni czas otrzymania wyniku identyfikacji w analizatorze wynosi 2-16/18 godzin?*

- **Komisja Przetargowa informuje, iż dopuszcza do zaoferowania system gdzie średni czas otrzymania wyniku identyfikacji w analizatorze wynosi 2-16/18 godzin.**

*Pytanie 30: Dotyczy Zestawienia parametrów techniczno- użytkowych – Załącznik nr 5a do SIWZ, pkt. 34:  
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu wykonania identyfikacji i oznaczenia lekowrażliwości pobranych z podłoża chromogennych?*

- **Komisja Przetargowa informuje, iż odstąpi od wymogu wykonania identyfikacji i oznaczenia lekowrażliwości pobranych z podłoża chromogennych.**

*Pytanie 31: Dotyczy Zestawienia parametrów techniczno- użytkowych – Załącznik nr 5a do SIWZ, pkt. 35:  
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu „Aparat do identyfikacji musi być zgodny z wymogami 21CFR część 11”?*

*Wymóg ten dotyczy spełnienia warunków ustanowionych przez Amerykańską Agencję ds. Żywności i Żywnienia FDA - Food and Drug Administration, której wymagania nie dotyczą rynku europejskiego? Prosimy zatem o wykreślenie tego wymogu.*

- **Komisja Przetargowa informuje, iż odstąpi od wymogu „Aparat do identyfikacji musi być zgodny z wymogami 21CFR część 11”.**

*Pytanie 32: Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 2, „UWAGA!“, poz. 2:*

*Czy Zamawiający odstąpi od wymogu „Kwalifikacja aparatu do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości zgodnie z wymogami GMP dla przemysłu farmaceutycznego (IQ, OQ, PQ).”?*

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.**

*Pytanie 33: Dotyczy Zestawienia parametrów techniczno- użytkowych – Załącznik nr 5a do SIWZ, pkt. 4:  
Komora inkubacyjna analizatora na 50-100 miejsc?*

*Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania analizatora o pojemności min 40 miejsc inkubacyjno – pomiarowych?*

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.**

*Pytanie 34: Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 2:*

*Czy Zamawiający dopuści możliwość modyfikacji tabeli asortymentowo – cenowej w zakresie części zużywalnych oraz elementów niezbędnych do bieżącej pracy, konserwacji oraz wykonania testów o elementy wymagane przez danego producenta, korespondujące z ilością wyspecyfikowanych testów w tabeli asortymentowo – cenowej oraz zabezpieczające możliwość wykonania odpowiednich badań w trakcie trwania umowy?*

- **Komisja Przetargowa informuje, iż dopuszcza możliwość modyfikacji tabeli asortymentowo – cenowej w zakresie części zużywalnych oraz elementów niezbędnych do bieżącej pracy, konserwacji oraz wykonania testów o elementy wymagane przez danego producenta, korespondujące z ilością wyspecyfikowanych testów w tabeli asortymentowo – cenowej oraz zabezpieczające możliwość wykonania odpowiednich badań w trakcie trwania umowy.**

Pytanie 35: Dotyczy Wzoru umowy – załącznik nr 3 do SIWZ, §11, ust. 1, pkt. 1):

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia limitu kar umownych, których suma nie przekroczy 10% wartości netto przedmiotu Umowy?

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie 36: Dotyczy Wzoru umowy – załącznik nr 3 do SIWZ, §6, ust. 5:

Czy Zamawiający wprowadzi zapis o ubezpieczeniu aparatu na czas trwania umowy przez Zamawiającego? W naszej opinii to po stronie Zamawiającego powinno leżeć ubezpieczenie aparatu, ponieważ Wykonawca nie posiada wiedzy, m.in. o warunkach lokalowych Zamawiającego, alarmach i innych zabezpieczeniach w pracowni, do której przeznaczony jest oferowany aparat.

W związku z powyższym zwracamy się z wnioskiem o wprowadzenie zapisu, że Zamawiający zobowiązuje się w terminie 7 dni roboczych do ubezpieczenia aparatu od kradzieży i pożaru oraz do dostarczenia Wykonawcy kopii polisy wraz z potwierdzeniem zapłaty składki. Przedmiotowa polisa będzie zawierała cesję praw z polisy na wykonawcę.

- **Komisja Przetargowa informuje, iż w przypadku zaoferowanego sprzętu jest obligatoryjnie ubezpieczony w ramach już istniejącej umowy ubezpieczenia mienia.**

Pytanie 37: Dotyczy Wzoru umowy – załącznik nr 3 do SIWZ, §6, ust. 3, pkt. 6):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie szybkości reakcji na zgłoszenie o awarii na min. 3 dni robocze?

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie 38: Dotyczy Zestawienia parametrów techniczno- użytkowych – Załącznik nr 5b, pkt. 1:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie fabrycznie nowego aparatu do barwienia, który został wyprodukowany w 2015 roku i został wyposażony w holdery na 1-10 szkiełek umożliwiające w sposób pewny i bezpieczny zamocowanie preparatów na czas barwienia.

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie 39: Dotyczy Zestawienia parametrów techniczno- użytkowych – Załącznik nr 5b, pkt. 3:

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie aparatu wykorzystującego zanurzeniową metodę barwienia, w której ta sama porcja odczynników używana jest wielokrotnie. Tym samym ilość odczynników trafiających do odpadów jest znikoma i nie ma konieczności monitorowania ich poziomu oraz dostosowywania ilości do danego cyklu. Powoduje to znaczne obniżenie kosztów barwienia i zmniejsza znacząco ilość odpadów przeznaczonych do utylizacji.

- **Komisja Przetargowa informuje, iż dopuszcza do zaoferowania aparat wykorzystujący zanurzeniową metodę barwienia, w której ta sama porcja odczynników używana jest wielokrotnie.**

Pytanie 40: Dotyczy Zestawienia parametrów techniczno- użytkowych – Załącznik nr 5b, pkt. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie aparatu do automatycznego barwienia preparatów mikrobiologicznych metodą Grama, który wyposażony jest standardowo w tackę do barwienia 1-10 preparatów, a do 20 preparatów w wersji z rozszerzeniem (dodatkowa tacka)?

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie 41: Dotyczy Zestawienia parametrów techniczno- użytkowych – Załącznik nr 5b, pkt. 6:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie aparatu do automatycznego barwienia preparatów mikrobiologicznych metodą Grama, który posiada możliwość modyfikowania czasu podawania odczynników? Standardowo czas trwania 1 cyklu barwienia dla 10 preparatów wynosi 10 minut, zaś dla 20 preparatów wynosi 15 minut.

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie 42: Dotyczy Zestawienia parametrów techniczno- użytkowych – Załącznik nr 5b, pkt. 4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie aparatu do automatycznego barwienia preparatów mikrobiologicznych metodą Grama, który w sposób graficzny wskazuje na ekranie czas do końca barwienia (tj. za pomocą zapalających się pól wskazujących postęp barwienia)?

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie 43: Dotyczy Wzoru umowy – Załącznik nr 3 do SIWZ, §11, ust. 1, pkt. 1):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej za zwłokę w wykonaniu zamówienia za opóźnienie dostawy z 20% wartości brutto niezrealizowanego zamówienia za każdy dzień opóźnienia powyżej terminu (§2, ust.2), na 10% wartości brutto niezrealizowanej części zamówienia za każdy dzień opóźnienia powyżej terminu (§2, ust.2)?

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie 44: Dotyczy Zestawienia parametrów techniczno- użytkowych – Załącznik nr 5a:

Czy Zamawiający w zadaniu nr 2 automatyczny system do identyfikacji drobnoustrojów i oznaczania lekowrażliwości zgodnie z obowiązującymi zaleceniami EUCAST wymaga aparatu fabrycznie nowego?

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie 45: Dotyczy Zestawienia parametrów techniczno- użytkowych – Załącznik nr 5a, pkt. 2:

Czy Zamawiający w zadaniu nr 2 automatyczny system do identyfikacji drobnoustrojów i oznaczania lekowrażliwości zgodnie z obowiązującymi zaleceniami EUCAST wymaga szczelnego zamknięcia testów po napełnieniu, bez kontaktu z materiałem zakaźnym?

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie 46: Dotyczy Zestawienia parametrów techniczno- użytkowych – Załącznik nr 5a:

Czy Zamawiający w zadaniu nr 2 automatyczny system do identyfikacji drobnoustrojów i oznaczania lekowrażliwości zgodnie z obowiązującymi zaleceniami EUCAST -Odczynniki do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwość wyrazi zgodę na zaoferowanie testów łącznych w formie łącznym: identyfikacja+lekowrażliwości i wyrazi zgodę na zaoferowanie 80% testów do identyfikacji oraz lekowrażliwości?

Obecnie w laboratoriach diagnostycznych w Polsce wykonuje się 80% jednoczesnych identyfikacji oraz lekowrażliwości metodą automatyczną dla tego samego pacjenta. Niektóre sytuacje kliniczne i diagnostyczne wymagają podjęcia decyzji o jednoczesnym przeprowadzeniu badania w kierunku identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości, w odniesieniu do konkretnego przypadku klinicznego. W związku z tym, z punktu widzenia merytorycznego i ekonomicznego zasadne jest wykonanie równoległe, za pomocą jednego, a nie dwóch testów w tym samym czasie, wspomnianych powyżej procedur diagnostycznych. Takie rozwiązanie umożliwi Zamawiającemu stosowanie zarówno testów rozdzielnych w przypadku wykonywania na analizatorze jedynie częściowego oznaczenia identyfikacji lub lekowrażliwości oraz umożliwi jednoczesne wykonanie tych badań na jednym module testowym. Proponowane rozwiązanie pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie znacznej redukcji kosztów badań w przypadku wykonania pełnego badania identyfikacji oraz lekowrażliwości dla danego pacjenta, jednocześnie pozwoli również na zwiększenie standaryzacji, oraz wiarygodności wyniku badania (testy do identyfikacji i lekowrażliwości wykonywane będą z tych samych kolonii bakteryjnych – materiału użytego do badania).

Jednocześnie zwracam się z prośbą do Zamawiającego o możliwość rozszerzenia tabeli asortymentowo-cenowej o dodatkowe wiersze umożliwiające wycenę tych testów.

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Pytanie 47: Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 2, poz. 13:

Czy Zamawiający w zadaniu nr 2 automatyczny system do identyfikacji drobnoustrojów i oznaczania lekowrażliwości zgodnie z obowiązującymi zaleceniami EUCAST w pozycji 13 Szybki test do

wykrywania szczepów bakterii opornych na karbapenemy wyrazi zgodę na zaoferowanie zamiast manualnych testów w kierunku wykrywania karbapenemazy testy automatyczne w ramach badań lekowrażliwości pałeczek gram ujemnych w pozycji nr 4? Każdy test do badania lekowrażliwości pałeczek gram ujemnych wykrywa automatycznie karbapenemazy wraz z ich klasyfikacją.

Wg zaleceń KORLD laboratorium ma obowiązek wykrycia i potwierdzenia obecności karbapenemazy i klasyfikacji ich wg skali Amblera. Tylko pełna diagnostyka z identyfikacją fenotypową klasy karbapenemazy daje możliwość skutecznej kontroli pałeczek jelitowych wytwarzających karbapenemazy w szpitalu. Wg zaleceń KORLD laboratorium mikrobiologiczne ma obowiązek wdrożenia metodyki badań umożliwiających wykrycie fenotypowe klas karbapenemazy oraz prawo wyboru metod ich wykrywania, ponieważ zalecenia KORLD nie wskazują jednoznacznie na konkretną metodę. Zastosowanie panelu podającego jednocześnie wynik wrażliwości na poszczególne antybiotyki i klasę karbapenemazy pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze bo nie wymaga zastosowania dodatkowej metody.

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.**

*Pytanie 48: Dotyczy Zestawienia parametrów techniczno- użytkowych – Załącznik nr 5a:*

*Czy Zamawiający w zadaniu nr 2 automatyczny system do identyfikacji drobnoustrojów i oznaczania lekowrażliwości zgodnie z obowiązującymi zaleceniami EUCAST wymaga aby panele/karty były przechowywane w temperaturze pokojowej?*

- **Komisja Przetargowa informuje, iż wymaga aby panele/ karty były przechowywane zgodnie z metodyką producenta testów.**

*Pytanie 49: Dotyczy Zestawienia parametrów techniczno- użytkowych – Załącznik nr 5a:*

*Czy Zamawiający w zadaniu nr 2 automatyczny system do identyfikacji drobnoustrojów i oznaczania lekowrażliwości zgodnie z obowiązującymi zaleceniami EUCAST wymaga apartu wyposażonego w oprogramowanie typu eksperckiego, do analizy poprawności otrzymywanych wyników lekooporności, zgodnych z wytycznymi EUCAST 2018 i jednocześnie wymaga potwierdzenia na etapie składnia oferty wymaganej wersji poprzez złożenie dokumentacji od producenta i walidacji?*

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.**

*Pytanie 50: Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 2, poz. 17-18:*

*Czy Zamawiający w zadaniu nr 2 automatyczny system do identyfikacji drobnoustrojów i oznaczania lekowrażliwości zgodnie z obowiązującymi zaleceniami EUCAST wymaga w pozycji 17 i 18 wyceny dwóch rodzajów końcówek jałowych do pipet, jeżeli metodyka producenta wymaga tylko użycia jednego rodzaju końcówek do pipet?*

- **Komisja Przetargowa informuje, iż zaoferowany asortyment ma być zgodny z metodyką producenta.**

*Pytanie 51: Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 2, poz. 17-18:*

*Czy Zamawiający w zadaniu nr 2 automatyczny system do identyfikacji drobnoustrojów i oznaczania lekowrażliwości zgodnie z obowiązującymi zaleceniami EUCAST dopuści wycenę w poz. 17/18 końcówki jałowe do pipet 200 ul w pudełku ze statywem, ze względu na metodykę producenta?*

- **Komisja Przetargowa informuje, iż dopuszcza w poz. 17/18 wycenę końcówek jałowych do pipet 200 ul w pudełku ze statywem, ze względu na metodykę producenta.**

*Pytanie 52: Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 2, poz. 8, 9, 12:*

*Czy Zamawiający w zadaniu nr 2 automatyczny system do identyfikacji drobnoustrojów i oznaczania lekowrażliwości zgodnie z obowiązującymi zaleceniami EUCAST uwagi na sposób konfekcjonowania testów Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ilości (w odniesieniu do numeracji pozycji z obecnego załącznika cenowego):*

Poz. 8 - 260 testów,



Poz. 9 - 160 testów.

Poz. 12 - 825 testów

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.**

*Pytanie 53: Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 2:  
Czy Zamawiający w zadaniu nr 2 automatyczny system do identyfikacji drobnoustrojów i oznaczania lekowrażliwości zgodnie z obowiązującymi zaleceniami EUCAST wymaga zgodnie z wymogami GMP dla przemysłu farmaceutycznego wyceny zestawu szczepów kontrolnych?*

*Jednocześnie zwracam się z prośbą do Zamawiającego o możliwość rozszerzenia tabeli asortymentowo-cenowej o dodatkowe wiersze umożliwiające wycenę szczepów kontrolnych.*

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.**

*Pytanie 54: Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 2:  
Czy Zamawiający w zadaniu nr 2 automatyczny system do identyfikacji drobnoustrojów i oznaczania lekowrażliwości zgodnie z obowiązującymi zaleceniami EUCAST wyrazi zgodę na zaoferowanie odczynników i materiałów pochodzących od różnych producentów?*

*Daje to możliwość przystąpienia do postępowania większej ilości liczby oferentów niż tylko jednego.  
Wpływa to na większą atrakcyjność cenową ofert.*

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.**

*Pytanie 55: Dotyczy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Rozdział I, ust. 19, pkt. 2), Formularza oferty – Załącznik nr 1 do SIWZ, ust. 6, pkt. 2) oraz Wzoru umowy – Załącznik nr 3 do SIWZ, §5, ust. 2:*

*Zwracamy się z prośbą o skrócenie terminu płatności za dostawy sukcesywne do 60 dni.*

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.**

*Pytanie 56: Dotyczy Wzoru umowy – Załącznik nr 3 do SIWZ, §6, ust. 3, pkt. 8):*

*Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu dostarczenia aparatury zastępczej w przypadku naprawy trwającej powyżej 7 dni do 5 dni roboczych.*

*Uzasadnienie: proponowane przez Wykonawcę wydłużenie terminu dostawy sprzętu zastępczego równe jest z terminem naprawy gwarancyjnej i ujednolica zapisy umowy.*

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.**

*Pytanie 57: Dotyczy Wzoru umowy – Załącznik nr 3 do SIWZ, §6, ust. 3, pkt. 9):*

*Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów dotyczących dostępności serwisu na „w dni robocze od 8 do 17”.*

- **Komisja Przetargowa informuje, iż zapis o treści „nieograniczona możliwość zgłaszania awarii przez użytkownika - pracownika Zamawiającego, drogą telefoniczną, elektroniczną (e-mail) lub faksem przez 24 h/dobę” na zapis o treści „nieograniczona możliwość zgłaszania awarii przez użytkownika - pracownika Zamawiającego, drogą telefoniczną, elektroniczną (e-mail) lub faksem w dni robocze od 8 do 17”.**

*Pytanie 58: Dotyczy Wzoru umowy – Załącznik nr 3 do SIWZ, §6, ust. 9:*

*Zwracamy się z prośbą o zweryfikowanie czy nie doszło do omyłki pisarskiej, przedmiotem zamówienia nie są wspomniane w umowie środki czystości.*

- **Komisja Przetargowa informuje, iż zapis o treści „nie gorszych niż środki czystości” został zmieniony na zapis o treści „nie gorszych niż asortyment”.**

*Pytanie 59: Dotyczy Wzoru umowy – Załącznik nr 3 do SIWZ, §11, ust. 1, pkt. 1):*

*Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie kar umownych do 5% wartości brutto niezrealizowanego zamówienia za każdy dzień opóźnienia.*

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.**

*Pytanie 60: Dotyczy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Rozdział I, pkt. 21:*

*Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu dostarczenia wraz z pierwszą dostawą dokumentów wymienionych w Rozdziale I pkt. 21 SIWZ. Wspomniane dokumenty Zamawiający otrzyma na wezwanie od Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę na etapie badania ofert.*

- **Komisja Przetargowa informuje, iż odstępuje od wymogu dostarczenia wraz z pierwszą dostawą dokumentów wymienionych w Rozdziale I pkt. 21 SIWZ.**

*Pytanie 61: Dotyczy Zestawienia parametrów techniczno- użytkowych – Załącznik nr 5a do SIWZ, pkt. 1, 23, 24, 26, 27 oraz 34 :*

*Czy Zamawiający potwierdza, że dokumenty wymienione w Załączniku nr 5a do SIWZ pkt. 1, 23, 24, 26, 27 i 34 są wymagane na wezwanie Zamawiającego, jak jest to opisane poniżej tabeli? Jednocześnie prosimy o ujednoczenie zapisów SIWZ.*

- **Komisja Przetargowa informuje, iż wymaga dostarczenia w/w dokumentów wraz z ofertą.**

*Pytanie 62: Dotyczy Zestawienia parametrów techniczno- użytkowych – Załącznik nr 5a do SIWZ, pkt. 21:*

*Zwracamy się z prośbą odstąpienie od wymogu przysyłania wraz z dostawą certyfikatów kontroli jakości w zamian za umożliwienie ściągania certyfikatów ze strony www .*

- **Komisja Przetargowa informuje, iż odstępuje od wymogu przysyłania wraz z dostawą certyfikatów kontroli jakości w zamian za umożliwienie ściągania certyfikatów ze strony www .**

*Pytanie 63: Dotyczy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Rodział IV, ust. 4 pkt. 1), ppkt. a):*

*Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie oświadczeń Wykonawcy o braku konieczności posiadania Karty Charakterystyki zamiast certyfikatu producenta?*

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.**

*Pytanie 64: Dotyczy Wzoru umowy – Załącznik nr 3 do SIWZ, §5, ust. 4:*

*Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów na „Strony ustalają, że nieterminowe regulowanie należności przez Zamawiającego za dostarczony przedmiot umowy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku dalszych dostaw, chyba, że opóźnienie w spłacie przekroczy 45 dni.”*

- **Komisja Przetargowa informuje, iż podtrzymuje zapisy SIWZ.**

*Pytanie 65: Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 2, poz. 1-13:*

*Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że Jednostką miary przyjętą przez Zamawiającego w poz. 1-13 zał. 4a do SIWZ są opakowania?*

- **Komisja Przetargowa informuje, iż dla pozycji 1-12 jest to liczba testów, natomiast dla pozycji 13 są to opakowania.**

*Pytanie 66: Dotyczy Arkusza asortymentowo-cenowego – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 2:*

*Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na wstawienie dodatkowych wierszy w załączniku 4a do SIWZ w celu skalkulowania wszystkich niezbędnych części zużywalnych i elementów do bieżącej pracy i konserwacji.*

- **Komisja Przetargowa informuje, iż wyraża zgodę na wstawienie dodatkowych wierszy w Arkuszu asortymentowo-cenowym – Załącznik nr 4 do SIWZ, Zadanie nr 2.**

*Pytanie 67: Dotyczy Zestawienia parametrów techniczno- użytkowych – Załącznik nr 5a do SIWZ, pkt. 11:*

*Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie, które elementy podłączenia do laboratoryjnego systemu informatycznego leżą w gestii Wykonawcy, a które po stronie Zamawiającego.*

- **Komisja Przetargowa informuje, iż posiada własny sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem Infomedica. Pozostałe elementy podłączenia należą do Wykonawcy.**

**Komisja przetargowa informuje, że w związku z odpowiedziami na pytania dokonano zmian w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Arkuszu asortymentowo-cenowym – Załącznik nr 4 do SIWZ oraz w Zestawieniu Parametrów Granicznych Aparatu – Załącznik nr 5a do SIWZ oraz 5b do SIWZ. Zmienione załączniki zostały umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.**

Z poważaniem  
Przewodniczący Komisji Przetargowej

**INSPEKTOR**  
ds. Zamówień Publicznych  
*Aleksandra Bojarska*  
„A”

**KIEROWNIK**  
Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej  
Laboratorium Mikrobiologicznego  
*mgr Dorota Niewolin*  
specjalista analityki klinicznej